

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3
«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/34» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆԳՆՄԱՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍԻՏԻ

ք. Երևան

25.09.2021թ.
Ժամը 14³⁰

Ընդունելի գիտություն, որ «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/34» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի բացումն իրականացվել է 23-ը սեպտեմբերի 2021թ. ժամը 10⁰⁰-ին՝ Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով: Հանձնաժողովը մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերն ուսումնասիրելուց հետո շարունակեց աշխատանքները:

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ, գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու՝

ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ ԳՎ ԹԱ վարչության ապահովման 1-ին բաժնի պետ Ա. Նազարյանը,

գնահատողներ՝

ՀՀ ԶՈՒ ՌԲ վարչության ՆՏԱ բաժնի պետ ք/ծ գնդապետ Կ. Խաչունցը,

ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության ԹԱ վարչության ապահովման 1-ին բաժնի գլխավոր մասնագետ Հ. Ավետիսյանը,

ՀՀ ԶՈՒ ՌԲ վարչության ՆՏԱ բաժնի սպա ք/ծ մայոր Մ. Գալստյանը,

Գնումները համակարգող

ՀՀ ՊՆ գնումների կազմակերպման վարչության ԳԿ 3-րդ բաժնի գլխավոր մասնագետ, Լ. Թազայանը:

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/34» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին.

(Լ. Թազայան)

1. Տեղեկություններ www.armeps.am կայքում էլեկտրոնային հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին.

2. «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/34» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի էլեկտրոնային հայտերը կազմելու և ներկայացնելու՝ ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին, տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին.

2.1 Մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը ստուգելու համար ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 67-րդ կետի համաձայն հարցում կատարելու մասին.

3. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը և տեղեկատվություն բանակցությունների վարման մասին.

4. Ներկայացված գնային առաջարկների հիման վրա «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/34» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների որոշման մասին.

5. Տեղեկություններ հայտերի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին.

6. Տեղեկություններ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից հիմնավորումներ ներկայացվելու վերաբերյալ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4 դեմ՝ 0:

1. Տեղեկություններ www.armeps.am կայքում էլեկտրոնային հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին.

(Լ. Թազայան)

1.1 ՀՀ ՊՆ կարիքների համար «բժշկական տարջի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/34» ծածկագրով ընթացակարգին սահմանված ժամկետում էլեկտրոնային հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հ/հ	Մասնակիցների անվանումը
1.	Դավիթ Թումանյան Գազիկի ԱԶ
2.	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2. «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/34» ծածկագրով ընթացակարգի էլեկտրոնային հայտերը կազմելու և ներկայացնելու՝ ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին, տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

(Լ. Թազայան)

2.1 Մասնակիցների էլեկտրոնային հայտերը էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի կողմից համարվել են հետագա գնահատման համար ընդունելի.

2.2 Մասնակիցների էլեկտրոնային հայտերում հրավերով պահանջվող /նախատեսված/ փաստաթղթերն առկա են:

2.3 Մասնակիցների հայտերով ներկայացրած փաստաթղթերը համապատասխանում են «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/34» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ հետևյալ դեպքի՝

Դավիթ Թումանյան Գազիկի ԱԶ-ին կողմից «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/34» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացված հայտում առկա է անհամապատասխանություն, մասնավորապես՝

Լապարակոպ ապրանքատեսակի մատվ, առաջակիղ ապրանքի ամբողջական նկարագրում (Հավելված N 1.1-ում)՝ «տեխնիկական բնութագիրը» սյունակում բացակայում են կամ լրացված են ոչ ամբողջական ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/34» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով պահանջվող հետևյալ տեղեկատվությունները.

*Ներկայացված տեխնիկական բնութագրի առաջարկվող ապրանքի Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի ինտեգրալ թվային քլոկ պարբերությունում բացակայում է՝

«Աճող սքանավորման ֆունկցիայի առկայություն, Առնվազն 4x3G-SDI (4K), 3G-SDI (Full HD) տեսաքլոկի առկայություն» տեղեկատվությունը,

* Ներկայացված տեխնիկական բնութագրից բացակայում է առաջարկվող ապրանքի «**Լուսի աղբյուրի**», «**4K տեսախցիկի գլխիկի**» մասին հրավերով սահմանված տեղեկատվությունները,

* **Բժշկական մոնիտոր**՝ պարբերությունում բացակայում է հրավերով պահանջված հետևյալ տեղեկատվությունը՝ «**4K/UHD ելքեր: Quad-Link SDI (4x3G-SDI), Display Port 1/2, HDMI 1.4b, FULL HD մուտքեր: DVI-D, 3G-SDI**»,

* **Կոշտ օպտիկա ապակա ոսպնյակներով (4K-ի համար)**՝ պարբերությունում Ձեր կողմից նշված «**Օպտիկայի դիսկալ հալման վրա սաղափել կամ համարժեք չբերվող ապակու առկայություն**» հաղվածում անհրաժեշտ է հստակեցնել առաջարկվող ապրանքը՝ բացառելով «կամ համարժեք» արտահայտությունը:

***Տիբրոթելային, հատուկ ջերմակայուն մալուխ՝ բարձր լուսաթողունակությամբ**՝ պարբերությունում հրավերով սահմանվել է «տրամագիծը՝ 4,25 մմ», սակայն մասնակցի կողմից նշվել է «տրամագիծը՝ ստանդարտ», անհրաժեշտ է հստակեցնել և համապատասխանեցնել Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքի տրամագծի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, համապատասխանեցնելով հրավերով սահմանված պահանջներին,

* **Գործիքային կայան**՝ պարբերությունում բացակայում է «220Վ առնվազն 12 վարդակի համար ընդհանուր գումբներով փրանսֆորմատորի առկայություն, Առավելագույն ելքային հզորությունը առնվազն 1800Վտ» տեղեկատվությունը, ինչպես նաև հրավերով սահմանվել է «Խորությունը առնվազն 650մմ, Լայնություն առնվազն 650մմ, Բարձրությունը 1400-1800մմ», սակայն մասնակցի կողմից նշվել է «չափսը 670*610*1310 mm», անհրաժեշտ է հստակեցնել Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքի լայնության և բարձրության վերաբերյալ տեղեկատվությունը, համապատասխանեցնելով հրավերով սահմանված պահանջներին, բացի այդ վերոնշյալ պարբերությունում հրավերով սահմանվել է «**Քաշը (ներառյալ փրանսֆորմատորը) ոչ ավել քան 100կգ**», սակայն Ձեր կողմից ներկայացվել է «**Քաշը ոչ ավել քան 100 կգ**», անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել քաշի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրավերով սահմանված պահանջներին, ներառելով «ներառյալ փրանսֆորմատորը» արտահայտությունը:

* Ներկայացված տեխնիկական բնութագրից բացակայում է «**ԱՄՆիտորի բռնիչ**»-ի մասին տեղեկատվությունը,

* **Լապարասկոպիկ պոմպ**՝ պարբերությունում բացակայում է «**Լրակազմը պետք է իր մեջ ներառի բոլոր անհրաժեշտ հավելյալ մասեր՝ մալուխներ, միացման խողովակներ, ֆիլտրեր, որոնք կապահովեն սարքերի ճշգրիտ աշխատանքը: Մաքրակարար կազմակերպությունը սարքը պետք է տեղադրի և հանձնի շահագործման՝ սարքը շահագործող կազմակերպությանը (հաստատությանը)**՝ ներառյալ սարքի կարգաբերում և փորձարկում» տեղեկատվությունը, բացի այդ վերոնշյալ պարբերությունում հրավերով սահմանվել է «**Առավելագույն բացասական ճնշման ճնշումը՝ առնվազն 60 ԿՊԱ**», սակայն Ձեր կողմից ներկայացվել է «**Առավելագույն բացասական ճնշման ճնշումը՝ առնվազն 60 ԿՊԱ (10-50)**», անհրաժեշտ է հստակեցնել նշված հատվածը, բացառելով «10-50»-ը, քանի որ պահանջված առավազն 60 ԿՊԱ առավելագույն ճնշման պահանջին չի բավարարում «10-50» առաջարկվող տիրույթը, վերոգրյալ անհամապատասխանությունը նշված էր՝ նաև Ձեր կողմից ներկայացված **անգլերեն նկարագրում** և բացի այդ **անգլերեն ներկայացված նկարագիրը չի համապատասխանում հայերեն ներկայացված նկարագրին, անհրաժեշտ է հստակեցնել և համապատասխանեցնել նշված տեղեկությունները**, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հստակեցնել երաշխային ժամկետների վերաբերյալ Ձեր կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը, համապատասխանեցնելով հրավերով սահմանված պահանջներին:

2.4 Ելնելով վերոգրյալից և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ 25.09.2021թ. կայացած նիստում գնահատող հանձնաժողովը որոշեց մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը, իսկ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրն էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով ծանուցեց վերոնշյալ մասնակցին՝ առաջարկելով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.5 28.09.2021թ.-ին կայացած նիստում գնահատող հանձնաժողովն արձանագրեց, որ սահմանված ժամկետում Դավիթ Թումանյան Գազիկի ԱԶ-ի կողմից շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2.1 Մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը ստուգելու համար ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 67-րդ կետի համաձայն հարցում կատարելու մասին.

(Լ. Թազայան)

2.1.1 28.09.2021թ.-ին կայացած նիստում գնահատող հանձնաժողովի գնահատող անդամ՝ Կ. Խաչունցի կողմից առաջարկվել է Դավիթ Թումանյան Գազիկի ԱԶ-ի կողմից ներկայացրած տվյալների իսկությունը ստուգելու համար նշված մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի արտադրողից կատարել հարցում՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 67-րդ կետը:

Վերոգրյալի վերաբերյալ գնահատող հանձնաժողովի գնահատող անդամ՝ Կ. Խաչունցի կողմից ներկայացվել է հատուկ կարծիք, որը կցվում է սույն արձանագրությանը:

2.1.2 29.09.2021թ.-ին գնահատող հանձնաժողովը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Դավիթ Թումանյան Գազիկի ԱԶ-ի կողմից ներկայացրած տվյալների իսկության վերաբերյալ առաջարկվող ապրանքի արտադրողից հարցում (կցվում է) անցկացնելու նախաձեռնող կողմ էր հանդիսանում ՌԲ վարչության ներկայացուցիչ՝ գնահատող հանձնաժողովի գնահատող անդամ՝ Կ. Խաչունցի, ուստի որոշեց վերոնշյալ հարցումը անցկացվի վերջինիս կողմից, հաշվի առնելով անհրաժեշտ հարցադրումները և մասնագիտական ձևակերպումները (այդ թվում մասնագիտական թարգմանությունները), ընթացակարգի հայտերի բացման և գնահատման նիստը կասեցնելով մինչև ապրանքի արտադրողից գրավոր եզրակացություն ստանալու օրվա հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

2.1.3. 05.10.2021թ.-ին կայացած նիստում գնահատող հանձնաժողովի գնահատող անդամ՝ Կ. Խաչունցի կողմից ներկայացվել է, ինչպես ապրանքի արտադրողից իրականացված հարցման տեքստը, այնպես էլ ապրանքի արտադրողից ստացված հարցման պատասխանը:

Ուսումնասիրելով ապրանքի արտադրողից ստացված պատասխանը (կցվում է), գնահատող հանձնաժողովի նախագահ, գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ ԳՎ ԹԱ վարչության ապահովման 1-ին բաժնի պետ Ա. Նազարյանի կողմից նշվեց, որ արտադրող կազմակերպությունը ըստ էության չի ներկայացրել գրավոր եզրակացություն, այլ ուղարկել է ապրանքի գնացուցակից քաղվածք, որտեղ հրավերի տեխնիկական բնութագրով սահմանված չափանիշները ոչ ամբողջական են արտացոլված, մասնավորապես՝ արտադրող կազմակերպությունը չի անդրադարձել ՌԲ վարչության կողմից տրված հարցադրումներին, այլ ուղարկել է ապրանքի գնացուցակից քաղվածք, ուստի ելնելով վերոգրյալից, Դավիթ Թումանյան Գագիկի ԱՁ-ի տվյալների իսկությունը ստուգել հնարավոր չէր և վերջինիս տվյալները գնահատեց սույն ընթացակարգի հրավերի պահանջներին բավարար (համապատասխան), քանի որ մասնակցի շտկված փաստաթուղթը համապատասխանում էր ընթացակարգի հրավերի պահանջներին:

Միևնույն կարծիքին էր նաև գնահատող հանձնաժողովի գնահատող անդամ ՀՀ ՁՈՒ ՌԲ վարչության ՆՏԱ բաժնի սպա Բժ մայոր Մ. Գալստյանը:

Գնահատող հանձնաժողովի գնահատող անդամ Կ. Նաչուցի կողմից նշվեց, որ համաձայն ստացված տեղեկատվության, մասնակցի կողմից ներկայացրած տվյալներին իսկությունը չի համապատասխանում իրականությանը, թեև արտադրող կազմակերպության կողմից ներկայացված քաղվածքում տվյալները ոչ ամբողջական են, սակայն, քանի որ մասնակցի կողմից ներկայացված շտկված տեխնիկական բնութագրի տեքստը ամբողջովին միևնույն էր ինչ հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի տեքստը (տպավորությունն այն էր, թե արտատպված էր) և ներկայացված գնացուցակի քաղվածքում գրեթե նույն տեղեկատվությունն էր ինչ մասնակցի կողմից ի սկզբանե հայտով մինչև շտկումը ներկայացված տեխնիկական բնութագիրը, ուստի Դավիթ Թումանյան Գագիկի ԱՁ-ի տվյալները գնահատեց սույն ընթացակարգի հրավերի պահանջներին անբավարար (անհամապատասխան):

Դավիթ Թումանյան Գագիկի ԱՁ-ի հայտը ընթացակարգի հրավերի պահանջներին բավարար գնահատելու կապակցությամբ առաջարկվեց անցկացնել քվեարկություն:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 2՝ գնահատող հանձնաժողովի նախագահ, գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ ԳՎ ԹԱ վարչության ապահովման 1-ին բաժնի պետ Ա. Նազարյան և գնահատող հանձնաժողովի գնահատող անդամ՝ ՀՀ ՁՈՒ ՌԲ վարչության ՆՏԱ բաժնի սպա Բժ մայոր Մ. Գալստյան, դեմ՝ 1՝ գնահատող հանձնաժողովի գնահատող անդամ Կ. Նաչուցի:

Հաշվի առնելով քվեարկության արդյունքները՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց Դավիթ Թումանյան Գագիկի ԱՁ-ի հայտը գնահատել սույն ընթացակարգի հրավերի պահանջներին բավարար (համապատասխան):

Ընդունել է գիտություն, որ 05.10.2021թ.-ից հետո կայացած նիստերին գնահատող հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության ԹԱ վարչության ապահովման 1-ին բաժնի գլխավոր մասնագետ Հ. Ավետիսյանը չի մասնակցել, սակայն էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով վերջինիս կողմից իրականացվել է էլեկտրոնային հայտերի գնահատում:

3. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը և տեղեկատվությունն թանակցությունների վարման մասին.

(Լ. Թազայան)

3.1 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրության և սույն ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխան գնային առաջարկին ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Զ/հ	Գնման առարկա	Զ/մ	Քանակը	Նախահաշվային գումարը	Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունների				
					Հ/հ	Անվանումները	Գնային առաջարկ /ՀՀ դրամ/		
							Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Լապարասկոպ	հատ	1	42,000,000.00	1	Դավիթ Թումանյան Գագիկի ԱԶ	32,041,667	6,408,333	38,450,000
					2	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ	39,900,000	0	39,900,000

3.2 Մասնակիցների գնային առաջարկների հաշվարկման ճշտությունը (հայտով ներկայացված գնային առաջարկի թվերով և տառերով արտահայտված տվյալների համապատասխանությունը), ինչպես նաև հաշվարկման թվաքանակական ճշտությունը համապատասխանում են (ճիշտ են):

3.3 Առաջարկված գների նվազեցման նպատակով թանակցություններ չեն վարվել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

4. Ներկայացված գնային առաջարկների հիման վրա՝ «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/34» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի պահանջներին բավարարար (համապատասխան) գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակիցներից ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների որոշման մասին.

(Լ. Թազայան)

4.1 07.10.2021թ.-ին՝ հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտի օրը, Armeps (www.armeps.am) համակարգում էլեկտրոնային գնահատման արդյունքում, գնահատող հանձնաժողովը որոշեց ներկայացված գնային առաջարկների հիման վրա «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/34» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված մասնակիցներից ընտրված մասնակից հայտարարել Դավիթ Թումանյան Գագիկի ԱՁ-ին:

Բավարար գնահատված մյուս մասնակիցը ճանաչվեց հաջորդաբար տեղը զբաղեցրած մասնակից՝ ըստ համապատասխան չափաբաժնի համար ներկայացրած գնային առաջարկի:

4.2 Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հրապարակել «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/34» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի բացման և գնահատման նիստի արդյունքները:

4.3 Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հաստատել «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/34» ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը և հրապարակել այն:

4.4 Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/34» ծածկագրով ընթացակարգի ընտրված մասնակիցներին պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել՝ հաշվի առնելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ և 36-րդ հոդվածների պահանջները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 2, դեմ՝ 1:

5. Տեղեկություններ հայտերի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին.

(Լ. Թազայան)

5.1 Մասնակիցների կողմից հայտերի վերաբերյալ հարցումներ չեն կատարվել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

6. Տեղեկություններ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից հիմնավորումներ ներկայացվելու վերաբերյալ.

(Լ. Թազայան)

6.1 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/34» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված գնման առարկաների բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից հիմնավորումներ չեն ներկայացվել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:




Գնահատող(ԳԱՊ)

Գնահատող

Գնահատող

Գնահատող

Գնումները համակարգող

 Ա. Նազարյան
 Կ. Խաչունց
 Շ. Ավետիսյան
 Մ. Գալստյան
 Լ. Թազայան

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ

«ՀՀ ՊՆ - ԳՀԱՊՁԲ-21-9/34» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակում «Դավիթ Թումանյան Գազիկի» ԱԶ մասնակցի կողմից ներկայացրած տեխնիկական նկարագրի շտկման վերաբերյալ հայտնում եմ, որ նկարագրի շտկված տարբերակը ամբողջովին կրկնում է գնման հայտով պահանջվածը և արմատապես տարբերվում է մասնակցի հայտով նախատեսված ներկայացված տեխնիկական նկարագրից:

Միաժամանակ ներկայացված տարբերակը չի բավարարում պահանջարկի պայմանագրում բացակայում է առաջարկվող սարքավորման մակնիշի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ինչտ անհնարին է դարձնում առաջարկվող սարքի իդենտիֆիկացումը և ներկայացված տեխնիկական բնութագրի իսկության ստուգումը:

Սարքավորման մակնիշի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացակայում էր նաև մասնակցի կողմից ներկայացված նախկին տեխնիկական նկարագրում, որի մասին իմ կողմից հայտարարվել է գնահատող հանձնաժողովի նախորդ նիստի ժամանակ:

Միաժամանակ նշեմ, որ մասնակցի կողմից ներկայացված բնութագիրը համեմատվել է տեխնիկական նկարագրով ներկայացված ստուտորոգի նախնական տարբերակումների ըդիսմուդ նկարագրերի հետ և համարում եմ, որ ներկայացված տեխնիկական նկարագրով տարբերվող սարքավորմանը կարողությունների շարքում չունի:


Առաջարկում եմ հարցում կատարել արտադրող կազմակերպությանը՝ մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրի իսկությունը ճշտելու համար:

Նշեմ նաև, որ արտադրող կազմակերպության կողմից ներկայացված տեխնիկական նկարագրին համապատասխան բնութագրով սարքավորման չլինելու դեպքում պայմանագրի կնքման արդյունքում մասնակիցը չի կարողանալու մատակարարել տվյալ սարքավորումը, որի հետևանքով կստացանա ստորեռնման արժեք:

ՊՆՄԱՆ ՀԱՅՏԸ ՆԱԽԱԳԾՈՒ

ՀՀ ՋՈՒՐԱԿԱՐԶԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱՐԶՈՒԹՅԱՆ ՆՏԱՐ ՊԵՏ

Բ/Ճ գնդապետ



Կ. ԽԱԶՈՒՆՅ

Հարգելի Պարոն/Տիկին


ՀՀ ՁՈՒ ռազմաբժշկական վարչությունը հայտնում է Ձեզ իր ջերմ ողջույնը:

Մեր հոսպիտալը հետաքրքրված է գնել Ձեր արտադրանքը, մասնավորապես
Լապարոսկոպիկ վիրաբուժության համակարգը:

Մեր մասնագետները, որոնք պետք է շահագործեն այդ համակարգը ներկայացրել
են որոշակի չափանիշներ:

Խնդրում են Ձեզ, ստորև ներկայացված չափանիշներում՝ կարմիր գույնով նշել այն
չափանիշները, որոնք բացակայում են Ձեր ընկերության կողմից առաջարկվող
արտադրանքում և նշել Ձեր արտադրանքի համապատասխան չափանիշները:

ՀՀ ՁՈՒ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՊԺԿ
Բ/Ծ գնդապետ Գ. ՓԱՇԻԿՅԱՆ



Zimbra**k.khachunts@mil.am**

Re: Fw: Fwd: About Laparoscopic Surgery Tower

От : Mark Zhang <markzhang@shshrek.com>

вт, 05 окт. 2021 08:16

Тема : Re: Fw: Fwd: About Laparoscopic Surgery Tower 1 вложение**Кому :** k khachunts <k.khachunts@mil.am>

Dear Karen,

Thank you for your enquiry and nice to talki with you via WhatsApp.

Please find our quotation according to your technical parameters in attachment.

Thanks again for your patience.

Best regards!

Mark Zhang**Sales Manager****Shanghai Shiyin Photoelectric Instrument Co.,LTD****Wechat: Mobile: +86-18017419225****WhatsApp: +86 18017419225****E-mail: markzhang@shshrek.com****Website: www.shshrek.com**

At 2021-10-04 22:53:15 , sandy@shshrek.com<sandy@shshrek.com> wrote:

----- Forwarded message -----

发件人 : <k.khachunts@mil.am>

Date: 2021年9月30日周四 上午4:38

Subject: About Laparoscopic Surgery Tower

To: <serenageng3085@gmail.com>

Dear Sir/Madam,

The military-medical department of the Armed Forces of the Republic of Armenia expresses its warmest regards.

Our hospital is interested in purchasing one of your products, especially Laparoscopic Surgery Tower.

We already have some parameters requested from doctors who are going to work on this tower,

so I kindly ask you to go over parameters below and if there is any mismatch with your products please mark as red and offer your parameters.

Please pay attention that we need this information before 4th of October.

Head of the military-medical department of the Armed Forces of RA
Colonel of medical service G. PASHIKYAN

Laparoscopic surgery kit with 4K resolution

In the set:

- 1 . Endoscopic camera integrated digital unit - 1 piece**
- 2 . Light source - 1 piece**
- 3 . 4K camera head - 1 piece**
- 4 . Medical monitor - 1 piece**
- 5 . Telescope (for 4K) - 1 pc**
- 6 . Electronic insufflator - 1 piece**
- 7 . Fiber-optic, special heat-resistant light cable for telescope - 1 piece**
- 8 . Tower - 1 piece**
- 9 . Monitor holder - 1 piece**
- 10. Laparoscopic pump - 1 piece**

1. Endoscopic camera integrated digital unit:

Must be compatible with 4K, 3D blocks, 2D FULL HD 3-chip heads, flexible endoscope block,

Maximum horizontal resolution of at least 3840 pixels;

Maximum vertical resolution - at least 2160 pixels

Existence of increasing scanning function,

Availability of at least outputs 4x3G-SDI (4K), 3G-SDI (Full HD) video.

Possibility to connect to the integrated support,

Existence of an intellectual regime for increasing the clarity of important anatomical structures,

Existence of endoscopic image spectrum movement mode for differentiation of tissue layers, division of neoplastic processes into visualization of vascular flow.

Availability of fluorescent examination regimen,

Availability of USB input for connecting photo, video data recording & additional devices (keyboard, printer),

Availability of Full 4K recording quality assurance.

2. Light source:

Existence of a sterile zone control unit for remote control of its standards,
 Existence of TFT sensor display with remote control of intense light flow,
 Lamp type: LED, light output equivalent to at least 175 W xenon lamp,
 Existence of device self-testing function at connection,
 Existence of integrated block forced ventilation system,
 Existence of planned patient data entry & memory mode.

3. 4K camera head

At least 3 programmable buttons
 Possibility of optical zoom,
 CMOS sensor available
 Maximum horizontal resolution of at least 3840 pixels;
 Maximum vertical resolution - at least 2160 pixels
 Existence of increasing scanning function,
 Existence of built-in digital image processing unit,
 Existence of endoscopic image sharpening mode,
 Existence of endoscopic image spectrum movement mode for differentiation of tissue layers, division of neoplastic processes into visualization of vascular flow,
 Weight not more than 300 g,
 4K camera head with autoclave capability.

4. Medical monitor:

Availability of 4K standard
 Diagonal size at least 31 inches
 Maximum horizontal resolution of at least 3840 pixels;
 Maximum vertical resolution - at least 2160 pixels
 The aspect ratio of the screen is 16: 9,
 Horizontal screen view at least 170 degrees
 Vertical screen view at least 170 degrees
 4K / UHD outputs. Quad-Link SDI (4x3G-SDI), Display Port 1/2, HDMI 1.4b,
 FULL HD inputs. DVI-D, 3G-SDI.

5. Telescope (for 4K)

Video viewing angle - 30 degrees,
 Existence of built-in fiberglass colored lights,
 Diameter: 10 mm
 Length: at least 310 mm
 Availability of autoclave sterilization
 Existence of pearl or equivalent non-scratch glass on the distal part of the optics.

6. Electronic insufflator:

Existence of a centralized control unit in the operating room to facilitate adaptation in the operating room.
 Maximum gas flow rate - at least 45 l / min
 Adjustable maximum pressure - at least 25 MM HG
 Nervous pressure monitoring Existence of built-in automatic safety system designed to release excess pressure:
 Existence of video & audible alarm system,
 Ability to observe actual numerical indicators of neurovascular pressure,
 Maximum intra-abdominal pressure index of at least 25 MM HG
 Weight: not more than 10 kg.

7. Fiber-optic, special heat-resistant light cable for telescope:
Diameter: 4.25 mm
Length: at least 3 m.

8. Tool station:

Compact stroller made of high-strength plastic or other equivalent material
Existence of a central switch with light indication,
Wheels: antistatic, at least 4 pieces,
Number of shelves for equipment - at least 4.
Existence of at least 2 side rails for attaching additional equipment,
Existence of camera handle,
Existence of a removable shelf for the keyboard,
Existence of handles for fastening the WB monitor,
Availability of a transformer with common switches for at least 12 sockets 220 V,
Maximum output power at least 1800 W;
Ability to adjust the shelves by height,
Existence of handle for air / water container,
Cable holder,
Existence of handles for moving the workstation,
Top shelf capacity of at least 20 kg
The capacity of each intermediate rack is at least 30 kg.
Main load capacity (bottom rack) at least 35 kg
Depth at least 650 mm
Width at least 650 mm
Height 1400-1800mm
Power supply from standard city network 220 +/- 10% V, 50 Hz.
Weight (including transformer) not more than 100 kg.

9. Monitor holder:



Possibility of height adjustment,
Rotation angle 360 degrees,
Maximum load at least 12 kg




10. Laparoscopic pump


Maximum negative suction pressure: at least 60 kPa;
Maximum pump pressure at least 450 MM HG
Maximum irrigation at least 2 l / min
Power supply from standard city network 220 +/- 10% V, 50 Hz.

2021.10.04 Endoscope camera system Quotation.xls

3 MB



NO.	Product Name	Specifications	Quantity (pc/pcs)	Picture	Price
1	4K Medical Monitor	32" LCD screen, Dimension ratio: 16:9 Input signal: HDMI, DVI, VGA, S-VIDEO, CVBS Power supply: AC100~240V 50/60HZ Power: 40VA Resolution: 3840*2160	1		
2	4K Ultra HD Endoscope Camera System	Image Sensor: 1/1.8 CMOS Total pixels: 9.03M Effective pixels: 8M Resolution: 3840*2160 Shortcut function: One step WB/One step Freeze/One step PIP Video output: HDMI*4, 2.0 2160P output White balance: AWC/One step WB/MWC Gamma Correction: 0.45 SNR: ≥50dB; Voltage: 220~240V AC, within ±10% Frequency: 50/60 Hz, within ±1 Hz;	1		
3	Camera head	5 buttons, Freeze and White balance buttons etc.	1		
4	4K HD Optical coupler	18/20/22/25/28mm	1		
5	3D 4K Medical LED light source	Power supply: AC100-240V 50/60HZ Light source: Led light Effective optical power: ≥100mW Color temperature: ≥3000- 7000K Noise: ≤55dB(A) Working environment: 5°C~40°C Atmospheric pressure: 860hPa~ 1060hPa Host fuse: T2AL 250V AC Light out: Diameter (10+0.30) mm	1		
6	Light guide cable	3m, standard diameter	1		
7	4K Laparoscope	10*330mm, 30degree, 4K	1		
8	CO2 Insufflators	Power supply ~220V Power frequency 50HZ Input power 320VA Fuse T2AL250V Range of flow 2~40L Range of press 5~25mmHg Pressure control precision 2mmHg	1		
9	Endoscopic pump	Washing and suction the effluent or fragment in the enterocoelia surgery; Rate power: 50VA; Range of pos-press: 10~50kPa; Range of neg-press: -50~-10kPa ; Power: 100-240V, 50/60Hz; For laparoscopy	1		

10	Trolley with monitor support	670*610*1310mm; Material: metal; Suitable robust and corrosion resistant trolley with five-storey shelves with suitable distance between the shelves. The trolley is provided with castors and two of the castors are lockable.	1	
Total amount(USD)				US\$65.000
1) Terms of payment: EXW, T/T 100% in advance; 2) Shipment: By Sea/Express (Need to calculate the shipping cost according to your order); 3) Delivery: Within 1-2 weeks after payment received; 4) Valid time of the price: Three months; 5) Warranty: 3 years for devices, 1 year for instruments.				

Заккрыть

Ответить

Ответить всем

Переслать

Удалить

Спам

Действия

**Fwd: Чат WhatsApp с China**

От: khachkar

Кому: k khachunts

5 Октябрь 2021 г. 6:50

----- Forwarded message -----

От: **Karen Khachunts** <khachkar@gmail.com>

Date: вт, 5 окт. 2021 г., 06:50

Subject: Re: Чат WhatsApp с China

To: Karen Khachunts <khachkar@gmail.com>

[04.10, 12:51] Karen Khachunt: Hello, I disturb you from Republic of Armenia. I've sent you a letter about parameters of Laparoscopic surgery tower. Please, if it possible answer us because we have a deadline.

[04.10, 12:53] Karen Khachunt: My previous letter was sent 30.09.2021.

Sincerely yours, col. of medical service Khachunts.

[04.10, 17:46] China: hello

[04.10, 17:46] China: nice to talk with you

[04.10, 17:47] China: so sorry for the delay. we are in national holiday these days. so our sales don't reply you in time. I'm so sorry for the delay.

[04.10, 17:48] China: I will reflect to our sales to reply you asap. hope for your understanding

[04.10, 17:48] China: sorry again for the late reply

[04.10, 17:51] China: could you give me your mail? so that I can check the mail and reflect to our sales

[04.10, 17:54] Karen Khachunt: k.khachunts@mil.am thanks. I sent my message 30.09.2021.

[04.10, 17:55] China: ok. noted. thank you for your kindness

[04.10, 17:55] China: I will check now

[04.10, 17:56] Karen Khachunt: Thanks. I'll wait your answer.

[04.10, 18:16] China: hello

[04.10, 18:16] China: sorry. I checked. we don't receive your mail

[04.10, 18:17] China: could you send again?

[04.10, 18:17] China: or could you tell me the mail you sent to?

[04.10, 18:20] Karen Khachunt: I sent it to serenageng3085@gmail.com from your official website

[04.10, 18:21] Karen Khachunt: It's under your phone number.

[04.10, 18:22] China: oh. got it. I check now

[04.10, 18:22] China: it's another mail

[04.10, 18:25] Karen Khachunt: Can be. And can you answer me until 12:00 by Shanghai time? Please.

[04.10, 18:25] China: I saw it. pls wait. I will tell our sales to contact you today in China

[04.10, 18:26] Karen Khachunt: Thanks a lot.

вт, 5 окт. 2021 г., 06:06 Karen Khachunts <khachkar@gmail.com>:

История чатов прикреплена к данному письму в виде файла "Чат WhatsApp с China".

Zimbra

k.khachunts@mil.am

Fwd: Chat WhatsApp c +86 180 1741 9225**От :** Karen Khachunts <khachkar@gmail.com>

BT, 05 окт. 2021 06:51

Тема : Fwd: Chat WhatsApp c +86 180 1741 9225**Кому :** k.khachunts <k.khachunts@mil.am>

----- Forwarded message -----

От: Karen Khachunts <khachkar@gmail.com>

Date: BT, 5 окт. 2021 г., 06:49

Subject: Re: Chat WhatsApp c +86 180 1741 9225

To: Karen Khachunts <khachkar@gmail.com>

[04.10, 19:39] Karen Khachunt: Hello!

[04.10, 19:39] +86 180 1741 9225: This is Mark from Shrek

[04.10, 19:47] Karen Khachunt: Mark, did you see

[04.10, 19:48] Karen Khachunt: Did you see the mail, which I sent sept 30?

[05.10, 03:31] +86 180 1741 9225: My colleague forward you info to me

[05.10, 03:31] +86 180 1741 9225: regarding your request of Laparoscope surgery kit

[05.10, 04:46] +86 180 1741 9225: Yes, I have received the email, the parameters seems very similar with the enquiry from my another customer who also come from Armenia.

[05.10, 04:47] +86 180 1741 9225: So I have to confirm this is for same customer, then I could quote price to you

[05.10, 04:49] +86 180 1741 9225: So sorry for keep you waiting, will get back to you on the first time

[05.10, 05:26] Karen Khachunt: Dear Mark. For the first step we need compare the technical parameters which our surgeons need with parameters of your Laparoscopic tower as we asked in our email.

[05.10, 05:33] +86 180 1741 9225: Yes, I have reviewed the technical parameters on your email. If can confirm the enquiry doesn't from same customer, probably could send price in this morning.

[05.10, 05:38] Karen Khachunt: I'll wait your answer, but please send it to my official email: k.khachunts@mil.am. Thanks.

[05.10, 05:40] +86 180 1741 9225: no problem, thank you for your patience.

[05.10, 05:41] +86 180 1741 9225: May I know your name, Sir?

[05.10, 05:42] Karen Khachunt: My name is Karen. Please keep

[05.10, 05:43] Karen Khachunt: Please keep the stress on e. It is ancient men name: I.

[05.10, 06:03] +86 180 1741 9225: Noted, looks very similar to modern women's name!

[05.10, 06:03] Karen Khachunt: Yes.

[05.10, 06:07] +86 180 1741 9225: Very nice to meet you Karen, as we are still on holiday so didn't response in time, hope you could understand.

[05.10, 06:10] Karen Khachunt: And Mark, when you can answer me? I don't have any time. Only about 4 hours until deadline.

[05.10, 06:16] +86 180 1741 9225: I had get the price ready, may send email to you once I checked with my customer

[05.10, 06:20] Karen Khachunt: Sir, again I need the information about comparison of our technical parameters with the same of your Laparoscopic surgery tower.

[05.10, 06:22] +86 180 1741 9225: Yes, will take care of the technical parameters.

[05.10, 06:22] Karen Khachunt: Tank you

[05.10, 06:24] +86 180 1741 9225: Also, could you pls have a brief introduction of your company? We wouk like to establish long term business cooperation with you.

[05.10, 06:39] Karen Khachunt: As you have our mail. We represent the Military medical service of Armed forces of RA. Our mail is signed our chief Col. Pashikyan. So we have your official answer to my official email to decide our next steps for purchasing our medical equipments. My range is Colonel of medical service and I need these information to my official email. Thanks.

[05.10, 06:44] Karen Khachunt: Excuse, We need your official answer.... There was T9 mistake.

вт, 5 окт. 2021 г., 06:10 Karen Khachunts <khachkar@gmail.com>:

История чатов прикреплена к данному письму в виде файла "Чат WhatsApp с +86 180 1741 9225".