

Հ.Արտաշատ

12.05.2026թ.

Ժամը 10:00

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Բուժական գծով փոխտնօրեն

Աղասի Սահտեյան

Անդամներ՝
Հաշվապահ

Հասմիկ Սահակյան

Ինժեներ , տեխնիկական մասի ղեկավար

Ահարոն Բեգիջանյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝
Գնումների համակարգող

Հասմիկ Մկրտչյան

1. Տեղեկատվություն հարցումների և պատասխանների վերաբերյալ

1.1 Հարցում է կատարվել.

1.1.1 Հարգելի գործընկեր, խնդրում եմ պարզաբանել, թե 1-ին չափաբաժնով պահանջվող HF բիպոլյար մալուխը կոնկրետ որ էլեկտրավիրաբուժական սարքի/generator-ի հետ պետք է համատեղելի լինի:

1.1.2 պարզաբանում է ներկայացվել .

Հարգելի մասնակից սարքը բացարձակապես կապ չունի , ստանդարտ միացում ունի էլեկտրավիրաբուժական սարքի հետ :




1.2. Հարցում է կատարվել.

1.2.1 7-րդ չափաբաժնում պահանջվում է՝ 1. LED լուսային աղբյուրի առավելագույն հոսանք ոչ ավելի քան 24A: Խնդրում եմ ստուգել և անհարժեշտության դեպքում կատարել համապատասխան փոփոխությունը, քանի որ 120W, 220V սարքի համար 24A ցուցանիշը տեխնիկապես անհամաչափ է: 2. CO₂ ինսուֆլյատորի մասում նշված են բացառապես չինական GB/YY ստանդարտներ: Խնդրում եմ պարզաբանել և կատարել համապատասխան փոփոխությունը, այս կարգավորումով սահմանափակվում է այլ երկրների արտադրողների մասնակցության հնարավորությունը:

1.2.2 Հարգելի մասնակից տեխնիկական բնութագրում նշված է ոչ ավելի քան 24 A: Ինչ վերաբերվում է GB/YY ստանդարտներին , դա անվտանգության ստանդարտն է , որը էական նշանակություն չունի , կարող են լինել նաև այլ երկրների արտադրանքներ , որոնք համապատասխանում են տեխնիկական բնութագրին :

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ- 3, դեմ-0

2. Հանձնաժողովի անդամների և քարտուղարի ստորագրությունը

Նախագահ՝	Ա. Սահտեյան	
Անդամներ՝	Հ. Սահակյան	
	Ա. Բեգիջանյան	
Քարտուղար՝	Հ. Մկրտչյան	