

**պարզաբանում տրամադրելու նպատակով գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի /
внеочередное заседание оценочной комиссии с целью предоставления разъяснений**

<p>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին</p> <p>Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания</p>	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-90/20 / НАЕК-ГНАРДзВ-90/20
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր / Лабораторные, измерительные, контрольные приборы и устройства
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	09.07.2020թ. ժամը 14:00 / 09.07.2020г., 14:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանման տրամադրում, հրավերում փոփոխության կատարում / Предоставление разъяснений, внесение изменений в приглашение
<p>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին</p> <p>Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании</p>	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	ԳԲ պետ Լ.Միրիջանյան / НОЗ А.Мириджян
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	ԷԱ ՍԿԼ պետ Լ.Մուրադյան (գնահատող) / Начальник ЭА ЛСН А.Мурадян (оценивающий член)
	ԷԱ ՓՁԼ պետ Գ.Եղոյան (գնահատող) / Начальник ЭА ЛИИ Г.Егоян (оценивающий член)
	ԳԲ 2-րդ կարգի մասնագետ Վ.Մանուկյան (բացող) / Специалист 2-й категории ОЗ В.Манукян (открывающий член)
	ԳԲ 2-րդ կարգի մասնագետ Վ.Համբարձումյան (բացող) / Специалист 2-й категории ОЗ К.Амбардзумян (открывающий член)
Քարտուղար / Секретарь	Մ. Մանավոջյան / М.Манавджян
<p>3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ / Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения</p>	
Գնման վերաբերյալ սրացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումներ / Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения	<p>Ս.թ հուլիսի 8-ին և 9-ին մասնակիցների կողմից սրացվել են հարցումներ, որոնցով մասնակիցները խնդրում են փալ պարզաբանումներ՝</p> <ol style="list-style-type: none"> Թիվ 5-րդ չափաբաժնի (Միլիոններ) տեխնիկական բնութագրում նշված չէ չափման մալուխի (измерительный кабель) մասին տեղեկատվությունը: Արդյոք այն նախատեսված է թե ոչ, քանի որ այն հավաքածուի մեջ ներառված չէ: Եթե նախատեսված է ապա անհրաժեշտ է հստակ նշել տեսակը (артикул), Հրավերի լրացուցիչ պայմաններ մասում նշված է՝ ապրանքը պետք է ունենա որակի հավաստագիր կամ անձնագիր՝ փորձարկման արդյունքներով: Արդյոք թիվ 4-րդ չափաբաժնի մասով (Կիլովոլտներ) ընդունելի տարբերակ է (բավարարում է) արտադրող ընկերության նախնական փորձարկման արդյունքները թե ոչ: Եթե ոչ, ինչ է անհրաժեշտ մատակարարելուց ներկայացնել, Թիվ 4-րդ չափաբաժնի (Կիլովոլտներ) համար արդյոք հարկավոր է չափագիտական ստուգում թե ոչ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ ում կողմից ռուսական կազմակերպությունների թե Հայաստանի պետական ստանդարտի կողմից: <p>8-го и 9-го июля текущего года участниками были получены запросы, в которых участники просят дать разъяснения:</p> <ol style="list-style-type: none"> В технической характеристике лота № 5 (Миллиомметр) не указана информация о кабеле измерения. Предназначен ли он или нет, так как он не включен в коллекцию. Если это предусмотрено, то необходимо четко

- указать тип (артикул),
- В части дополнительных условий приглашения указан что товар должен иметь сертификат качества или паспорт с результатами испытаний. Является ли приемлемым вариантом по лоту №4 (Киловольтметр) - результаты предварительного тестирования компании-производителя или нет. Если нет, то что необходимо представить при поставке,
 - Нужна ли метрологическая проверка для лота №4 (Киловольтметр), а в случае необходимости со стороны кого из российских организаций или со стороны государственного стандарта Армении?

Հրավերում կարարված փոփոխությունների, փրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений

Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակիցներից սրացված գրությունների բովանդակությունը.

- Հանձնաժողովը մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան որոշեց՝ քանի որ վերը նշված ապրանքը հնարավոր չէ շահագործել առանց բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող սարքերի ապա թիվ 5-րդ չափաբաժնի (Միլիոհսմետր) տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություններ՝ ներառելով ապրանքի բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող չորս տեսակի մալուխները, ռեզիստորը, պայուսակը, մեքաղածող-մանիպուլյատորը:
- Հրավերի լրացուցիչ պայմաններ մատուց կատարել լրացում ավելացնելով «թիվ 4-րդ չափաբաժնի (Կիլովոլտմետր) համար ապրանքը պետք է ունենա սրուգաչափման վկայական (սերտիֆիկատ)՝ համապատասխան չափման արդյունքների մասին արձանագրությամբ»:
- Թիվ 4-րդ չափաբաժնի (Կիլովոլտմետր) համար չափագիտական սրուգումն իրականացնել Հայաստանի պետական սրանդարտներին համապատասխան:

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ նշանակել փոփոխված հրավերի հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 9-րդ օրացուցային օրը (19.07.2020թ.)

Внеочередное заседание созвано по поручению генерального директора ЗАО «ААЭК». Членам комиссии была представлена запросы, полученная от участников:

- Комиссия в ответ на требование участника решила поскольку вышеуказанный товар невозможно эксплуатировать без составных устройств, внести изменения в приглашение и техническом характеристике лота №5 (Миллиотметр), включить четыре вида кабелей, резистр, сумку, штанга – манипулятор.
- В дополнительных условиях приглашения сделать добавление части «для лота № 4 (Киловольтметр) товар должен иметь свидетельство о проверке (сертификат) с протоколом о результатах соответствующего измерения».
- Для лота №4 (Киловольтметр) провести метрологическую проверку в соответствии с государственными стандартами Армении.

Крайний срок подачи заявок - 9-ый календарный день со дня следующего за днем опубликования измененного приглашения (19.07.2020г).




Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0
Принято решение: за - 5, против - 0

4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Հայտերի բացում և գնահատում / Вскрытие и оценка заявок
Հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված / Со дня, следующего за днем опубликования объявления и приглашения	9-րդ օրացուցային օրը / 9-ый календарный день
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը/ Крайний срок подачи заявок	19.07.2020թ. ժամը 14:00 / 19.07.2020г., 14:00ч.

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը День проведения заседания	Դիմում-հայտարարությունների գնահատմանն հաջորդող աշխատանքային օրը / Следующий рабочий день за оценкой заявлений-объявлений
Նիստի անցկացման ժամը Время проведения заседания	14:00
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Председатель комиссии
Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии

 Ա. Միրիջայան / А. Мириджанян
 Ա. Մուրադյան / А. Мурадян
 Գ. Եղոյան / Г. Егоян
 Վ. Մանուկյան / В. Манукян
 Վ. Համբարձումյան / К. Амбардзумян
 Մ. Մանավջյան / М. Манавджян

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь