

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 02
ԱԲԿ-ԷԱԾ-ԱՊՁԲ-2025/26 ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻՑ

ք.Արտաշատ
«29» «օգոստոսի» 2025թ.

Ժամը՝ 12:00

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Բուժական գծով փոխտնօրեն

Աղասի Մահտեսյան

Անդամներ՝
Հաշվապահ

Հասմիկ Սահակյան

Ինժեներ ,տեխնիկական մասի ղեկավար

Ահարոն Բեգիջանյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝
Մենեջեր ֆինանսական բնագավառում

Հասմիկ Մկրտչյան

1. Տեղեկատվություն հարցումների և պատասխանների վերաբերյալ

1.1 Հարցում է կատարվել.

Հարգելի գործընկերներ, խնդրում ենք պարզաբանել՝ 2.8 Սարքավորումը պետք է ունենա մարտկոց, որը պետք է ապահովի սնուցում առնվազն 240 րոպե շարունակական աշխատանքի համար Արդյոք ընդունելի կլինի տվյալ աշխատանքի ժամանակը ապահովել մարտկոցով և հավելյալ օնլայն տեսակի անխափան սնուցման սարք, իր մարտկոցով կամ մարտկոցներով: 7.5 Համակարգը պետք է ունենա ինտեգրված մեխանիկական օդուղիների/շղթայի մանոմետր՝ շղթայի միացման կետերի մոտ: Տվյալ պահանջը չի համարվում CE (Եվրոպական համապատասխանության) սերտիֆիկատի ժամանակակից պահանջներին համապատասխան, քանի որ մեխանիկական մանոմետրը ենթակա չէ ախտահանման, շատ առաջատար արտադրողներ արդեն հրաժարվում են մեխանիկական մանոմետրերից: Ելնելով վերոնշյալից խնդրում ենք հաստատել, որ ընդունելի կլինի էլեկտրոնային տարբերակով ներշնչման և արտաշնչման ժամանակ չափող և էկրանին ցուցադրվող տարբերակը:

1.2 պարզաբանում է ներկայացվել .

Հարգելի մասնակից խնդրում ենք առաջնորդվել ԱԲԿ-ԷԱԾ-ԱՊՁԲ-2025/26 ծածկագրով հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ- 3, դեմ-0

Հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամների և քարտուղարի ստորագրությունը

Նախագահ՝	Ա. Մահտեսյան	
Անդամներ՝	Հ. Սահակյան	
	Ա. Բեգիջանյան	
Քարտուղար՝	Հ. Մկրտչյան	