

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**ԲՈՂՈՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

**Բողոքի ծածկագիրը և ամսաթիվը՝** ԳԲՔԱ-ՆԳ-2019/21, 08.05.2019թ.

**Բողոք ներկայացնող անձ՝** «Ար. Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ

**Պատվիրատու՝** ՀՀ առողջապահության նախարարություն

**Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան՝** ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/6 ծածկագրով բաց մրցույթ, գծային տիպի շտապօգնության մեքենաների ձեռքբերում:

**Բողոքի պահանջը՝**

Պարզաբանել «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/6» ծածկագրով բաց մրցույթի Պատվիրատուի գնումների համար պատասխանատու ստորաբաժանմանը մրցույթի անօրինականության փաստը, ինչը և հիմք կհանդիսանա «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/6» ծածկագրով բաց մրցույթը չեղյալ հայտարարելու համար:

**ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՔՆՆՈՂ ԱՆՁ՝ Գ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ,**  
**ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝ Տ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ**

Տեղեկացնում ենք, որ բողոքի քննության նպատակով հրավիրվող նիստերին առցանց կարող եք հետևել <https://www.e-gov.am/gnumner/> հղումով կայք-էջում:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝

50-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին՝ մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացնելով համանման բողոք: Սույն հոդվածի համաձայն՝ բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից,

51-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացված բողոքն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը՝ սույն օրենքի 50-րդ հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված հայտարարությունը հրապարակվելու օրվանից մինչև բողոքի քննության արդյունքներով ընդունված որոշման՝ ուժի մեջ մտնելու օրը ներառյալ:

ՀՀ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ

ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՔՆՆՈՂ ԱՆՁԻՆ

Հասցե՝ ք. Երևան, Մելիք-Աղամյան փող., 1

Բողոքը ներկայացնող անձ՝ «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊ ընկերություն

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, փ. Մ. Հեյրազի 7, 0025

Պետական գրանցման համար՝ 286.110.58543

Գրանցման ամսաթիվը՝ 2012-01-11

ՀՎՀՀ՝ 02604367

Հեռ՝ +374 93 882040

Էլ.փոստ՝ armedtechnicallc@gmail.com

Պատվիրատու՝ ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Ընթացակարգի ծածկագիր՝ ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/6

Գնման առարկա՝

Չափաբաժին 1՝ Ռեանիմոբիլ 1

Չափաբաժին 2՝ Գծային տիպի շտապօգնության մեքենա 1

Չափաբաժին 3՝ Ռեանիմոբիլ 2

Չափաբաժին 4՝ Գծային տիպի շտապօգնության մեքենա 2

Բողոքի առարկա

Սույն թվականի մարտի 29-ին ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից էլեկտրոնային գնումների Armeps ([www.armeps.am](http://www.armeps.am)) համակարգի միջոցով հրապարակվել է ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/6 ծածկագրով բաց մրցույթի հրավեր: Հրավերով սահմանվում է հայտերի բացումը տեղի կունենա Էլեկտրոնային ձևով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով, սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 43-րդ օրը ժամը 15:00-ին (Հայտերի բացումը՝ 2019 թվականի մայիսի 10-ին ժամը 15:00-ին):

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Մ-20759-19

08.05.19

Հրավերով սահմանված, գնման առարկա հանդիսացող սպրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերը բացի հայերենից կազմվել են նաև ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, ինչը իրականացվել է ի կատարումն ՀՀ ֆինանսների նախարարության 25.03.2017թ. պետական կառավարման մարմիններին և Երևանի քաղաքապետարանին ուղղված թիվ 01.1/26/4873-2019 շրջաբերականի /շրջաբերականի պատճենը կցվում է/:

ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊԶԲ-2019/6 ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերով սահմանված գնման առարկաների տեխնիկական բնութագրերի հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով սահմանված մի շարք տեխնիկական չափորոշիչներ հակասում են մեկը մյուսին, մասնավորապես՝

Չափաբաժին 1՝

Հայերեն	Ռուսերեն/Անգլերեն	Անհամապատասխանության
<p>Հենքի տիպը: ամբողջական մետաղային (ոչ մոդուլային)</p>	<p>Тип кузова: цельнометаллический</p>	<p>Հենքը կարող է լինել ամբողջական մետաղային կառուցվածքի, բայց մոդուլային: Ռուսերեն բնութագրից դատելով, դա թույլատրելի է հայերենով՝ ոչ</p>
<p>Վարորդի նստատեղի անվտանգության բարձիկ, ABS, լուսարձակներ՝ Home Safe ֆունկցիայի հետ, Արագ հստակ ֆունկցիան, ռադար, կենտրոնական փական, դռան լույսերը, պաստուհանների էլեկտրական ծածկոցներ, օդորակման համակարգը (սառեցման և տաքացման) վարորդի և բժշկական խցիկի համար:</p>	<p>Подушки безопасности сиденья водителя; ABS, передние фары с функцией Home Safe, функция Quick clear, радар заднего хода, центральный замок; дверные фонари, электрические крабовые окна, система кондиционирования (охлаждения и обогрева) для кабины и медицинского отсека.</p>	<p>Ռուսերեն և անգլերեն բնութագրերում տրված է Quick Clear ֆունկցիայի պահանջ, հայերենում դրա փոխարեն նշված է «արագ հստակ ֆունկցիան», որը առնվազն անհասկանալի է և հայերեն բնութագիրը հիմք ընդունելու դեպքում որևէ կերպ չի կարող կատարվել որևէ մասնակցի կողմից</p>
<p>Դիտանցքի ձևը պետք է թույլ տա այն օգտագործել որպես արտակարգ իրավիճակի համար նախատեսված ելք մեքենայի խցիկից, դիտանցքի չափը պետք է թույլատրի 500 x 700 մմ ուղանկյունու ելքը և բացվող տարածքը չպետք է պակաս լինի 0,4 մ<sup>2</sup> -ից:</p>	<p>Конструкция люка на крыше должна предусматривать возможность аварийного выхода из салона; Размеры аварийного люка должен вписываться прямоугольник размером 500 x 700 мм, а площадь проема должна быть не менее 0,4 м.</p>	<p>Բացի ընդհանուր թարգմանչական տարբերություններից, տարբերվում են նաև ելքի չափսերը՝ 0.4մ<sup>2</sup> հայերեն բնութագրում և 0.4մ<sup>2</sup> ռուսերենում և անգլերենում</p>

<p>Բժշկական սրահում օգտագործվող բոլոր նյութերը, նեոարյալ կահույքը, պետք է լինեն դիմացկուն՝ ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ:</p>	<p>Все материалы, включая мебель, используемые в медицинском отсеке, должны быть моющиеся и устойчивы дезинфекции</p>	<p>Հայերեն բնութագրում պահանջվում է, որ բոլոր նյութերն ու կահույքը լինեն ուղղակի դիմացկուն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ, իսկ ռուսերեն ու անգլերեն բնութագրերում պահանջվում է, որ այդ նյութերը լինեն նաև լվացվող: Բոլոր նյութերն ու կահույքը կարող են լինել դիմացկուն ախտահանիչների նկատմամբ, բայց ոչ լվացվող: Անհասկանալի է, թե որը պիտի հիմք ընդունեն հնարավոր մասնակիցները:</p>
<p><i>Նշում՝ Մարտկոցների քանակն և իզոլյուցիան, ինչպես նաև զենեքատրի անվտանգությունը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ</i></p>	<p><i>Примечание. Емкость и кол- во аккумуляторов, а также наличие генератора должны быть согласованы с заказчиком.</i></p>	<p>Մեր մասնագետների կարծիքով՝ մարտկոցների իզոլյուցիան (հայերեն բնութագրում) և արտադրող (ռուսերեն բնութագրում), տարբեր պարամետրեր են</p>
<p>2. Լրացուցիչ պատգարակ (ծալվող)</p>	<p>2. Дополнительные носилки (медицинские складывающиеся)</p>	<p>Հայերենում չի պահանջվում բժշկական պատգարակ, ռուսերենում պատգարակի բժշկական լինելը պարտադիր է</p>
<p>Ավտոմատ սանիտարական պատգարակ, որը հնարավոր է օգտագործել (իջեցնել և բարձրացնել) մեկ մարդով: Պատրաստված է բարձր ամրության պլոստիկից, առկա են անվտանգության ամրակներ: Քեոնունակությունը ոչ պակաս քան 150 կգ:</p>	<p>Автоматические носилки с помощью которых даже один человек сможет поднять или выгрузить пациента в машину. Изготовлены из высокопрочного алюминия, в наличии крепления. Грузоподъемность не менее 150кг</p>	<p>Նույն խնդիրն է, ինչ որ վերևի բնութագրիչում: Պատգարակի սանիտարական լինելու պահանջը հայերենում կա, ռուսերենում ոչ</p>



<p>Բժշկական ծախսող պատգարակ պատրաստված այլումինից և կտավից</p>	<p>Носилки медицинские медицинские складные, материалы холст (брезент) и алюминий.</p>	<p>Հայերենում շեշտված չէ «կտավի» բրեզենտից լինելու պահանջը, որսերենում շեշտված է</p>
<p>Հիմնական նպատակն է՝ տուժածների տարահանումը և տեղափոխումը դժվար պայմանների դեպքում: Պատգարակը կիրառվում է գանգան փրակարար ծառայությունների դեպքերում: Երկու ամրանները պետք է ապահովեն պատգարակի հստակ ֆիքսումը բացված վիճակում: Ուտերի առկայություն</p>	<p>Основное назначение: транспортировка и эвакуация пострадавших в поле или в труднопроходимой местности. Удобные табариты позволяют использовать носилки в различных транспортных средствах. Наличие замков обеспечивают надежную фиксацию носилок в разложенном состоянии. Наличие ног.</p>	<p>Հայերենում նշված է ամրանների հստակ քանակ՝ 2 հատ: Որսերենում նման պահանջ չկա</p>
<p>Ընդհանուր և ներկառուցված վերալիցքավորվող մարակոցի առկայություն</p>	<p>Наличие сетевого питания а также многократно заряжаемой аккумуляторной батареи</p>	<p>Ըստ հայերեն բնութագրի ցանցային սնուցում չի պահանջվում: Որսերենում պահանջվում է</p>
<p>Զնչառության հաճախականություն՝ 5-ից 60 հարվածրոպ</p>	<p>Частота дыхания: не менее от 4 до 80 ударов в минуту</p>	<p>Տարբերվում է շնչառության հաճախականության պահանջվող տիրույթը՝ հայերենում՝ 5-60, որսերեն և անգլերեն տարբերակներում՝ 4-80</p>
<p>Հիմնական կոնֆիգուրացիա՝ թթվածնային բալոն, մեխանիկական շնչառական ստայրակ, շնչառական խողովակ բժշկական սիլիկոնից, դիմակներ և այլ պարագաներ, որոնք ապահովում են սարքի պատշաճ աշխատանքը:</p>	<p>Базовая конфигурация: баллон с кислородом, респираторный мешок с ручным управлением, медицинская силиконовая дыхательная трубка, набор масок и другие аксессуары для обеспечения нормальной работы оборудования.</p>	<p>Հայերենում նշված չէ, որ պետք է դիմակների հավաքածու, ի տարբերություն որսերեն բնութագրերի: Դիմակների հավաքածուն ստանդարտ չափսերի դիմակներ է պարունակում, իսկ հայերենում նշված «դիմակներ» բնութագրիչից պարզ չի ինչ չափսերի և</p>

		քանի հատ պիտի լինեն դիմակները
Հեմոստատիկ լարան (ծգուտ)	Гемостатический жгут / витая полоса	Լարանի տեսակը հայերեն բնութագրում շեշտված չի, ի տարբերություն ռուսերեն և անգլերեն բնութագրերի
Մանրէազերծված հերմետիկ թաղանթով բժշկական վիրակապական անհատական փաթեթ	Стерильный индивидуальный медицинский перевязочный пакет	Մանրէազերծված և տոերիլ հասկացությունները բացարձակ տարբեր հասկացություններ են, անհամապատասխանություն է հայերեն և ռուսերեն/անգլերեն բնութագրերի միջև
Հատուկ թանգիվե բարձիկներ բամբակյա տապտոնով, բաղկացած ֆիքսված (վիրակապի մի կողմից ամրացված) և շարժական, որը կարող է շարժվել վիրակապի ուղղությամբ:	Специальные марлевые прокладки с ватным тампоном (их количество варьируется) - состоит из фиксированной (закрепленной на одном конце повязки) и подвижной, которая может перемещаться вдоль перевязочного средства.	Հայերեն բնութագիրը բացարձակ անհասկանալի է ձևակերպված և դա հիմք ընդունելու դեպքում՝ հնարավոր մասնակիցն ու հաղթողն ուղղակի ի վիճակի չի լինելու կատարել այս պահանջը
Բժշկական անձեռոց թանգիվե երկշերտ մանրէազերծված	Салфетки марлевые медицинские стерильные	Հայերեն բնութագրում նշված է անձեռոցիկների շերտերի քանակը, ռուսերենում ոչ
Ստերիլ ալկոհոլային անիեռոցիկներ: Օգտագործվում են շտապ բուժօգնության և ներարկումից առաջ և հետո ներարկման դաշտի մանրէազերծման համար: Խտությունը՝ 40-ից 45, չափը ոչ պակաս քան 60 x 90 մմ:	Стерильные спиртовые салфетки. Для очистки инъекционного поля до и после инъекции. Используется в медицинских учреждениях, скорой медицинской помощи и неотложной медицинской помощи. плотность 40... 45, размер не менее 60 x 90 мм.	Ռուսերեն բնութագրում նշված 40 ... 45 բնութագրիչը անհասկանալի է, այն չի նշանակում տիրույթ

<p>Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 2 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորում</p>	<p>Одноразовый шприц 2 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки</p>	<p>«պատրաստի պոլիպրոպիլեն» հասկացությունն ու ուղղակի պոլիպրոպիլենը տարբեր հասկացություններ են, որսերեն և անզլերեն տարբերակներում հղում է տրվում հենց «պատրաստի պոլիպրոպիլենին», ի տարբերություն հայերենի</p>
<p>Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 5 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորում</p>	<p>Одноразовый шприц 5 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки</p>	<p>Նույնը, ինչ որ վերևի սողում</p>
<p>Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 10 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորումը</p>	<p>Одноразовый шприц 10 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки</p>	<p>Նույնը, ինչ որ վերևի սողում</p>
<p>Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 20 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորումը</p>	<p>Одноразовый шприц 20 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки</p>	<p>Նույնը, ինչ որ վերևի սողում</p>
<p>Վիրաբուժական սկալպելը միանգամյա օգտագործվող դանակներով, պատրաստված է վիրաբուժական ասսիճանի չժանգոտվող պողպատից: Սկալպելը մանրլազերծված է գամմա ճառագայթման միջոցով: Յուրաքանչյուր սկալպելը առանձին վակուում փաթեթավորված է:</p>	<p>Хирургический скальпель с одноразовым лезвием выполнен из хирургической нержавеющей стали. Скальпель стерилизован гамма-излучением. Каждый скальпель в индивидуальной вакуумной упаковке.</p>	<p>Հայերեն բնութագրով պահանջվում են դանակներ, պարզ չի դրանց քանակը: Ինուերեն և անզլերեն բնութագրերում դանակը եզակի թվով է օգտագործվում, այսինքն՝ պահանջվում է 1 (մեկ) դանակ</p>

<p>Արյան ճնշման չափման մեխանիկական գործիք մեկ խողովակով: Տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 0-ից 300 մմ ս.ս.: Ճշգրիտ փականը, դանդաղ դեֆլյացիայի մակարդակով: Տվիչ ներքին մոտավոր տրամագծով՝ 65 մմ: Ճկուն մանժետ մեծահասակների համար, լվացվող, նեյլոնե օղակով:</p>	<p>Анерондный сфигмоманометр с одной трубкой. Диапазон: не менее 0 ... 300 мм рт. Прецизионный клапан с низкой скоростью дефляции. Сверхлегкая накачиваемая груша. Датчик с внутренним диаметром около 65 мм. Манжета на липучке, для взрослых, моющаяся, из нейлона с кольцом.</p>	<p>Ռուսերեն բնութագրում նշված 0 ... 300 բնութագրիչը չի նշանակում տիրույթ  Հայերենում նաև նշված չի մանժետի՝ ինքնակաշռո ժապավենով լինելու մասին ինֆորմացիա</p>
<p>Հեմոստատիկ կոլագենի սպունգը հեմոստատիկ նյութ է, որը օժտված է հակաանեպտիկ հատկություններով, ինչպես նաև խթանում է հյուսվածքների վերականգնումը</p>	<p>Гемостатическая коллагеновая губка является гемостатическим средством, обладающим адсорбирующими и антисептическими свойствами, а также стимулирующим регенерацию тканей.</p>	<p>Ռուսերեն և անգլերեն բնութագրերով պահանջվում է հեմոստատիկ և ադսորբվող հատկություններով օժտված սպունգ, հայերենում միայն հեմոստատիկ հատկություն է պահանջվում, ինչը, ըստ մեզ, էական տարբերություն է</p>
<p>Լեզվարձնիչ խրատային մեխանիզմով և տարբեր ձևի սպունգերով:</p>	<p>Языкодержатель - зажим с храповым механизмом и губками различной формы.</p>	<p>Խրատային մեխանիզմն անհասկանալի է, կարծում ենք, որ որևէ մասնակից՝ հաղթելու դեպքում չի կարողանալու կատարել այս պահանջը</p>
<p>Վերակենդանացման ձեռքի սարք, ավտոկլավացվող միատուղված փականով, համապատասխանեցված առաջնային օգնությանը, հնարավոր է միացնել ավտոմատ օդավառության սարքին: Նախատեսված է մեծահասակների համար: Համարված է 2 դիմակով:</p>	<p>Ручной реаниматор, автоклавируемый с односторонним клапаном. Предназначен для взрослых. Поставляется с 2 масками.</p>	<p>Ռուսերեն բնութագրով պահանջվում է մանուալ <u>ընանիմատորոզ</u>, այս պահանջն առնվազն անհասկանալի է մեր ռուս գործընկերներին, ովքեր ցանկություն ունեն մասնակցելու մրցույթին կոնսորցիումի կազմում</p>
<p>Պլաստիկ տրանսպորտային պայուսակ</p>	<p>Пластиковый чехол</p>	<p>Տրանսպորտային պայուսակն ու՝ <u>пластиковый</u></p>

<p>Չափանիշը կառարվում են 10 վայրկյանում: Նրա ծայրակար ճկում է իսկ ոսկեպատ լինելը հսկայալեղգենային է: Այն ջրակայուն է և պահպանում է վերջին չափումը: Ջերմաստիճան՝ ոչ պակաս քան 32-ից 42.9° Ց</p>	<p>Measurement is available in 10 seconds. Its tip is flexible and gold coating is anti-allergenic. It is waterproof, retains the last measurement. Temperature range: not less than 32 ... 42.9°C</p> <p>Возможность измерения через 10 секунд. Гибкий кончик с антиаллергенным покрытием.</p> <p>Водонепроницаемый, сохраняет последние измерения. Температурный диапазон: не менее 32... 42,9оС</p>	<p>чехол-ը բացարձակ տարբեր հասկացություններ են</p> <p>Հայերեն և անգլերեն բնութագրերում պահանջվում է ոսկեպատ ծայրակալ. ռուսերենում ոսկեպատի մասին խոսք չկա: Բացի այդ, անգլերենում և ռուսերենում նշված 32 ... 42,9оС-ն տիրույթ չի նշանակում</p>
<p>Քեկակալները՝ հատուկ ձևի թիթեղներ են, պլաստմասե (բազմակիրարովող) երկայնական և լայնական պլոֆիլացիայով, մոդելավորումը հեշտացնելու համար: Պարանոցի բեկակալը իրենից ներկայացնում էրկամյունենա կառուցվածք, որը կառավարվում է ինչպես բարձրությամբ լանսյեի էլ պարանոցի չափի: Պարանոցի բեկակալի ամրացում կատարվում է տեքստիլ կամ պոլիմեր ամրակների միջոցով:</p>	<p>Шляпа - пластмассовые специальной формы из пластика (многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования шини любого размера на конечности.</p> <p>Воротник для шини представляет собой двухкомпонентную конструкцию, регулирующую как по объему шини, так и по высоте. Крепление воротников с помощью текстильных застежек.</p>	<p>Հայերեն բնութագրում պահանջվում է տեքստիլ կամ պոլիմեր ամրակներ, ռուսերենում և անգլերենում միայն տեքստիլ տարբերակն է ընդունելի</p>

Չափարժին 2՝

Հայերեն	Ռուսերեն/Անգլերեն	Անհամապատասխանություն
---------	-------------------	-----------------------

<p>Հենքի տիպը: ամբողջական մետաղային (ոչ մոդուլային)</p>	<p>Тип кузова: цельнометаллический</p>	<p>Հենքը կարող է լինել ամբողջական մետաղային կառուցվածքի, բայց մոդուլային: Ռուսերեն բնութագրից դատելով, դա թույլատրելի է, հայերենով՝ ոչ</p>
<p>Վարորդի նստատեղի անվտանգության բարձիկ, ABS, լուսարձակներ՝ Home Safe ֆունկցիայի հետ, Արագ հստակ ֆունկցիան, ուղարկ, կենտրոնական փական, դռան լույսերը, պատուհանների էլեկտրական ծածկոցներ, օդորակման համակարգը (սառեցման և տաքացման) վարորդի և բժշկական խցիկի համար:</p>	<p>Подушки безопасности сиденья водителя; ABS, передние фары с функцией Home Safe, функция Quick clear, радар заднего хода, центральный замок: дверные фонари, электрические крабовые окна, система кондиционирования (охлаждения и обогрева) для кабины и медицинского отсека.</p>	<p>Ռուսերեն և անգլերեն բնութագրերում տրված է Quick Clear ֆունկցիայի պահանջ, հայերենում դրա փոխարեն նշված է «արագ հստակ ֆունկցիան», որը առնվազն անհասկանալի է և հայերեն բնութագիրը հիմք ընդունելու դեպքում որևէ կերպ չի կարող կատարվել որևէ մասնակցի կողմից</p>
<p>Դիտանցքի ձևը պետք է թույլ տա այն օգտագործել որպես արտակարգ իրավիճակի համար նախատեսված էլք մեքենայի խցիկից, դիտանցքի չափը պետք է թույլատրի 500 x 700 մմ ուսանկյունու էլքը և բացվող տարածքը չպետք է պակաս լինի 0,4 մ<sup>2</sup> -ից:</p>	<p>Конструкция люка на крыше должна предусматривать возможность аварийного выхода из салона: Размеры аварийного люка должен вписываться прямоугольнике размером 500 x 700 мм, а площадь проема должна быть не менее 0,4 м.</p>	<p>Բացի ընդհանուր թարգմանչական տարբերություններից, տարբերվում են նաև էլքի չափսերը՝ 0,4մ<sup>2</sup> հայերեն բնութագրում և 0,4մ<sup>2</sup> ռուսերենում և անգլերենում</p>
<p>Բժշկական սրահում օգտագործվող բոլոր նյութերը, նեոարյալ կահույքը, պետք է լինեն դիմացկուն՝ ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ:</p>	<p>Все материалы, включая мебель, используемые в медицинском отсеке, должны быть прочнее и устойчивы дезинфекции</p>	<p>Հայերեն բնութագրում պահանջվում է, որ բոլոր նյութերն ու կահույքը լինեն ուղղակի դիմացկուն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ, իսկ ռուսերեն ու անգլերեն բնութագրերում պահանջվում է, որ այդ նյութերը լինեն նաև լվացվող: Բոլոր նյութերն ու կահույքը կարող են լինել դիմացկուն ախտահանիչների</p>

		նկատմամբ, բայց ոչ վնասվող: Անհասկանալի է, թե որք պիտի հիմք ընդունեն հնարավոր մասնակիցները:
Նշում՝ Մարտկոցների քանակն և հզորությունն, ինչպես նաև գններառարի անվարությունը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ	Примечание. Емкость и кол-во аккумуляторов, а также наличие генератора должны быть согласованы с заказчиком.	Մեր մասնագետների կարծիքով՝ մարտկոցների հզորությունը (հայերեն բնութագրում) և емкость – ը (ռուսերեն բնութագրում), տարբեր պարամետրեր են
2. Լրացուցիչ պատգարակ (ծավառ)	2.Дополнительные носилки (медицинские складывающиеся)	Հայերենում չի պահանջվում բժշկական պատգարակ, ռուսերենում պատգարակի բժշկական լինելը պարտադիր է
Ավտոմատ սանիտարական պատգարակ, որը հնարավոր է օգտագործել (իջեցնել և բարձրացնել) մեկ մարդով: Պատրաստված է բարձր ամրության պլոսթիկից, առկա են անվտանգության ամրակներ: Բեռնակրկությունը ոչ պակաս քան 150 կգ:	Автоматические носилки с помощью которых даже один человек сможет поднять или выгрузить пациента в машину. Изготовлены из высокопрочного алюминия. в наличие крепления. Грузоподъемность не менее 150кг	Նույն խնդիրն է, ինչ որ վերին բնութագրիչում: Պատգարակի սանիտարական լինելու պահանջը հայերենում կա, ռուսերենում՝ ոչ
Բժշկական ծավառ պատգարակ պատրաստված պլոսթիկից և կտավից	Носилки медицинские медицинские складные. материалы - холст (брезент) и алюминий.	Հայերենում շեշտված չէ «կտավի» բրեզենտից լինելու պահանջը, ռուսերենում շեշտված է
Հիմնական նպատակն է՝ տուժածների տարահանումը և տեղափոխումը դժվար պայմանների դեպքում: Պատգարակը կիրառվում է զանգան փրակարար ծառայությունների դեպքերում: Երկու ամրանները պետք է	Основное назначение: транспортировка и эвакуация пострадавших в поле или в труднопроходимой местности. Удобные габариты позволяют использовать носилки в различных транспортных средствах. Наличие замков	Հայերենում նշված է ամրանների հստակ քանակ՝ 2 հատ: Ռուսերենում նման պահանջ չկա



<p>ապահովեն պատգարակի հստակ ֆիքսումը բացված վիճակում: Ուտքերի առկայություն</p>	<p>обеспечивающие надежную фиксацию носилок в разложенном состоянии. Наличие ног.</p>	
<p>Ընդհանուր և ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցի առկայություն</p>	<p>Наличие сетевого питания а также многократно заряжаемой аккумуляторной батареи</p>	<p>Ըստ հայերեն բնութագրի՝ ցանցային սնուցում չի պահանջվում: Ռուսերենում պահանջվում է</p>
<p>Հեմոստատիկ լարան (ժգուտ)</p>	<p>Гемостатический жгут / витая полоса</p>	<p>Լարանի տեսակը հայերեն բնութագրում շեշտված չի, ի տարբերություն ռուսերեն և անգլերեն բնութագրերի</p>
<p>Մանրեագերծված հերմետիկ թաղանթով բժշկական վիրակապական անհատական փաթեթ</p>	<p>Стерильный индивидуальный медицинский перевязочный пакет</p>	<p>Մանրեագերծված և ստերիլ հասկացությունները բացարձակ տարբեր հասկացություններ են, անհամապատասխանություն է հայերեն և ռուսերեն/անգլերեն բնութագրերի միջև</p>
<p>Հատուկ թանգիվե բարձիկներ բամբակյա տապտոնով, բաղկացած ֆիքսված (վիրակապի մի կողմից ամրացված) և շարժական, որը կարող է շարժվել վիրակապի ուղղությամբ:</p>	<p>Специальные марлевые прокладки с ватным тампоном (их количество варьируется) - состоят из фиксированной (закрепленной на одном конце повязки) и подвижной, которая может перемещаться вдоль перевязочного средства.</p>	<p>Հայերեն բնութագրից բացարձակ անհասկանալի է ձևակերպված և դա հիմք ընդունելու դեպքում՝ հնարավոր մասնակիցն ու հաղթողն ուղղակի ի վիճակի չի լինելու կատարել այս պահանջը</p>
<p>Ստերիլ ակոհոլային անիեռոցիկներ: Օգտագործվում են շտապ բուժօգնության և ներարկումից առաջ և հետո ներարկման դաշտի մանրէազերծման համար: Խտությունը՝ 40-ից 45, չափը ոչ պակաս քան 60 x 90 մմ:</p>	<p>Стерильные спиртовые салфетки. Для очистки инъекционного поля до и после инъекции. Используется в медицинских учреждениях, скорой медицинской помощи и неотложной медицинской</p>	<p>Ռուսերեն բնութագրում նշված 40 ... 45 բնութագրիչը անհասկանալի է, այն չի նշանակում տիրույթ</p>



	помощи. плотность 40... 45. размер не менее 60 x 90 мм.	
Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 2 մլ պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր փակ ստերիլ փաթեթավորում	Одноразовый шприц 2 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки	«պատրաստի պոլիպրոպիլեն» հասկացությունն ու ուղղակի պոլիպրոպիլենը տարբեր հասկացություններ են, ռուսերեն և անգլերեն տարբերակներում հղում է տրվում հենց «պատրաստի պոլիպրոպիլենին», ի տարբերություն հայերենի
Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 5 մլ պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր փակ ստերիլ փաթեթավորում	Одноразовый шприц 5 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки	Նույնը, ինչ որ վերևի տողում
Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 10 մլ պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր փակ ստերիլ փաթեթավորումը	Одноразовый шприц 10 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки	Նույնը, ինչ որ վերևի տողում
Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 20 մլ պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր փակ ստերիլ փաթեթավորումը	Одноразовый шприц 20 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки	Նույնը, ինչ որ վերևի տողում
Արյան ճնշման չափման մեխանիկական գործիք մեկ խողովակով: Տիրույթը ոչ պակաս քան 0-ից 300 մմ ս.ս.: Ճշգրիտ փականք, դանդաղ դեֆլացիայի մակարդակով: Տվիչ ներքին մոտավոր տրամագծով՝ 65 մմ: Ճկուն մանժետ մեծահասակների	Анероидный сфигмоманометр с одной трубкой. Диапазон: не менее 0 ... 300 мм рт. Прецизионный клапан с низкой скоростью дефляции. Сверхлегкая накачиваемая груша. Датчик с внутренним диаметром около 65 мм. Манжета на липучке,	Ռուսերեն բնութագրում նշված 0 ... 300 բնութագրիչը չի նշանակում տիրույթ Հայերենում նաև նշված չի մանժետի ինքնակաշռո ժապավենով լինելու մասին ինֆորմացիա

<p>համար, վացվող, նեյլոնե օղակով:</p>	<p>для взрослых, моющаяся, из нейлона с кольцом.</p>	
<p>Հեմոստատիկ կոլագենի սպունգը հեմոստատիկ կյուք է, որը օժտված է հակառետայտիկ հատկություններով, ինչպես նաև խթանում է հյուսվածքների վերականգնումը</p>	<p>Гемостатическая коллагеновая губка является гемостатическим средством, обладающим адсорбирующими и антисептическими свойствами, а также стимулирующим регенерацию тканей.</p>	<p>Ռոսերեն և անզլերեն բնութագրերով պահանջվում է հեմոստատիկ և ադսորբվող հատկություններով օժտված սպունգ, հայերենում միայն հեմոստատիկ հատկություն է պահանջվում. ինչը, ըստ մեզ, էական տարբերություն է</p>
<p>Վերականգնողական ձեռքի սարք, ավտոկլավացվող միատղված փականով, համապատասխանեցված առաջնային օգնությանը, հնարավոր է միացնել ավտոմատ օղակոխության սարքին: Նախատեսված է մեծահասակների համար: Համալրված է 2 դիմակով:</p>	<p>Ручной реаниматор, автоклавируемый с однонаправленным клапаном. Предназначен для взрослых. Поставляется с 2 масками.</p>	<p>Ռոսերեն բնութագրով պահանջվում է մանուալ <u>ռեանիմատոր</u>, այս պահանջն առնվազն անհասկանալի է մեր ռուս գործընկերներին. ովքեր ցանկություն ունեն մասնակցելու մրցույթին կոնսորցիումի կազմում</p>
<p>Պլաստիկ տրանսպորտային պայուսակ</p>	<p>Пластиковый чехол</p>	<p>Տրանսպորտային պայուսակն ու պլաստիկ չեխոլ-ը բացարձակ տարբեր հասկացություններ են</p>
<p>Չափանիշը կատարվում է 10 վայրկյանում: Նրա ծայրակալը ձկնում է իսկ ոսկեպատ լինելը հակաալերգենային է: Այն ջրակայուն է և պահպանում է վերջին չափումը: Ձերմաստիճան՝ ոչ պակաս քան 32-ից 42.9° Ց</p>	<p>Measurement is available in 10 seconds. Its tip is flexible and gold coating is anti-allergenic. It is waterproof, retains the last measurement. Temperature range: not less than 32 ... 42.9°C</p>	<p>Հայերեն և անզլերեն բնութագրերով պահանջվում է ոսկեպատ ծայրակալ, որսերենում ոսկեպատի մասին խոսք չկա: Բացի այդ, անզլերենում և ռուսերենում նշված 32 ... 42.9°C-ն տիրույթ չի նշանակում</p>
<p>Բեկակալները հատուկ ձևի թիթեղներ են, պլաստմասե (բազմակիրարովող) երկայնական և լայնական պերֆորացիայով.</p>	<p>Шина - пластины специальной формы из пластика (многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования шин любого</p>	<p>Հայերեն բնութագրում պահանջվում է տեքստիլ կամ պոլիմեր ամրակներ, որսերենում և անզլերենում</p>

մոդելավորումը հեշտացնելու համար: Պարանոցի բեկակալը յրենից ներկայացնում էրկոմպոնենտ կառուցվածք, որը կառավարվում է ինչպես բարձրությամբ յանպես էլ պարանոցի շափի: Պարանոցի բեկակալի ամրացում կատարվում է տեքստիլ կամ պոլիմեր ամրակների միջոցով:	размера на конечности. Воротнок для шеи представляет собой двухкомпонентную конструкцию, регулирующую как по объему шеи, так и по высоте. Крепление воротников с помощью текстильных застежек.	միայն տեքստիլ տարրերակն է ընդունելի
---	--	-------------------------------------

### Չափաբաժին 3

Հայերեն	Ռուսերեն/Անգլերեն	Անհամապատասխանություն
Նմանատիպ անհամապատասխանություններ		

### Չափաբաժին 4

Հայերեն	Ռուսերեն/Անգլերեն	Անհամապատասխանություն
Քաշող կամուրջի տեսակը՝ Առջևի (4x2) կամ Չեռևի (2x4) կամ լրիվ քաշող (4x4)	Тип привода: передний (4x2)	Մաստիկ անհամապատասխանություն է հայերեն և ռուսերեն բնութագրերի միջև
Այլ նմանատիպ անհամապատասխանություններ		

Հայտնում ենք, որ 25.03.2019թ. 22 ֆինանսների նախարարության կողմից նշված պատվիրատուներին շրջաբերականով ներկայացված պահանջի կատարումը պարտադիր է ի ապահովում ԵԱՏՄ պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների:

«Գնումների մասին» 22 օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 3-րդ պարբերության համաձայն՝

Գնումների գործընթացը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա.

3) ցանկացած անձի համար, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, գնման գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարություն:

Նույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 1 ին կետի համաձայն՝

1. Ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք:

22 ԱՆ ԲՄԱՊԶԲ-2019/6 ծածկագրով բաց մրցույթի մասին հայտարարությամբ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն՝ սահմանված է՝

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն՝ ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն մրցույթին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Վերոնշյալ իրավական հղումներից պարզ է դառնում որ գնման ընթացակարգի հրավերը պետք է սահմանվի այնպես, որ դրա շրջանակներում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ հանդիսացող հնարավոր մասնակիցները ունենան նույն գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք, և գնման գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարություն: Արձանագրելով 22 ԱՆ ԲՄԱՊԶԲ-2019/6 ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերով սահմանված հայերեն և ռուսերեն լեզուներով կազմված տեխնիկական բնութագրերում առկա հակասությունները, արձանագրվում է նաև գնման գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարության բացակայությունը, քանի որ հայերեն և ռուսերեն լեզուներով սահմանված նույն տեխնիկական չափորոշիչները չեն կարող ունենալ երկակի մեկնաբանություն. իսկ պատվիրատուի կողմից տեխնիկական բնութագրերը չեն կարող գնահատվել նախապատվությունը տալով հրավերով հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով սահմանված տեխնիկական բնութագրերից որևիցե մեկին՝ նման պահանջ հրավերով չսահմանված լինելու հիմքով: Բացի այդ սույն գնման գործընթացին օտարերկրյա ԵՄՄՄ անդաման հանդիսացող երկրի ռեզիդենտ և ռուսալեզու մասնակցի հետ համատեղ գործունեության կարգով /կոնսորցիումում/ մասնակցության դեպքում, ոչ ռեզիդենտի կողմից որպես առաջարկ ընտրված ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերը կարող են համապատասխանել հրավերով սահմանված գնման առարկաների միայն ռուսերեն լեզվով սահմանված տեխնիկական պահանջներին. իսկ առաջին տեղ գրադրվող մասնակից ճանաչվելու դեպքում պատվիրատուի կողմից նախապատվությունը հայերեն լեզվով սահմանված տեխնիկական չափորոշիչներին տալու դեպքում մասնակցի հայտը կարող է դիտարկվել հրավերով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանող իր բոլոր բնոց՝ գնումների օրենսդրությամբ սահմանված հետևանքներով:

Սույն թվականի մայիսի 2-ին ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊԶԲ-2019/6 ծածկագրով բաց մրցույթի շրջանակներում հնարավոր մասնակցի կողմից՝ Էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով, ներկայացվել է հրավերի բովանդակության շրջանակներում պարզաբանում տրամադրելու պահանջ՝

Հարգելի գործընկեր խնդրում եմ ուղղել տեխնիկական բնութագրում հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն տարբերակներում առկա անճշտությունները:

Ի պատասխան, ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից ներկայացվել է հետևյալ պարզաբանումը՝

Հարգելի մասնակից ուղղելու դեպքում պետք է իրականացնել հրավերի փոփոխություն, որը այս պարագայում չի բխում առողջապահության նախարարության կարիքների բավարարման անհրաժեշտությունից: Անհրաժեշտ է ընդունել հայերեն տարբերակը:

ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/6 ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրում միայն անգլերեն լեզվով սահմանված է Note: When assessing technical specifications, the English version is adopted, ինչը մեկնաբանվում է հետևյալ կերպ՝ տեխնիկական բնութագրերում անհամապատասխանությունն արձանագրվելու դեպքում նախապատվությունը տրվում է անգլերեն տարբերակին:

Վերոնշյալ պարզաբանմամբ պայմանավորված առաջանում են հարցեր՝

1. Այն դեպքում երբ հրավերով սահմանվում է անգլերեն լեզվի նախապատվության պահանջը, ինչպես է պատվիրատուն տրամադրված պարզաբանմամբ նախապատվություն տալիս հայերեն լեզվով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին:
2. ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/6 ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերով տարբեր լեզուներով սահմանված տեխնիկական չափորոշիչների անհամապատասխանությունն է բխում ՀՀ առողջապահության նախարարության կարիքների բավարարման անհրաժեշտությունից:
3. Եթե հրավերում փոփոխությունների իրականացումը չի բխում ՀՀ առողջապահության նախարարության կարիքների բավարարմանը ժամկետի առումով, ապա ինչու է սույն հրավերը իրականացվում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա՝ տվյալ գնումը իրականացնելու համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսված չեն:

ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից քննարկվել է ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/6 ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերով տարբեր լեզուներով սահմանված տեխնիկական չափորոշիչների անհամապատասխանությունների դաստիարակում, և հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջները պատվիրատուն պարզաբանման ներկայացման օրը՝ 02.05.2019թ. կարող էր կատարելով հրավերում համապատասխան փոփոխություն համապատասխանեցնել այն գնումների օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին, ինչը վերջինիս կողմից չի իրականացվել:

Բացի այդ գնման առարկան ներառված չէ պատվիրատուի գնումների պլանում, ինչը հանդիսանում է գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգով սահմանված գնումների պլանավորման բացթողում:

22 կատավարության գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատող թիվ 526-Ն որոշման 16-րդ, 17-րդ և 18-րդ կետերի համաձայն՝

16. Գնման գործընթաց սկսելու համար գնման առարկան պետք է ներառված լինի գնումների պլանում: Գնման պահանջի ծագման օրը պետական գաղտնիք չպարունակող գնումների դեպքում հաստատված կամ փոփոխված գնումների պլանի հրապարակման օրն է, իսկ պետական գաղտնիք պարունակող գնումների դեպքում՝ գնումների պլանի հաստատման կամ փոփոխման օրն է: Եթե տվյալ տարվա ընթացքում գնումների սկզբնական պլանում չներառված, լրացուցիչ գնումը կատարելու համար նախատեսվում են ֆինանսական միջոցներ, ապա գնումների պլանում կատարվում է լրացում:

17. Գնման գործընթացի կազմակերպման իրավական հիմքը սահմանված պահանջներին համապատասխան հաստատված, իսկ Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ նաև հրապարակված, գնումների պլանի առկայությունն է:

18. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն գնում կատարվելու դեպքում գնումների պլանում գնման առարկան ներառվում է առանց գնման ընդհանուր գումարի նշման՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո գնման պլանում համապատասխան լրացում կատարելու պայմանով: Ընդ որում, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն սահմանված կարգով փոփոխություն է կատարում գնումների պլանում, իսկ պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման նպատակով համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը և կնքվելիք համաձայնագրի նախագիծը պայմանագիրը կնքած անձին է ուղարկում գնումների պլանում փոփոխությունը կատարվելու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վերոնշյալ իրավական հղումներից պարզ է դառնում, որ անկախ այն հանգամանքից որ գնումը իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, առկա է օրենքի կատարման բացթողում՝ տվյալ գնման գործընթացը հայտարարելու պրոցեսում՝ առանց գնման առարկան գնումների պլանում ներառելու, հաստատելու և տեղեկագրում հրապարակելու:

ԱՊՐԵՆՔԻ ԿՈՊԻԱ

ԲՈՂՈՔԻ ՊԱՀԱՆՁ

Հաշվի առնելով ներկայացված փաստերը և իրավական հիմքերը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Պատվիրատուն ժամկետի առումով չի կարող իրականացնել հրավերի փոփոխություն, խնդրում ենք պարզաբանել ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/6 ծածկագրով բաց մրցույթի Պատվիրատուի գնումների համար պատասխանատու ստորաբաժանմանը մրցույթի անօրինականության փաստը, ինչը և հիմք կհանդիսանա ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/6 ծածկագրով բաց մրցույթը չեղյալ հայտարարելու համար:

Կից ներկայացվում են՝

1. ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/6 ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերի պատճենը,
2. ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/6 ծածկագրով բաց մրցույթի շրջանակներում մասնակցի կողմից 02.05.2019թ. ներկայացված պարզաբանման պահանջի և ՀՀ ԱՆ-ի կողմից տրամադրված համապատասխան պարզաբանման պատճենը:
3. ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից 25.03.2019թ. պետական կառավարման մարմիններին և Երևանի քաղաքապետարանին ուղղված թիվ 01.1/26/4873-2019 շրջաբերականի պատճենը:
4. «Ար.Մեղտեխնիկա» ՍՊ ընկերության պետական ռեզիստրի քաղվածքի պատճենը.
5. Բողոքարկման վճարը կատարված լինելը հիմնավորող փաստաթղթի բնօրինակը.
6. Լիազորագրի բնօրինակը, լիազորագրի և անձնագրի պատճենները:

Առդիր՝ 157 էջ

«Ար.Մեղտեխնիկա» ՍՊ ընկերության տնօրեն՝

Վ. Է. Թորոսյան

08.05.2019թ.