


e-AUCTION

Առևտրային Մրցույթ

Օֆենյա Ասատրյան (o_asatryan)
ՀՀ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ԱՐՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ



Մրցույթի մանրամասներ

Արձանագրություն

Փոփոխել

Չեղարկել

Հաստատել բողոքարկումը

Ցանկ

Ծածկագիր

ԲՏԱՆ-ԷԱԾԱՊՁԲ-2025/09

Անվանում

ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար էլեկտրական պարագաների ձեռքբերման նպատակով ԲՏԱՆ-ԷԱԾԱՊՁԲ-2025/09 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

Պատվիրատու

ՀՀ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՐՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գնման տեսակ

Ապրանք

Փոխարժեք

USD 389.25

RUR 4.7251

EUR 439.39

Պատասխաններ և պարզաբանումներ

Հարցում

Ժամանակ

Պատասխան

Պարզաբանում

Պատիվ

Уважаемый партнер, Прошу ответить на вопросы ниже. 1. Указанный в 4-ом лоте векторный генератор Keysight E8267D поддерживает максимум 44 ГГц, Требуемые 67 ГГц поддерживает другая модель Keysight E8257D. Прошу уточнить. 2. Какая полосо генерации сигналов должна

1. Указанный в 4-ом лоте векторный генератор Keysight E8267D поддерживает максимум 44 ГГц, Требуемые 67 ГГц поддерживает другая модель Keysight E8257D. Прошу уточнить. - E8267D и E8257D — это генераторы сигналов PSG от Keysight, но они в первую очередь отличаются своими возможностями. Приведенный как пример E8267D — это векторный генератор сигналов с более

e-AUCTION

Ընկերություն

Стандарт (лот 1)? 7. Требуется ли аккредитованная калибровка камеры (лот 1)? 5. Имеется ли помещение для установки камеры, если да, то просьба указать размеры (лот 1)? 6. Требуется ли отдельная комната (выгородка) для установки оборудования (лот 1)? 7. Какое оборудование будет испытываться в камере (лот 1)? 8. Просьба указать стандарт, по которому будут проводиться испытания по стандартам CISPR, EN, MIL461 (лот 1) 9. Требуется испытание компонентов на помехоустойчивость (ISO 11452) (лот 1) 10. Кто будет собирать, устанавливать камеру? (лот 1)

Օգնության և հարցերի (o_asatryan)
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիաների
արդյունաբերության նախարարություն

Կոնսուլտանտներին հասնելու համար

генерацию аналоговых сигналов с немного более низкими характеристиками. Максимальная частота для E8267D составляет 44 ГГц, с доступными опциями для ее расширения до 500 ГГц. 2. Какая полоса генерации сигналов должна поддерживаться генератором лота 4? - Если максимальная частота (67 ГГц) имеет решающее значение, есть возможность для E8267D увеличить свой максимальный диапазон, добавив расширитель частоты N5179V-W15 (модуль расширения миллиметровой частоты, от 50 до 75 ГГц). 3. Какому стандарту должна соответствовать камера, гражданский, военный, спец стандарт (лот 1)? - Гражданскому 4. Нужна ли аккредитованная калибровка камеры (лот 1)? - Не требуется 5. Имеется ли помещение для установки камеры, если да, то просьба указать размеры (лот 1)? - Высота предусмотренного помещения составляет 4 м, длина и ширина позволяют установить беззловую камеру указанных размеров. 6. Требуется ли отдельная комната (выгородка) для установки оборудования (лот 1)? - Не требуется 7. Какое оборудование будет испытываться в камере (лот 1)? - Различные типы СВЧ устройств и антенн 8. Просьба указать стандарт, по которому будут проводиться

e-AUCTION

Unklyn Unqnylth

ՕՖԵՆԿԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ (o_asatryan)
 ՀՀ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
 ԱՐՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ
 ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Судя по картинке, это не совсем стандартный комплектующий элемент (ISO 11452) (лот 1) - Не требуется ли, кто будет собирать, устанавливать камеру? (лот 1) - Монтажные работы должны выполняться поставщиком.

Հարգելի պատվիրատու
ինդուն են պարգևատրել

2025-05-15
11:49:12

Քարդիոհաճախային
անադապտը խցիկ / RF
anechoic chambers (1) 1.

Просьба предоставить размер помещения, где будет устанавливаться камера. 2. Где будет устанавливаться измерительное оборудование, в отдельном помещении рядом с камерой или где? Если в отдельном помещении, то нужно ли это предусматривать при конструировании камеры? 3. Какой тип оборудования будет испытываться внутри камеры? 4. Обычно камера должна соответствовать различным стандартам, гражданским, военным, специальным. Просьба указать стандарты соответствия. 5. Камера должна быть беззвонкой или полу беззвонкой? 6. Нужно

1. Просьба предоставить размер помещения, где будет устанавливаться камера. - Высота предусмотренного помещения составляет 4 м, Длина и ширина позволяют установить безэховую камеру указанных размеров. 2. Где будет устанавливаться измерительное оборудование, в отдельном помещении рядом камерой или где? Если в отдельном помещении, то нужно ли это предусматривать при конструировании камеры? - Рядом с камерой 3. Какой тип оборудования будет испытываться внутри камеры? - Антенны, радиочастотные компоненты и устройства 4. Обычно камера должна соответствовать различным стандартам, гражданским, военным, специальным. Просьба указать стандарты соответствия. - Стандарт не требуется. 5. Камера должна быть безэховая или полу безэховая? Безэховый 6. Нужно ли устанавливать поглотители на пол камеры? - Да 7. Нужно ли проектировать специализированные окна

e-AUCTION

Ընկիւնը

ռադիոստանդարտ ուղղակի և
կաмеру? Или заказчик их будет
делать самостоятельно? 8.
Нужен ли поворотный стол
внутри камеры? 9. Нужен ли 3D
позиционер внутри камеры,
для вращения испытуемого
устройства? 10. Нужно ли
приводить калибровку
камеры? 11. Кто будет
собирать и устанавливать
камеру в помещении? 12. Мы
готовы поставить платители
для камеры, но будет ли этого
достаточно? Нужно ли самим
делать металлическую
конструкцию со стенами
внутри помещения? 13. Как
будет проходить приемка
камеры, есть ли какая-то
процедура приемки?
Циркулярный шифратор /
Signal Analyzer (2) 1. В
требованиях нет кабелей для
анализатора. Нужен ли
радиочастотный кабель? 2.
Правильно ли мы понимаем,
что полоса анализа в
анализаторе спектра должна
составлять не менее 1ГГц? 3.
Правильно ли мы понимаем,
что встроенный малошумящий

Օգնիւշ Ընկերը (o_asatryan)
ՀՀ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԱՐՅՈՒՆԸՐԵՂՈՒԹՅԱՆ

ՆԸՆԴԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ռադիոստանդարտ ուղղակի և

испытываемого устройства? - Да 10. Нужно
ли приводить калибровку камеры? - Да 11.
Кто будет собирать и устанавливать
камеру в помещении? - Поставщик 12. Мы
готовы поставить платители для камеры,
но будет ли этого достаточно? Нужно ли
самим делать металлическую
конструкцию со стенами внутри
помещения? - Да, снаружи камеры должна
быть предусмотрена металлическая
конструкция. 13. Как будет проходить
приемка камеры, есть ли какая-то
процедура приемки? - Конкретной
процедуры принятия не предусмотрено.
Циркулярный шифратор / Signal
Analyzer (2) 1. В требованиях нет кабелей
для анализатора. Нужен ли
радиочастотный кабель? - Да. РЧ-кабели
должны работать в том же диапазоне
частот, что и РЧ-анализатор. 2. Правильно
ли мы понимаем, что полоса анализа в
анализаторе спектра должна составлять не
менее 1ГГц? - Да. Полоса пропускания
анализатора радиочастот должна быть не
менее 1 ГГц. 3. Правильно ли мы
понимаем, что встроенный малошумящий
усилитель не нужен? - Да, он должен
включать в себя усилитель шума. 4.
Правильно ли мы понимаем, что
встроенный преселектор не нужен? - Да,
он должен включать в себя преселектор. 5.



e-AUCTION

Արևիկ Մրցույթ

https://eauction.am/ty/procuser/tender_details/tid/37005/co

Օգնիւ Շիւտըշի (o_asatryan)
ՀՀ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԱՐՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒՄՆԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄՆՈՐ



produced by ARV LTD. All rights reserved.
производитель не поддерживает частоту 67 ГГц. Это опечатка в техническом задании или требуется 44 ГГц? -
Максимальная частота по умолчанию для KeySight E8267D составляет 44 ГГц, но ее можно расширить до 500 ГГц. Мы добавили расширитель частоты N5179V-W15, модуль расширения частоты миллиметрового диапазона, охватывающий диапазон от 50 до 75 ГГц. С этим дополнением E8267D будет поддерживать диапазон частот от 250 кГц до 44 ГГц, а также 50–75 ГГц. Также можно добавить опцию N5179V-W19 для покрытия любых слепых частотных зон. 5. Правильно ли мы понимаем, что должна поддерживаться частота генератора сигналов произвольной формы не менее 64 M samples/s? - Для внутреннего генератора основной полосы доступны два варианта: E8267D-602 и E8267D-009. E8267D-602: Внутренний генератор основной полосы с памятью 64 Msa, способный генерировать произвольные и в реальном времени сигналы I/Q (полоса пропускания модуляции RF 80 МГц). E8267D-009: Съёмная флэш-память, обеспечивающая 8 Гб компактной флэш-памяти; все доступные пользователю файлы хранятся на этой карте памяти. Хотя вариант E8267D-009 более подходит, для

e-AUCTION

Առկա Մրցույթ

Օֆենս Ասատրյան (o_asatryan)
ՀՀ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՎԱՆ
ՄԱՅՈՒՆԱՐԵՐՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՆԱԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ



генерации модулированных сигналов
должна быть? - Стандартная полоса
генерации модулированных
сигналов(E8267D-016). 7. В требованиях не
указано, нужен ли радиочастотный кабель
для генератора? - Комплект гибких
кабелей Key sight 85133F, 2,4 mm

Հրավեր



Հրապարակման
Ժամանակ

2025-05-13 17:56:43

Հայտերի ցնդումնա
վերջնաժամկետ

2025-05-26 11:00:00

Արձանագրություն

Ժամանակ

Փաստաթուղթ

Հակադարձ աճուրդ

2025-05-27 11:00:00

Հարցման արձագանքի
վերջնաժամկետ

2025-05-22 23:59:59

Աճուրդի սկզբնական
իրավեր(ներ)

Ծածկագիր

[ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/09](#)

Հրապարակման ժամանակ

2025-05-08 16:46:07

©Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են 2025