

ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/14 գնանշման հարցման ծածկագրով, ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հայտարարված <<Բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի>> ձեռքբերման հրավերի 65, 66, 67, 68, 69 չափաբաժիններին մեր կողմից առաջարկվող դիմակները պատրաստված են պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից, չեն պարունակում լատեքս:

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում՝ հանդիսանում են արդյո՞ք վերը նշված տեխնիկական բնութագրերով ապրանքները համարժեք:

ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/14 գնանշման հարցման ծածկագրով, ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հայտարարված <<Բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի>> ձեռքբերման հրավերի 24, 25, 26-րդ չափաբաժիններին համապատասխան մեր կողմից առաջարկվող հավաքածուի մեջ ներառված խալովակի անկյունը կազմում է 100 սստիձան, չի ընդգրկում խոզանակ:

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում հանդիսանում են արդյո՞ք վերը նշված տեխնիկական բնութագրերով ապրանքները համարժեք:

ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/14 գնանշման հարցման ծածկագրով, ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հայտարարված <<Բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի>> ձեռքբերման հրավերի 53,54 չափաբաժինների և տեխնիկական բնութագրերով միջև կան անհամապատասխանություններ՝ տեխնիկական բնութագրում չի նշվում փողի արմիրացված լինելու փաստը:

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում/հստակեցում ինչի մասին է խոսքը:

ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/14 գնանշման հարցման ծածկագրով, ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հայտարարված « Բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի» ձեռքբերման հրավերի 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 չափաբաժիններին մեր կողմից առաջարկվող հավաքածուներում առկա են Յրկու կոննեկտոր Ophi-port™, երկու առափրացիոն կատետոր Gentle-Flo™ և մեկ Y-աձև կոննեկտոր:

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում հանդիսանում են արդյո՞ք վերը նշված տեխնիկական բնութագրերով ապրանքները համարժեք:

ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/14 գնանշման հարցման ծածկագրով, ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հայտարարված <<Բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի>> ձեռքբերման հրավերի 32-րդ չափաբաժինի համապատասխան մեր կողմից առաջարկվող գոիչի քաշը 30 գ-ից ոչ ավել, նույնի դիմադրությունը 2.7սմ H2O (60լ/րոպեի) դեպքում, սեղմված ծավալը 57մլ, եւրոպական արտադրության:

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում հանդիսանում է արդյո՞ք վերը նշված տեխնիկական բնութագրերով ապրանքը համարժեք:

ՀՀՊՆՆՏԱՊ-ԳՀԱՊԶԲ-9/14 գնանշման հարցման ծածկագրով, ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հայտարարված «Բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութեր» ձեռքբերման հրավերի 1, 2, 11, 12, 27, 49, 50, 51, 52 չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում կատարված է հղում - հատուկ գերանույթ մանժետա Soft-Seal, տանձաձև կառուցվածքի՝ Profile: Մեր կողմից արաջարկվող արտադրանքը ունի ցածր ճնշման մեծ ծավալի մանժետա, որը ապահովում է ճնշման հավասարաչափ բաշխում մեծ ծավալի մակերեսի վրա իջեցնելով ճնշումը արախեայի նուրբ հյուսվածքների վրա, ապահովելով լիարժեք հերմետիկություն:

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում, թե արդյո՞ք վերը նշված տեխնիկական բնութագրերը բավարարում են ձեր հրավերով ներկայացված ապրանքներին կամ հանդիսանում են համարժեք:

ՀՀՊՆՆՏԱՊ-ԳՀԱՊԶԲ-9/14 գնանշման հարցման ծածկագրով, ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հայտարարված «Բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի» ձեռքբերման հրավերի 30-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշվում է գրանուկների չափս՝ 4/8 M, բաղադրությունը Ca հիդրօքսիդ 80%, Na հիդրօքսիդ 4%: Նշված չէ զանգվածային, թե՛ ծավալային տոկոսային հարաբերության մասին և խոսքը և մնացած 16%-ը ինչից է կազմված: Մեր կողմից առաջարկվող ապրանքի գրանուկները ունեն ցիլինդրիկ կառուցվածք (որը հանգեցնում է արտորբերում օպտիմալ բաշխման և կլանման ծավալի մեծացման), չափսերը՝ 8.0 մմ-ից ավել բացակայում են, 4.75-8.0 մմ ոչ պակաս 2%, 2.36-4.74 մմ ոչ պակաս 85%-ից, 0.42- 2.35 մմ 10%-ից պակաս, 0.42 մմ 0.3%-ից պակաս, չի պարունակում փոշի, CO2-ի կլանման ունակությունը ոչ պակաս 141լ/կգ: Չափազանց թաղադրությունը Ca հիդրօքսիդ 96%-ից ոչ պակաս, Na հիդրօքսիդ 3%-ից ոչ պակաս: Գունային ինդիկատոր՝ սպիտակ- մանուշակագույն, որակյալ, եվրոպական արտադրության:

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում՝

1. հանդիսանում է արդյոք մեր վերը նշված տեխնիկական բնութագրերով նկարագրված ապրանքը համարժեք:
2. ձեր կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրում տոկոս նկարագիր վերաբերվում է զանգվածին, թե՛ ծավալին, և մնացած 16%-ը ինչից է կազմված:

ՀՀՊՆՆՏԱՊ-ԳՀԱՊԶԲ-9/14 գնանշման հարցման ծածկագրով, ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հայտարարված «Բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի» ձեռքբերման հրավերի 62, 63, 64 չափաբաժիններին մեր կողմից արաջարկվող դիմակի մանժետը ունի անատոմիական կառուցվածք, ազոտի օքսիդի նշատմամբ կայուն է, սահող մակերես և հեռի՛ն ամուր պատ՝ տեղադրումը հեշտաճնկու համար, Եվրոպական արտադրության է:

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում հանդիսանում են արդյո՞ք վերը նշված տեխնիկական բնութագրերով ապրանքները համարժեք:

ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/14 գնանշման հարցման ծածկագրով, ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հայտարարված Բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի ձեռքբերման հրավերի 47, 48-րդ չափաբաժիններին համապատասխան մեր կողմից առաջարկվող կոնսեկտորը պատրաստված է պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից, եվրոպական արտադրության:

Խնդում ենք տալ պարզաբանում հանդիսանում է արդյո՞ք վերը նշված տեխնիկական բնութագրերով ապրանքը համարժեք:

ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/14 գնանշման հարցման ծածկագրով, ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հայտարարված <<Բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի>> ձեռքբերման հրավերի 28 լող չափաբաժինն համապատասխան մեր կողմից առաջարկվող գտիչի քաշը 23 գ., հոսքի դիմադրությունը 2.0ամ H₂O (60լ/րոպեի) դեպքում, սեղմված ծավալը 42մլ, եվրոպական արտադրության:

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում հանդիսանում է արդյո՞ք վերը նշված տեխնիկական բնութագրերով ապրանքը համարժեք: