

Приложение № 1
Протоколом № 2 оценочной комиссии процедуре закупки
под кодом ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/03
от 17 апреля 2025г.

**ОБЪЯВЛЕНИЕ
о разъяснении приглашения**

Настоящий текст объявления утвержден Протоколом № 2 Оценочной комиссии
от 17 апреля 2025 года и публикуется в соответствии со статьей
29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры: ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/03

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/03, организованной с целью приобретения оборудования для нужд «Научный центр зоологии и гидроэкологии» ГНКО, ниже представляет запросы, полученные в 07.08.2025 в 18:11 и предоставленные 07.08.2025 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1: В рамках второго лота тендера с шифром ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/03, в технической спецификации на триинокулярный микроскоп с возможностью подключения камеры указано, что источником освещения прибора является галогенная лампа 6V/20W. Просим разъяснить следующий вопрос: может ли рассматриваться в качестве эквивалента галогенной лампы источник света S-LED с аналогичными характеристиками — 6V/20W.

Разъяснение № 1: Уважаемый участник, в технической спецификации допущена описка, и да — источником света микроскопа с указанными характеристиками является лампа S-LED. В данной части лота будет внесено соответствующее изменение.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии В. Элюну под кодом ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/03.

Телефон: +374 98 389 689 (внутренний номер телефона` 11)

Электронная почта: L.hayrapetyan@promotion.am

Заказчик: «Научный центр зоологии и гидроэкологии» ГНКО

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*