

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ապրանքի հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը**	տեխնիկական բնութագիրը	շ/միավոր	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակա քանակը	Ժամկետը***
1	33141184/514	Վաեր 0,35	Radifocus Guidewire, Terumo,	Վաերի առանցքը նիտինոլից է (փափուկ), պատված վոլֆրամ պարունակող պոլիուրետանի շերտով, ռենտգենոկոնտրաստ: Վաեր ուղղորդիչ կաթետերի պահանջվող երկարությանն է՝ 260 սմ: Պետք է պատված լինի հատուկ հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և գերճկուն է: Գլխիկի ծայրը պետք է լինի անկյունային: Կախված	հալո	19500	390000	20	Ք. Գյումրի Գարեգին Նժդեհ 3/3	20	Մատակարարումն իրականացվում է 2026թ-ի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և

			<p>վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 0.035" (0.89 mm): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է:</p> <p>Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:</p> <p>Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:</p> <p>Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p> <p>«Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:</p>				<p>դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագիր կնքելու օրվանից հաշված 20-օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 30օրացուցային օրը / եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/:</p> <p>Մատակարարումն ըստ պահանջի</p> <p><u>տվյալ</u></p>
--	--	--	--	--	--	--	---

											կետը կիրառվում է բոլոր չափաբա ժինների համար
6	33141136/528	Ասպիրաց իոն կաթետեր	Red, Penumbra,	Նեյրովասկուլյար ասպիրացիոն կաթետր, որը նախատեսված իշեմիկ կաթվածների ժամանակ թրոմբի հեռացման համար արտաձծման եղանակով: Հենքը պետք է լինի հյուսված, որի շնորհիվ հնարավորություն է տալիս պտտել կաթետերը դժվար բիֆուրկացիաները հաղթահարելու նպատակով, և չի ծալվում ոլորուն անոթային համակարգում: Ունի ավելի մեծ ասպիրացիոն ուժ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և վիրահատության տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ երկարությունը՝ 138 սմ և 132 սմ, արտաքին տրամագիծը՝ 1.93մմ, ներքին տրամագիծը՝ 062’’ և 2,13 մմ ներքին տրամագիծը՝ 068 ըստ պատվիրատուի պահանջի, ծայրակալի տեսակը՝ ուղիղ, ամբողջ երկարությամբ նյութը PTFE: Եվրոպական սերտիֆիկատի առկայությունը	հապ	395000	3950000	10	ք. Գյումրի Գարեգին Նժդեհ 3/3	10	

				պարտադիր է, Ավտոդիզացիայի նամակ արտադրողի կողմից: Գործարանային փաթեթավորմամբ և չօգտագործված:								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>«ԳՆՈՐԴ»</p> <p>«Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ</p> <p>Հասցե՝ ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի 3/3</p> <p>ՀՎՀՀ 05539526</p> <p>Բանկ՝ «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Գյումրիի մ/ճ</p> <p>Հ/Հ 1510019952250100</p> <p>Արմեն Իսահակյան</p> <p>Տնօրեն-----</p>	<p>«ՎԱՃԱՌՈՂ»</p> <p>«ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ» ՍՊԸ</p> <p>Հասցե՝ ք. Երևան, Վ.Համբարձումյան 3/21</p> <p>Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ</p> <p>Հ/Հ 1570080623800100</p> <p>ՀՎՀՀ 00507165</p> <p>Տնօրեն-----</p>
--	--