

Արձանագրություն N 4

Առողջապահության նախարարության կարիքների համար անհրաժեշտ ՀՀ ԱՆ «Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2021/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«01» «հուլիսի» 2021թ.  
Ժամը 15:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ

Հանձնաժողովի անդամներ

Գևորգ Սիմոնյան (Բացակա)

Կարեն Խաչատրյան,

Սմբատ Սմբատյան,

Հարություն Վարդանյան,

Արամ Գրիգորյան (Բացակա)

Միհրան Համբարձումյան

Հանձնաժողովի քարտուղար

**1. Մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի մասին**

**(Կ. Խաչատրյան)**

Մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերում առկա են որոշակի անհամապատասխանություններ՝ մասնավորապես.

**Գրիգորյան Շին ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Հավելված 1.1-ում 26, 27, 29, 33, 36 և 39-րդ տողերի մասով առկա չեն առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների մոդելների և արտադրողների մասին տեղեկատվությունը, իսկ 9-րդ տողի մասով պահանջ է եղել Vents 125PF, սակայն առաջարկվել է Vents 100PF, որը համարժեք չէ պահանջվող սարքին:**

**Ազաթ 777 ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ծավալաթերթի մի շարք կշիռներ չեն համապատասխանում հրավերի պահանջներին:**

Մասնակցի կողմից ներկայացված Հավելված 1.1-ում առկա են ներքոնշյալ անհամապատասխանությունները.

1, 22, 23, 24, 25, 33, 36 և 37-րդ կետերում **առկա չեն առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների մոդելների և արտադրողների մասին տեղեկատվությունը**

2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 և 15 կետերում առաջարկվող սարքերի մոդելների համացանցում առկա տեխնիկական բնութագրերը չեն համապատասխանում հրավերի պահանջներին:

26, 27, 28 և 29-րդ կետերում առաջարկվող սարքերի մոդելների մասին տեղեկատվությունը հնարավոր չէ գտնել համացանցում (կարծում ենք տեխնիկական վրիպակ է), առաջարկում ենք նշել շտկված արտադրողի և մոդելի անվանում:

**Գոհարիկ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Հավելված 1.1-ում առկա են ներքոնշյալ անհամապատասխանությունները.**

2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 28, 29, 36, 37, 38 և 39-րդ կետերում **առկա չեն առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների մոդելների մասին տեղեկատվությունը**

16 և 17-րդ կետերում առաջարկվող սարքավորումների պոմպը ռադիալ է, սակայն հրավերով պահանջվում է կնետրոնախույս,

26 և 27-րդ կետերում առաջարկվող սարքերի մոդելների մասին տեղեկատվությունը հնարավոր չէ գտնել համացանցում (կարծում ենք տեխնիկական վրիպակ է), առաջարկում ենք նշել շտկված արտադրողի և մոդելի անվանում:

33-րդ կետի համար հրավերով պահանջվել է G=6մ3/ժամ, առաջարկվող մոդելի G=5,4մ3/ժամ համաձայն համացանցում առկա տեղեկատվության:

**Բիդեք ՍՊԸ - Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ ՀԳ-ի կողմից ներկայացված Հավելված 1.1-ում 1, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38 և 39-րդ տողերի մասով առկա չեն առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների մոդելների և արտադրողների մասին տեղեկատվությունը,**

**S-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ ՓԲԸ-** ի կողմից ներկայացված Հավելված 1.1-ում առկա են ներքոնշյալ անհամապատասխանությունները.

26-րդ կետով առաջարկվող սարքավորման չափսերը՝ համաձայն համացանցում առկա տեղեկատվության, չի համապատասխանում հրավերի պահանջներին,

27-րդ կետով առաջարկվող S-830 մոդելը չի համապատասխանում հրավերի պահանջներին, իսկ S-820 մոդելը՝ համապատասխանում է,

33 և 37-րդ կետերում առաջարկվող սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը՝ համաձայն համացանցում առկա տեղեկատվության, չի համապատասխանում հրավերի պահանջներին

Հաշվի առնելով վերոգրյալը և հիմք ընդունելով «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2021/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 8.9 կետը՝ մասնակիցներին առաջարկվում է **ծանուցման պահից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում** շտկել վերոնշյալ թերությունները:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:**

**2. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը,  
ժամը և վայրը հաստատելու մասին**

**(Կ. Խաչատրյան)**


«ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2021/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստ հրավիրել 2021թ. հուլիսի 08-ին ժամը 15:00-ին, ք. Երևան, Կատավարության տուն 3 հասցեում:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:**


Հանձնաժողովի  
նախագահող  
Հանձնաժողովի  
անդամներ

  
Կարեն Խաչատրյան

  
Սմբատ Սմբատյան

  
Հարություն Վարդանյան

Հանձնաժողովի  
քարտուղար

  
Միհրան Համբարձումյան