

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2023 թվականի օգոստոսի 18-ի թիվ 2.1 որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը **ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2023/05**

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2023/05** ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2023 թվականի օգոստոսի 17-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2023 թվականի օգոստոսի 18-ին տրամադրված պարզաբանումը՝

- Հարցադրում N 1՝**
- Նշված բնութագրերում առկա չեն չափիչ սարքերի համար առաջնային հանդիսացող բնութագրերը, որոնք են՝ սարքերի ճշտության դասը, թույլատրելի շեղումները կախված ջերմաստիճանից և եղանակային այլ պայմաններից, չափումների կրկնելիության թույլատրելի շեղումները, ինչպես նաև չափումներին վերաբերող տեխնիկական այլ առաջնային պահանջներ: Օրինակ՝ սարքի շահագործման ջերմաստիճանը ուղղակիորեն կապ ունի չափումների արդյունքների ճշտության հետ, ուստի համարում են, որ պահանջել սարքի աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք՝ առանց չափումների ճշտության անթույլատրելի է: Նշեն նաև, որ եվրոպական առաջատար ընկերությունների պարզաբանմամբ իրենց արտադրած սարքերը նույնպես կարող են իրականացնել չափումներ նույնիսկ 80°C և ավել ջերմաստիճանային պայմաններում, սակայն չափումների ճշտությունն էականորեն իջնում է:
 - Տեխնիկական բնութագրերում պահանջվում է, որ մատակարարը, ենթադրենք ՀՀ-ում գրանցված որևէ իրավաբանական անձ, պարտավոր է կատարել ստուգաչափում՝ ներկայացնելով համապատասխանելիության վկայական: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ ՀՀ-ում չունենք հավատարմագրված մարմին, ով իրավունք կամ հնարավորություն կունենա իրականացնել նման ստուգումներ կամ տրամաչափարկումներ և տալ համապատասխան վկայական: Առաջարկում են բոլոր սարքերի համար «կատարել ստուգաչափում և ներկայացնել համապատասխանելիության վկայական» արտահայտությունը փոխարինել «ներկայացնել ստուգաչափման վկայական» (գործարանի կամ հավատարմագրված կազմակերպության կողմից), քանզի կատարել նշանակում է սեփական մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսներով համապատասխան պայմաններում իրականացնել որևէ գործողություն:
 - Պահանջվող ճանապարհների գծանշման հաստության չափման սարքի համար նշված պահանջվող չափսերը արդյոք վերաբերում են

բուն սարքավորմանը: Խնդրում եմ պարզաբանել այս սարքի «մենյու»-ի բազմալեզու լինելու պահանջը, այն պարագայում, երբ այն ցույց է տալիս գծանշման հաստությունը միայն թվային արտահայտությամբ՝ 2 համակարգերով (իմպերական կամ

Պարզաբանում N 1՝

- Չափումները իրականացվելու են բնութագրում նշված ջերմաստիճանային միջակայքում, որի ժամանակ թույլատրելի շեղումը՝ նմանատիպ սարքերի համար, ստանդարտ է և կազմում է 2-3%:
- Ստուգաչափում, սերտեֆիկացում և դրանց հետ կապված այլ գործառույթներ ՀՀ-ում իրականացնում էկոնոմիկայի նախարարությանն առընթեր «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերությունը:
- Մենյու է համարվում ոչ միայն էկրանին արտածվող տեղեկատվությունը, այլ նաև էկրանի շրջանակի վրա գրված ցուցանակները, ստեղծների նշանակությունը և այլ գրառումներ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2023/05 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հեղինե Բաբաջանյանին:

Հեռախոս՝ 010 54 21 76

Էլ. Փոստ՝ procurement@armroad.am

Պարվիրատու՝ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2.1 от 18 августа 2023 года

и публикуется

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения «О закупках»

Код процедуры **CHD-GHAPDzB-2023/05**

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **CHD-GHAPDzB-2023/05**, организованной с целью приобретения оборудования для нужд Фонда «Дорожный департамент», ниже представляет запрос, полученный 17.08.2023г. и предоставленный 18.08.2022г. по нему разъяснение относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1:

- Указанные технические характеристики не включают первичные технические требования к оборудованию: класс точности оборудования, допускаемые отклонения в зависимости от температуры и других погодных условий, допускаемые отклонения повторяемости измерений, а также другие первичные технические требования. Например, рабочая температура прибора напрямую связана с точностью результатов измерений, поэтому я считаю, что требовать диапазон рабочих температур прибора без точности измерений недопустимо. Также отмечу, что согласно разъяснениям ведущих европейских компаний, производимые ими оборудования также могут проводить измерения даже в температурных условиях 80°C и выше, но при этом точность измерений значительно снижается.
- Технической характеристикой требуется, чтобы поставщик, скажем, любое юридическое лицо, зарегистрированное в Республике Армения, обязан провести калибровку, предъявив сертификат соответствия. Необходимо учитывать факт, что в РА нет аккредитованного органа, имеющего право или возможность проводить такие проверки или калибровки и представить соответствующий сертификат.

Предлагаю для всех приборов заменить фразу "провести калибровку и предъявить сертификат соответствия" на "представить сертификат калибровки" (заводом или аккредитованной организацией), т.к. провести значит выполнить любую операцию в соответствующих условиях собственными человеческими и техническими ресурсами.

Разъяснение № 1: Измерения будут проводиться в диапазоне температуры, указанном в спецификации, при котором допустимое отклонение для подобных оборудований является стандартным и составляет 2-3%.

- Калибровку, сертификацию и другие функции связанные с этим в РА выполняется ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» при Министерстве экономики.

- Меню – не только информация, отображаемая на экране, но и знаки отображенные на рамке экрана, значения клавиш и другие примечания.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии под кодом CHD-GHAPDzB-2023/05 - Эгине Бабаджанян.

Телефон **010 54 21 76**

Электронная почта: procurement@armroad.am

Заказчик: **Фонд «Дорожный департамент»**