

Կնքված պայմանագրերի մասին

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			ՀՀ դրամ					
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	GE Healthcare արտադրության Brivo MR355 մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիկ համակարգի տարեկան ամբողջական սպասարկման՝ ներառյալ դրա համար անհրաժեշտ պահեստամասերի փոխարինման ծառայություններ	հատ	-	12	-	90,000,000.00	Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 1-ում:	Տեխնիկական բնութագիրը նայել կից Հավելված 1-ում:
Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը					«Գնումների մասին» ՀՀ Օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ, 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետի աղյուսյակի 15-րդ պարբերություն			
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը					2025 թվականի դեկտեմբերի 19			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը					1			
								
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցադրման ստացման		Պարզաբանման
					1			
								
2/Հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը/ՀՀ դրամ						

		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր			
1	«Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ	75000000	15000000	90000000			
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին							
Զ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)					
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ		
1	«Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ	Բավարար	Բավարար	Բավարար			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր					
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		2025 թվականի դեկտեմբերի 24					
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝		2025 թվականի դեկտեմբերի 30					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		2025 թվականի դեկտեմբերի 30					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		2026 թվականի հունվարի 07					
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
					Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	
1	«Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ	«ՄԱԾՁԲ-2026/29-ԵՊԲՀ»	07.01.2026թ.	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ 2026 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին	-	-	90000000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ. փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)		
1	«Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ	ք. Երևան, Մ.Հերացի 7, 010-56-99-99	armedtechnicallc@gmail.com	1930041595160100	02604367		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ լիազորված մարմնի կողմից վարվող ցուցակում ընդգրկված՝ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք կամ վերջիններիս ներկայացուցիչները (այսուհետ՝ դիտորդներ) կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: Դիտորդները պայմանագրի արդյունքի ընդունման գործընթացի օրվա, ժամի ու վայրի մասին կարող են տեղեկանալ պատասխանատու ստորաբաժանումից (մասնագիտական խմբից)՝ հեռախոսով կամ գրավոր հարցումն ուղարկելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե գրավոր հարցումը ստանալու պահին դեռևս հայտնի չեն ընդունման գործընթացի օրը, ժամն ու վայրը, ապա այդ տեղեկատվությունը տրամադրվում է 23 մայիսի 2024 թվականի N 732-Ն որոշմամբ հստատված կարգի 50.1-ին կետի 2-րդ ենթակետում սահմանված ժամկետում (2 աշխատանքային օրում): Պայմանագրի արդյունքի ընդունման գործընթացին ներկայանալիս դիտորդները պարտավոր են ներկայացնել 23 մայիսի 2024 թվականի N 732-Ն որոշմամբ հստատված կարգի 50.2-րդ կետում նշված վկայականը և իրենց անձը հաստատող փաստաթուղթը: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է armen.sardaryan@ysmu.am, mrt.radiology@gmail.com		
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		19.12.2025թ. գնահարցումն ուղարկվել է «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊ ընկերություն:
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		Պայմանագրի կնքումը 05.01.2026 թ.-ին հաստատված է հոգաբարձուների խորհրդի կողմից:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Միքայել Ղարիբյան	010-301-000 (ներքին համար 438)	marketing_ysmu8@gmail.com

Պատվիրատու՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

Հավելված 1

GE Healthcare արտադրության Brivo MR355 մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիկ համակարգի սպասարկման ծառայություններ		
BRIVO MR355 մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիկ համակարգի սպասարկման ծառայություններն իրականացվելու են համաձայն արտադրողի կողմից մշակված ժամանակացույցի և նորմերի: Ծառայությունները պետք է իրականացվեն արտադրողի ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Տեխնիկական սպասարկման ընթացքում անհրաժեշտ գործիքները և ընթացիկ ծախսանյութերը՝ Մատուցողի միջոցներով: Ծառայություններն իրենց մեջ ներառում են նաև համակարգի կարևոր ցուցանիշների հեռահար և/կամ տեղում ուսումնասիրություն և վերլուծություն, առաջացած խնդիրների մասին վերջնական օգտագործողին տեղեկացում, պլանային կանխարգելիչ սպասարկման ծառայություններ և վերանորոգման ծառայություններ:		
1. Պլանային կանխարգելիչ սպասարկման ծառայություններ	Քանակը	12 ամիսների ընթացքում
Պատկերի որակ		
Հարթեցման ճառագայթի (луча выравнивания) ստուգում		1
Կիրառական Ծրագրի տարբերակի համապատասխանության ստուգում		4
Ծրագրային ապահովման թարմացում		4
Կոհերենտ աղմուկի առկայության ստուգում		2
Ազդանշան-աղմուկ հարաբերակցության ստուգում, Signal to Noise		2
Կայծային խանգարումների(искровые помехи) առկայության ստուգում, իմպուլսային աղմուկների առկայության ստուգում (աղմուկի արտանետում)		2
Պրոցեդուրային սենյակ; Մագնիսի սենյակ		
Թթվածնի պարունակության մոնիտորի ստուգում (եթե առկա է)՝ տրամաչափման հավաքածուի օգտագործմամբ		1
Հիվանդի վրա փչող օդի մոդուլի ֆիլտրերի ստուգում/մաքրում		2
Հիվանդի տազնապի /ահագանգի համակարգի ստուգում, Հիվանդին ակազանգելու պնևմատիկ համակարգ		2
Համակարգային մասեր		
Օդափոխիչի և հովացնող հեղուկի մատակարարման գծերի ստուգում		2
MC/SC սխեմային համակարգի հովացուցիչի հեղուկի մակարդակի ստուգում		2
Գրադիենտ մալուխների ամրության ստուգում		2
Ռադիոհաճախականային ճառագայթման հզորության չափիչի ստուգում		1

Հիվանդի սեղան	
Հիվանդի սեղանի ստուգում՝ կախված տեղադրված սեղանի տեսակից	2
Համակարգի հովացման միավոր և հովացուցիչ	
Հեղուկի մակարդակի և ջերմափոխանակիչի փականի ստուգում	2
Արտահոսքի և աղմուկի մակարդակի ստուգում	2
Հովացուցիչի մաքրում	1
Ջերմափոխանակիչի մաքրում	1
Պոմպի ֆիլտրի մաքրում	1
Միստեմային համակարգիչ	
Համակարգի տեղեկամատյանների (log-երի) և թեստային ֆայլերի մաքրում, Պահպանման գրանցամատյան	2
Օդի ֆիլտրի մաքրում	2
Միստեմային ժամացույցի ստուգում/ուղղում	1
Ինֆորմացիայի պահպանում SaveInfo	1
Մագնիս	
Մագնիսական դաշտը հանելու լրացուցիչ սարքավորման առկայության դեպքում, հիմնական և լրացուցիչ սարքերի մալուխային միացումների վիզուալ ստուգում	1
Մագնիսական դաշտի վթարային հեռացման սարքավորման եռամսյակային փորձարկում , GE (MRU) մագնիսի անջատման սարքավորման փորձարկում	4
Մագնիսական դաշտի վթարային հեռացման սարքի տարեկան փորձարկման պրոցեդուրա	1
Հիվանդի ֆիզիոլոգիական վիճակի վերահսկիչի ստուգում , PAC արտահոսքի հոսանքի ստուգում	1
Կրիոգեն համակարգի ստուգում	2
Կրիոգեն նյութերի օդային փականի զննում	1
Համակարգի հիմնական տրանսֆորմատոր	
Վթարային անջատման շխթանների և սխեմաների ստուգում և հոսանքի մատակարարման ընդհատման ստուգում	2
PDU ուժային մալուխների ձգության ստուգում	1
Պատվիրատուի կողմից մալուխային միացումների և էլեկտրական վահանակի հողանցման ստուգում	2
Աշխատանքային կայանի պլանային սպասարկման ժառայություններ	

Արտաքին մալուխների, ներառյալ ցանցային մալուխների, հոսանքի մալուխների, մոնիտորների միացման ստուգում	1
Մոնիտորների և ստեղնաշարի մաքրում	1
Համակարգային բլոկի միավորի ներքին հատվածի մաքրում	1
AW կոնֆիգուրացիա պահուստային պահպանում, պահուստային սկավառակի ստեղծում (CD-ROM/DVD-ROM)	1
Մոնիտորների կարգաբերման գործընթացների իրականացում "Console Monitor Adjustment Procedure" կատարում	1
DICOM տպելու թեստեր	1
AW սկավառակի տարածության օգտագործման ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում մաքրում	1
AW համակարգային «ավելորդ» սիստեմային ֆայլերի առկայության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում «ավելորդ» ֆայլերի հեռացում	1
FILMING դիրեկտորիայի ստուգում	1
Ավելորդ LOG ֆայլերի հեռացում	1
Դիոագնոստիկ սերվիսային ծրագրային ապահովման մեկնարկ	1
2. Բժշկական սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայություններ՝ 1.5T BRIVO MR355 ներառյալ աշխատանքային կայան (AW)	
Նկարագրություն (ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերը)	Ծառայությունների որակական և գործառական/ֆունկցիոնալ բնութագրերը
Ծառայությունների սպասարկման և վերանորոգման նկարագրությունը (բացառությամբ ծայրամասային սարքերի՝ տպիչ, ինժեկտոր, օդորակման համակարգ և այլն)	աշխատանքային օրերին տեղական ժամանակով ժամը 9:00-ից մինչև 18:00-ը
Սարքավորումների և պահեստամասերի հեռահար ախտորոշման ծառայություններ, ներառյալ հատուկ մասեր՝ սառեցնող գլուխ, հելիումի կոմպրեսոր, կրիոստատ, գրադիենտ ուժեղացուցիչներ/amplifiers, գրադիենտ և փոխանցող (transmitting) ՌՀ կծիկ (RF Body Coil);	Առկայություն
Ուղղիչ նպատակով իրականացվող սպասարկում / Կանխարգելիչ սպասարկում	Առկայություն
*Կանխարգելիչ սպասարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի ուղեցույցների և ժամանակացույցի համաձայն:	

Բժշկական սարքավորման դիագնոստիկա և/կամ վերանորոգում առանց պահեստամասերի փոխարինման կամ պահեստամասերի փոխարինմամբ (Բացառությամբ ծայրամասային սարքերի՝ տպիչ, ինժեկտոր, օդորակման համակարգ և այլն)	Պատվիրատուի պահանջով, անսահմանափակ քանակի այցերով Մատուցողի ինժեների կողմից և ոչ ավելի, քան 1 (մեկ) անգամ 12 ամսվա ընթացքում՝ հրավիրյալ արտասահմանյան ինժեների կողմից
Պահեստամասերի փոխարինում չպահանջող դիագնոստիկայի և/կամ սարքավորումների վերանորոգման ծառայությունների մատուցման սկիզբը, եթե հնարավոր չէ ախտորոշել անսարքությունը հեռահար ախտորոշման ժամանակ, կամ անհնար է հեռավար ախտորոշում իրականացնել:	Պատվիրատուի հարցումը ստանալու օրվանից հետո 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում
Ծառայությունների սպասարկման պայմանագիրը կնքելու պահին սպասարկման ենթակա բժշկական սարքավորումները պետք է գտնվեն լրիվ աշխատանքային վիճակում: Եթե նշված սարքավորումները անսարք վիճակում են, Մատուցողն իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել սարքավորումների շահագործման վերականգնում Պատվիրատուի հաշվին:	Առկայություն
Վերանորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասերի մատակարարում, դրանց խափանման դեպքում, ներառյալ հատուկ մասեր՝ <i>սստեցնող գլուխ, հելիումի կոմպրեսոր, կրիոստատ, գրադիենտ ամպլիֆայեր / ուժեղացուցիչ , գրադիենտ և փոխանցող(transmitting) ՌՀ կծիկ (RF Body Coil):</i> *Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունները չեն ներառում՝ 1. Պահեստային և մաշված մասերի մատակարարում և փոխարինում, բացառությամբ, սույն տեխնիկական բնութագրում նշված մասերի: 2. Սարքավորումների անսարքությունները վերացնելուն ուղղված միջոցառումներ, որոնք առաջանում են հետևյալ պատճառներով՝ 1) Սարքավորումների ոչ պատշաճ պահպանումն ու օգտագործումը, շահագործման մեջ սխալները, ինչպես նաև Պատվիրատուի և/կամ որևէ երրորդ անձանց կողմից տեխնիկական միջամտությունը, որոնք Մատուցողի ներկայացուցիչներ չեն 2) Մատուցողի և/կամ արտադրողի հրահանգներին և առաջարկություններին չհետևելը.	Պատվիրատուի խնդրանքով Պայմանագրի գործողության ընթացքում GE-ի հավաստագրված ինժեների հաստատմամբ:

3) Պայմանագրերի պայմաններին խախտելը. 4) Հաճախորդի կողմից այնպիսի սարքերի կամ տեխնիկայի օգտագործումը, որոնք Մատուցողի և/կամ արտադրողի կողմից հաստատված չեն. 5) Սարքավորման մեջ փոփոխություններ կատարելը Մատուցողից բացի որևէ մեկի կողմից. 6) Սարքավորման շահագործումը դրա հետ անհամատեղելի ցանկացած այլ Սարքավորման հետ. 7) Կծիկների(coil) աշխատանքի վատթարացում՝ առաջացած հարվածների, անկումների կամ դիտավորյալ գործողությունների հետևանքով. 8) հարթ էկրանով LCD մոնիտորներ, Cathode-ray խողովակի մոնիտորներ, ներքնակներ, գոտիներ, բռնակներ, ռետինե բարձիկներ, վերալիցքավորվող մարտկոցներ; 9) ծայրամասային սարքավորումների խափանում, անսարքություններ:	
Տեխնիկական սարքավորումների վիճակի հեռակա վերլուծություն (դիագնոստիկա) ըստ պահանջի (անհրաժեշտության դեպքում), սարքավորումների ծրագրային ապահովման կոնֆիգուրացիայի կարգաբերում՝ օգտագործելով տվյալների փոխանցման ցանցերի և ինտերնետի միջոցով սարքավորումների հետ հեռակա միացում՝ մասնագիտացված ծրագրային ապահովման և ցանցային սարքավորումների պարտադիր օգտագործմամբ, որոնք օգնում են կանխել հիվանդների տվյալների բազա չթույլատրված մուտքը և առաջարկված են արտադրողի կողմից :	Աշխատանքային ժամերին հեռավար ախտորոշման մեկնարկ՝ Հաճախորդի հարցումը ստանալու պահից 6 աշխատանքային ժամվա ընթացքում.
Խափանված պահեստամասերի փոխարինում՝ սարքերի արտադրողի կողմից հավաստագրված ինժեների հաստատման դեպքում	Հաճախորդի հարցումը ստանալու օրվանից 50 (հիսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում :
Պահեստամասերի մատակարարումը կատարվում է վերադարձի սկզբունքով * խափանված բոլոր պահեստամասերը ենթակա են վերադարձի՝ փոխարինումից հետո	Բժշկական սարքավորումներից հեռացված անսարք պահեստամասերը փոխանցվում են Մատուցողին

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О заключенном договоре

Фонд "Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци", находящийся по адресу г. Ереван, Корюна, 2, ниже представляет информация о договоре, заключенном в результате процедуры закупа под кодом «**ՍՈՒՐ-2026/29-ԵՊԲՀ**» организованной с целью **приобретения** услуг по ежегодному техническому обслуживанию магнитно-резонансной томографической системы Brivo MR355 компании GE Healthcare с заменой запасных частей в целях организации работ больничного комплекса «Гераци» № 1, для своих нужд.

Предмет закупки								
номер лота	Наименование	Единица измерения	Кол-во		Сметная цена		Краткое описание (техническая характеристика)	Краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору
					/ РА драм			
			по имеющимся финансовым средствам	общее	по имеющимся финансовым средствам	общее		
1	Ежегодное полное техническое обслуживание магнитно- резонансной томографической системы Brivo MR355 производства GE Healthcare, включая замену необходимых запасных частей	шт	-	12	-	90,000,000.00	Технические характеристики смотрите в Приложении №1.	Технические характеристики смотрите в Приложении №1.
Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора					Статья 23, пункт 1, подпункт 1 Закона РА "О закупках", Абзац 15 таблицы подпункта 4 пункта 23 Решения № 526-Н от 05.04.2017 года.			
Дата направления или опубликования приглашения					19 декабря 2025 г.			
Дата изменений, внесенных в приглашение					1			
								
Дата разъяснений относительно приглашения						Получения запроса		Разъяснения
					1			
								
П/П	Наименование участника	Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров / РА драм						

		Цена без НДС		НДС		Всего	
1	ООО «АР. МЕДТЕХНИКА»	75000000		15000000		90000000	
Данные об отклоненных заявках							
П/П	Наименование участника	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)					
		Наличие требуемых по приглашению документов	Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением	Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением		Ценовое предложение	
1	ООО «АР. МЕДТЕХНИКА»	Удовлетворительно	Удовлетворительно	Удовлетворительно		Удовлетворительно	
Иные сведения			Примечание: Иные основания для отклонения заявок.				
Дата определения отобранного участника			24 декабря 2025 г.				
Период ожидания			Начало периода ожидания		Окончание периода ожидания		
Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора				30 декабря 2025 г.			
Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником			30 декабря 2025 г.				
Дата подписания договора заказчиком			07 января 2026 г.				
Номер лота	Отобранный участник	Договор					
		Номер договора	Дата заключения	Крайний срок исполнения	Размер предоплаты	Цена	
						Драмов РА	
						По имеющимся финансовым средствам	Общая¹
1	ООО «АР. МЕДТЕХНИКА»	«ՄԸԾԶԲ-2026/29-ԵՊԲՀ»	07.01.2026г.	В случае предоставления соответствующих средств в январе-декабре 2026 года	-	-	90000000
Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)							
Номер	Отобранный	Адрес, тел.		Эл. почта		Банковский счет	
						УНН² / Номер и	

¹ Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".

лота	участник				серия паспорта
1	ООО «АР. МЕДТЕХНИКА»	г. Ереван, улица М.Гераци 7, 010-56-99-99	armedtechnicallc@gmail.com	1930041595160100	02604367
Иные сведения		Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.			
Как участники, подавшие заявку на определенную часть данной процедуры, так и представители неправительственных организаций, получивших государственную регистрацию в Республике Армения, включенных в список, ведущийся уполномоченным органом, лица, осуществляющие деятельность средств массовой информации или их представители (далее - наблюдатели) могут представить результат выполнения данной части заключенного договора клиенту, организовавшему процедуру, с письменным запросом на участие совместно с отделом, ответственным за процесс приема, в течение 3 календарных дней после публикации. этого объявления о дне, времени и месте процесса принятия результата договора наблюдатели могут быть проинформированы от ответственного подразделения (профессиональной группы) по телефону или в течение одного рабочего дня после направления письменного запроса. Если на момент получения письменного запроса дата, время и место проведения приема еще не известны, то данная информация предоставляется в срок (в течение 2 рабочих дней), указанный в подпункте 2 пункта 50.1 Устава. Приказ утвержден постановлением N 732 от 23 мая 2024 года. Наблюдатели при заявке на процедуру приемки результата договора обязаны предъявить удостоверение, указанное в пункте 50.2 приказа, утвержденного решением от 23 мая 2024 года N 732-Н, и документ, удостоверяющий личность. К письменному требованию прилагается: 1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух, б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено; 2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»; 3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом; Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика armen.sardaryan@ysmu.am, mrt.radiology@gmail.com					
Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников		19.12.2025 был отправлен запрос по котировкам цен в компанию ООО «АР. МЕДТЕХНИКА»			
В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий		В рамках процедуры закупа противозаконных действий не обнаружено			
Жалобы, поданные в отношении процесса закупок и принятых ими решений		Относительно процедуре закупа жалобы не были поданы.			
Другие необходимые сведения		Заключение договора утверждено Советом попечителей 05.01.2026 г.			
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок					
Имя, Фамилия		Телефон:		Эл. адрес	

² Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.

Заказчик – Фонд «Ереванского государственного института им. М.Гераци»

Приложение 1**Услуги по техническому обслуживанию системы магнитно-резонансной томографии GE Healthcare Brivo MR355**

Техническое обслуживание комплекса магнитно-резонансной томографии BRIVO MR355 будет осуществляться согласно графику и нормам, разработанным производителем. Услуги должен выполнять сертифицированный специалист, компанией-производителем. Инструменты и расходные материалы, необходимые при проведении технического обслуживания, предоставляются Исполнителем. В услуги также входит дистанционное и/или выездное изучение и анализ важных показателей комплекса, уведомление конечного пользователя о проблемах, плановое профилактическое обслуживание и ремонт.

1. Услуги по плановому профилактическому обслуживанию**Количество в течении 12 месяцев****Качество изображения**

Проверка луча выравнивания

1

Проверка совместимости версий приложения

4

Обновление программного обеспечения

4

Проверка наличия когерентного шума

2

Проверка соотношения сигнал/шум , Signal to Noise

2

Проверка наличия искровых помех, проверка наличия импульсных помех (шумоизлучения)

2

Процедурный кабинет; Магнитная комната

Проверка монитора содержания кислорода (при наличии) с помощью калибровочного комплекта

1

Проверка/очистка фильтров модуля подачи воздуха для пациента

2

Проверка системы сигнализации/сигнализации пациента, пневматической системы сигнализации пациента

2

Системные части

Проверка вентилятора и линий подачи охлаждающей жидкости

2

Проверка уровня охлаждающей жидкости в системе MCS/LCS

2

Проверка прочности градиентных кабелей

2

Проверка измерителя мощности ВЧ

1

Стол пациента

Проверка стола пациента в зависимости от типа установленного стола

2

Система охлаждения и охладитель

Проверка уровня жидкости и клапана теплообменника	2
Проверка утечки и уровня шума	2
Очистка охладителя	1
Очистка теплообменника	1
Очистка фильтра насоса	1
Системный компьютер	
Очистка системных журналов (логов) и тестовых файлов, Журнал хранения	2
Очистка воздушного фильтра	2
Проверить/исправить системные часы	1
Сохранение информации SaveInfo	1
Магнит	
При наличии дополнительного оборудования для снятия магнитного поля визуальный осмотр кабельных соединений основного и дополнительных устройств.	1
Ежеквартальные испытания оборудования для аварийного отключения магнитного поля, испытания оборудования для отключения магнитов GE (MRU)	4
Процедура ежегодных испытаний устройства аварийного удаления магнитного поля	1
Мониторинг физиологического состояния пациента, роверка тока утечки PAC	1
Проверка криогенной системы	2
Проверка воздушных клапанов криогенных материалов	1
Главный трансформатор системы	
Уровни аварийного отключения, тестирование цепей и тестирование прерывания электропитания.	2
Проверка натяжения силовых кабелей PDU	1
Проверка кабельных соединений и заземления электрощита заказчиком	2
График планового обслуживания рабочих станций	
Проверка подключения внешних кабелей, в том числе сетевых, силовых, мониторов.	1
Чистка мониторов и клавиатур	1
Чистка внутренней части системного блока	1
Резервное копирование конфигурации AW, создание резервного диска (CD-ROM/DVD-ROM)	1
Осуществление процессов настройки монитора. Выполнение «Console Monitor Adjustment Procedure ».	1
Тесты печати DICOM	1
Проверка использования дискового пространства AW, очистка при необходимости	1

Проверка наличия в системе AW «избыточных» системных файлов, удаление «лишних» файлов при необходимости	1
Проверка каталога FILMING	1
Удаление избыточных файлов LOG	1
Запуск программного обеспечения диагностического сервиса	1
2. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования: 1,5T BRIVO MR355, включая рабочую станцию (AW)	
Описание (технические характеристики услуг)	Характеристика качественных и функциональных услуг
Описание сервисного обслуживания и ремонта (кроме периферийных устройств: принтера, инжектора, системы кондиционирования и т.п.)	по будням с 9:00 до 18:00 по местному времени.
Услуги удаленной диагностики оборудования и запасных частей, включая специальные детали: охлаждающая головка, гелиевый компрессор, криостат, градиентные усилители/усилители градиентные и передающие (RF Body Coil);	В наличии
Корректирующее/Профилактическое обслуживание	В наличии
*Профилактическое обслуживание следует проводить в соответствии с рекомендациями и графиком производителя.	
Диагностика и/или ремонт медицинского оборудования без замены запчастей или с заменой запчастей (За исключением периферийных устройств: принтера, инжектора, системы кондиционирования и т.п.)	По желанию заказчика, с неограниченным количеством выездов инженера поставщика и не более 1 (одного) раза в 12 месяцев приглашенного иностранного инженера.
Начало оказания услуг по диагностике и/или ремонту оборудования, не требующего замены запасных частей, если при дистанционной диагностике не удастся диагностировать неисправность или невозможно провести дистанционную диагностику.	В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения обращения клиента
Медицинское оборудование, подлежащее обслуживанию, на момент заключения договора на обслуживание должно находиться в полностью рабочем состоянии. Если указанное оборудование находится в неисправном состоянии, Поставщик имеет право потребовать от Заказчика восстановления работы оборудования за счет Заказчика.	В наличии
Поставка запасных частей, необходимых для ремонта, в случае их выхода из строя, включая специальные детали: охлаждающая головка, гелиевый компрессор, криостат, градиентный усилитель, градиентно-передающий (RF Body Coil); которые не предусмотрены по договору 1. Поставка и замена запасных и	По требованию Заказчика в течение срока действия Договора с одобрения сертифицированного инженера GE.

изношенных деталей, кроме деталей, указанных в настоящей технической спецификации. 2. Мероприятия по устранению неисправностей оборудования, вызванных: 1) Неправильное обслуживание и использование оборудования, ошибки в работе, а также техническое вмешательство Заказчика и/или любых третьих лиц, которые Представителями поставщика не являются те 2) Которые не соблюдают инструкций и рекомендаций поставщика и/или производителя; 3) Которые нарушение условия договоров. 4) Использование Заказчиком устройств или оборудования, не одобренных Поставщиком и/или производителем; 5) Внесение изменений в оборудование кем-либо, кроме Поставщика; 6) Эксплуатация несовместимого с ним Оборудования с любым другим Оборудованием 7) Ухудшение работоспособности катушек, вызванное ударами, падениями или умышленными действиями. 8) LCD -мониторы с плоским экраном, мониторы с электронно-лучевой трубкой, матрасы, ремни, ручки, резиновые накладки, аккумуляторные батареи; 9) выход из строя периферийного оборудования, неисправности.	
Удаленный анализ состояния технического оборудования (диагностика) по мере необходимости (при необходимости), настройка программного обеспечения конфигурации оборудования с использованием сетей передачи данных и удаленного подключения к оборудованию через Интернет, с обязательным использованием специализированного программного обеспечения и сетевого оборудования; которые помогают предотвратить несанкционированный доступ к базе данных пациентов и рекомендованы производителем.	Инициирование удаленной диагностики в рабочее время в течение 6 рабочих часов с момента получения обращения Заказчика;
Замена неисправных запчастей по согласованию с инженером, сертифицированным производителем устройства.	В течение 50 (пятидесяти) рабочих дней со дня получения обращения заказчика.
Запасные части поставляются на условиях возврата. * все неисправные запчасти подлежат возврату после замены	Неисправные запасные части, удаленные с медицинского оборудования, передаются Поставщику.