

Արձանագրություն N 5
«ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի արտահերթ նիստի

ք. Երևան

18.02.2020թ.
 Ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին՝

- Հանձնաժողովի նախագահ՝ Կ. Բաբինյանը,
 Հանձնաժողովի անդամներ՝ Տ. Սարգսյանը, Ա. Խառատյանը, Ջ. Գեղեյանը
 Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ. Մուրադյանը
 Բացակայում է՝ Գ. Անտոնյանը,

1. «ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում 17.02.2020 թվականին ներկայացված հարցմանը պարզաբանում պատասխանելու վերաբերյալ

 (Կ. Բաբինյան)






Պարզաբանման պահանջի տեքստ հ 1.

Հարգելի գործընկեր, հարց 1. ապրանքի տեխնիկական բնութագրի մեջ նշված Ծավալաչափման տոմոգրաֆիկ պատկերի ստացում պահանջը դրված է որպես՝ առկայություն, թե՛ հնարավորություն: Առկայության պարագայում համակարգը պետք է համալրված լինի նաև 4D տպիչով, ինչը պահանջում նշված է: հարց 2. քաշը նշված է 50 կգ, արդյոք 10-ով ավել քաշը կդիտվի աննշան շեղում, դա համարվում է համարժեք: կանխավ՝ շնորհակալություն

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Հետազոտվող օբյեկտի մանրակրկիտ ուսումնասիրումը տոմոգրաֆիկ պրոյեկցիայում հանդիսանում է ֆունկցիա, որը համարվում է սարքի 3D/4D հնարավորության նախադրյալը, որը պահանջվում է բնութագրում: Թեթև քաշ ոչ ավել քան 50 կգ, անհրաժեշտ պարամետր է, 60 կգ չի կարող լինել համարժեք 50 կգ-ին: Միաժամանակ՝ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» Կարգի 32-րդ կետի 22-րդ ենթակետի համաձայն՝ հրավերի վերաբերյալ մասնակցին չի տրամադրվում պարզաբանում, եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի՝ հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի		
Նախագահ՝		Կ. Բաբինյան
Անդամներ՝		Տ. Սարգսյան
		Ա. Խառատյան
		Ջ. Գեղեյան
Քարտուղար՝		Գ. Մուրադյան