

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրերի մասին

<<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական գործիքների և պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԷԱՀԱՊՁԲ-2019/16-4-ԵՊԲՀ>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կնքված <<ԷԱՀԱՊՁԲ-2019/16-4-ԵՊԲՀ-1>>,<<ԷԱՀԱՊՁԲ-2019/16-4-ԵՊԲՀ-2>>,<<ԷԱՀԱՊՁԲ-2019/16-4-ԵՊԲՀ-3>>,<<ԷԱՀԱՊՁԲ-2019/16-4-ԵՊԲՀ-4>>,<<ԷԱՀԱՊՁԲ-2019/16-4-ԵՊԲՀ-6>> պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
					ՀՀ դրամ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Կորոնար ուղղորդիչ/2	հատ		23		805,000.00	Կորոնար 0,014" կորոնար ուղղորդիչ: Ներքին միջուկը կազմված է 304V տեսակի պողպատից, հյուսված ծայրով: Ռենտգենկոնտրաստ ծայրի երկարությունը՝ 3սմ: Դիստալ մասը և ծայրի շապիկը պատված է պոլիմերային ծածկույթով: Հիդրոֆիլ ծածկույթ պոլիմեր ծածկույթի վրայից: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից դիստալ ռենտգենկոնտրաստ ծայրի պահանջվող ձևերն են՝ ուղիղ, J-ձև: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ծայրի պահանջվող կոշտություններն են՝ 1,5գ, 2,7գ, 4,1գ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից	Կորոնար 0,014" կորոնար ուղղորդիչ: Ներքին միջուկը կազմված է 304V տեսակի պողպատից, հյուսված ծայրով: Ռենտգենկոնտրաստ ծայրի երկարությունը՝ 3սմ: Դիստալ մասը և ծայրի շապիկը պատված է պոլիմերային ծածկույթով: Հիդրոֆիլ ծածկույթ պոլիմեր ծածկույթի վրայից: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից դիստալ ռենտգենկոնտրաստ ծայրի պահանջվող ձևերն են՝ ուղիղ, J-ձև: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ծայրի պահանջվող կոշտություններն են՝ 1,5գ, 2,7գ, 4,1գ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական

						կորոնար ուղղորդիչի պահանջվող երկարություններն են՝ 190սմ, 300 սմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Յանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար պարտադիր է արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	առանձնահատկություններից կորոնար ուղղորդիչի պահանջվող երկարություններն են՝ 190սմ, 300 սմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայական: Յանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին կունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
2	Երկարացուցիչ բարձր հոսքի/2	հատ		680	394,087.20	Երկարացուցիչ բարձր հոսքի՝ 800psi ճնշման համար նախատեսված երակային համակարգի երկարացուցիչ: 1,5մլ 100սմ ծավալով, ներսի դիամետրը 1.5մմ, արտաքինը՝ 3.0մմ: Կախված վիրահատության	Երկարացուցիչ բարձր հոսքի՝ 800psi ճնշման համար նախատեսված երակային համակարգի երկարացուցիչ: 1,5մլ 100սմ ծավալով, ներսի դիամետրը 1.5մմ, արտաքինը՝

						առնձնահատկությունից երկարացուցիչի պահանջվող երկարություններն են՝ 15սմ, 30սմ, 60սմ, 90սմ, 150սմ: Ֆորմատ՝ հատ: EN ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	3.0մմ: Կախված վիրահատության առնձնահատկությունից երկարացուցիչի պահանջվող երկարություններն են՝ 15սմ, 30սմ, 60սմ, 90սմ, 150սմ: Ֆորմատ՝ հատ: Ունի EN ISO 13485 սերտիֆիկատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը առկա է: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
3	Ստերիլ թանգիֆե անձեռոցիկներ	հատ		33000	2,145,000.00	Ստերիլ թանգիֆե անձեռոցիկներ 4"x4" (10cm 10cm) no X-Ray: Թանգիֆը սպիտակեցված է, 100% բամբակյա USP type VII տեսակի: Անձեռոցիկները 12 շերտ ծալված, եզրերը մշակված: Չափսը՝ 10սմx10սմ (4"x4") :Ֆորմատ՝ 1 հատ ստերիլ թանգիֆե անձեռոցիկ: Փաթեթավորումը՝ 10 հատ անձեռոցիկ կամ համարժեք, 1 պլաստիկ տարայի մեջ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի	Ստերիլ թանգիֆե անձեռոցիկներ 4"x4" (10cm 10cm) no X-Ray: Թանգիֆը սպիտակեցված է, 100% բամբակյա USP type VII տեսակի: Անձեռոցիկները 12 շերտ ծալված, եզրերը մշակված: Չափսը՝ 10սմx10սմ (4"x4") :Ֆորմատ՝ 1 հատ ստերիլ թանգիֆե անձեռոցիկ: Փաթեթավորումը՝ 10 հատ անձեռոցիկ 1 պլաստիկ տարայի մեջ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին

						առնվազն 70%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը առկա է:
4	Ինտրոդյուսեր - հավաքածու՝ հեմոստատիկ փականով	հատ		20	133,600.00	Ինտրոդյուսեր-հավաքածու՝ հեմոստատիկ վեցթերթանի փականով: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և օգտագործվող գործիքների տեսակից ինտրոդյուսերի պահանջվող չափերն են՝ 4Fr; 5Fr; 5,5Fr; 6Fr; 6,5Fr; 7Fr; 8Fr; 9Fr; 10Fr; 11Fr: Կախված վիրահատվող հիվանդի տարիքից և անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ինտրոդյուսերի պահանջվող երկարություններն են՝ 5,5սմ; 7,5սմ; 11սմ; 23սմ; 35սմ; 45սմ; 55սմ; 90սմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել	Ինտրոդյուսեր-հավաքածու՝ հեմոստատիկ վեց թերթանի փականով: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և օգտագործվող գործիքների տեսակից ինտրոդյուսերի չափերն են՝ 4Fr; 5Fr; 5,5Fr; 6Fr; 6,5Fr; 7Fr; 8Fr; 9Fr; 10Fr; 11Fr: Կախված վիրահատվող հիվանդի տարիքից և անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ինտրոդյուսերի երկարություններն են՝ 5,5սմ; 7,5սմ; 11սմ; 23սմ; 35սմ; 45սմ; 55սմ; 90սմ: CE MARK վկայականի առկայություն: Այն նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ է: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևին համապատասխան: Հանձնելու պահին ունի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը:

						ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	
5	Ուղղորդիչ- կաթետեր/2	հատ		70	1,696,100.00	Ուղղորդիչ կաթետեր: Արտաքին շերտը նեյլոնից է, միջին շերտը՝ երկշերտ հյուսապատված պողպատ, ներքին շերտը՝ PTFE (պոլիտետրաֆտորէտիլեն), ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայրով, որի երկարությունն է 2,5մմ: Բազմահատվածային կառուցվածք, տարբեր հատվածների ջերմաձուլում (փափուկ ծայրի, ձևավորող մասի, հիմնական մարմնի): Ծայրը փափուկ է, ճկուն և չվնասող (ատրավմատիկ): Հյուսապատման “հիբրիդ տեխնոլոգիան” ավելացնում է կաթետերի ներքին լուսանցը և աջակցում է մանիպուլյացիայի պրոցեսին: Կաթետերի պատի մետաղապատումը պողպատյա ցանցով խոչնդոտում է գործիքի ծալմանը անոթների անատրոմիական ծալքերի տեղում: Կաթետերները ունեն հավասարաչափ ներքին լուսանցք ամբողջ երկայնքով: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչի ներքին լուսանցքի պահանջվող չափերն են՝ 6Fr; 7Fr;	Ուղղորդիչ կաթետեր: Արտաքին շերտը նեյլոնից է, միջին շերտը՝ երկշերտ հյուսապատված պողպատ, ներքին շերտը՝ PTFE (պոլիտետրաֆտորէտիլեն), ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայրով, որի երկարությունն է 2,5մմ: Բազմահատվածային կառուցվածք, տարբեր հատվածների ջերմաձուլում (փափուկ ծայրի, ձևավորող մասի, հիմնական մարմնի): Ծայրը փափուկ է, ճկուն և չվնասող (ատրավմատիկ): Հյուսապատման “հիբրիդ տեխնոլոգիան” ավելացնում է կաթետերի ներքին լուսանցը և աջակցում է մանիպուլյացիայի պրոցեսին: Կաթետերի պատի մետաղապատումը պողպատյա ցանցով խոչնդոտում է գործիքի ծալմանը անոթների անատրոմիական ծալքերի տեղում: Կաթետերները ունեն հավասարաչափ ներքին

						8Fr; 9Fr; (9F – 0.098”, 8F-0.088”, 7F-0.078”, 6F-0.070): Կախված վիրահատվող հիվանդի հասակից և անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչի պահանջվող երկարություններն են՝ 55սմ, 90սմ, 95սմ, 125սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ կաթետերի ծայրի պահանջվող ձևերն են՝ JL3; JL3 SH; JL3,5; JL3,5 SH; JL3,5 ST;JL3,5 ST SH; JL4; JL4 ST; JL4 SH; JL4 ST SH; JL4,5; JL4,5 ST;JL4,5 SH; JL5; JL5 ST; JL5 SH; JL5 ST SH; JL6; JL3,5 MOD ST; JL4 MOD ST; JCL3,5; JCL 3,5 SH; JCL4; JCL4 SH; JCL4,5; JCL4,5 SH; JCL5 SH; XB3; XB3 SH; XB3,5; XB3,5 SH; XBLAD 3,5; XB4; XB4SH; XB LAD4; XB4,5; XB4,5 SH; XB LAD 4,5; AL.75; AL1; AL1ST; AL1 ST SH; AL1SH; AL 1,5; AL 1,5 ST; AL1,5 SH; AL 1,5 ST SH; AL2; AL2 ST; AL2 SH; AL2 ST SH; AL3; AL3 ST; AL3 SH; JR3,5; JR 3,5 ST; JR 3,5 SH; JR 3,5 ST SH; JR 4; JR4 ST; JR4 SH; JR4 ST SH; JR 4,5 ST; JR 4,5 ST SH; JR5; JR5 ST; JR5 SH; JR 6; JR6 SH; JCR 3,5; JCR 3,5 SH; JCR 4; JCR 4 SH; SCR3,5; SCR4; XBR1; XBR2; XBR CA; 3 DRC; AR1; AR1 SH; AR2; AR2 SH; ALR1,2; ALR 1,2 SH; NR4; JFL; JFL ST; JFL LT; JFR; JFR ST; RB; SON1; CAS1; CAS2; MPA1; MPA 1 SH; MPB1; MPB1 SH; H- STICK; H-STICK SH; LCB; LCB SH; RCB; RCB SH; EGB1; EGB2; EGB3; MPC; MPD; STR; Renal Curve1(small); Renal Curve (adult); J-	լուսանցք ամբողջ երկայնքով: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչի ներքին լուսանցքի չափերն են՝ 6Fr; 7Fr; 8Fr; 9Fr; (9F – 0.098”, 8F-0.088”, 7F-0.078”, 6F-0.070): Կախված վիրահատվող հիվանդի հասակից և անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչի երկարություններն են՝ 55սմ, 90սմ, 95սմ, 125սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ կաթետերի ծայրի ձևերն են՝ JL3; JL3 SH; JL3,5; JL3,5 SH; JL3,5 ST;JL3,5 ST SH; JL4; JL4 ST; JL4 SH; JL4 ST SH; JL4,5; JL4,5 ST;JL4,5 SH; JL5; JL5 ST; JL5 ST SH; JL6; JL3,5 MOD ST; JCL3,5; JCL 3,5 SH; JCL4; JCL4 SH; JCL4,5; JCL4,5 SH; JCL5 SH; XB3; XB3 SH; XB3,5; XB3,5 SH; XBLAD 3,5; XB4; XB4SH; XB LAD4; XB4,5; XB4,5 SH; XB LAD 4,5; AL.75; AL1; AL1ST; AL1 ST SH; AL1SH; AL
--	--	--	--	--	--	---	--

						curve; Contralateral 1; Contralateral 2; Vertebral; CBL; HY1; H1; IM; BARBEAU; IM SH; IM VB-1; NR4; JFL; JFL ST; JFL LT; JFR; JFR ST; RB: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	1,5; AL 1,5 ST; AL1,5 SH; AL 1,5 ST SH; AL2; AL2 ST; AL2 SH; AL2 ST SH; AL3; AL3 ST; AL3 SH; JR3,5; JR 3,5 ST; JR 3,5 SH; JR 3,5 ST SH; JR 4; JR4 ST; JR4 SH; JR4 ST SH; JR 4,5 ST; JR 4,5 ST SH; JR5; JR5 ST; JR5 SH; JR 6; JR6 SH; JCR 3,5; JCR 3,5 SH; JCR 4; JCR 4 SH; SCR3,5; SCR4; XBR1; XBR2; XBR CA; 3 DRC; AR1; AR1 SH; AR2; AR2 SH; ALR1,2; ALR 1,2 SH; NR4; JFL; JFL ST; JFL LT; JFR; JFR ST; RB; SON1; CAS1; CAS2; MPA1; MPA 1 SH; MPB1; MPB1 SH; H- STICK; H-STICK SH; LCB; LCB SH; RCB; RCB SH; EGB1; EGB2; EGB3; MPC; MPD; STR; Renal Curve1(small); Renal Curve (adult); J-curve; Contralateral 1; Contralateral 2; Vertebral; CBL; HY1; H1; IM; BARBEAU; IM SH; IM VB-1; NR4; JFL; JFL ST; JFL LT; JFR; JFR ST; RB: CE MARK վկայականի առկայություն: Այն նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ է: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և
--	--	--	--	--	--	---	--

								օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևին համապատասխան: Հանձնելու պահին ունի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը
6	Պունկցիոն ասեղ/2	հատ		50		71,000.00	Պունկցիոն ասեղ - Պունկցիայի մետաղական ասեղ առանց ստիլետի, թափանցիկ լայնվածքով և Լյուերովյան միացումով: Կախված վիրահատության ժամանակ կիրառվող գործիքների տեսակից ասեղի պահանջվող տրամագծերն են՝ 18G; 19G; 20G; 21G, ներքին լուսանցքը՝ 0.021"-0.038": Կախված վիրահատվող հիվանդի տարիքից և անոթի առանձնահատկություններից ասեղի պահանջվող երկարություններն են՝ 3,8սմ (մանկական), 5սմ (տրանստադիալ) և 7սմ (ֆեմորալ): Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին,	Պունկցիոն ասեղ - Պունկցիայի մետաղական ասեղ առանց ստիլետի, թափանցիկ լայնվածքով և Լյուերովյան միացումով: Կախված վիրահատության ժամանակ կիրառվող գործիքների տեսակից ասեղի տրամագծերն են՝ 18G; 19G; 20G; 21G, ներքին լուսանցքը՝ 0.021"-0.038": Կախված վիրահատվող հիվանդի տարիքից և անոթի առանձնահատկություններից ասեղի երկարություններն են՝ 3,8սմ (մանկական), 5սմ (տրանստադիալ) և 7սմ (ֆեմորալ): CE MARK վկայականի առկայություն: Այն նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ է: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևին համապատասխան: Հանձնելու պահին ունի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը

							Էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	
7	Վաեր ուղորդիչ կաթետեր/2	հատ		65		910,000.00	Վաերի առանցքը նիտինոլից, պատված պոլիուրետանով, ռենտգենոկոնտրաստ: Ամբողջ աշխատանքային երկարությունը պատված է հատուկ ծածկույթով և գերձկուն է: Կիրառվում է բարդ վիրահատությունների ժամանակ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 0.018" (0.46մմ), 0.025" (0.64մմ), 0.032" (0.81մմ), 0.035" (0.89մմ), 0.038" (0.97մմ): Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 153 սմ, 158սմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել	Վաերի առանցքը նիտինոլից, պատված պոլիուրետանով, ռենտգենոկոնտրաստ: Ամբողջ աշխատանքային երկարությունը պատված է հատուկ ծածկույթով և գերձկուն է: Կիրառվում է բարդ վիրահատությունների ժամանակ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 0.018" (0.46մմ), 0.025" (0.64մմ), 0.032" (0.81մմ), 0.035" (0.89մմ), 0.038" (0.97մմ): Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 0.018" (0.46մմ), 0.025" (0.64մմ), 0.032" (0.81մմ), 0.035" (0.89մմ), 0.038" (0.97մմ): Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 153 սմ, 158սմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման

						ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին առկա է պիտանելիության ժամկետի 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել , փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 50%-ը:
8	Ախտորոշիչ կաթետերների հավաքածու	հատ		90	3,420,000.00	Ախտորոշիչ կաթետերների հավաքածու նախատեսված ինվազիվ պրոցեդուրաների համար: Պարունակում է ախտորոշիչ կաթետերներ, ինտրոդյուսեր, ախտորոշիչ ուղղորդիչ: Կաթետերներն ունեն հատուկ ծածկույթ: Կախված վիրահատվող անոթի տեղակայումից, անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետերների պահանջվող տեսակներն են՝ JL4 1 հատ, TIG 1 հատ, PigTail 1 հատ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից հավաքածուի արտաքին տրամագծի պահանջվող չափերն են՝ 4Fr, 5Fr, 6Fr: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից հավաքածուի ներքին տրամագծի պահանջվող չափերն են՝ 1.02 մմ, 1.20մմ և 1.30մմ: Ֆորմատ՝ հատ:	Ախտորոշիչ կաթետերների հավաքածու նախատեսված ինվազիվ պրոցեդուրաների համար: Պարունակում է ախտորոշիչ կաթետերներ, ինտրոդյուսեր, ախտորոշիչ ուղղորդիչ: Կաթետերներն ունեն հատուկ ծածկույթ: Կախված վիրահատվող անոթի տեղակայումից, անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետերների պահանջվող տեսակներն են՝ JL4 1 հատ, TIG 1 հատ, PigTail 1 հատ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից հավաքածուի արտաքին տրամագծի պահանջվող չափերն են՝ 4Fr, 5Fr, 6Fr: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից հավաքածուի ներքին տրամագծի պահանջվող

						CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի/ների ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	չափերն են՝ 1.02 մմ, 1.20մմ և 1.30մմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի/ների ձևով է: Հանձնելու պահին առկա է պիտանելիության ժամկետի 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 50%-ը:
9	Զարկերակ կարող գործիք/2	հատ		60	3,900,000.00	Զարկերակը կարող գործիք - Սարքն օգտագործվում է զարկերակի հետ արագ, անվտանգ եւ հուսալի մեխանիկական հեմեստազի համար: Իրենից ներկայացնում է լրիվությամբ բիոդեգրացվող ակտիվ փակող համակարգ, որի կազմում կան՝ ինտրաարտերիալ խարիսխ, թել, կոլագեն: Անոթի ներքին պատին ֆիքսված հեմոստատիկ խարիսխը լրիվությամբ ներծծվում է մինչև 90 օրվա ընթացքում: Զարկերակը կարող գործիքի չափսը՝ 6Fr: Ֆորմատ՝ հատ:	Զարկերակը կարող գործիք - Սարքն օգտագործվում է զարկերակի հետ արագ, անվտանգ և հուսալի մեխանիկական հեմեստազի համար: Իրենից ներկայացնում է լրիվությամբ բիոդեգրացվող ակտիվ փակող համակարգ, որի կազմում կան՝ ինտրաարտերիալ խարիսխ, թել, կոլագեն: Անոթի ներքին պատին ֆիքսված հեմոստատիկ խարիսխը

						CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	լրիվությամբ ներծծվում է մինչև 90 օրվա ընթացքում: Զարկերակը կարող գործիքի չափսը՝ 6Fr: Ֆորմատ հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով է: Հանձնելու պահին առկա է պիտանելիության ժամկետի 70%-ը:
10	Ախտորոշիչ կաթետեր/3	հատ		120	938,400.00	Ախտորոշիչ կաթետեր ինվազիվ պրոցեդուրաների համար: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ 5Fr, 6Fr (5Fr, 6Fr՝ ոչ ավել, քան՝ 37մլ/վրկ անցունակությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող տեսակներն են՝ AL-1, AL-2, AL-3, AR-1, AR-2, AR-3, AR-JP, JL3.5, JL-4.0, JL-4.0, JL-5.0, JR-3.5, JR-4.0, JR-5.0, MP-2.5, MP-3.0, MP-3.5, MP-4.0, ST, IM, IM-Round tip, IM-Short tip, IM-JP type, BP-JL, BP-JR, , PIG, PIG-Small, PIG-145°, PIG-155°, PIG-Round 155°, BLK-4.0, Tiger տեսակի՝ ունիվերսալ, սրտի աջ և ձախ անոթների ճյուղերի համար՝	Ախտորոշիչ կաթետեր ինվազիվ պրոցեդուրաների համար: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ 5Fr, 6Fr (5Fr, 6Fr՝ 37մլ/վրկ անցունակությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող տեսակներն են՝ AL-1, AL-2, AL-3, AR-1, AR-2, AR-3, AR-JP, JL3.5, JL-4.0, JL-4.0, JL-5.0, JR-3.5, JR-4.0, JR-5.0, MP-2.5, MP-3.0, MP-3.5, MP-4.0, ST, IM, IM-Round tip, IM-Short tip, IM-JP type, BP-JL, BP-

						ռադիալ և ֆեմորալ մոտեցման դեպքերում: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	JR, , PIG, PIG-Small, PIG-145°, PIG-155°, PIGRound 155°, BLK-4.0, Tiger տեսակի՝ ունիվերսալ, սրտի աջ և ձախ անոթների ճյուղերի համար՝ ռադիալ և ֆեմորալ մոտեցման դեպքերում: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով է: Հանձնելու պահին առկա է պիտանելիության ժամկետի 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 50%-ը:
11	Դիլատացիոն կաթետեր՝ չընդլայնվող գնդանոթով/2	հատ		140	4,748,800.00	Բալոն չընդլայնվող գնդանոթով, կաթետերի երկարությունը ոչ պակաս, քան 145սմ: Հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, նոմինալ ճնշումը ոչ պակաս, քան՝ 1013ԿՊա, մաքսիմալ ճնշումը՝ ոչ պակաս, քան՝ 2026ԿՊա 2.25-ից 4.0մմ տրամագծով բալոնների համար, ոչ պակաս, քան՝ 1624ԿՊա 4.5մմ-ից 5.0մմ	Բալոն չընդլայնվող գնդանոթով, կաթետերի երկարությունը 145սմ: Հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, նոմինալ ճնշումը՝ 1013ԿՊա, մաքսիմալ ճնշումը՝ 2026ԿՊա 2.0-ից 4.0մմ տրամագծով բալոնների համար, 1624ԿՊա 4.5մմ-ից

						տրամագծով բալոնների համար: Բալոնները եռաթև են, որը թույլ է տալիս ճնշման արագ բարձրացումը բալոնի մեջ: Մուտքի ծայրի տրամագիծը՝ ոչ ավել, քան 0.43մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0 մմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	5.0մմ տրամագծով բալոնների համար: Բալոնները եռաթև են, որը թույլ է տալիս ճնշման արագ բարձրացումը բալոնի մեջ: Մուտքի ծայրի տրամագիծը՝ 0.43մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 2.0;2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0 մմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով է: Հանձնելու պահին առկա է պիտանելիության ժամկետի 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի պիտանելիության ժամկետի 50%-ը:
12	Ինտրոդյուսեր ֆեմորալ 6Fr/2	հատ		390	3,989,700.00	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրոդյուսեր	Ախտորոշիչ ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված

						կոմպլեկտ ֆեմորալ 6Fr-պարունակում է՝ ինտրոդյուսեր 10սմ ծայրի երկարությամբ, 0.038" տրամագծով վայեր , 18 G ասեղով: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	ինտրոդյուսեր կոմպլեկտ ֆեմորալ 6Fr-պարունակում է՝ ինտրոդյուսեր 10սմ ծայրի երկարությամբ, 0.038" տրամագծով վայեր , 18 G ասեղով: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության է, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով է: Հանձնելու պահին առկա է պիտանելիության ժամկետի 70%-ը:
13	Ինտրոդյուսեր ռադիալ 6Fr/2	հատ	250		2,557,500.00	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրոդյուսեր տրանստադիալ կոմպլեկտ 6Fr-Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ:	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրոդյուսեր տրանստադիալ կոմպլեկտ 6Fr- Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության

						Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից ինտրոդյուսերի ծայրի երկարության պահանջվող չափսերն են՝ 7սմ, 10սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և բարդությունից մինի վայերի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.018" 0.021" 0.025"՝ 45սմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից մուտքի ասեղի պահանջվող չափերն են՝ 20G, 21G, 22G: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	(օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից ինտրոդյուսերի ծայրի երկարության պահանջվող չափսերն են՝ 7սմ, 10սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և բարդությունից մինի վայերի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.018" 0.021" 0.025"՝ 45սմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից մուտքի ասեղի պահանջվող չափերն են՝ 20G, 21G, 22G: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով է: Հանձնելու պահին առկա է պիտանելիության ժամկետի 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի պիտանելիության
--	--	--	--	--	--	---	--

								ժամկետի 50%-ը: հատ
14	Ինտրոդյուսեր ծածկույթով՝ ռադիալ միջամտությունների համար	հատ		100		1,970,000.00	Ինտրոդյուսեր ունի հատուկ ծածկույթ, որը բերում է սպեցիֆիկ հիվանդներին ռադիալ միջամտության դեպքում վիրահատության հնարավորությանը: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Նախատեսված է ռադիալ միջամտությունների համար: Մինի գայդ վայերը պլաստիկ ծայրով է, 0.025" տրամագծով: Կախված վիրահատվող հիվանդի ձեռքի չափերից ծայրի արտաքինային երկարության պահանջվող չափերն են՝ 10, 16 և 25սմ: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և մարմնի առանձնահատկություններից, վիրահատվող անոթից վայերի պահանջվող երկարություններն են՝ 45սմ՝ 10սմ ինտրոդյուսերի ծայրի դեպքում, 80սմ՝ 16 և 25սմ ծայրի դեպքում: 20G պլաստիկ կաթետեր: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ 5Fr և 6Fr: Ֆորմատ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները,	Ինտրոդյուսեր ունի հատուկ ծածկույթ, որը բերում է սպեցիֆիկ հիվանդներին ռադիալ միջամտության դեպքում վիրահատության հնարավորություն: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության է, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Նախատեսված է ռադիալ միջամտությունների համար: Մինի գայդ վայերը պլաստիկ ծայրով է, 0.025" տրամագծով: Կախված վիրահատվող հիվանդի ձեռքի չափերից ծայրի արտաքինային երկարության պահանջվող չափերն են՝ 10, 16 և 25սմ: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և մարմնի առանձնահատկություններից, վիրահատվող անոթից վայերի պահանջվող երկարություններն են՝ 45սմ՝ 10սմ ինտրոդյուսերի ծայրի դեպքում, 80սմ՝ 16 և 25սմ ծայրի դեպքում: 20G պլաստիկ կաթետեր: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ 5Fr և 6Fr: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է,

						առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով է: Հանձնելու պահին առկա է պիտանելիության ժամկետի 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի պիտանելիության ժամկետի 50%-ը
15	Միկրոկաթետեր	հատ		15	3,885,000.00	Միկրոկաթետեր, ներսի տրամագիծը դիստալ հատվածում ոչ ավել, քան՝ 0.018", պրոքսիմալ հատվածում ոչ ավել, քան՝ 0.021", դրսի տրամագիծը դիստալ հատվածում ոչ ավել, քան՝ 1.8", պրոքսիմալ հատվածում ոչ ավել, քան՝ 2.6"- ապահովելու համար բարձր անցողունակությունը: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող երկարություններն են՝ 130սմ, 150սմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները,	Միկրոկաթետեր, ներսի տրամագիծը դիստալ հատվածում 0.018", պրոքսիմալ հատվածում 0.021", դրսի տրամագիծը դիստալ հատվածում՝ 1.8", պրոքսիմալ հատվածում 2.6"- ապահովելու համար բարձր անցողունակությունը: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող երկարություններն են՝ 130սմ, 150սմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է,

							առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով է: Հանձնելու պահին առկա է պիտանելիության ժամկետի 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի պիտանելիության ժամկետի 50%-ը:
16	Ներարկիչ փականով /լոքով/ 20մլ	հատ		800		104,000.00	Ներարկիչ փականով /լոքով/, ներարկիչի մեջ լցվող ցանկացած պարունակության բաց թողնման բարձր ճշգրտություն, 20մլ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	
17	Ներարկիչ փականով /լոքով/ 10մլ	հատ		3300		396,000.00	Ներարկիչ փականով /լոքով/ ներարկիչի մեջ լցվող ցանկացած	

							պարունակության բաց թողման բարձր ճշգրտություն, 10մլ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	
18	Ներարկիչ փականով /լոքով/ 5մլ	հատ		2000		114,000.00	Ներարկիչ փականով /լոքով/ ներարկիչի մեջ լցվող ցանկացած պարունակության բաց թողման բարձր ճշգրտություն, 5մլ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը:	
19	Ներերակային կաթետեր	հատ		100		32,000.00	Ներերակային ասեղ կաթետեր, կաթետերի ասեղը՝ հատուկ ծածկույթով: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի	Ներերակային ասեղ կաթետեր, կաթետերի ասեղը՝ հատուկ ծածկույթով: CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին առկա է

							առնվազն 70%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 70%-ը:
20	Թրոմբոասպիրացին կաթետեր/2	հատ		5		586,500.00	Ասպիրացին կաթետեր, դիստալ չափը ոչ ավել, քան՝ 1.7մմ, պրոքսիմալ չափը ոչ ավել, քան՝ 1.4մմ, քաշող մակերեսը դիստալ մասում ոչ պակաս, քան՝ 0.79մմ քառ., պրոքսիմալ հատվածում ոչ պակաս, քան՝ 0.95մմ քառ. մուտքի պրոֆիլը ոչ ավել, քան՝ 0.019", հիդրոֆիլիկ ծածկույթ՝ ոչ պակաս, քան՝ 40սմ, աշխատող սեգմենտը ոչ ավել, քան՝ RX= 23սմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկություններն և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	Ասպիրացին կաթետեր, դիստալ չափը՝ 1.7մմ, պրոքսիմալ չափը՝ 1.4մմ, քաշող մակերեսը դիստալ մասում՝ 0.79մմ քառ., պրոքսիմալ հատվածում՝ 0.95մմ քառ. մուտքի պրոֆիլը՝ 0.019", հիդրոֆիլիկ ծածկույթ՝ 40սմ, աշխատող սեգմենտը, քան՝ RX= 23սմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին առկա է պիտանելիության ժամկետի 70%-ը:
21	Ուղղորդիչ լար	հատ		15		450,000.00	Առաջին ընտրության ուղղորդիչ, պոլիտետրաֆլուրոէթիլենային	-

							ծածկով, հիդրոֆիլ կորոնար ուղորդիչ, արտակարգ ճկունություն, աշխատում է բոլոր տեսակի ստենտերի հետ, ծայրակալը` 0,7գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն` 3 սմ, երկարությունը 180սմ, տրամագիծը` 0.36mm (0.014inch): Ֆորմատ` հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկություններն և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	
22	Տրանդյուսեր	հատ		100		700,000.00	Տրանդյուսեր - 120սմ երկարությամբ, թափանցիկ, 30սմ երկարացման խողովակով ինվազիվ զարկերակային ճնշման անընդհատ հսկման հավաքածու: Տրանդյուսորը պարտադիր պետք է համատեղելի լինի կարդիոմոնիտորին միացվող Smith Medical MX 980-02 լարի հետ: Ֆորմատ` հատ: Որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է:	Տրանդյուսեր - 120սմ երկարությամբ, թափանցիկ, 30սմ երկարացման խողովակով ինվազիվ զարկերակային ճնշման անընդհատ հսկման հավաքածու: Տրանդյուսորը համատեղելի է կարդիոմոնիտորին միացվող Smith Medical MX 980-02 լարի հետ: Որակի սերտիֆիկատների

						Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, Էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	առկայություն: ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ՝ 2023թ և ավել		
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ					
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման									
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
									X
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				2018 թվականի նոյեմբերի 21					
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը				1	2018 թվականի նոյեմբերի 26				
									
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցադրման ստացման			Պարզաբանման		
				1					
									
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գին							
		ՀՀ դրամ							
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր			
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Պրոֆտեստ ՍՊԸ	-	805,000.00	-	0	-	805,000.00		
2	Ա.Կոստանյան և ընկերներ ՍՊԸ	-	388,000.00	-	0	-	388,000.00		
3	Ա.Կոստանյան և ընկերներ ՍՊԸ	-	2,145,000.00	-	0	-	2,145,000.00		
4	Ար Մեդիկա ՍՊԸ	-	133,600.00	-	0	-	133,600.00		

5	Ար Մեդիկա ՍՊԸ	-	1,696,100.00	-	0	-	1,696,100.00
6	Ար Մեդիկա ՍՊԸ	-	71,000.00	-	0	-	71,000.00
7	Լաէկա ՀԶ ՍՊԸ	-	910,000.00	-	0	-	910,000.00
8	Լաէկա ՀԶ ՍՊԸ	-	3,420,000.00	-	0	-	3,420,000.00
9	Լաէկա ՀԶ ՍՊԸ	-	3,900,000.00	-	0	-	3,900,000.00
10	Լաէկա ՀԶ ՍՊԸ	-	936,000.00	-	0	-	936,000.00
11	Լաէկա ՀԶ ՍՊԸ	-	4,620,000.00	-	0	-	4,620,000.00
12	Լաէկա ՀԶ ՍՊԸ	-	3,705,000.00	-	0	-	3,705,000.00
13	Լաէկա ՀԶ ՍՊԸ	-	2,375,000.00	-	0	-	2,375,000.00
14	Լաէկա ՀԶ ՍՊԸ	-	1,970,000.00	-	0	-	1,970,000.00
15	Լաէկա ՀԶ ՍՊԸ	-	3,885,000.00	-	0	-	3,885,000.00
19	Լաէկա ՀԶ ՍՊԸ	-	32,000.00	-	0	-	32,000.00
20	Լաէկա ՀԶ ՍՊԸ	-	485,000.00	-	0	-	485,000.00
22	Կուրացիո ՍՊԸ	-	700,000.00	-	0	-	700,000.00

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով.

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Ձ/հ	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմե լու և ներկայ ացնելու և համա պատ աս-	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատաս խանությունը	Մասնագի տական գործու նեության համապատաս խանություն պայմանագ րով	Մասնագի տական փորձա ռություն	Ֆինանսա կան միջոցներ	Տեխնիկա կան միջոցներ	Աշխատան քային ռեսուրսներ	Գնային առաջար կ
-----	--------------------	---	--	--	--	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------

		խանութ թյունը			նախատես- ված գործու- նեությանը					
1										
.....										
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր						
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				2018 թվականի դեկտեմբերի 14						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				-			-			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2018 թվականի դեկտեմբերի 18										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				<<ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-4-ԵՊԲՀ-1>> - 2018 թվականի դեկտեմբերի 19						
				<<ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-4-ԵՊԲՀ-2>> - 2018 թվականի դեկտեմբերի 19						
				<<ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-4-ԵՊԲՀ-3>> - 2018 թվականի դեկտեմբերի 19						
				<<ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-4-ԵՊԲՀ-4>> - 2018 թվականի դեկտեմբերի 19						
				<<ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-4-ԵՊԲՀ-6>> - 2018 թվականի դեկտեմբերի 18						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				2018 թվականի դեկտեմբերի 20						
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը		Ընդհանուր		
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով				
1	<<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ	<<ԷԱԱՊՁԲ-2019/16-4- ԵՊԲՀ-1>>	20.12.2018թ.	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ 15.12.2019թ.	-	-	805000			
2,3	<<Ա. Կոստանյան և ընկերներ>> ՍՊԸ	<<ԷԱԱՊՁԲ-2019/16-4- ԵՊԲՀ-2>>	20.12.2018թ.	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ 15.12.2019թ.	-	-	2533000			
4, 5, 6	<< Ար. Մեղիկա>>> ՍՊԸ	<<ԷԱԱՊՁԲ-2019/16-4- ԵՊԲՀ-3>>	20.12.2018թ.	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ 15.12.2019թ.	-	-	1900700			

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20	<< Լաէկա>> ՀԶ ՍՊԸ	<<ԷԱԱՊՁԲ-2019/16-4-ԵՊԲՀ-4>>	20.12.2018թ.	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ 15.12.2019թ.	-	-	26238000
22	<< Կուրացիո >> ՍՊԸ	<<ԷԱԱՊՁԲ-2019/16-4-ԵՊԲՀ-6>>	20.12.2018թ.	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ 15.12.2019թ.	-	-	700000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)
1	<<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ	Երևան, Արաբկիր 41փ. 12/3	proftestllc@gmail.com	220290123490000	00120301
2,3	<<Ա. Կոստանյան և ընկերներ>> ՍՊԸ	Արշակունյաց 42, բն 19	hqmedsarmenia@mail.ru	1510004696770100	00443565
4, 5, 6	<< Ար. Մեդիկա>>> ՍՊԸ	Լենինգրադյան 23/11,92տ.	armedica2010@gmail.com	1570023018670100	01268548
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20	<< Լաէկա>> ՀԶ ՍՊԸ	ք. Երևան, Վ. Համբարձումյան 3-18	laeka@web.am	15700 02271710100	00058539
22	<< Կուրացիո >> ՍՊԸ	ք.Երևան, Սարյան 16/30	curatio.llc@gmail.com	2051222021581001	02585487

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:
Ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի դրույթներով՝ <<ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-4-ԵՊԲՀ>> ծածկագրով ընթացակարգը թիվ 21 չափաբաժնի մասով հայտարարվել է չկայացած:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները

Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ			
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող			
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Միքայել Ղարիբյան		(060) 621-249	marketing.ysmu8@gmail.com

Պատվիրատու՝ <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամ