

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «ՅԱԿ-ԳՀԱՊԶԲ-20/41»:

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ԱՆ «Պրոֆ. Ռ. Հ. Յոլյանի անվան Արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ, որը
գտնվում է ՀՀ ք. Երևան՝ Ներսիսյան 7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար
բժշկական պարագների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՅԱԿ-ԳՀԱՊԶԲ-20/41 ծածկագրով
գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված
հարցադրումը և դրա վերաբերյալ տրամադրված պարզաբանումը՝

Հարցադրում N 1՝

Հարգելի գործընկերներ

1. N 1 չափաբաժնի համար դոզավորման համար Շավալը՝ 30-200մկլ : Խնդրում ենք պարզաբանել
արդյոք ստորին սահմանը կարող է լինել նաև 1 մկլ, ինչը իրենից ենթադրում է որ ներառվում է նաև 30
մկլ-ը:

Հարցադրում N 2՝

2. N 2 չափաբաժնի համար դոզավորման համար Շավալը՝ 300-1000մկլ : Խնդրում ենք պարզաբանել
արդյոք ստորին սահմանը կարող է լինել նաև 100 մկլ, ինչը իրենից ենթադրում է որ ներառվում է նաև
300 մկլ-ը:

Պարզաբանում N 1՝

Հարգելի մասնակից

1. Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ Հրավերի չափաբաժին 1 ում չի
կարող լինել տեխնիկական բնութագրի շեղում:

Պարզաբանում N 2՝

2. Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ Հրավերի չափաբաժին 2 ում
Կաթոցիկի ծայրակալ ֆիլտրով, ստերիլ, տակդիրով եվրոպական արտադրության ծավիլ՝
300-1000մկլ-ին համարժեք կարող է լինել 100 մկլ, ինչը իրենից ենթադրում է որ
ներառվում է նաև 300 մկլ-ը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք
դիմել «ՅԱԿ-ԳՀԱՊԶԲ-20/41» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Գալստյանին:

Հեռախոս՝ 093 744-300

Էլեկտրոնային փոստ՝ hematology@naml.ru: