

## ПРОТОКОЛ N 5

### Оценочной комиссии об открытом конкурсе под кодом МОС-ОТ-ПТ-24/14

г. Ереван

« 10 » « мая » 2024г  
в час 15:00

#### Участники

председатель оценочной комиссии  
Оценивающий член оценочной комиссии  
Оценивающий член оценочной комиссии  
Оценивающий член оценочной комиссии  
вскрывающий член оценочной комиссии  
вскрывающий член оценочной комиссии  
секретарь комиссии

Г.Шахназарян  
Л.Аветисян  
С.Авагян  
А.Дпирян  
Л.Синанян  
М.Айдинян  
Л.Зограбян

#### 1. Место, дата и время проведения заседания в целях оценки предложений тендера с кодом МОС-ОТ-ПТ-24/14

1.1. Заседание тендера под кодом с кодом МОС-ОТ-ПТ-24/14 состоялось 10 мая 2024 года в 15:00 по адресу: Ереван, здание Правительства 3, 5 этаж, Министерство окружающей среды Республики Армения, 529 комн.

#### 2. Информация о переводе технического задания, представленного участником конкурса с кодом «МОС-ОТ-ПТ-24/14»

2.1. ООО «Эйч Групп» представило комиссии, оценивавшей цену, перевод технического задания на армянский язык.

#### 3. Информация о полном описании исправленного продукта, представленная каждым участником

- 3.1. Полное описание предлагаемой продукции, представленное ООО «ПИЭФ Групп», соответствует требованиям приглашения
- 3.2. Несоответствия в полном описании предлагаемого товара, предоставленном ООО «Эйч Групп», являются
- 3.2.1. В технической спецификации тендера указано, что оборудование, программное обеспечение и калибровочное оборудование для измеряемых соединений должны поставляться от одного производителя, однако участник указал, что поставки будут осуществляться от трех разных производителей: SO<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, O<sub>3</sub> измеряется для измерения соединений, он предлагает оборудование производства Teledyne API для PM<sub>2.5</sub> и PM<sub>10</sub>, он предлагает оборудование BAM 1020 компании MetOne, а программное обеспечение представляет собой систему экологического программного обеспечения, продукт ООО «КМП-СОФТ». - система сбора и публикации экологических данных.
- 3.2.2. В техническом задании конкурса указано, что все анализаторы должны быть одобрены US-EPA и соответствовать стандартам EN, однако представленное участником оборудование соответствует только американскому стандарту.
- 3.2.3. Представленное оборудование BAM 1020 компании MetOne не имеет возможности измерения PM<sub>1</sub>, а метод работы оборудования Teledyne T640 и Palas FIDAS 200 предложен для измерения концентраций разделенных частиц PM<sub>1</sub>/PM<sub>2.5</sub>/PM<sub>10</sub> – оптическое светорассеяние. - не соответствует методу, указанному в технической спецификации (затухание бета-лучей).
- 3.3. В полном описании предлагаемого продукта, предоставленном ARMGATE SIA, имеются несоответствия:
- 3.3.1. В технических условиях тендера указано, что оборудование, программное обеспечение и калибровочное оборудование для измеряемых соединений должны поставляться от одного и того же производителя, однако участник заявил, что поставки будут осуществляться от двух разных производителей: SO<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, O<sub>3</sub> для измерения соединений предлагает оборудование производства ACOEM, а для измерения PM<sub>1</sub>/PM<sub>2.5</sub>/PM<sub>10</sub> предлагается оборудование Palas FIDAS 200 E.
- 3.3.2. В технических условиях конкурса было упомянуто, что измерение концентраций PM<sub>1</sub>/PM<sub>2.5</sub>/PM<sub>10</sub> должно проводиться методом ослабления бета-лучей, но представленное оборудование выполняет измерения другим методом (методом оптического рассеяния света).

#### 4. Данные о первых и занявших последующие места участников

4.1. По итогам представленных участниками тендера ценовых предложений под кодом «МОС-ОТ-ПТ-24/14» и полного описания предлагаемой продукции места, занимаемые участниками, должны были признать «ПИЭФ Групп». ООО заняло первое место.

#### 5. Решение комиссии


(Г.Шахназарян)

- 5.1. На основании пункта 42 «Порядка организации процесса закупки» и пункта 8.10 части 1 Приглашения, утвержденного Приложением 1 постановления Правительства РА №526-Н от 4 мая 2017 года, заявка ООО «Эйч Групп» и ARMGATE SIA оценивается как недостаточным и отклоняется, а выбранным участником признается участник, занявший следующее место, ООО «ПИЭФ Групп», заявка которого соответствует требованиям приглашения.
- 5.2. На основании оценочных листов, представленных членами оценочной комиссии, ООО «ПИЭФ Групп» признано победителем тендера с кодом «МОС-ОТ-ПТ-24/14».
- 5.3. победитель тендера с кодом «МОС-ОТ-ПТ-24/14» после окончания периода бездействия уведомить, представить в установленный законом срок и приглашение:
- а) обеспечение исполнения договора в форме банковской гарантии или денежных средств в размере 10 процентов от покупной цены и
- б) квалификационное обеспечение в виде банковской гарантии или денежных средств в размере 30 процентов от покупной цены.
- 5.4. Утвердить текст заявления о решении о заключении договора.
- 5.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Закона Республики Армения «О закупках» установить срок бездействия со дня, следующего за днем опубликования объявления о решении о заключении контракта, до 10-го календарного дня включительно.

Принято решение: за 4; против 0.

#### 6. Имена и фамилии членов комиссии, присутствующих на заседании.

председатель оценочной комиссии

 Г.Шахназарян

Оценивающий член оценочной комиссии

 Л.Аветисян

Оценивающий член оценочной комиссии

 А.Дпирян

Оценивающий член оценочной комиссии

 С.Авагян


вскрывающий член оценочной комиссии

 Л.Синанян

вскрывающий член оценочной комиссии

 М.Айдинян

секретарь комиссии

 Л.Зограбян