

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**հրավերի պարզաբանման մասին**

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի  
2019 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է  
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը **«ՇՄԳՄՄԱՀ- ԳՀԱՊՁԲ-19/4-4»**

«Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց» ՓԲԸ-ի կարիքների համար դեղորայքի և պատվաստանյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄԳՄՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/4-4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2019թ. հունիսի 27-ին մասնակցի կողմից ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2019թ. հունիսի 28-ին տրամադրված N 1 պարզաբանումը՝

Հարցադրում N 1՝

Հարգելի գործընկերներ խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցին՝ Ձեր հրավերի 21 չափաբաժնի տեխ. Բնութագրում նշված է՝ Սևոֆլուրան, հեղուկ շնչառման, 250մլ պլաստիկ տարա, մինչդեռ մեր Սևոֆլուրան, 250մլ, հեղուկ շնչառման, ապակե տարաներով է և համաձայն ՀՀ կառավարության 2013թ. Մայիսի 2-ի թիվ 502-Ն որոշման 3-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն պետք է բացառվի որևէ գրանցված տարբերակի մրցույթին չմասնակցելու հավանականությունը: Եթե մենք ներկայացնենք մեր Սևոֆլուրանը արդյոք դա կհամարվի համարժեք, թե ոչ: Հարգանքով Թռոֆարմա ՍՊԸ-ի տնօրեն Վահրամ Մակինյան:

Պարզաբանում N 1՝

Հարգելի մասնակից, քանի որ մեր անզգայացման սարքավորման ինհալյատորի փականը աշխատում է Quik fil համակարգով, այդ իսկ պատճառով կարծում ենք, որ Ձեր առաջարկած տարան չենք կարող հարմարեցնել մեր սարքին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՇՄԳՄՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/4-4» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ժանետա Մերոյանին:

Հեռախոս 077 92 33 33  
Էլ. Փոստ՝ j.khach95@gmail.com

Պատվիրատու՝ «Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց» ՓԲԸ