

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ «ԶՈՐՋ ԱՅՎԱԶ ՀԱԿՈՓԻ»-ն ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/3 ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
4	CD19 PE	1P-663-T100 Exbio	EXBIO Praha, a.s.(Չեխիա)	(CD 19) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ 4G7, Իզոտիպ՝ Mouse IgG1:
6	CD34 PE	1P-664-T100 Exbio	EXBIO Praha, a.s.(Չեխիա)	(CD 34 PE) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ 581, Իզոտիպ՝ IgG1, K:
8	Anti-Hu CD45 PerCP-Cy™5.5	T9-684-T100 Exbio	EXBIO Praha, a.s.(Չեխիա)	(CD 45)Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PerCp-Cyanine5.5: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ HI30, Իզոտիպ՝ IgG1:
10	CD117 APC	1A-586-T100 Exbio	EXBIO Praha, a.s.(Չեխիա)	(CD 117)Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ APC: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ 104D2, Իզոտիպ՝ IgG1:
12	CD79a PE	1P-731-T100 Exbio	EXBIO Praha, a.s.(Չեխիա)	(CD 79a) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ HM47, Իզոտիպ՝ IgG1:
13	CD3 APC	1A-514-T100 Exbio	EXBIO Praha, a.s.(Չեխիա)	(CD 3)Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ APC: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ UCHT-1, Իզոտիպ՝ IgG1:
18	CD20 APC	1A-638-T100 Exbio	EXBIO Praha, a.s.(Չեխիա)	(CD 20)Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ APC: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ 2H7, Իզոտիպ՝ IgG2b:

19	Anti-CD15 Antibody (HI98) FITC	sc-19649 FITC/ Santa Cruz Biotechnology, Inc	Santa Cruz Biotechnology, Inc.(ԱՄՆ)	(CD 15)Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ FITC: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար:Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ HI98, Իզոտիպ՝ IgM, κ:
21	Anti-HLA-DR PE	1P-690-T100 Exbio	EXBIO Praha, a.s.(Չեխիա)	(CD Anti HLA DR PE)Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ L243, Իզոտիպ՝ Mouse IgG2a, κ
22	Anti-CD5 Antibody (UCH-T2) PE	sc-1180 PE/ Santa Cruz Biotechnology, Inc	Santa Cruz Biotechnology, Inc.(ԱՄՆ)	(CD5) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար:Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ UCHT2, Իզոտիպ՝ Mouse IgG1, κ:
23	Anti-CD38 Antibody (HB-7) FITC	sc-18858 FITC/ Santa Cruz Biotechnology, Inc	Santa Cruz Biotechnology, Inc.(ԱՄՆ)	(CD 38 FITC) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ FITC: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար:Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ HB-7, Իզոտիպ՝ IgG1, κ:
24	CD64 PE	1P-644-T100 Exbio	EXBIO Praha, a.s.(Չեխիա)	(CD64)Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ 10.1, Իզոտիպ՝ IgG1:
26	CD22 FITC	1F-175-T100 Exbio	EXBIO Praha, a.s.(Չեխիա)	(CD 22) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ FITC: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար:Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ S-HCL-1, Իզոտիպ՝ IgG2b,κ:
29	CD16 APC	1A-646-T100 Exbio	EXBIO Praha, a.s.(Չեխիա)	(CD 16) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ APC: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար:Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ 3G8, Իզոտիպ՝ IgG1:
30	Anti-Hu TCR alpha/beta FITC	1F-607-T025 Exbio	EXBIO Praha, a.s.(Չեխիա)	(CD TCRα/β)Հոսքային ցիտոֆյուրոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ FITC: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 25: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ IP26, Իզոտիպ՝ IgG1,κ:
41	Anti-CD33 Antibody (P67.6) FITC	sc-19660 FITC/ Santa Cruz Biotechnology, Inc	Santa Cruz Biotechnology, Inc.(ԱՄՆ))	(CD 33FITC) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ FITC: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար:Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ P67.6, Իզոտիպ՝ Ig G1:

42	CD13 PE	1P-396-T100 Exbio	EXBIO Praha, a.s.(Չեխիա)	(CD 13) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար:Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ WM15, Իզոտիպ՝ IgG1:
43	CD300e PE	1P-728-T100 Exbio	EXBIO Praha, a.s.(Չեխիա)	(CD 300e) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար:Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ UP-H2, Իզոտիպ՝ IgG1:

Մ/Ձ «ԶՈՐՋ ԱՅՎԱԶ ՀԱԿՈՓԻ»

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրություն

Կ. Տ.

**Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատասխան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով) Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը:

** Եթե առաջարկվող ապրանքները իրենց որակական հատկանիշների համաձայն պետք է ունենան պիտանելիության ժամկետ, ապա հայտով ներկայացվելիք տեխնիկական բնութագրում անհրաժեշտ է նշել յուրաքանչյուր ապրանքի (յուրաքանչյուր գնաման առարկայի) համար արտադրողի կողմից սահմանված պիտանելիության ժամկետը: Սույն հավելվածում նված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար: Որակի սերտեֆիկատը անհրաժեշտ է ներկայացնել պայմանագրի կատարման փուլում:

*** Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

1. Մասնակիցները պետք է բավարարեն «Գնումների մասին» ՀՀ Օրենքի /այսուհետ՝ Օրենք/ 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված մասնակցության իրավունքի չափանիշներին, մասնավորապես՝

2.1 Մասնակիցը Մասնակցության իրավունքը՝ չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն:

2) Եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն ենթակետով նախատեսված հայտարարությունը ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին

3) Բոլոր հղումների դեպքում հասկանալ ,կամ համարժեքը,, բառը՝ Օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն:

4) Որակավորման չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու դեպքում Մասնակցի հայտը մերժվում է:

2. Ապրանքներին առաջադրված պայմաններն են

Բոլոր հղումների դեպքում հասկանալ <<կամ համարժեք>> արտահայտությունը, համաձայն << գնումների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջը:

Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է :

Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:

3. Պիտանիության ժամկետները

Պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալ՝

ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,

բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,

գ. առանձին դեպքերում, այն է՝ հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը կամ դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետը, հանձնելու պահին դեղի մնացորդային պիտանիության ժամկետը սահմանվում է պատվիրատուի կողմից, բայց ոչ պակաս, քան 3 ամիս: