

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ապրանքի հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը **	տեխ բնութագիրը	չ/միավոր	միավոր գինը/Հ Հ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակա քանակը	Ժամկետը***
13	33181160/ 505	Թթվային խտանյութ (ցիտրատ)	Թթվային խտանյութ (ցիտրատ) կամ Farmasol կամ Ֆարմատեք, Proftest	Հեղուկ թթվային (ցիտրատ) խտանյութ հեմոդիալիզի պրոցեդուրաների համար: Լուծույթը նախատեսված է 1/44 նոսրացման համար Ստորև ներկայացված է պատրաստի դիալիզի լուծույթի էլեկտրոլիտային բաղադրությունը, երբ	հատ	5400	864000	160	Ք. Գյումրի Գարեգին և Նժդեհ 3/3	160	Մատակարարում ն իրականացվում է 2026թվականի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան

				խառնվում է հեմոդիալիզի մեքենայի մեջ BiCart քարտրիջի լուծույթի հետ և սարքավորման կարգավորումներով Na+ 140 մմոլ/լ և HCO3 – 34 մմոլ/լ: Բաղադրություն Na - 140 մմոլ/լ K - 3 մմոլ/լ Ca- 1,66 մմոլ/լ Mg - 0,5 մմոլ/լ C6H8O2 - 1 մմոլ/լ C6H12O6 - 0 մմոլ/լ Cl - 110,3 մմոլ/լ HCO3- 34 մմոլ/լ Փաթեթավորում՝ 10լ: Գործող AK98 դիալիզի սարքի հետ համատեղելի: ISO 13485 և CE Mark 93/42 որակի վկայականների առկայություն:							համաձայնագիր կնքելու օրվանից հաշված 20- օրացուցային օրից / եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/: Մատակարարում ն ըստ պահանջի
											տվյալ կետը կիրառվում է բոլոր չափաբաժինների մասով
15	33181150/506	Քարտրիջ ախտահանման համար (տիպ A)	D-Tech կամ CleanCart A,, D-Tech կամ Baxter,,	Ախտահանման քարտրիջը համատեղելի է AK98 հեմոդիալիզի մեքենայի հետ Օգտագործվում է քիմիական տաք ախտահանման ծրագրում՝ հեմոդիալիզի մեքենան լվանալու համար Անջուր նատրիումի կարբոնատի պարունակությունը 13գր Պատրաստված լուծույթում նատրիումի կարբոնատի կոնցենտրացիան 0,5% է. Քարտրիջի արտաքին նյութ պոլիպրոպիլեն pH	հատ	930	30690	33	ք. Գյումրի Գարեգի ն Նժդեհ 3/3	33	

				(պատրաստի լուծույթ) – 11 ISO 13485 և CE Mark 93/42 որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս:							
16	33181150/ 507	Քարտրիջ ախտահա նման համար (տիպ C)	D-Tech կամ CleanCart A,, D-Tech կամ Baxter,,	Ախտահանման քարթրիջը համատեղելի է AK98 հեմոդիալիզի մեքենայի հետ Այն օգտագործվում է քիմիական տաք ախտահանման ծրագրում, որը թույլ է տալիս կատարել միաժամանակ ախտահանում, կալցիֆիկացում և հեմոդիալիզի սարքի լվացում: Պատրաստված լուծույթում կիտրոնաթթվի կոնցենտրացիան 20% է: Քարթրիջի արտաքին նյութ պոլիպրոպիլեն; pH (պատրաստի լուծույթ) – 2 ISO 13485 և CE Mark 93/42 որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12	հատ	930	93000	100	ք. Գյումրի Գարեգի ն Նժդեհ 3/3	100	

				ամիս:							
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

<p>«ԳՆՈՐԴ»</p> <p>«Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ</p> <p>Հասցե՝ ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի 3/3</p> <p>ՀՎՀՀ 05539526</p> <p>Բանկ՝ «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Գյումրիի մ/ճ</p> <p>Հ/Հ 1510019952250100</p> <p>Արմեն Իսահակյան</p> <p>Տնօրեն-----</p>	<p>«ՎԱՃԱՌՈՂ»</p> <p>«ՊրոֆՏեսս» ՍՊԸ</p> <p>Հասցե՝ ք. Երևան Արաբկիր 41փ 12/3</p> <p>ՀՎՀՀ 00120301</p> <p>Բանկ՝ «Ակրա Բանկ» ԲԲԸ,</p> <p>Հ/Հ 220290123490000</p> <p>Արթուր Մարտիրոսյան</p> <p>Տնօրեն-----</p>
--	---