

драмов РА

товара									
номер предус мотрен ного пригла шением лота	промежуточный код, предусмотренны й планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	общее количество	поставки	
								адрес	срок
1	33691423	Набор реагентов для выявления и дифференциации возбудителей шигеллы, салмонеллы, кампилобактер, ротавируса, астровируса, норовируса, аденовируса	Набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК/РНК указанных возбудителей в клиническом материале методом ПЦР с ГФЛ-детекцией. Адаптирован для амплификаторов «Rotor-Gene» 6000, Rotor-Gene® Q, CFX96, Light Cycler. Число тестов - не менее 55, метод детекции - FRT. Клинический материал - кал. Наличие 75% срока годности на момент поставки, товарного знака и сертификата качества ISO 13485. Условия хранения и транспортировки согласно руководству.	набор			6.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
2	33691423	Набор реагентов для диагностики респираторно-синцитиального вируса, парагриппа, аденовируса, риновируса, коронавируса, боксавируса и метапневмавируса	Мультипрайм набор реагентов для выявления РНК 7 ОРВИ вирусов в клиническом материале методом ПЦР (АмплиСенс или эквивалент). Метод - ПЦР в реальном времени. Адаптированы под роторные и планшетные амплификаторы («Rotor-Gene» 6000, «Rotor-Gene® Q, Light Cycler, CFX96). Число тестов - не менее 100, метод детекции - FRT. Клинический материал - мазок со слизистой носоглотки, ротоглотки. Наличие 75% срока годности на момент поставки, товарного знака и сертификата качества ISO 9001.	набор			5.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения