

драмов РА

товара									
номер предус мотрен ного пригла шением лота	промежуточный код, предусмотренны й планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	общее количество	поставки	
								адрес	срок
1	33691420	Набор для выявления и дифференциации ДНК диарогенных E.coli (EPEC, ETEC, EIEC, ENEC, EAgEC) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)	ПЦР набор для выявления и дифференциации ДНК диарогенных E.coli (EPEC, ETEC, EIEC, ENEC, EAgEC) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Комплект реагентов рассчитан на проведение 55 реакций амплификации, включая контроли. Адаптирован для «Rotor-Gene» 3000/6000 амплификатора. Срок годности - не менее 9 месяцев. Режим транспортировки при 2 до 8°C, не более 5 суток. Срок годности при доставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD)	набор			5.00	г.Ереван, Д.Маяна 37	В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения