

«ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-8-ԵՊԲՀ» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«28» «նոյեմբերի» 2018թ.  
ժամը՝ 15:30

Մասնակցում էին՝  
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա.Հակոբյան  
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Հ.Սարգսյան, Մ.Գրիգորյան  
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ա.Հարությունյան  
Բացակայում էին՝

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների՝ գործիքների և պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-8-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26.11.2018թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 28.11.2018թ. տրամադրված պարզաբանումները՝

Հարցադրում N 1

Չափաբաժին 27: Տեսատպիչի թուղթ 110մմx20մ: Տեխնիկական պահանջում գրված է՝ «Թուղթը պետք է համատեղելի լինի SONY UPP-110S տպիչի հետ»: Սակայն SONY UPP-110S-ը հանդիսանում է ջերային թղթի մոդելը, ոչ թե տպիչի:

Պարզաբանում N 1

Ի պատասխան Ձեր 27-րդ չափաբաժնի մասով հարցման հայտնում ենք Ձեզ, որ հրավերով պահանջվող տեսատպիչի թուղթը նախատեսված է՝ Sony UP-897MD, Sony UP-D898MD և Mitsubishi P93 տեսատպիչների համար: Պահանջվող թուղթը կիրառելի է բոլոր թվարկված տպիչներում: Հիմք է ընդունվելու թղթի թվարկված տպիչների հետ համատեղելիության պայմանը, անկախ Ձեր հարցման մեջ նշված մոդելի առկայությունից:

Հարցադրում N 2

Տեսատպիչի թուղթ 110մմx20մ: Տեխնիկական պահանջում գրված է՝ «Թուղթը պետք է համատեղելի լինի SONY UPP-110S տպիչի հետ»: Սակայն SONY UPP-84HG -ը հանդիսանում է ջերային թղթի մոդելը, ոչ թե տպիչի:

Պարզաբանում N 2

Ի պատասխան Ձեր հարցման 28-րդ չափաբաժնի մասով հայտնում ենք Ձեզ, որ հրավերով պահանջվող տեսատպիչի թուղթը նախատեսված է Sony UP-D711MD տեսատպիչի համար: Պահանջվող թուղթը կիրառելի է նշված տեսատպիչի համար: Հիմք է ընդունվելու թղթի նշված տեսատպիչի հետ համատեղելիության պայմանը, անկախ Ձեր հարցման մեջ նշված մոդելի առկայությունից:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամներ՝

Քարտուղար՝



Ա.Հակոբյան



Հ.Սարգսյան



Մ.Գրիգորյան



Ա.Հարությունյան