

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2021 թվականի օգոստոսի 30-ի թիվ 2 որոշմամբ և
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն հրապարակվում է

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ **«ԲՄԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2021-02»**

«Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների **SARS-COV-2 վիրուսի ՌՆԹ-ի հայտնաբերման ՊՇՌ թեստերի** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **«ԲՄԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2021-02»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ **2021թ. օգոստոսի 27-ին** ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ **2021թ. օգոստոսի 30-ին** տրամադրված պարզաբանումը՝

Հարց 1. Հարգելի գնահատող հանձնաժողով

ԲՄԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2021-02 ծածկագրով բաց մրցույթի թիվ 1 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում գրված է «Որակի սերտիֆիկատ՝ ISO13485 11/22/2016»

Խնդրում եմ պարզաբանել

1. Ինչ են նշանակում 11/22/2016 նիշերը, արդյո՞ք ուղղակի վրիպակ է;
2. Արդյո՞ք ISO13485 սերտիֆիկատի առկայությունը բավարար չէ:

Խնդրում եմ նաև նշել Ձեր կենտրոնում առկա ռոտորային և թասիկային այն սարքերի մակնիշը և մոդելը, որոնք պետք է օգտագործվեն ձեռք բերվող թեստերի կիրառման ժամանակ:

Պարզաբանում 1.

ISO13458 առկայությունը բավարար է: 11/22/2016-ը տվյալ սերտիֆիկատի ամսաթիվն է, որը պարտադիր չէ նշել:

Լաբորատորիայում օգտագործվում են հետևյալ ռոտորային՝ Rotor Gene Q(6000) և թասիկային՝ Bio-Rad CFX96, DT Prime սարքավորումները:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել **«ԲՄԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2021-02»** ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար **Ս.Պապիկյանին**:

Հեռախոս՝ **012-80-80-83 (6014)**

Էլ. փոստ՝ **procurement@ncdc.am**