

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 3 от 31.08.2021г. и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения

"О закупках"

Код процедуры **ВМАРDzBHVКAK-2021-02**

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **ВМАРDzBHVКAK-2021-02**, организованной с целью приобретения **ПЦР тестов для выявления вируса SARS-COV-2** для нужд ГНО «**Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний**» МЗ РА ниже представляет запрос, полученный относительно приглашения 30.08.2021г. и предоставленное на него 31.08.2021г. разъяснение:

Вопрос 1. По поводу прибора DT Prime возникли следующие вопросы:

1. Имеет ли прибор какую-либо модель или на нем указан только DT Prime.
2. Если да, то просим указать модель прибора и производителя, что даст возможность, как нам так и другим возможным участникам, предложить такие тесты, которые совместимы с указанным прибором.

В результате поисков в соцсетях, проделанных нами, не было найдено ни одного плашечного прибора DT Prime.

Разъяснение 1.

DT Prime - модель, которая имеет 2 варианта 96 и 48, в нашей лаборатории вариант DT Prime-96. Производитель Российская Федерация.

Что касается проделанных вами поисков в соцсетях, то предлагаем также пройти и по этой ссылке: <https://www.omnia-health.com/product/dtprime-real-time-detection-thermal-cycler>:

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю оценочной комиссии С.Папикян.

Телефон: **012-80-80-83 (6014)**

Электронная почта: **procurement@ncdc.am**

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **ВМАРDzBHVКAK-2021-02**