

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող
հանձնաժողովի 2026 թվականի մայիսի 19-ի թիվ 2 որոշմամբ և
հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի
համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ»

«Երևանի Միխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար բժշկական
նշանակության ապրանքների և սարքավորումների ձեռքբերման
նպատակով կազմակերպված «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ» ծածկագրով
գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է
նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2026 թվականի մայիսի 17-ին
ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2026 թվականի մայիսի 19-ին
տրամադրված պարզաբանումը՝

Հարցադրում N 1: Հարգելի [պատվիրատու], Ձեր տեխնիկական
բնութագրերում նշված է, որ առաջարկվող ուլտրաձայնային համակարգը
շարժական է: Սակայն, տեղային բնութագրումներից հասկանալի է, որ այն
ունի տրանսպորտային սայլակ, բայց նաև պարունակում է տարրեր, որոնք
սովորաբար բնորոշ են ստացիոնար համակարգերին: Խնդրում եմ
հստակեցնել, արդյոք այս սարքը իսկապես շարժական է, թե այն
ստացիոնար համակարգ է, որը պարզապես տեղադրված է շարժական
սայլակի վրա: Շնորհակալություն նախօրոք պարզաբանումի համար:

Պարզաբանում N 1: Հարգելի գործընկեր, ուլտրաձայնային
համակարգը ստացիոնար չէ: Համակարգը պետք է լինի գործարանային
շարժական: Համակարգը պետք է ունենա համակարգը արտադրողի
գործարանային սայլակ՝ նախատեսված տվյալ համակարգի համար:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ
ստանալու համար կարող եք դիմել «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ»
ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լիլիթ Մկրտչյանին:

Հեռախոս՝ 010 301000 (438)

Էլեկտրոնային փոստ՝ marketing.ysmu90@gmail.com:


ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողով՝

Նախագահ՝



Ա. Հակոբյան

Անդամ՝



Ա. Գրիգորյան

ОБЪЯВЛЕНИЕ о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссией № 2 от 19.05.2026 года и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армении «о Закупках».

Код процедуры «ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ»»

Оценочная комиссия по процедуре закупки под кодом «ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ»» организованной с целью приобретения «товаров и оборудования медицинского назначения» для нужд фонда «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци», ниже предоставляет запрос полученный от 17.05.2026 года относительно приглашения под тем же кодом и разъяснение по нему, предоставленное 19.05.2026 года.

Запрос № 1: Уважаемый [заказчик], в ваших технических спецификациях указано, что предлагаемая ультразвуковая система является портативной (мобильной). Однако из локальных характеристик видно, что она оснащена транспортной тележкой, но при этом содержит элементы, обычно присущие стационарным системам. Прошу уточнить, действительно ли данный аппарат является портативным или же это стационарная система, которая просто установлена на мобильную тележку? Заранее спасибо за разъяснение.

Разъяснение 1: Уважаемый коллега, ультразвуковая система не является стационарной. Система должна быть заводской портативной (передвижной). Система должна иметь заводскую тележку от производителя системы, предназначенную для данной системы.

Для получения дополнительной информации в связи с объявлением можно обратиться к секретарю оценочной комиссии по процедуре закупки под кодом «ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ» » Лилит Мкртчян:

Телефон 010 301000 (438)

Электронная почта marketing.ysmu90@gmail.com:


Оценочная комиссия по котировке цен по процедуре закупа «ԷՍԿԱՊԶԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ»

Председатель комиссии



А. Акопян

Члены комиссии



А. Григорян