

Արձանագրություն N 2

«ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի՝

ք. Երևան

«16» «նոյեմբերի» 2021թ.
ժամը՝ 16:30

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Գ. Գասպարյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Հակոբյան, Ա. Սեյրանյան,
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Մ. Կարապետյան
Բացակայում էր՝

1. «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի շրջանակներում ստացված հարցման և տրված պարզաբանման մասին
Հաստատել «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարությունը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ՝ 0:

2. Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների և քարտուղարի անունները և ստորագրությունները

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝



Գ. Գասպարյան

Անդամներ՝



Ա. Հակոբյան



Ա. Սեյրանյան

Քարտուղար՝



Մ. Կարապետյան

ПРОТОКОЛ № 2

О Заседании оценочной комиссии по процедуре закупа под кодом «ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-2-ԵՊԲՀ»

г. Ереван

«16» «Ноября» 2021г.
время 16:30

При участии

Председатель комиссии - Г. Гаспарян

Члена комиссии - А.Акобян, А.Сейранян,

Секретаря комиссии - М. Карапетян

Отсутствующие -

1. О полученных запросах и предоставленных по ним разъяснениях процедуры закупа «ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-2-ԵՊԲՀ»


Утвердить текст объявления о разъяснении приглашения процедуры закупа «ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-2-ԵՊԲՀ».

Принято решение - за - 3, против - 0.

2. Имена фамилии и подпись присутствующих членов и секретаря комиссии

Председатель

комиссии




Г.Гаспарян

Члены комиссии



А.Акобян



А.Сейранян

Секретарь



М.Карапетян

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարգարանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիր՝ «ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-2-ԵՊԲՀ»

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի աշխատանքների կազմակերպման նպատակով բժշկական նշանակության ապրանքների, ստոմատոլոգիական նյութերի, գործիքների և պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2021 թվականի նոյեմբերի 12-ին ժամը՝ 18:37-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ին տրամադրված պարգարանումը՝

Հարցադրում N1: Չափաբաժին 58 և 59: Համաձայն ՀՀ «Գնումների մասին» Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված սկզբունքների խնդրում եմ տալ պարգարանում 58-րդ և 59-րդ չափաբաժինների համար ի՞նչու է ընտրված միայն մեկ արտադրողի տեխնիկական բնութագիր:

Պարգարանում N1: Օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջները չեն սահմանափակվում և դիտարկվում միայն 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի սկզբունքներով: Ձեր կողմից նշված չափաբաժիններից յուրաքանչյուրը հանդիսանում է առանձին գնման առարկա, որոնց տեխնիկական բնութագրերը կազմվել են հիմք ընդունելով Օրենքի 13-րդ հոդվածի բոլոր մասերը, որոնց ճիշտ կիրառումը և ապահովում է Պատվիրատուի կարիքը և Ձեր կողմից նշված 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝ ամբողջությամբ:

Հրավերի 58-րդ չափաբաժնով պահանջվող ատամնային իմպլանտատի տեղադրման գործիքները անհրաժեշտ են Համալսարանում առկա «Alpha-Bio» մոդելի տիտանե իմպլանտների համար, և Համալսարանի կարիքի բավարարման նպատակով (13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետ) գործիքները պետք է համատեղելի լինեն առկա իմպլանտների հետ:

Բացի այդ կոնկրետ մոդելի իմպլանտների հետ գործիքների համատեղելիության պայմանը չի բացառում այլ արտադրողի գործիքները՝ եթե դրանք բավարարում են հրավերի տեխնիկական պահանջներին:

Հրավերի 59-րդ չափաբաժնով պահանջվող ատամի իմպլանտները անհրաժեշտ են Համալսարանում առկա «Alpha-Bio» մոդելի ատամնային իմպլանտատի տեղադրման գործիքներով աշխատելու համար, և Համալսարանի կարիքի բավարարման նպատակով (13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետ) իմպլանտները պետք է համատեղելի լինեն առկա գործիքների հետ:

Բացի այդ կոնկրետ մոդելի գործիքների հետ ինպլանտների համատեղելիության պայմանը չի բացառում այլ արտադրողի ինպլանտները՝ եթե դրանք բավարարում են հրավերի տեխնիկական պահանջներին:

Մույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Մերի Կարապետյանին: Հեռախոս՝ 011 621 000 (249)

Էլ. փոստ՝ meri.karapetian@armrep.com

«ԷԱ&ԱՊԶԲ-2022/16-2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝



Գ. Գասպարյան

Անդամներ՝



Ա. Հակոբյան



Ա. Սեյրանյան

Քարտուղար՝



Մ. Կարապետյան

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссией № 2 16 -го ноября 2021 года и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армении «о Закупках».

Код процедуры «ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-2-ԵՊԲՀ»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-2-ԵՊԲՀ» организованной с целью приобретения медицинских изделий, стоматологических материалов, инструментов, принадлежностей для центра передового стоматологического образования для нужд Фонда <<Ереванского государственного медицинского института имени М.Гераци ниже предоставляет запрос полученный 12 ноября 2021 года время 18:37 и предоставленный 17-го ноября 2021 года по нему разъяснение относительно приглашению по под кодом «ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-2-ԵՊԲՀ»

Запрос N 1: Прошу дать разъяснения относительно Лотов 58 и 59, в соответствии с положениями закона РА «О закупках», изложенными в пунктах 1 и 2 части 2 статьи 13 Закона поясните, почему для 58-го и 59-го лотов выбраны технические характеристики только одного производителя.

Разъяснение N 1: В ответ на запрос уточняем следующее: Требования статьи 13 Закона не ограничиваются и рассматриваются только в соответствии с принципами части 2 статьи 13-ть. Каждый из указанных вами лотов является отдельным предметом закупки, технические характеристики которого составлены на основании всех частей статьи 13 Закона, и правильное применение которого полностью обеспечивает потребность Заказчика в упомянутой лотом 58 вами части второй статьи 13.

Требуемые по Приглашению лотом 58 инструменты для установки зубных имплантатов, должны быть совместимы для титановых имплантатов Alpha-Bio Model, имеющиеся Университете, и с целью удовлетворения нужд университета(Статья 13, часть 2, пункт 3) инструменты должны быть совместимы с имеющимися иплантами.

Кроме того, условие совместимости имплантатов с инструментами конкретной модели не исключает инструменты других производителей, если они соответствуют техническим требованиям приглашения.

Требуемые по Приглашению лотом 59 зубные имплантаты должны быть совместимы с титановыми имплантатами модели Alpha-Bio Model, для работ с инструментами для установки зубных имплантатов, и с целью удовлетворения нужд университета (Статья 13, часть 2, пункт 3) импланты должны быть совместимы с имеющимися инструментами.

Кроме того, условие совместимости имплантатов с инструментами конкретной модели не исключает инструменты других производителей, если они соответствуют техническим требованиям приглашения.

Для получения дополнительной информации в связи с объявлением можно обратиться к секретарю оценочной комиссии – Мэри Карапетян.

Телефон 011 621 000 (249)

Эл. Почта marketinvsnu5@gmail.com


Оценочная комиссия по процедуре закупа под кодом «ԷԱ&ԱՊԶԲ-2022/16-2-ԵՊԲՀ»

Председатель комиссии



(подпись)

Г.Гаспарян

Члены комиссии


(подпись)

А. Акопян


(подпись)

А. Сейранян

Секретарь комиссии


(подпись)

М. Карапетян