

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2026 թվականի ապրիլի 17-ի թիվ 2.2 որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ **ՃԴ-ՀՐՄԱՊՁԲ-2026/01**

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար լաբորատոր սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՃԴ-ՀՐՄԱՊՁԲ-2026/01** ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2026 թվականի ապրիլի 15-ին և 16-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2026 թվականի ապրիլի 17-ին տրամադրված պարզաբանումները՝

Հարցադրում N1՝ ՃԴ-ՀՐՄԱՊՁԲ-2026/01 ծածկագրով մրցույթի 17-րդ չափաբաժնի համար Ձեր կողմից պահանջվում է ներկայացնել փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն համապատասխանությունը GOCT P 58406.2-2020 ստանդարտին: Հաշվի առնելով, որ GOCT P 58406.2-2020-ը կիրառման ստանդարտ է, իսկ մաղերի տեխնիկական պայմանները սահմանվում են GOCT 3826-82 ստանդարտով, խնդրում ենք պարզաբանել՝ արդյո՞ք Ձեզ համար ընդունելի կլինի, եթե՞ առաջարկվող արտադրանքը համապատասխանի GOCT 3826-82 ստանդարտի պահանջներին և միաժամանակ կիրառելի լինի GOCT P 58406.2-2020 ստանդարտի շրջանակներում:

Պարզաբանում N1՝ ՃԴ-ՀՐՄԱՊՁԲ-2026/01 ծածկագրով մրցույթի հրավերում 17-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում, որպես մաղերի պահանջները սահմանող նորմատիվ փաստաթղթեր նշված են GOCT P 58406.2-2020 և GOCT ISO 3310-1 ստանդարտները: GOCT 3826-82 ստանդարտը կորցրել է իր արդիականությունը և չի կիրառվում GOCT P 58406.2-2020-ով նախատեսված փորձարկումների համար:

Համաձայն GOCT P 58406.2-2020 ստանդարտի պահանջների՝ փորձարկումների իրականացման համար պետք է կիրառվեն մաղեր, որոնք համապատասխանում են GOCT P 51568 և ISO 3310-1 ստանդարտներին: Այս ստանդարտները հանդիսանում են գործող և կիրառելի տվյալ ոլորտում:

Այսպիսով, **ՃԴ-ՀՐՄԱՊՁԲ-2026/01** ծածկագրով մրցույթի հրավերի 17-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագիրը կազմված է ճիշտ, իսկ GOCT 3826-82-ի վերաբերյալ դիտարկումը հիմնավորված չէ:

Հարցադրում N2՝ Ուսումնասիրելով սույն գնման ընթացակարգի հրավերով սահմանված 18-րդ չափաբաժնի Տեխնիկական առաջադրանքը՝ հայտնում ենք մեր առարկությունը դրանում տեղ գտած չափագիտական անհամապատասխանության վերաբերյալ, որը խաթարում է գնման գործընթացի օբյեկտիվությունը:

Առարկության հիմնավորումը.

Հակասություն ԳՕՍՏ 33078-2014 (GOCT 33078-2014) ստանդարտին. Տեխնիկական առաջադրանքի 9-րդ կետով պահանջվում է սարքավորումների համապատասխանություն ԳՕՍՏ 33078-2014 ստանդարտին: Սակայն 8-րդ կետում «Կառչման գործակցի չափիչ շարժական սարքի» համար սահմանված $\pm 0,005$ թույլատրելի բացարձակ սխալանքի պահանջը չի համապատասխանում նշված ստանդարտի դրույթներին: ԳՕՍՏ 33078-2014-ով սահմանված մեթոդաբանությունը նմանատիպ շարժական սարքերի համար նախատեսում է $\pm 0,05$ բացարձակ սխալանքի սահման:

Չափագիտական անհնարինություն. Տվյալ դասի պորտատիվ (շարժական) չափիչ սարքավորումների համար $\pm 0,005$ ցուցանիշը տեխնիկապես անիրագործելի է և չի հանդիսանում ստանդարտացված չափանիշ: Այս ցուցանիշը տասնապատիկ գերազանցում է աշխարհում գոյություն ունեցող լավագույն նմանատիպ սարքերի ֆիզիկական և մետրոլոգիական հնարավորությունները: Նման պահանջի առկայությունը Տեխնիկական առաջադրանքում ակնհայտ տեխնիկական վրիպակ է (օրինակ՝ ստորակետից հետո ավելորդ զրոյի առկայություն):

Մրցակցության սահմանափակում. Քանի որ շուկայում գոյություն չունի որևէ շարժական սարքավորում, որն ապահովում է $\pm 0,005$ ճշգրտություն, նշված պահանջի պահպանումը հանգեցնում է նրան, որ որևէ մասնակից չի կարողանա առաջարկել համապատասխանող ապրանք: Սա հակասում է գնումների մասին օրենսդրությանը՝ սահմանափակելով արդար մրցակցությունը և սահմանելով անիրագործելի պայմաններ:

Ելնելով վերոգրյալից՝ խնդրում ենք.

Վերանայել Տեխնիկական առաջադրանքի 8-րդ կետը և $\pm 0,005$ թույլատրելի բացարձակ սխալանքի ցուցանիշը փոխարինել տեխնիկապես հնարավոր և ԳՕՍՍ 33078-2014-ին համապատասխանող $\pm 0,05$ ցուցանիշով:

Խնդրում ենք սահմանված կարգով փոփոխություններ կատարել Տեխնիկական առաջադրանքի մեջ՝ ապահովելով գնման գործընթացի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը և տեխնիկական ստանդարտներին:

Պարզաբանում N2՝ ԾԴ-ՀԲՍԱՊՁԲ-2026/01 ծածկագրով մրցույթի 18-րդ չափաբաժնի տեխնիկական առաջադրանքի 8-րդ կետում տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ, մասնավորապես՝ նախատեսված թույլատրելի բացարձակ սխալանքի սահմանները ± 0.005 -ի փոխարեն պետք է լինեն ± 0.05 :

Հարցադրում N3՝ Հարգելի պատվիրատու, 6-րդ չափաբաժնի համար տեխնիկական պահանջներով նախատեսված USB ինտերֆեյսի և USB կրիչի փոխարեն ընդունելի է տվյալների փոխանցման Wi-Fi տարբերակը, որը ապահովվում է չափումների տվյալների փոխանցում սմարթֆոն, պլանշետ կամ համակարգիչ:

Պարզաբանում N 3՝ ԾԴ-ՀԲՍԱՊՁԲ-2026/01 ծածկագրով մրցույթի 6-րդ չափաբաժնի տեխնիկական պահանջներում նախատեսված է USB ինտերֆեյս և USB կրիչի օգտագործում: Այս պայմանը մնում է անփոփոխ՝ հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների համաձայն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել **ԾԴ-ՀԲՍԱՊՁԲ-2026/01** ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար **Մարգարիտա Եղիանին**:

Հեռախոս՝ 010 54 21 76

Էլ. Փոստ՝ procurement@armroad.am

Պատվիրարու՝ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

ԾԴ-ՀԲՍԱՊՁԲ-2026/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով