Հ/Հ	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
1	MIC թեստ կամ E - թեստ ժապավեն Պենիցիլինով	Պենիցիլինով MIC՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 μg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 հավաքը պարունակում է առավելագույնը 60 թեստ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր, որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	Պենիցիլինով MIC՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 μg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 հավաքը պարունակում է 10 և 25 թեստ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր, որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:
2	MIC թեստ կամ E - թեստ ժապավեն Օքսացիլինով	Օքսացիլինով MIC՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 μg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 հավաքը պարունակում է առավելագույնը 60 թեստ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր, որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	Օքսացիլինով MIC՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 μg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 հավաքը պարունակում է 10 և 25 թեստ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր, որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:
3	MIC թեստ կամ E - թեստ Ամպիցիլինով	Ամպիցիլինով MIC՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 μg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 հավաքը պարունակում է առավելագույնը 60 թեստ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր, որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	Ամպիցիլինով MIC՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 μg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 հավաքը պարունակում է 10 և 25 թեստ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր, որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:
4	MIC թեստ կամ E - թեստ Վանկոմիցինով	Վանկոմիցինով MIC՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 μg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 հավաքը պարունակում է առավելագույնը 60 թեստ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր, որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	Վանկոմիցինով MIC՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 μg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 հավաքը պարունակում է 10 և 25 թեստ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր, որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:

5	MIC թեստ կամ E - թեստ ժապավեն Կոլիստինով	Կոլիստինով MIC՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 µg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 հավաքը պարունակում է առավելագույնը 60 թեստ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր, որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	Կոլիստինով MIC՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 µg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 հավաքը պարունակում է 10 և 25 թեստ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր, որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:
6	MIC թեստ կամ E - թեստ ժապավեն Ցեֆտրիաքսոնով	Ցեֆտրիաքսոնով MIC՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 µg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 հավաքը պարունակում է առավելագույնը 60 թեստ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր, որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	Ցեֆտրիաքսոնով MIC՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 µg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 հավաքը պարունակում է 10 և 25 թեստ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր, որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:
7	MIC թեստ կամ E - թեստ ժապավեն Ցեֆոտաքսիմով	Ցեֆոտաքսիմով MIC՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 µg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 հավաքը պարունակում է առավելագույնը 60 թեստ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր, որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	Ցեֆոտաքսիմով MIC՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 µg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 հավաքը պարունակում է 10 և 25 թեստ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր, որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին: