

Արձանագրություն N 2

ՎԱՐՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻՑ

ք. Երևան

«28» «09» 2022թ.  
Ժամը 09.30

**Հանձնաժողովի նախագահ՝**

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի լաբորատոր հետազոտությունների բաժնի պետ՝ Անդամներ՝

Գ. Շախբազյան

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի լաբորատոր հետազոտությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ՝

Գ. Մխիթարյան

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի լաբորատոր հետազոտությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ՝ /

Ա. Հարությունյան

**Հանձնաժողովի քարտուղար՝**

Վարչապետի աշխատակազմի գործերի կառավարչության գնումների կազմակերպման բաժնի գնումների ավագ գործակալ՝

Լ. Ադոնց

**1. Նիստի քննարկման հարցեր.**

1.1 Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ կետը և ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ.-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու» մասին թիվ 526-Ն որոշման 14-րդ կետի 3-րդ ենթակետը հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվեց «Վարչապետի աշխատակազմի (բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի) կարիքների համար՝ հատուկ մասնագիտական սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՎԱՐՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի վերաբերյալ 26.10.2022թ.-ին Auction.am համակարգի միջոցով ներկայացված հրավերի հարցումը: Հարցումը վերաբերում էր ՎԱՐՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի՝ հատուկ մասնագիտական սարքերի ձեռքբերմանը:

1.2 Վարչապետի աշխատակազմի (բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի) 2022թ. կարիքների համար՝ հատուկ մասնագիտական սարքերի ձեռքբերման նպատակով հաստատել էլեկտրոնային աճուրդի փոփոխված հրավերի փաթեթը (հավելվածը կցվում է), շտկել տեխնիկական բնութագրի 1-ին չափաբաժնում առկա վրիպակը:

**2. Նիստի ընթացքում որոշվեց**

2.1 Հարցման վերաբերյալ տալ պարզաբանում հետևյալ բովանդակությամբ.

**Հարցադրում N 1** Հարգելի պատվիրատու, ՎԱՐՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով մրցույթի 1-ին չափաբաժնում՝ հատուկ մասնագիտական սարքեր – նյութեր նշված ապրանքերի տեխ.բնութագրերում ասպիրատոր AՊԵ 4 շահագործման ջերմաստիճանային ռեժիմը նշված է +100C ÷ +350C, իսկ Ջնդ. ՈՅ 1.2 շահագործման ջերմաստիճան մինչև 4000C: Ըստ վաճառողի տեղեկության՝ վերոնշյալ ապրանքների շահագործման ջերմաստիճանային ռեժիմը հետևյալն է.

\*Аспиратор АПВ 4 по паспорту от +10 до + 35 град.С \*Зонд ПЗ-1,2 работает при температуре до +400 град.С Եթե համաձայն եք նշված տեղեկատվության հետ,խնդրում եմ կատարել համապատասխան ուղղումները:

Պարզաբանում N 1 Հարգելի գործընկեր, ի պատասխան Ձեր կողմից ներակայացված հարցադրման հայտնում եմ, տեղի է ունեցել վրիպակ, ասպիրատոր АПВ 4 և զոնդի տեխնիկական բնութագրի մեջ թվերի վերջին 0 թիվը համապատասխանում է ջերմաստիճանի չափման միավորի աստիճան նշանին՝ °C:

2.2 Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն՝ ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություն և հաստատել փոփոխված հրավերի տեքստը:

2.3 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2022թ. հոկտեմբերի 13-ը ժամը 10:00-ն:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ- 3, դեմ-0

#### Հանձնաժողովի անդամների և քարտուղարի ստորագրությունը

Նախագահ՝ Գ. Շահբազյան



Անդամներ՝ Գ. Մխիթարյան



Ա. Հարությունյան

1 

Քարտուղար՝ Լ. Ադոնց

