

Արձանագրություն N 2

«ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/139» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի եղանակով մանրադիտակների գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

Մասնակցում էին՝

21.06.2024թ.

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ն. Ավթանդիլյան /գնահատող/

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Է. Նադիրյան /գնահատող/

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ն. Սահակյան /գնահատող/

Մ. Թովմասյան /քարտուղար/

1. Տեղեկատվություն հրավերուի վրաբերյալ ստացված հարցումների մասին.

1.1 Գնահատող հանձնաժողովին 2024 թվականի հունիսի 20-ին ներկայացվել է հետևյալ հարցումը՝

«Հարգելի՛ գործընկեր, Ձեր կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրին համապատասխանում է կոնկրետ արտադրողի կոնկրետ մոդել(Euromex BioBlue 4263). Խնդրում ենք բնութագրերի բացվածքը ներկայացնել անյնպես, որ այլ արտադրանք նույնպես հնարավոր լինի առաջարկել: Այլապես խախտվում է օրենսդրությամբ սահմանված մասնակից կազմակերպությունների մրցակցության ապահովման պահանջը: Կամ խնդրում ենք հաստատել, որ ներկայացված տեխնիկական բնութագրերին կա համապատասխանող նվազագույնը ևս մեկ արտադրանք:»

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

2. Տեղեկատվություն տրամադրված պարզաբանման մասին

2.1 Գնահատող հանձնաժողովը ներկայացրել է հետևյալ պարզաբանումը՝

«ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/139 ծածկագրով մրցույթին վերաբերող տեխնիկական բնութագրի կազմումը հիմնվել է առնվազն 3 արտադրողի տվյալների վրա: Բացի նշված Euromex BioBlue 4263 մոդելից տեխնիկապես ընդունելի են նաև Optica (օր.՝ B-157R-PL), VWR (օր.՝ BL124 ALC - 630-1927) ընկերությունների արտադրած մանրադիտակները:»

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

3. Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարության հրապարակման մասին

3.1 Հանձնաժողովը որոշեց հաստատել հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարության տեքստը, որը սահմանված կարգով պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է համակարգում և տեղեկագրում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողով

Նախագահ՝

Ն. Ավթանդիլյան



անդամներ՝

Է. Նադիրյան



Ն. Սահակյան



քարտուղար՝

Մ. Թովմասյան

