



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՔՆՆՈՂ ԱՆՁ**

ք. Երևան

06.12.2019թ.

**Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  
ՀՀ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐ  
ՔՆՆՈՂ ԱՆՁԻ  
թիվ ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/86**

Նախագահությամբ՝ ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձ Լ. Օհանյանի  
Քարտուղարությամբ՝ Ռ.Մկրտչյանի

Պատվիրատու՝ «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան»  
հիմնադրամ

Բողոք բերող՝ «Իմմունֆարմ» ՍՊԸ

Մասնակցությամբ՝

Պատվիրատուի ներկայացուցիչներ՝ Ա. Միքայելյանի, Ռ. Մեհրաբյանի  
«Իմմունֆարմ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչներ՝ Հ. Ենգոյանի, Ա. Պարանյանի

Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան՝

«ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊԶԲ-19/29» ծածկագրով գնանշման հարցում, լաբորատոր սարքերի  
ծեռքբերում

ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը (այսուհետ՝ նաև Բողոքներ  
քննող անձ)՝ քննության առնելով «Իմմունֆարմ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ նաև Ընկերություն)  
կողմից 06.11.2019թ.-ին ներկայացրած բողոքը (այսուհետ՝ նաև Բողոք) և կից  
փաստաթղթերը,

## Պ Ա Ր Ձ Ե Ց

### 1. Գործի նախապատմությունը

Դիմելով ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին՝ Ընկերությունը ներկայացրած բողոքով խնդրել է պարտավորեցնել «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան հիմնադրամի» կարիքների համար՝ լաբորատոր սարքերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/29» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին չկայացած հայտարարել գնման ընթացակարգը:

Բողոքներ քննող անձին բողոքը մակագրվել է 06.11.2019թ.-ն և նույն օրը կայացված որոշմամբ բողոքը ընդունվել է վարույթ, իսկ 12.11.2019թ.-ին, 21.11.2019թ.-ին և 29.11.2019թ.-ին նշանակվել են նիստեր:

Բողոքի քննությունն ավարտվել է 29.11.2019թ.-ին և Բողոքներ քննող անձի որոշման հրապարակման օր է նշանակվել 06.12.2019թ.-ին:

### 2. «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ-ի ներկայացրած փաստերը, հիմնավորումները և պահանջը.

«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ-ն ներկայացրած բողոքով հայտնել է հետևյալը.

««Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար՝ լաբորատոր սարքերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարվել է «ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/29» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգ (այսուհետև՝ Ընթացակարգ):

«ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/29» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի բացումը նշանակված է 07.11.2019թ.:

Համաձայն Ընթացակարգի հրավերի «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի»՝ գնման առարկայի՝ «Գազային քրոմատագիր սպասարկված բացաիոնային դետեկտորով, մազանոթային աշտարակներով և ավտոմատացված նմուշարկչով. կոմպլեկտը ներառում է՝ գազերի միացման և ֆիլտրման անհրաժեշտ հանգույցները և սարքի ծրագրային ապահովումը», համար սահմանվել են հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը.

Աշտարակի վառարան (թերմոստատ)

- Երկու և ավելի աշտարակի տեղադրման հնարավորություն
- Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը - +4-ից ÷ 450 °C
- Ջերմաստիճանի կարգավորման ճշտությունը - ոչ պակաս 0.1 °C
- Տաքացման արագությունը - ոչ պակաս 120 °C/րոպե
- Սառեցման ժամանակը - 450 °C-ից մինչև 50 °C ոչ ավելի քան 3,5 րոպե
- Փուլի տևողության առավելագույն ժամանակը - 999.99 րոպե
- Ջեռոցում ծրագրային տաքացման հնարավորություն - ոչ պակաս քան 20

նեժիմ:

Խորշիկներ Split/splitless համակարգ՝ ոչ պակաս քան երկու խորշիկ.

- Հաստատուն ճնշմամբ աշխատանք
- Ճնշման/հոսքի էլեկտրոնային ղեկավարում
- Սեպտանների օդափոխություն
- Ճնշման փիրոյթը՝ 0.001 – 150 psi
- Ներկառուցված արտահոսքի/իջանման, ճնշման անկման և բաժանված

հոսքի սահմանափակման ախտորոշման հնարավորություն

- Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 450 °C
- Գազի հոսքի բաժանման(split-ի) արժեքը – ոչ պակաս 7500:1
- Գազերի հոսքի փիրոյթներ՝ 0 – 500 մլ/ր – ազոտի համար,
- 0 - 1250 մլ/ր – ջրածնի համար

Մազանոթային աշտարակներ.

1-ին աշտարակ՝ 30 m, 0.25 mm, 0.25-0.5 μm , PTA5 կամ համարժեք,

2-րդ աշտարակ՝ 30 m, 0.25 mm, 0.25-0.5 μm , DB-WAX կամ համարժեք.

Բոցա-իոնային ղեկավար (FID)

- Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան - ոչ պակաս 450 °C
- Հայտնաբերման (detection) նվազագույն արժեքը (ստանդարտ՝ տրիդեկանի

համար) - < 1.4 pg C/s

- Գծային դինամիկ փիրոյթը - ոչ պակաս 107
- Մինչև 500 Հg հաճախությամբ փոխվելների գրանցման հնարավորություն
- Օդ-ի հոսքի միջակայկաքը - 0-800 ml/min
- H2-ի հոսքի միջակայկաքը - 0-100 ml/min
- Օժանդակող գազի հոսքի միջակայկաքը- 0-100 ml/min

Այլ բնութագրեր

- LAN ինտերֆեյսի հնարավորություն

- Հեռակա միացուման/անջատուման հնարավորություն
- առնվազը 2 USB պորտի առկայություն

Ավտոմատացված հեղուկային նմուշարկիչ

Ավտոմատացված հեղուկային նմուշարկիչի փարողունակությունը-առնվազը 16 հատ 2 մլ ծավալով վիալ նմուշների համար

Ներարկման ծավալները

- ավելի քան 100  $\mu$ L ստանդարդ ներարկման ասեղներով հնարավորություն
- 250/500  $\mu$ L օպցիոնալ ներարկման հնարավորությամբ բազմածավալ ներարկման

հնարավորություն

Քրոմատագրաֆիկ արդյունավետություն

- Մակերեսի վերարտադրելիություն - քիչ քան 1% RSD
- Ներակման վերարտադրելիություն – ավելի լավ քան 0.008% RSD
- Ներակման գծայնություն – քիչ քան 1% RSD
- Տեղափոխում – քիչ քան մեկ մասնիկ 100000-ից

Ստանդարտ և աշտարակի վրա ներարկման մեթոդներ

Ամբողջովին ծրագրավորվող փարալուծման, արտահանման և ներարկման հնարավորության առկայություն

Արագ ներարկումներ - ոչ ավելի քան 100 մլ-ից

Հատուկ ադապտերի միջոցով 250 և 500  $\mu$ L ներարկիչները տեղադրման հնարավորություն

Օպերատորի ընտրությամբ 2 կամ 3 շերտանի նմուշի հավաքման հնարավորություն (sandwich)

Ստանդարտ դիրքից պակաս և ավելի նմուշառման խորության ընտրություն հնարավորություն 0-ից 15 լվացման հնարավորություն A և B լուծիչների համար

Ներարկման արագությունների կարգավորման հնարավորություն-արագ/դանդաղ/ծրագրավորվող

Ծրագրային ապահովում

Լիցենզավորված ծրագրային ապահովման տրամադրում: Այն պետք է ապահովի՝ քրոմատագրաֆիկ վերլուծության տվյալների հավաքագրումը, մշակումը ու պահպանման հնարավորությունը, անալիտիկ սարքավորման ամբողջական համատեղելիությունը GLP, GMP ստանդարտների հետ:

Անվտանգություն և սերտիֆիկացիա

Վկայագրումը Համապատասխանի հետևյալ միջազգային անվտանգության չափանիշներին՝

• Նախագծված եւ արտադրված լինի համաձայն ISO 9001-ի որակի վերահսկման համակարգի պահանջների,

• Ապահովի համապատասխանություն ANSI / UL 61010-1, Միջազգային էլեկտրատեխնիկական Հանձնաժողովի (IEC) 61010-1, 61010-2-010, 61010-2-081, էլեկտրամագնիսական Համատեղելիության (EMC) և Ռադիոհաճախականության Միջամտություն (RFI)՝ CISPR 11 / EN 55011: 1-ին դասԱ և IEC / EN 61326 կանոնակարգերի (կամ համարժեք ԵԱՏՄ TP TC 004/2011 և TP TC 020/2011) պահանջներին:

Մատակարարում, Կարգաբերում, Երաշխիքային և Տեխնիկական Սպասարկում

Ներառում է առաքումը, մաքսագերծումը, ԱԱՀ, 1 փարի երաշխիքային սպասարկում, տեղադրում, կարգաբերում, սպասարկող անձնակազմի ուսուցանումը և ուսուցման սերտիֆիկատների տրամադրումը:

Երաշխիքային և ընթացիկ տեխնիկական սպասարկման իրականացում՝ ՀՀ-ում պաշտոնական գրանցված և սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից:

Մատակարարում - ձեռքբերման պայմանագրի կնքիմուց սկսած 20 օրվա ընթացքում:

Տեխնիկական սպասարկում - անսարքությունների մասին իրազեկումից հետո դրանց վերացում 2 օրվա ընթացքում:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաև՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերի համաձայն՝ գնումների գործընթացը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա.

1) գնման գործընթացի միասնական կանոններով մրցակցային, թափանցիկ, համաչափ, հրապարակային և ոչ խտրական հիմունքներով կազմակերպում.

2) պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակիցների շրջանակի ընդլայնում և նրանց միջև մրցակցության խրախուսում:

Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ գնման առարկայի բնութագրերը՝

1) պետք է մրցակցության հավասար պայմաններ ապահովեն հնարավոր մասնակիցների համար.

2) չպետք է հանգեցնեն գնումների գործընթացում մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը.

3) պետք է լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավորված և համարժեք լինեն այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը...:

Գտնում ենք, որ «ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊԶԲ-19/29» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի կողմից հրավերը կազմելիս՝ թույլ է տրվել Օրենքի վերոշարադրված պահանջների խախտում:

Մասնավորապես, Ընթացակարգի հրավերով ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը նկարագրված է հնարավորինս մանրամասն, սակայն խնդիրը նրանում է, որ առանձին բաղադրիչները և դրանց հնարավորությունների պարամետրերում ներկայացված են այնպիսի պահանջեր (որոշ դեպքերում առանց շեղման), որոնք այլընտրանքի հնարավորություն չեն տալիս և ենթադրվում է, որ այդ պահանջները սահմանելիս՝ պատվիրատուն հիմք է ընդունել որևէ կոնկրետ ֆիրմայի պատկանող մոդելի տվյալներ, սակայն շուկայում առկա են ձեռքբերվող ապրանքին ֆունկցիոնալ առումով բացարձակապես չզիջող բազմաթիվ այլ մոդելներ, որոնք իրենց պարամետրերով տարբերվում են պահանջվող տվյալներից, սակայն լիովին կարող են ապահովել լաբորատոր սարքերի օգտագործման արդյունքում պատվիրատուի կողմից ակնկալվող արդյունքները :

Օրինակ՝ որպես ապրանքի սառեցման ժամանակ սահմանվել է հետևյալը՝

- ոչ ավել քան 3,5 րոպե (իսկ ինչու ոչ 3,6 րոպե, կամ 4 րոպե)
- ճնշման տիրույթը 0,001-150psi և այլն (իսկ ինչու ոչ 0,001-120psi):
- Գազերի հոսքի տիրույթներ 0-500 մլ/ր-ազտրի համար,
- 0-1250 մլ/ր-ջրածնի համար,
- Գծային դինամիկ տիրույթը ոչ պակաս 10,
- Օդի հոսքի միջակայքը 0-800 ml/min և այլն:

Օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ եթե բողոքը ներկայացրած անձը բողոքարկում է գնման առարկայի բնութագրերը, նախատրակավորման հայտարարության կամ հրավերի պահանջները, ապա բողոքը ներկայացվում է մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը:

Նույն հոդվածի 7-րդ մասի 1-ին կետի «բ» պարբերության համաձայն՝ ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձն իրավունք ունի պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ ընդունելու հետևյալ որոշումները.

բ. պարտավորեցնելու ընդունել համապատասխան որոշումներ, ներառյալ՝ չկայացած հայտարարելու գնման ընթացակարգը, բացառությամբ պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու մասին որոշման:

Այսպիսով, ամփոփելով վերոգրյալը և ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ և 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասերը, խնդրում ենք պարտավորեցնել «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի հիմնադրամի» կարիքների համար՝ լաբորատոր սարքերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊԶԲ-19/29» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին չկայացած հայտարարել գնման ընթացակարգը»:

Ի լրումն ներկայացված բողոքի 20.11.2019թ.-ին «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ-ն ներկայացրել է հետևյալը.

«06.11.2019թ. ներկայացրած թիվ ԳԲԲԱ-ԼՕ-2019/86 բողոքով «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ-ն ներկայացրել է բողոք, որով հայտնել է, որ «ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊԶԲ-19/29» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի կողմից հրավերը կազմելիս՝ թույլ է տրվել Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների խախտում:

Մասնավորապես, ըստ բողոքաբերի, Ընթացակարգի հրավերը հակասում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաև՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերի և 13-րդ հոդվածի 2-րդ և 5-րդ մասերի պահանջներին:

Ստորև ներկայացվում է վերլուծություն, որը ապացուցում է, որ Հրավերով պահանջված ապրանքը՝ լաբորատոր սարքը՝ առաջին չափաբաժնի մասով, իր բոլոր պահանջված պարամետրերի համակցությամբ, համապատասխանում է բացառապես Agilent 7890 սարքի պարամետրերին, իսկ նույն ֆունկցիան կատարող այլ արտադրողների նմանատիպ սարքերը տարբեր պարամետրերով դուրս են մնում Հրավերի տեխնիկական բնութագրի շրջանակներից:

PARAMETER հրավերով նախատեսվ ած	Agilent 7890	Shimadzu QP 2010 PLUS	Shimadzu GC 2030Nexis	THERMO Trace 1300	CHROMATECK 5000/9000
Ճնշման տիրույթը՝0.0 01-150PSI	Ճնշման տիրույթը՝0 .001- 150PSI Համապա տասխանու մ է	0 to 970 kPa=0-140PSI Չի համապատաս խանում	0-1034Kpa =0- 150psi Չի համապատաս խանում	0-145PSI Չի համապատաս խանում	0,36 ծօ 1,25 Mna=0-145 PSI Չի համապատասխա նում
Գազերի հոսքի տիրույթներ՝ 0 – 500 մլ/ր – ազոտի համար, 0- 1250 մլ/ր –	Գազերի հոսքի տիրույթներ ր՝ 0 – 500 մլ/ր – ազոտի համար,	0-1200մլ/րուպե տարանջատվ ած չի ազոտի կամ ջրածնի համար Չի համապատաս	Գազերի հոսքի տիրույթներ՝ 0 – 600 մլ/ր – ազոտի համար, 0 - 1300մլ/ր – ջրածնի համար	5-1200մլ/րուպե տարանջատվա ծ չի ազոտի կամ ջրածնի համար Չի համապատաս	Գազերի հոսքի տիրույթներ՝ 5 – 500 մլ/ր – ազոտի համար, 5 - 500 մլ/ր – ջրածնի համար

ջրածնի համար	0- 1250 մ/ր – ջրածնի համար Համապատասխանում է	խանում	Համապատասխանում է	խանում	Հնարավորություն հասնելու մինչև 1200մլ րոպե ոչ ստանդարտ կոնֆիգուրացիայում Չի համապատասխանում
Սառեցման ժամանակը - 450 °C-ից մինչև 50 °C ոչ ավելի քան 3,5 րոպե	Սառեցման ժամանակը - 450 °C-ից մինչև 50 °C ոչ ավելի քան 3,5 րոպե Համապատասխանում է	Սառեցման ժամանակը - 450 °C-ից մինչև 50 °C ոչ ավելի քան 8 րոպե Չի համապատասխանում	Սառեցման ժամանակը - 450 °C-ից մինչև 50 °C ոչ ավելի քան 3,4 րոպե Համապատասխանում է	Սառեցման ժամանակը - 450 °C-ից մինչև 50 °C ոչ ավելի քան 4 րոպե Չի համապատասխանում	Սառեցման ժամանակը - 400 °C-ից մինչև 50 °C ոչ ավելի քան 5 րոպե Հնարավորություն հասնելու մինչև 3,5րոպե Չի համապատասխանում
Բոցա-իոնային դետեկտոր (FID) Մինչև 500 Հg հաճախությամբ փոխանցման հնարավորություն Օդ-ի հոսքի միջակայքը - 0-800 ml/min H2-ի հոսքի միջակայքը - 0-100 ml/min Օժանդակող գազի հոսքի միջակայքը - 0-100 ml/min	Բոցա-իոնային դետեկտոր (FID) Մինչև 500 Հg հաճախությամբ փոխանցման հնարավորություն Օդ-ի հոսքի միջակայքը - 0-800 ml/min H2-ի հոսքի միջակայքը - 0-100 ml/min Օժանդակող գազի հոսքի միջակայքը - 0-100 ml/min Համապատասխանում է	Գազի հոսքի մասին փոխանցման քաղցրացում են սակայն զգայունությունը ոչ ավել 1.5սգ է և նույնպես չի համապատասխանում	Մինչև 500 Հg հաճախությամբ փոխանցման հնարավորություն Օդ-ի հոսքի միջակայքը - 0-1000ml/min H2-ի հոսքի միջակայքը - 0-100 ml/min Օժանդակող գազի հոսքի միջակայքը- 0-100 ml/min Համապատասխանում է	Մինչև 300 Հg հաճախությամբ փոխանցման հնարավորություն Օդ-ի հոսքի միջակայքը - 0-500ml/min H2-ի հոսքի միջակայքը - 0-100 ml/min Օժանդակող գազի հոսքի միջակայքը- 0-50 ml/min Չի համապատասխանում	Մինչև 300 Հg հաճախությամբ փոխանցման հնարավորություն Գազի հոսքի մասին փոխանցման քաղցրացում են Չի համապատասխանում



<p>Ավրոմադացված հեղուկային նմուշարկիչ Ավրոմադացված հեղուկային նմուշարկչի փարողունակությունը- առնվազը 16 հատ 2 մլ ծավալով վիալ նմուշների համար Ներարկման ծավալները</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ավելի քան 100 <math>\mu</math>L սրանդարդ ներարկման ասեղներով հնարավորություն</li> <li>• 250/500 <math>\mu</math>L օպցիոնալ ներարկման հնարավորությամբ բազմածավալ ներարկման հնարավորություն</li> <li>Քրոմատագր աֆիլ արդյունավետություն Մակերեսի վերարտադրելիություն - քիչ քան 1% RSD</li> <li>Ներակման վերարտադրելիություն – ավելի լավ քան 0.008% RSD</li> <li>Ներակման գծայնություն</li> </ul>	<p>Ավրոմադացված հեղուկային նմուշարկիչ Ավրոմադացված հեղուկային նմուշարկչի փարողունակությունը - առնվազը 16 հատ 2 մլ ծավալով վիալ նմուշների համար Ներարկման ծավալները</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ավելի քան 100 <math>\mu</math>L սրանդարդ ներարկման ասեղներով հնարավորություն</li> <li>• 250/500 <math>\mu</math>L օպցիոնալ ներարկման հնարավորությամբ բազմածավալ ներարկման հնարավորությամբ բազմածավալ ներարկման հնարավորություն</li> <li>Քրոմատագր աֆիլ արդյունավետություն Մակերեսի վերարտադրելիություն - քիչ քան 1% RSD</li> <li>Ներակման</li> </ul>	<p>Ավրոմադացված հեղուկային նմուշարկիչ Ավրոմադացված հեղուկային նմուշարկչի փարողունակությունը- առնվազը 12 հատ 1.5 մլ ծավալով վիալ նմուշների համար</p> <p>Ներարկման ծավալները 0.1 ~ 8.0 <math>\mu</math>L, 0.1 <math>\mu</math>L steps (using 10ul syringe) 0.5 ~ 40 <math>\mu</math>L, 0.5 <math>\mu</math>L steps (using 50ul syringe) 2.5 ~ 200 <math>\mu</math>L, 2.5 <math>\mu</math>L steps (using 250ul syringe)</p> <p>Քրոմատագր աֆիլ արդյունավետություն մասին արվյալներ բացակայում են</p> <p>Տեխնիկական արտագրված է բացառապես Agilent 7650A Ներարկչի ընտրագրից Տես հղում <a href="https://www.agilent.com/cs/library/">https://www.agilent.com/cs/library/</a></p>	<p>Ավրոմադացված հեղուկային նմուշարկիչ Ավրոմադացված հեղուկային նմուշարկչի փարողունակությունը- առնվազը 12 հատ 1.5 մլ ծավալով վիալ նմուշների համար</p> <p>Ներարկման ծավալները 0.1 ~ 8.0 <math>\mu</math>L, 0.1 <math>\mu</math>L steps (using 10ul syringe) 0.5 ~ 40 <math>\mu</math>L, 0.5 <math>\mu</math>L steps (using 50ul syringe) 2.5 ~ 200 <math>\mu</math>L, 2.5 <math>\mu</math>L steps (using 250ul syringe)</p> <p>Քրոմատագր աֆիլ արդյունավետություն մասին արվյալներ բացակայում են</p> <p>Տեխնիկական արտագրված է բացառապես Agilent 7650A Ներարկչի ընտրագրից Տես հղում <a href="https://www.agilent.com/cs/library/">https://www.agilent.com/cs/library/</a></p> <p>Չի համապատասխանում</p>	<p>Ավրոմադացված հեղուկային նմուշարկիչ Ավրոմադացված հեղուկային նմուշարկչի փարողունակությունը- առնվազը 8 հատ 1.5 մլ ծավալով վիալ նմուշների համար</p> <p>Ներարկման ծավալները</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard: 10 <math>\mu</math>L</li> <li>• Optional Micro-volume: 5 <math>\mu</math>L</li> <li>• Optional Nano-volume: 0.5 <math>\mu</math>L</li> </ul> <p>Տեխնիկական արտագրված է բացառապես Agilent 7650A Ներարկչի ընտրագրից Տես հղում <a href="https://www.agilent.com/cs/library/">https://www.agilent.com/cs/library/</a></p> <p>Չի համապատասխանում</p>	<p>Ավրոմադացված հեղուկային նմուշարկիչ Ավրոմադացված հեղուկային նմուշարկչի փարողունակությունը- առնվազը 22 հատ 2 մլ ծավալով վիալ նմուշների համար Ներարկման ծավալները</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ավելի քան 100 <math>\mu</math>L սրանդարդ ներարկման ասեղներով հնարավորություն</li> <li>• 250 օպցիոնալ ներարկման հնարավորությամբ բազմածավալ ներարկման հնարավորություն</li> </ul> <p>Տեխնիկական արտագրված է բացառապես Agilent 7650A Ներարկչի ընտրագրից Տես հղում <a href="https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/5991-0150EN.pdf">https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/5991-0150EN.pdf</a></p> <p>Չի համապատասխանում</p>
--	--	--	--	--	--

<p>– քիչ քան 1% RSD Տեղափոխում – քիչ քան մեկ մասնիկ 100000-ից Ստանդարտ և աշտարակի վրա ներարկման մեթոդներ Ամբողջովին ծրագրավորվող տարալուծման, արտահանման և ներարկման հնարավորության առկայություն Արագ ներարկումներ - ոչ ավելի քան 100 մվ-ից Հատուկ ադապտերի միջոցով 250 և 500 <math>\mu</math>L ներարկիչները տեղադրման հնարավորություն Օպերատորի ընտրությամբ 2 կամ 3 շերտանի նմուշի հավաքման հնարավորություն (sandwich) Ստանդարտ դիրքից պակաս և ավելի նմուշառման</p>	<p>վերարտադրելիություն – ավելի լավ քան 0.008% RSD Ներակման գծայնություն – քիչ քան 1% RSD Տեղափոխում – քիչ քան մեկ մասնիկ 100000-ից Ստանդարտ և աշտարակի վրա ներարկման մեթոդներ Ամբողջովին ծրագրավորվող տարալուծման, արտահանման և ներարկման հնարավորության առկայություն Արագ ներարկումներ - ոչ ավելի քան 100 մվ-ից Հատուկ ադապտերի միջոցով 250 և 500 <math>\mu</math>L ներարկիչները տեղադրման</p>	<p>ry/datasheets/public/5991-0150EN.pdf  Չի համապատասխանում</p>			
--	---	---	--	--	--

<p>խորության ընտրություն հնարավորու թյուն 0-ից 15 վացման հնարավորու թյուն A և B լուծիչների համար Ներարկման արագություն ների կարգավորմ ան հնարավորու թյուն - արագ/դանդ աղ/ծրագրավ որվող</p>	<p>հնարավոր ություն Օպերատոր րի ընտրությա մբ 2 կամ 3 շերտանի նմուշի հավաքման հնարավոր ություն (sandwich) Սկանդար տ դիրքից պակաս և ավելի նմուշառմա ն խորության ընտրությու ն հնարավոր ություն 0-ից 15 վացման հնարավոր ություն A և B լուծիչների համար Ներարկմա ն արագությո ւնների կարգավոր ման հնարավոր ություն - արագ/դան դաղ/ծրագ րավորվող</p>				
--	---	--	--	--	--

Այսպիսով, վերոհիշյալ վերլուծության ընթացքում ուսումնասիրվել են պարավիտրապոլի կողմից հնչեցված արտադրող ընկերությունների համապատասխան քրոմատագրերը և հայտնաբերվել են վերոշարադրված փարբերությունները: Նշված վերլուծությունը վկայում է, որ Հրավերի առաջին չափաբաժնով պահանջված ապրանքը՝ լաբորատոր սարքը, իր բոլոր պահանջված պարամետրերի համակցությամբ, համապատասխանում է բացառապես

Agilent 7890 սարքի պարամետրերին, իսկ նույն ֆունկցիան կատարող այլ արտադրողների նմանատիպ սարքերը տարբեր պարամետրերով դուրս են մնում Հրավերի տեխնիկական բնութագրի շրջանակներից:

Ուստի պնդում ենք, որ Հրավերով նշված պարամետրերով հնարավոր չէ բավարարել մեկ այլ ընկերության արտադրանքներով:

Գտնում ենք, որ պատվիրատուն պարտավոր է ուսումնասիրել պահանջվող ապրանքի բնութագրի համապատասխանությունը միևնույն գնային կարգի սարքավորումների միջև և ընտրել միջինացված պարամետրեր, որպեսզի գնման գործընթացին կարողանան մասնակցել նաև նմանատիպ ապրանք առաջարկող այլ ընկերություններ:

Հրավերով նախատեսված բազմաթիվ պարամետրեր ցույց են տալիս, որ դրանք, կարծես թե, ընտրվել են կամայականորեն, սահմանելով այնպիսի խտրական չափանիշներ և տիրույթներ, որպեսզի համապատասխանեն բացառապես Agilent 7890 սարքի պարամետրերին:

Օրինակ, Ընթացակարգի հրավերով ճնշման տիրույթը սահմանվել է հենց 0.001-150PSI, մինչդեռ այդ ճնշման տիրույթին համապատասխանում է բացառապես Agilent 7890 սարքի պարամետրը, իսկ մյուս արտադրող ընկերությունների այդ պարամետրն է՝ 0-140, 0-150, 0-145 PSI:

Կամ, օրինակ, Հրավերով գազերի հոսքի տիրույթները ջրածնի համար սահմանվել է 0-1250 մլ/ր, մինչդեռ այդ ճնշման տիրույթին համապատասխանում է Agilent 7890 սարքի պարամետրը, իսկ մյուս արտադրող ընկերությունների այդ պարամետրն է՝ 0-1200մլ/ր, 0 -1300մլ/ր, 5-1200մլ/ր և այլն:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաև՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերի համաձայն՝ գնումների գործընթացը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա.

1) գնման գործընթացի միասնական կանոններով մրցակցային, թափանցիկ, համաչափ, հրապարակային և ոչ խտրական հիմունքներով կազմակերպում.

2) պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակիցների շրջանակի ընդլայնում և նրանց միջև մրցակցության խրախուսում:

Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ գնման առարկայի բնութագրերը՝

1) պետք է մրցակցության հավասար պայմաններ ապահովեն հնարավոր մասնակիցների համար.

2) չպետք է հանգեցնեն գնումների գործընթացում մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը.

3) պետք է լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավորված և համարժեք լինեն այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը...:

Օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:

Այսիսով, «ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊԶԲ-19/29» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի կողմից հրավերը՝ առաջին չափաբաժնի մասով ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, խրախուսում մասնակիցների շրջանակի ընդլայնումը և նրանց միջև մրցակցությունը, մրցակցության հավասար պայմաններ չի ապահովվում հնարավոր մասնակիցների համար: Ավելին, ըստ էության ուղղակի հղում չկատարելով կոնկրետ արտադրողի վրա, Հրավերով գնման առարկայի համար սահմանվել են այնպիսի պարամետրեր, որոնք իրենց համակցության մեջ համապատասխանում են բացառապես կոնկրետ մեկ արտադրողի ապրանքին:

Հարգելի՛ պարոն Օհանյան, Ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այն կարևորագույն հանգամանքի վրա, որ սույն բողոքով վիճարկվող ընթացակարգի 1-ին չափաբաժնի մասով հայտ է ներկայացրել միայն մեկ մասնակից՝ «Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ն, ով հանդիսանում է ՀՀ-ում Agilent ընկերության միակ պաշտոնական ներկայացուցիչը, ինչնը վկայում է, որ Հրավերը խտրական է և հանգեցրել է մրցակցության վերացմանը:»:

**3. «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից բողոքի վերաբերյալ ներկայացված փաստարկները, հիմնավորումները և դիրքորոշումը.**

Բողոքներ քննող անձը 07.11.2019թ.-ի գրությամբ դիմել է «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամին (այսուհետ նաև՝ Պատվիրատու), հնարավորություն տալով «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ-ի կողմից 06.11.2019թ. ներկայացված բողոքի վերաբերյալ ներկայացնել անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի պատճեններն ու Պատվիրատուի գրավոր կարծիքը:

Պատվիրատուն 12.11.2019թ.-ին թիվ Մ-50832-2019 գրությամբ ներկայացված դիրքորոշմամբ հայտնել է հետևյալը.

«ՀԱՊՀ հիմնադրամի կարիքների համար լաբորատոր սարքերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊԶԲ-19/29 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով նախատեսվում է ձեռք բերել լաբորատոր-հետազոտական սարքեր համալսարանի միջազգային գիտա-տեխնոլոգիական դրամաշնորհային ծրագրի կարիքների համար:

Քննարկման ներկայացված «Իմունոֆարմ» ՍՊԸ-ի բողոքում, «ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊԶԲ-19/29» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերի «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցում» 1-ին չափաբաժնով գնման առարկա հանդիսացող «Գազային քրոմատագրի սպասարկված բոցախոնային դետեկտորով, մազանոթային աշտարակներով և ավտոմատացված նմուշարկչով. Կոմպլեկտը ներառում է՝ գազերի միացման և ֆիլտրման անհրաժեշտ հանգույցները և սարքի ծրագրային ապահովումը» լաբորատոր սարքի համար որպես «որևէ կոնկրետ ֆիրմայի պատկանող մոդելի տվյալներ»-ի օրինակներ նշվում են.

Աշտարակի վառարանի (թերմոստատ) սառեցման ժամանակը - 450 °C-ից մինչև 50 °C ոչ ավելի քան 3,5 րոպե,

(բողոքում նշված է «սպրանքի սառեցման ժամանակ, ոչ ավելի 3,5րոպե», տես էջ 4).

- Բերված ցուցանիշը հանդիսանում է գնման ենթակա սարքի ժամանակակից մոդելների համար տվյալ տեխնիկական պարամետրի միջինացված արժեք, այս սարքի պարբեր մոդելներ բնութագրված են նաև բարելավված ցուցանիշներով՝ սկսած 3,3 րոպեից:

Խորշիկներ Split/splitless համակարգի համար՝ ճնշման տիրույթը՝ 0.001 -150 psi.

• Բոցա-խոնային դետեկտոր (FID), Գծային դինամիկ տիրույթը - ոչ պակաս 107(բողոքում նշված է 10, տես էջ 4).

Բերված ցուցանիշը ևս հանդիսանում է գնման ենթակա սարքի մոդելների համար տվյալ տեխնիկական պարամետրի ամենապարածված միջակայքը և հնարավորություններ է ընձեռում, սարքը արդյունավետ շահագործել կախված առաջադրված խնդիրներից: Այս արժեքը, որպես ամենապարածվածը, անգամ բերված է Բոցա-խոնային դետեկտոր (FID)-ի նվիրված Վիկիպեդիայի էջում (տես [https://en.wikipedia.org/wiki/Flame\\_ionization\\_detector](https://en.wikipedia.org/wiki/Flame_ionization_detector)).

Խորշիկներ Split/splitless համակարգի համար՝

Գազերի հոսքի տիրույթներ՝

- 0 - 500 մլ/ր - ազոտի համար,
- 0 -1250 մլ/ր - ջրածնի համար

Բոցա-իոնային դետեկտոր (FID),

- Օդ-ի հոսքի միջակայկաքը - 0-800 ml/min

- Գազային քրոմատագրի նշված հանգույցների արդյունավետ աշխատանքի և առաջադրված խնդիրների լուծման համար գազային հոսքերի բերված արժեքային միջակայքերը հանդիսանում է գնման ենթակա սարքի ժամանակակից մոդելների համար արվյալ տեխնիկական պարամետրի միջինացված արժեքներ, այս սարքի ժամանակակից մոդելները բնութագրված են նաև բարելավված ցուցանիշներով՝ ավելի ընդարձակ տիրույթներով:

Այսպիսով, ակնհայտ է, որ «ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/29» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերի «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի» ձևակերպման ժամանակ 1-ին չափաբաժնով գնման առարկա հանդիսացող լաբորատոր սարքի տեխնիկական պահանջները ներկայացված են մի-շարք արտադրող առաջավոր ընկերությունների (Շիմադզու, Աջիլենտ, Քրոմատեկ և այլն) շուկայում առկա բազմաթիվ մոդելների տեխնիկական բնութագրերում:

Հարկ ենք համարում նշել, որ «Իմունոֆարմ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչների կողմից անգամ չի իրացվել պաշտոնական հարցման օգնությամբ պարզաբանման համար նախատեսված գործառույթը, իրենց կողմից նշված ինչ-ինչ վիճելի բնութագրերի ճշգրտման համար: Ավելացնենք նաև, որ բողոքաբերը ներկայացնելով առարկություններ միայն «ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/29» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերի «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի» 1-ին չափաբաժնով սահմանված լաբորատոր սարքի տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ, անհասկանալի պատճառներով ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին խնդրում է նշված ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատման հանձնաժողովին չկայացած հայտարարել «ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/29» ծածկագրով գնման անբորոջ ընթացակարգը՝ իր բոլոր 4 չափաբաժիններով:

Եվս մեկ անգամ շեշտում ենք, որ բողոքաբերի պահանջը բացարձակ անհիմն է, իսկ «ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/29» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերի «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի»-ի կազմման ժամանակ որևէ կերպ չի խախտվել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները:»:

Պատվիրատուն 28.11.2019թ.-ին թիվ 01/13.1/2194-19 գրությամբ ներկայացված դիրքորոշմամբ հայտնել է հետևյալը.

«Ի պատասխան «Իմունոֆարմ» ՍՊԸ-ի կողմից 20.11.2019թ. ներկայացված «Ի լրումն» բողոքի նախ, մեկ անգամ ևս անհրաժեշտ եմ համարում նշել, որ ՀԱՊՀ

հիմնադրամի կարիքների համար լաբորատոր սարքերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված "ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/29" ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով նախատեսվում է ձեռք բերել լաբորատոր- հետազոտական սարքեր՝ համալսարանի միջազգային գիտա-տեխնոլոգիական դրամաշնորհային ծրագրի կարիքների համար: Սարքերը նախատեսվում են բազմաբնույթ գիտական խնդիրների լուծման համար և այդ պատճառով գնանշման ընթացակարգի հրավերի «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց»-ում ներկայացվել են արտասահմանյան գործընկեր կազմակերպության մասնագետների հետ քննարկված, համաձայնեցված և հետազոտական ծրագրի օրացուցային պլանով նախատեսված խնդիրների լուծումներն ապահովող սարքավորումներին առաջադրվող տեխնիկական պայմաններ-բնութագրերը: Վերջիններս հնարավորություններ են ընձեռում սարքերը հետագայում նոր հանգույցներով համալրելու և կախված լուծման ենթակա խնդիրներից՝ ձեւափոխելու համար: Վերոգրյալի հիման վրա անհիմն են բողոքաբերի այն պնդումները թե նրանց հայտնի են «լաբորատոր սարքերի օգտագործման արդյունքում պատվիրատուի կողմից ակնկալվող արդյունքները» (տես բողոք ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/86, 06.11.2019՝ էջ 4, 2-րդ պարբերություն):

Գնման ենթակա սարքավորմանը առաջադրվող գիտա՝տեխնիկական պահանջների բավարարման, շուկայում առկա հին մոդելների գնման հնարավոր սցենարի բացառման և նախահաշվային գնի սահմաններում առավել կոմպլեկտավորված սարքավորման ձեռքբերման նպատակով իրականացվել է շուկայում առկա ժամանակակից-նոր մոդելների տեխնիկական բնութագրերի համեմատական վերլուծություն և ձևակերպվել է գնման առարկա հանդիսացող քրոմատագրման սարքի (հավաքածու) համար սահմանված տեխնիկական պարամետրեր- բնութագրերը:

Ձեր քննարկմանն են ներկայացնում համեմատական վերլուծության արդյունքները, կից հավելված 1-ում: Բերված տվյալները միանշանակ վկայում են, որ քրոմատագրման սարքին առաջադրված տեխնիկական բնութագրերին բավարարում են առաջավոր ընկերությունների (Shimadzu, Agilent, Chromateck) շուկայում առկա, հասանելի, վերջին արտադրությունների (բարելավված ցուցանիշներով) առնվազը երեք ժամանակակից մրցակցային մոդելներ՝ Agilent 7890 GC, Shimadzu 2030Nexis GC և Chromateck 9000 GC:

Եզենք, որ անընդունելի են բողոքաբերի ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/86, 06.11.2019 թ-ի բողոքի «Ի ԱՐՈՒՍՆ» գրությունում (ներկայացված 20.11.2019թ-ի, «Իմունոֆարմ» ՍՊԸ-ի կողմից լիազոր ներկայացուցիչ «Գնումների աջակցության կենտրոն» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Պապիկյանի կողմից) բերված տեխնիկական ցուցանիշների համեմատական աղյուսակում խեղաթյուրված, մանիպուլյատիվ տվյալները՝ օր. Shimadzu 2030Nexis GC մոդելի համար



նշված է 0-1034 (իրականում՝ 1035, փես սույն գրության կից հավելված 1-ում բերված հղումը) kPa=0-150 Psi, կամ Chromateck 5000/9000 սյունակում նշված են բացառապես Chromateck 5000 ավելի հին մոդելի տվյալները:

Ակնհայտ է, որ անհիմն են բողոքաբերի այն պնդումները, թե հայտում ներկայացված են «որևէ կոնկրետ ֆիրմայի պատկանող մոդելի տվյալներ»: Գազային քրոմատագրի սպասարկված բոցախոնային դետեկտորով, մազանոթային աշտարակներով և ավտոմատացված նմուշարկչով հավաքածուն ներառում է՝ գազերի միացման և ֆիլտրման անհրաժեշտ հանգույցներ և սարքի ծրագրային ապահովում, որը համապատասխանում է երեք արտադրող ընկերությունների (Shimadzu, Agilent, Chromateck) առնվազը 3 մոդելների տեխնիկական բնութագրերին և վերջիններս ապահովում են դրամաշնորհային-պայմանագրային ծրագրի խնդիրների պահանջների բավարարման:

Եվս մեկ անգամ շեշտում ենք, որ բողոքաբերի պահանջը բացարձակ անհիմն է, իսկ «ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊԶԲ-19/29» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերի «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց»-ի կազման ժամանակ որևէ կերպ չի խախտվել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջները:»:

Վերոնշյալ դիրքորոշմամբ ներկայացված կից հավելված 1-ի համաձայն՝ «

№	Հրավերով սահմանված ցուցանիշ	Agilent 7890 GC	Shimadzu 2030Nexis GC	Chromateck 9000 GC	Մեկնաբանություն
1	Ճնշման տիրույթը՝ 0 - 150 psi	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է ճնշման տիրույթը՝ 0-150 psi <a href="https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/5991-1436EN.pdf">https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/5991-1436EN.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է ճնշման տիրույթը՝ 0-150 psi [0 to 1050 kPa (0 to 150 psi)] ճշգրիտ արժեքը՝ 1035 kPa= 150,114psi <a href="https://www.shimadzu.ru/sites/shimadzu.seg/files/SMO/pdf-flyers/GC-2030-flyer-11.2019.pdf">https://www.shimadzu.ru/sites/shimadzu.seg/files/SMO/pdf-flyers/GC-2030-flyer-11.2019.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է ճնշման տիրույթը՝ 0-152 psi [0 to 1050 kPa (0 to 152 psi)] <a href="http://www.chromateck.com/upload/iblock/088/ChromateckCrystal9000_01.pdf">http://www.chromateck.com/upload/iblock/088/ChromateckCrystal9000_01.pdf</a>	3 արտադրողի ցուցանիշները համապատասխանում են հրավերով սահմանված ցուցանիշին
2	Գազերի հոսքի տիրույթները 0-500մլ/ր - ազոտի N2 համար 0-1250 մլ/ր- ջրածնի H2 համար	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է Total flow setting range: 0 to 500 mL/min N2 0 to 1250 mL/min H2 <a href="https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/5991-1436EN.pdf">https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/5991-1436EN.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է գազերի տիրույթը 0 to 600 mL/min N2 0 to 1300 mL/min H2 <a href="https://www.shimadzu.ru/sites/shimadzu.seg/files/SMO/pdf-flyers/GC-2030-fl-yer-11.2019.pdf">https://www.shimadzu.ru/sites/shimadzu.seg/files/SMO/pdf-flyers/GC-2030-fl-yer-11.2019.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է գազերի տիրույթը 0 to 1250 mL/min H2; N2 <a href="http://www.chromateck.com/upload/iblock/088/ChromateckCrystal9000_01.pdf">http://www.chromateck.com/upload/iblock/088/ChromateckCrystal9000_01.pdf</a>	3 արտադրողի ցուցանիշները համապատասխանում են հրավերով սահմանված ցուցանիշին

3	Սառեցման ժամանակը՝ 450 °C-ից մինչև 50 °C ոչ ավելի քան 3.5 րոպե	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է Սառեցման ժամանակը՝ 450 °C-ից մինչև 50 °C ոչ ավելի քան 3.5 րոպե <a href="https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/5991-1436EN.pdf">https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/5991-1436EN.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է Սառեցման ժամանակը՝ 450 °C-ից մինչև 50 °C ոչ ավելի քան 3.4 րոպե <a href="https://www.shimadzu.ru/sites/shimadzu.seg/files/SMO/pdf-fiyers/GC-2030-flyer-11.2019.pdf">https://www.shimadzu.ru/sites/shimadzu.seg/files/SMO/pdf-fiyers/GC-2030-flyer-11.2019.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է Սառեցման ժամանակը՝ 450 °C-ից մինչև 50 °C ոչ ավելի քան 3.3 րոպե <a href="http://www.chromatec-instruments.com/upload/iblock/088/ChromatecCrystal9000_01.pdf">http://www.chromatec-instruments.com/upload/iblock/088/ChromatecCrystal9000_01.pdf</a>	3 արտադրողի ցուցանիշները համապատասխանում են հրավերով սահմանված ցուցանիշին
4	Բոցա-իոնային դետեկտոր /ԲԻԴ/ Տվյալների գրանցում - մինչև 500 Հգ Օդի հիսքի փրոպյոր՝ 0-800 մլ/ր H2-ի հոսքի փրոպյոր՝ 0-100 մլ/ր Օժանդակ գազի հոսքի H2-ի հոսքի փրոպյոր՝ 0-100 մլ/ր Օժանդակ գազի հոսքի H2-ի հոսքի փրոպյոր՝ 0-100 մլ/ր	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է Տվյալների գրանցում - մինչև 500 Հգ Օդի հիսքի փրոպյոր՝ 0-800 մլ/ր H2-ի հոսքի փրոպյոր՝ 0-100 մլ/ր Օժանդակ գազի հոսքի Տիրոպյոր՝ 0-100 մլ/ր <a href="https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/5991-1436EN.pdf">https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/5991-1436EN.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է Տվյալների գրանցում - մինչև 500 Հգ Օդի հիսքի փրոպյոր՝ 0-1000 մլ/ր H2-ի հոսքի փրոպյոր՝ 0-100 մլ/ր Օժանդակ գազի հոսքի Տիրոպյոր՝ 0-100 մլ/ր <a href="https://www.shimadzu.ru/sites/shimadzu.seg/files/SMO/pdf-flyers/GC-2030-flyer-11.2019.pdf">https://www.shimadzu.ru/sites/shimadzu.seg/files/SMO/pdf-flyers/GC-2030-flyer-11.2019.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է Սառեցման ժամանակը՝ Տվյալների գրանցում - մինչև 300 Հգ Օդի հիսքի փրոպյոր՝ 0-800մլ/ր H2-ի հոսքի փրոպյոր՝ 0-500 մլ/ր <a href="https://www.chromatec-instruments.com/upload/iblock/88/ChromatecCrystal1900_01.pdf">https://www.chromatec-instruments.com/upload/iblock/88/ChromatecCrystal1900_01.pdf</a>	3 արտադրողի ցուցանիշները համապատասխանում են հրավերով սահմանված ցուցանիշին
5	Ավրոմադրացված հեղուկային նմուշարկիչ՝ Առնվազն 16 հատ 2մլ սրվակ Ներարկման ծավալը՝ ավելի քան 100մլ/ Հնարավորություն 250/500 մլ/ օպցիոնալ ներարկում/	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է Ավրոմադրացված հեղուկային նմուշարկիչ՝ 16 հատ 2մլ սրվակ Ներարկման ծավալը ավելի քան 100մլ/ Հնարավորություն 250/500 մլ/ օպցիոնալ ներարկում <a href="https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/5991-1436EN.pdf">https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/5991-1436EN.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է Ավրոմադրացված հեղուկային նմուշարկիչ՝ 96 հատ 4մլ սրվակ Ներարկման ծավալը՝ 2.5~200սԼ, 2.5րԼ steps (using 250րԼ syringe) <a href="http://www.shimadzu.com.pl/pliki/produkty/Shimadzu/C189-E0211.pdf">http://www.shimadzu.com.pl/pliki/produkty/Shimadzu/C189-E0211.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է Ավրոմադրացված հեղուկային նմուշարկիչ՝ 150 հատ 2մլ սրվակ Ներարկման ծավալը 0.5, 1,5, 10, 100, 250 րԼ <a href="http://www.chromatec-instruments.com/upload/iblock/616/AS_3D_Liquid_dataSheet.pdf">http://www.chromatec-instruments.com/upload/iblock/616/AS_3D_Liquid_dataSheet.pdf</a>	3 արտադրողի ցուցանիշները համապատասխանում են հրավերով սահմանված ցուցանիշին
6	Քրոմատոգրաֆիկ արդյունավետություն a) Մակերեսի վերարտադրելիությունը - քիչ քան 1% RSD b) ներարկման վերարտադրելիությունը - ավելի լավ քան 0.008% RSD c) ներարկման վերարտադրելիությունը - ավելի լավ քան 0.008% RSD d) ներարկման գծայնությունը - քիչ քան 1% RSD	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է Մակերեսի վերարտադրելիությունը - քիչ քան 1% RSD b) ներարկման վերարտադրելիությունը - ավելի լավ քան 0.008% RSD c) ներարկման գծայնությունը - քիչ քան 1% RSD <a href="https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/5991-1436EN.pdf">https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/5991-1436EN.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է Մակերեսի վերարտադրելիությունը - քիչ քան 1% RSD b) ներարկման վերարտադրելիությունը - ավելի լավ քան 0.008% RSD c) ներարկման գծայնությունը-քիչ քան 1% RSD <a href="https://www.shimadzu.com.sg/an/sites/shimadzu.com.sg/files/hterature/NexisGC-2030-SpecificationSheet.pdf">https://www.shimadzu.com.sg/an/sites/shimadzu.com.sg/files/hterature/NexisGC-2030-SpecificationSheet.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է Մակերեսի վերարտադրելիությունը - քիչ քան 1% RSD b) ներարկման վերարտադրելիությունը - ավելի լավ քան 0.008% RSD c) ներարկման գծայնությունը - քիչ քան 1% RSD <a href="http://www.chromatec-instruments.com/upload/iblock/be9/Crystal-9000.pdf">http://www.chromatec-instruments.com/upload/iblock/be9/Crystal-9000.pdf</a>	3 արտադրողի ցուցանիշները համապատասխանում են հրավերով սահմանված ցուցանիշին

7	Սկրանդարտի և աշխարհակների վրա ներարկման մեթոդներ  Ծրագրավորվող տարալուծման, արտահանման, և ներերկման հնարավորություն	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է Սկրանդարտի և աշխարհակների վրա ներարկման մեթոդներ Ծրագրավորվող տարալուծման, արտահանման, և ներերկման հնարավորություն <a href="https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/5991-1436EN.pdf">https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/5991-1436EN.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է Սկրանդարտի և աշխարհակների վրա ներարկման մեթոդներ Ծրագրավորվող տարալուծման, արտահանման, և ներերկման հնարավորություն <a href="https://www.shimadzu.com.sg/an/sites/shimadzu.com.sg/files/literature/NexisGC-2030-SpecificationSheet.pdf">https://www.shimadzu.com.sg/an/sites/shimadzu.com.sg/files/literature/NexisGC-2030-SpecificationSheet.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է Սկրանդարտի և աշխարհակների վրա ներարկման մեթոդներ Ծրագրավորվող տարալուծման, արտահանման, և ներերկման հնարավորություն <a href="http://www.chromatec-instruments.com/upload/iblock/be9/Crystal-9000.pdf">http://www.chromatec-instruments.com/upload/iblock/be9/Crystal-9000.pdf</a>	3 արտադրողի ցուցանիշները համապատասխանում են հրավերով սահմանված ցուցանիշին
---	---	--	--	--	---

հրավերով պահանջված լաբորատոր սարք գազային քրոմատագիրը իր բոլոր պահանջներով համապատասխանում է առնվազն երեք արտադրող ընկերությունների ցուցանիշներին դրանով իսկ ապահովելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի բոլոր պահանջները»:

**4. ԳՔՔԱ-ԼՕ-2019/86 բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը.**

Սույն գործի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերի համաձայն՝

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից լաբորատոր սարքերի ձեռքբերման նպատակով 31.10.2019թ.-ին հայտարարվել է «ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊՂԲ-19/29» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգ (այսուհետ նաև՝ Ընթացակարգ):

Ընթացակարգի հայտերի բացման նիստի օր է սահմանվել 07.11.2019թ.-ին:

Ընթացակարգի հրավերի, պայմանագրի նախագծի անբաժանելի մաս կազմող թիվ 1 հավելվածի՝ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով 1-ին չափաբաժնի համար սահմանվել է հետևյալը.

Ապրանքի անվանումը և ապրանքային նշանը սահմանվել է «Գազային քրոմատագիր սպասարկված բացախոնային դետեկտորով, մազանոթային աշխարակներով և ավտոմատացված նմուշարկչով. Կոմպլեկտը ներառում է՝ գազերի միացման և ֆիլտրման անհրաժեշտ հանգույցները և սարքի ծրագրային ապահովումը»: Վերջինիս տեխնիկական բնութագիրը սահմանվել է՝

**«Բաղադրիչների նկարագրերը.**

**Աշտարակի վառարան (թերմոստատ)**

- Երկու և ավելի աշտարակի տեղադրման հնարավորություն
- Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը - +4-ից ÷ 450 °C
- Ջերմաստիճանի կարգավորման ճշգրտությունը - ոչ պակաս 0.1 °C
- Տաքացման արագությունը - ոչ պակաս 120 °C/րոպե
- Սառեցման ժամանակը - 450 °C-ից մինչև 50 °C ոչ ավելի քան 3,5 րոպե
- Փուլի տևողության առավելագույն ժամանակը - 999.99 րոպե
- Ջեռոցում ծրագրային տաքացման հնարավորություն - ոչ պակաս քան 20 րոպե:

**խորշիկներ Split/splitless համակարգ՝ ոչ պակաս քան երկու խորշիկ.**

- Հաստատուն ճնշմամբ աշխատանք
- Ճնշման/հոսքի էլեկտրոնային ղեկավարում
- Սեպտանների օդափոխություն
- Ճնշման փիրոյթը՝ 0.001 – 150 psi
- Ներկառուցված արտահոսքի/խցանման, ճնշման անկման և բաժանված հոսքի սահմանափակման

ախտորոշման հնարավորություն

- Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 450 °C
- Գազի հոսքի բաժանման(split-ի) արժեքը – ոչ պակաս 7500:1
- Գազերի հոսքի փիրոյթներ՝ 0 – 500 մլ/ր – ազոտի համար,  
0 – 1250 մլ/ր – ջրածնի համար

**Մագանթային աշտարակներ.**

1-ին աշտարակ՝ 30 m, 0.25 mm, 0.25-0.5 μm , PTA5 կամ համարժեք,  
2-րդ աշտարակ՝ 30 m, 0.25 mm, 0.25-0.5 μm , DB-WAX կամ համարժեք.

**Բոցա-իոնային դետեկտոր (FID)**

- Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան - ոչ պակաս 450 °C
- Հայտնաբերման (detection) նվազագույն արժեքը (սրանդարտ՝ տրիդեկանի համար) - < 1.4 pg C/s
- Գծային դինամիկ փիրոյթը - ոչ պակաս 10<sup>7</sup>
- Մինչև 500 Հց հաճախությամբ տվյալների գրանցման հնարավորություն
- Օդ-ի հոսքի միջակայակաքը - 0-800 ml/min
- H<sub>2</sub>-ի հոսքի միջակայակաքը - 0-100 ml/min
- Օժանդակող գազի հոսքի միջակայակաքը- 0-100 ml/min

**Այլ բնութագրեր**

- LAN ինտերֆեյսի հնարավորություն
- Հեռակա միացուման/անջատման հնարավորություն
- առնվազը 2 USB պորտի առկայություն

**Ավտոմատացված հեղուկային նմուշարկիչ**

Ավտոմատացված հեղուկային նմուշարկիչի տարողունակությունը- առնվազը 16 հատ 2 մլ ծավալով վիպի նմուշների համար

**Ներարկման ծավալները**

- ավելի քան 100 μL սրանդարտ ներարկման աստղներով հնարավորություն
- 250/500 μL օպցիոնալ ներարկման հնարավորությամբ բազմածավալ ներարկման հնարավորություն

**Քրոմատագրաֆիկ արդյունավետություն**

Մակերեսի վերարտադրելիություն - քիչ քան 1% RSD  
Ներակման վերարտադրելիություն – ավելի լավ քան 0.008% RSD  
Ներակման գծայնություն – քիչ քան 1% RSD  
Տեղափոխում – քիչ քան մեկ մասնիկ 100000-ից

**Սրանդարտ և աշտարակի վրա ներարկման մեթոդներ**

Ամբողջովին ծրագրավորվող տարալուծման, արտահանման և ներարկման հնարավորության առկայություն

Արագ ներարկումներ - ոչ ավելի քան 100 մվ-ից  
Հատուկ ադապտերի միջոցով 250 և 500 μL ներարկիչները տեղադրման հնարավորություն  
Օպերատորի ընտրությամբ 2 կամ 3 շերտանի նմուշի հավաքման հնարավորություն (sandwich)  
Սրանդարտ դիրքից պակաս և ավելի նմուշառման խորության ընտրություն հնարավորություն  
0-ից 15 վվացման հնարավորություն A և B լուծիչների համար  
Ներարկման արագությունների կարգավորման հնարավորություն - արագ/դանդաղ/ծրագրավորվող

**Ծրագրային ապահովում**

Լիցենզավորված ծրագրային ապահովման տրամադրում: Այն պետք է ապահովի՝ քրոմատագրաֆիկ վերլուծության տվյալների հավաքագրումը, մշակումը ու պահպանման հնարավորությունը, անալիտիկ սարքավորման ամբողջական համատեղելիությունը GLP, GMP սրանդարտների հետ:

**Անվտանգություն և սերտիֆիկացիա**

Վկայագրումը Համապատասխանի հետևյալ միջազգային անվտանգության չափանիշներին՝

- Նախագծված եւ արտադրված լինի համաձայն ISO 9001-ի որակի վերահսկման համակարգի պահանջների,
  - Ապահովի համապատասխանություն ANSI / UL 61010-1, Միջազգային էլեկտրատեխնիկական Հանձնաժողովի (IEC) 61010-1, 61010-2-010, 61010-2-081, էլեկտրամագնիսական Համարտեղեկության (EMC) և Ռադիոհաճախականության Միջամտություն (RFI)՝ CISPR 11 / EN 55011: 1-ին դաս և IEC / EN 61326 կանոնակարգերի (կամ համարժեք ԵԱՏՄ TP TC 004/2011 և TP TC 020/2011) պահանջներին:

**Մարակարարում, Կարգաբերում, Երաշխիքային և Տեխնիկական Սպասարկում**

Ներառում է առաքումը, մաքսագերծումը, ԱԱՀ, 1 փարի երաշխիքային սպասարկում, տեղադրում, կարգաբերում, սպասարկող անձնակազմի ուսուցանումը և ուսուցման սերտիֆիկատների տրամադրումը: Երաշխիքային և ընթացիկ տեխնիկական սպասարկման իրականացում՝ ՀՀ-ում պաշտոնական գրանցված և սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից:

Ժամկետներ՝

Մարակարարում - ձեռքբերման պայմանագրի կնքմանց սկսած 20 օրվա ընթացքում

Տեխնիկական սպասարկում - անսարքությունների մասին իրազեկումից հետո դրանց վերացում 2 օրվա ընթացքում:»:

Վերոնշյալ չափաբաժնով նախատեսված տեխնիկական բնութագրի պայմաններին չեն համապատասխանում Պատվիրատուի կողմից իր դիրքորոշմանը կից ներկայացված հավելված 1-ում նշված արտադրողները:

[www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ Ընթացակարգին մասնակցելու նպատակով 1-ին չափաբաժնի մասով հայտ է ներկայացրել միայն 1 (մեկ) մասնակից:

**5. Բողոքներ քննող անձի հիմնավորումները և եզրահանգումը.**

Բողոքներ քննող անձը լրիվ, օբյեկտիվ և բազմակողմանի հետազոտելով և գնահատելով սույն գործում առկա ապացույցները, և համադրելով դրանք գործով պարզված փաստական հանգամանքների հետ, հանգում է այն եզրակացության, որ «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ-ի կողմից 06.11.2019թ. ներկայացված բողոքը հիմնավոր է և ենթակա ամբողջությամբ բավարարման, հետևյալ պատճառաբանությամբ.

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաև՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերի համաձայն՝ գնումների գործընթացը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա.

1) գնման գործընթացի միասնական կանոններով մրցակցային, թափանցիկ, համաչափ, հրապարակային և ոչ խտրական հիմունքներով կազմակերպում.

2) պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակիցների շրջանակի ընդլայնում և նրանց միջև մրցակցության խրախուսում:

Օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Վերոնշյալ իրավական նորմերի վերլուծության արդյունքում, Բողոքներ քննող անձը, փաստում է, որ գնումների օրենսդրությունը, հիմնվելով գնման գործընթացի մրցակցային, թափանցիկ, համաչափ, հրապարակային, ոչ խտրական, գնման գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարության սկզբունքների վրա, նպատակ է հետապնդում ապահովելու գնումների գործընթացում հատուցման դիմաց պատվիրատուին վերապահված լիազորությունների կատարման համար անհրաժեշտ՝ կարիքին համապատասխան ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերումը՝ համարժեք հատուցմամբ, և որ ամենակարևորն է՝ գնումների գործընթացի տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ իրականացման ապահովումը:

Ինչպես նաև, Բողոքներ քննող անձը հարկ է համարում հավելել, որ վերոնշյալ սկզբունքների ապահովումն ու իրականացումը գնումների օրենսդրության շրջանակներում իրացնելու համար, անհրաժեշտ պայման է նաև ցանկացած անձի՝ գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք ունենալու սկզբունքը՝ անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից:

Օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն՝

1. Գնման առարկայի բնութագրերը պետք է ամբողջությամբ և հստակ նկարագրեն ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության հատկանիշները, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայմանները՝ բացառելով տարակերպ մեկնաբանությունը: Գնման առարկայի բնութագրերը, որոնք ներառում են նաև պայմանագրի գինը, ընդգրկվում են պայմանագրում:

2. Գնման առարկայի բնութագրերը՝

1) պետք է մրցակցության հավասար պայմաններ ապահովեն հնարավոր մասնակիցների համար.

2) չպետք է հանգեցնեն գնումների գործընթացում մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը.

3) պետք է լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավորված և համարժեք լինեն այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը.

4) ներառում են գնման առարկայի մասնագրի, տեխնիկական տվյալների, իսկ աշխատանքների դեպքում՝ նաև աշխատանքների ծավալաթերթի, ժամանակացույցի և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը:

3. Ելնելով գնման առարկայի առանձնահատկությունից՝ դրանց հատկանիշները հնարավորինս ներառում են ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության

որակին, ստանդարտին, անվտանգությանը, պայմանական նշաններին, տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափմանը, չափին, նախագծերին, ինչպես նաև գնման առարկայի այլ հատկանիշներին վերաբերող պայմանների հստակ նկարագրությունը՝ հիմնված միջազգային ստանդարտների և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ժամանակավոր տեխնիկական պայմանների վրա:

4. Գնման առարկայի հատկանիշները կարող են սահմանվել նաև որպես կատարողականի կամ գործառույթային (ֆունկցիոնալ) նկարագրեր, որոնք պետք է ներկայացվեն բավարար ճշտությամբ՝ հնարավորություն տալով մասնակիցներին և պատվիրատուին ճշգրիտ ընկալել պայմանագրի առարկան:

5. Գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:

ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ նաև՝ Կարգ) 22-րդ կետի համաձայն՝ գնման առարկայի բնութագրերը և մասնակիցների որակավորման հատկանիշների գնահատմանը ներկայացվող չափանիշները սահմանելիս պետք է հաշվի առնել, որ դրանց պետք է բավարարեն մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցներ...:

Վերոգրյալ իրավանորմների համալիր վերլուծությունը՝ գործով հաստատված փաստերի գնահատմամբ, թույլ է տալիս եզրակացնել հետևյալը.

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից լաբորատոր սարքերի ձեռքբերման նպատակով 31.10.2019թ.-ին հայտարարված «ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊՀԲ-19/29» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգ, իսկ հայտերի բացման նիստի օր է սահմանվել 07.11.2019թ.-ին:

Ընթացակարգի հրավերի, պայմանագրի նախագծի անբաժանելի մաս կազմող թիվ 1 հավելվածի՝ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով 1-ին չափաբաժնի համար սահմանվել է հետևյալը.

Ապրանքի անվանումը և ապրանքային նշանը սահմանվել է «Գազային քրոմատոգրաֆի սպասարկված բացահոնային դետեկտորով, մազանոթային աշխարակներով

և ավտոմատացված նմուշարկչով. Կոմպլեկտը ներառում է՝ գազերի միացման և ֆիլտրման անհրաժեշտ հանգույցները և սարքի ծրագրային ապահովումը»: Վերջինիս տեխնիկական բնութագիրը սահմանվել է՝

**«Բաղադրիչների նկարագրերը.**

**Աշտարակի վառարան (թերմոստատ)**

- Երկու և ավելի աշտարակի տեղադրման հնարավորություն
- Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -  $+4\text{-ից } \div 450\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Ջերմաստիճանի կարգավորման ճշգրտությունը - ոչ պակաս  $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Տաքացման արագությունը - ոչ պակաս  $120\text{ }^{\circ}\text{C/րոպե}$
- Սառեցման ժամանակը -  $450\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ից մինչև  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  ոչ ավելի քան  $3,5$  րոպե
- Փուլի տևողության առավելագույն ժամանակը -  $999.99$  րոպե
- Ջեռոցում ծրագրային տաքացման հնարավորություն - ոչ պակաս քան  $20$  րոպե:

**խորշիկներ Split/splitless համակարգ՝ ոչ պակաս քան երկու խորշիկ.**

- Հաստատված ճնշմամբ աշխատանք
- Ճնշման/հոսքի էլեկտրոնային ղեկավարում
- Սեպարանների օդափոխություն
- Ճնշման փորոյթը՝  $0.001 - 150\text{ psi}$
- Ներկառուցված արտահոսքի/խցանման, ճնշման անկման և բաժանված հոսքի սահմանափակման ավտորոշման հնարավորություն
- Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝  $450\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Գազի հոսքի բաժանման (split-ի) արժեքը – ոչ պակաս  $7500:1$
- Գազերի հոսքի փորոյթներ՝  $0 - 500$  մլ/ր – ազոտի համար,  
 $0 - 1250$  մլ/ր – ջրածնի համար

**Մագանդային աշտարակներ.**

1-ին աշտարակ՝  $30\text{ m}, 0.25\text{ mm}, 0.25\text{-}0.5\text{ }\mu\text{m}$ , PTA5 կամ համարժեք,  
2-րդ աշտարակ՝  $30\text{ m}, 0.25\text{ mm}, 0.25\text{-}0.5\text{ }\mu\text{m}$ , DB-WAX կամ համարժեք.

**Բոցա-հոնային դետեկտոր (FID)**

- Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան - ոչ պակաս  $450\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Հայտնաբերման (detection) նվազագույն արժեքը (սրանդարտ՝ տրիդեկանի համար) -  $< 1.4\text{ pg C/s}$
- Գծային դինամիկ փորոյթը - ոչ պակաս  $10^7$
- Մինչև  $500$  Հգ հաճախությամբ տվյալների գրանցման հնարավորություն
- Օդ-ի հոսքի միջակայկաքը -  $0\text{-}800\text{ ml/min}$
- $\text{H}_2$ -ի հոսքի միջակայկաքը -  $0\text{-}100\text{ ml/min}$
- Օժանդակող գազի հոսքի միջակայկաքը-  $0\text{-}100\text{ ml/min}$

**Այլ բնութագրեր**

- LAN ինտերֆեյսի հնարավորություն
- Հեռակա միացուման/անջատման հնարավորություն
- առնվազը  $2$  USB պորտի առկայություն

**Ավտոմատացված հեղուկային նմուշարկչի**

Ավտոմատացված հեղուկային նմուշարկչի տարողունակությունը- առնվազը  $16$  հատ  $2$  մլ ծավալով վիսկոսիմետրի համար

**Ներարկման ծավալները**

- ավելի քան  $100\text{ }\mu\text{L}$  սրանդարտ ներարկման աստղներով հնարավորություն
- $250/500\text{ }\mu\text{L}$  օպցիոնալ ներարկման հնարավորությամբ բազմածավալ ներարկման հնարավորություն

**Քրոմատագրաֆիկ արդյունավետություն**

Մակերեսի վերարտադրելիություն - քիչ քան  $1\%$  RSD

Ներակման վերարտադրելիություն – ավելի լավ քան  $0.008\%$  RSD

Ներակման գծայնություն – քիչ քան  $1\%$  RSD

Տեղափոխում – քիչ քան մեկ մասնիկ  $100000$ -ից

**Սրանդարտ և աշտարակի վրա ներարկման մեթոդներ**

Ամբողջովին ծրագրավորվող տարալուծման, արտահանման և ներարկման հնարավորության առկայություն

Արագ ներարկումներ - ոչ ավելի քան  $100$  մվ-ից

Հատուկ ադապտերի միջոցով  $250$  և  $500\text{ }\mu\text{L}$  ներարկիչները տեղադրման հնարավորություն

Օպերատորի ընտրությամբ  $2$  կամ  $3$  շերտանի նմուշի հավաքման հնարավորություն (sandwich)



Սրանդարտ դիրքից պակաս և ավելի նմուշառման խորության ընտրություն հնարավորություն  
 0-ից 15 լվացման հնարավորություն A և B լուծիչների համար  
 Ներարկման արագությունների կարգավորման հնարավորություն - արագ/դանդաղ/ծրագրավորվող  
**Ծրագրային ապահովում**

Լիցենզավորված ծրագրային ապահովման տրամադրում: Այն պետք է ապահովի՝ քրոմատագրաֆիկ վերլուծության տվյալների հավաքագրումը, մշակումը ու պահպանման հնարավորությունը, անալիտիկ սարքավորման ամբողջական համատեղելիությունը GLP, GMP սրանդարտների հետ:

**Անվտանգություն և սերտիֆիկացիա**

Վկայագրումը Համապատասխանի հետևյալ միջազգային անվտանգության չափանիշներին՝

- Նախագծված եւ արտադրված լինի համաձայն ISO 9001-ի որակի վերահսկման համակարգի պահանջների,
  - Ապահովի համապատասխանություն ANSI / UL 61010-1, Միջազգային էլեկտրատեխնիկական Հանձնաժողովի (IEC) 61010-1, 60101-2-010, 60101-2-081, էլեկտրամագնիսական Համատեղելիության (EMC) և Ռադիոհաճախականության Միջամտություն (RFI)՝ CISPR 11 / EN 55011: 1-ին դաս և IEC / EN 61326 կանոնակարգերի (կամ համարժեք ԵԱՏՄ TP TC 004/2011 և TP TC 020/2011) պահանջներին:

**Մատակարարում, Կարգաբերում, Երաշխիքային և Տեխնիկական Սպասարկում**

Ներառում է առաքումը, մաքսագերծումը, ԱԱՀ, 1 տարի երաշխիքային սպասարկում, տեղադրում, կարգաբերում, սպասարկող անձնակազմի ուսուցանումը և ուսուցման սերտիֆիկատների տրամադրումը:

Երաշխիքային և ընթացիկ տեխնիկական սպասարկման իրականացում՝ ՀՀ-ում պաշտոնական գրանցված և սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից:

Ժամկետներ՝

Մատակարարում - ձեռքբերման պայմանագրի կնքմանց սկսած 20 օրվա ընթացքում

Տեխնիկական սպասարկում - անսարքությունների մասին իրագեկումից հետո դրանց վերացում 2 օրվա ընթացքում:»:

Վերոնշյալ չափաբաժնով նախատեսված տեխնիկական բնութագրի պայմաններին չեն համապատասխանում Պատվիրատուի կողմից իր դիրքորոշմանը կից ներկայացված հավելված 1-ում նշված արտադրողները, մասնավորապես, օրինակ՝

Հրավերով սահմանված ցուցանիշ	Agilent 7890 GC	Shimadzu 2030Nexis GC	Chromateck 9000 GC	Մեկնաբանություն
Ճնշման տիրույթը՝ <b>0 - 150 psi</b>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է ճնշման տիրույթը՝ 0-150 psi <a href="https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/591-1436EN.pdf">https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/591-1436EN.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է ճնշման տիրույթը՝ 0-150 psi [0 to 1050 kPa (0 to 150 psi)] ճշգրիտ արժեքը՝ 1035 kPa= 150,114psi <a href="https://www.shimadzu.ru/site/s/shimadzu.seg/files/SMO/pdf-flyers/GC-2030-flyer-11.2019.pdf">https://www.shimadzu.ru/site/s/shimadzu.seg/files/SMO/pdf-flyers/GC-2030-flyer-11.2019.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է ճնշման տիրույթը՝ <b>0-152 psi [0 to 1050 kPa (0 to 152 psi)]</b> <a href="http://www.chromateck.com/upload/iblock/088/ChromateckCrystal9000_01.pdf">http://www.chromateck.com/upload/iblock/088/ChromateckCrystal9000_01.pdf</a>	3 արտադրողի ցուցանիշները համապատասխանում են հրավերով սահմանված ցուցանիշին
Գազերի հոսքի տիրույթները <b>0-500մլ/ր - ազոտի N2համար 0-1250 մլ/ր-ջրածնի H2համար</b>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է Total flow setting range: 0 to 500 mL/min N2 0 to 1250 mL/min H2 <a href="https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/591-1436EN.pdf">https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/public/591-1436EN.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է գազերի տիրույթը <b>0 to 600 mL/min N2 0 to 1300 mL/min H2</b> <a href="https://www.shimadzu.ru/site/s/shimadzu.seg/files/SMO/pdf-flyers/GC-2030-fl_yer-11.2019.pdf">https://www.shimadzu.ru/site/s/shimadzu.seg/files/SMO/pdf-flyers/GC-2030-fl_yer-11.2019.pdf</a>	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ է գազերի տիրույթը 0 to 1250 mL/min H2; N2 <a href="http://www.chromateck.com/upload/iblock/088/ChromateckCrystal9000_01.pdf">http://www.chromateck.com/upload/iblock/088/ChromateckCrystal9000_01.pdf</a>	3 արտադրողի ցուցանիշները համապատասխանում են հրավերով սահմանված ցուցանիշին

Բողոքներ քննող անձն արձանագրում է, որ Ընթացակարգի հրավերի թիվ 1 հավելվածով՝ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված

պահանջները պետք է հնարավորություն տան մասնակիցներին ճշգրիտ ընկալել գնման առարկան, ապահովեն մրցակցության հավասար պայմաններ հնարավոր մասնակիցների համար, օբյեկտիվորեն հիմնավորված և համարժեք լինեն այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը:

Բողոքներ քննող անձը փաստում է, որ գնումների օրենսդրությունը, հիմնվելով գնման գործընթացի մրցակցային, թափանցիկ, համաչափ, հրապարակային, ոչ խտրական, գնման գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարության սկզբունքների վրա, նպատակ է հետապնդում ապահովելու գնումների գործընթացում հատուցման դիմաց պատվիրատուին վերապահված լիազորությունների կատարման համար անհրաժեշտ՝ կարիքին համապատասխան ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերումը՝ համարժեք հատուցմամբ, և որ ամենակարևորն է՝ գնումների գործընթացի տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ իրականացման ապահովումը:

Ինչպես նաև, Բողոքներ քննող անձը հարկ է համարում հավելել, որ վերոնշյալ սկզբունքների ապահովումն ու իրականացումը գնումների օրենսդրության շրջանակներում իրացնելու համար, անհրաժեշտ պայման է նաև ցանկացած անձի՝ գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք ունենալու սկզբունքը՝ անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից:

Բողոքներ քննող անձն փաստում է նաև, որ Ընթացակարգի գնման առարկայի բնութագրերը ամբողջությամբ և հստակ պետք է նկարագրեն ձեռքբերվող ապրանքի հատկանիշները՝ բացառելով տարակերպ մեկնաբանությունը, հնարավոր մասնակիցների համար պետք է ապահովեն մրցակցության հավասար պայմաններ, դրանով իսկ բացառելով գնումների գործընթացում մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացումը: Ինչպես նաև բնութագիրն օբյեկտիվորեն հիմնավորված և համարժեք պետք է լինի այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով հայտարարվել է Ընթացակարգը:

Սույն գործում առկա փաստերի համաձայն՝ Բողոքներ քննող անձը փաստում է, որ «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից հայտարարված «ՀԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/29» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերի, պայմանագրի նախագծի անբաժանելի մաս կազմող թիվ 1 հավելվածի՝ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված պահանջները չեն ապահովում մրցակցության հավասար պայմաններ հնարավոր մասնակիցների համար, գնումների գործընթացի տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ իրականացումը,

սահմանափակում են ցանկացած անձի՝ գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք ունենալու սկզբունքը, հիմնված չեն գնման գործընթացի մրցակցային, համաչափ, ոչ խտրական, գնման գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարության սկզբունքների վրա, որն էլ առաջացրել է գնումների գործընթացում մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների:

Այսպես՝ Պատվիրատուի կողմից տրված դիրքորոշման հավելված 1-ով նշվել է, որ Ընթացակարգի հավելված 1-ով սահմանված 1-ին չափաբաժնով պահանջվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանում են առնվազն 3 արտադրողների՝ Agilent 7890 GC, Shimadzu 2030Nexis GC, Chromateck 9000 GC սարքավորումների բնութագրերին:

Ընդ որում Պատվիրատուի կողմից գործի քննության ընթացքում Բողոքներ քննող անձին ներկայացվեցին համապատասխան ապացույցներ, առ այն, որ Agilent 7890 GC, Shimadzu 2030Nexis GC և Chromateck 9000 GC արտադրողների սարքավորումների բնութագրերը չեն համապատասխանում Ընթացակարգի հրավերի, պայմանագրի նախագծի անբաժանելի մաս կազմող թիվ 1 հավելվածի՝ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված պայմաններին և պահանջներին:

Օրինակ՝ Հրավերով սահմանված ճնշման տիրույթը՝ 0 - 150 psi ցուցանիշին չի համապատասխանում Chromateck 9000 GC արտադրողի սարքավորման բնութագիրը, որը կազմում է՝ 0-152 psi: Իսկ գազերի հոսքի տիրույթները 0-500մլ/ր – ազոտի՝ N2 համար ու 0-1250 մլ/ր- ջրածնի՝ H2 համար ցուցանիշները չեն համապատասխանում Shimadzu 2030Nexis GC արտադրողի սարքավորման բնութագրերը, որը կազմում է՝ 0 to 600 mL/min N2 ու 0 to 1300 mL/min H2:

Այսպիսով, վերոհիշյալ փաստական հանգամանքների և իրավական նորմերի լույսի ներքո, դրանց համակարգված վերլուծության արդյունքում, Բողոքներ քննող անձը հանգում է այն եզրակացության, որ «Իմնունոֆարմ» ՍՊԸ-ի կողմից բողոքով բերված փաստերն ու հանգամանքները հիմնավոր են, իսկ գնման ընթացակարգի հրավերով սահմանված 1-ին չափաբաժնի մասով տեխնիկական բնութագրերի պահանջներն անհիմն են և սահմանափակում են հնարավոր մասնակիցների մրցակցության հավասար պայմաններ ունենալու իրավունքները:

Տվյալ պարագայում, Բողոքներ քննող անձն արձանագրում է, որ Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի կողմից թույլ է տրվել Օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված պահանջների խախտում, որպիսի պայմաններում ընթացակարգը 1-ին չափաբաժնի մասով պետք է հայտարարել չկայացած:

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 50-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետով՝ ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը,

### Ո Ր Ո Շ Ե Ց

«Իմնունֆարմ» ՍՊԸ-ի կողմից 06.11.2019թ. ներկայացված թիվ ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/86 ծածկագրով բողոքը բավարարել:

Պարտավորեցնել «ՀԱՊԸ-ԳՀԱՊՁԲ-19/29» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին չկայացած հայտարարել գնման ընթացակարգը՝ 1-ին չափաբաժնի մասով:

ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի ընդունած որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն տեղեկագրում հրապարակելուն հաջորդող օրը:

ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի ընդունած որոշումն իրավապարտադիր է, որը կարող է փոփոխվել կամ վերացվել, այդ թվում՝ մասնակի, միայն դատարանի կողմից:

**ՀՀ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ  
ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՔՆՆՈՂ ԱՆՁ՝**



**ԼԵՎՈՆ ՕՀԱՆՅԱՆ**