

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐՈՒ

ԱՌՈՂՋԱԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ՏԵԼԻԱ-ՄԵԴ» ՓԲԸ-Ի ՄԻՋԵՎ 12.09.19թ. ԿԵՔՎԱԾ «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/6/1-1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«18» «Նոյեմբեր» 2019թ.

1. Առողջապահության նախարարությունը (այսուհետ՝ Գնորդ), ի դեմս Ա.Սմբատյանի մի կողմից, և «Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Վաճառող), ի դեմս Ն.Բարսեղյանի, մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 12.09.19թ. կնքված «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/6/1-1» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.1, 8.5 և 8.13 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1.1 Պայմանագրում ավելացնել նոր կետ հետևյալ խմբագրությամբ. «3.2 Պայմանագրի գնից՝ 295,850,000 (երկու հարյուր ինսունհինգ միլիոն ութ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը, Գնորդը փոխանցում է Վաճառողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:»:

1.2 Պայմանագրի Հավելված 1-ում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.3 Պայմանագրի Հավելված 2-ում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

4. Համաձայնագիրը կազմված է 19 էջից, կնքվում է հայերեն լեզուով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ԳՆՈՐԴ

Առողջապահության նախարարություն
ք. Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 02507171



ՎԱՃԱՌՈՂ

«Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ
Ք.Երևան, Դավթաշեն 2-րդ թաղ. 22. N55
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570058694070100

ՀՎՀՀ 01203143



Հավելված N 1
«12» Սեպտեմբեր 2019թ. կնքված
«ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/6/1-1» ծածկագրով պայմանագրի

Հավելված 1
«18» «Նոյեմբեր» 2019թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱ ժԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ապրանքի												ՀՀ դրամ
2/ Հ	միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը և ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը և ծագման երկիրը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման			ժամկետը
									հասցեն	ենթակա քանակը		
3	34111220/512	Ռեանիմոբիլ 2 Ford Ambulance	Hubei Dali Special Automobile Manufacturing Co., LTD	Տեխնիկական բնութագրերը ներկայացվում են կից	Հատ	34 516 667	103 550 000	3	Ք. Երևան, Կառավարության տուն 3	3	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 ամսվա ընթացքում	
4	34111220/511	Գծային տիպի 2տապազնույթ ան մեքենա 2 Ford Ambulance	Hubei Dali Special Automobile Manufacturing Co., LTD		Հատ	27 471 429	192 300 000	7		7		

Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված

ԳՆՈՐԴ

Առողջապահության նախարարություն
Ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական




ՎԱՃԱՌՈՂ

«Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ
Ք.Երևան, Դավթաշեն 2-րդ թաղ. 22. N55
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 1570058694070100

ՀՀ ՀՀ 01203143



Հավելված N 2
«12» Սեպտեմբեր 2019 թ. կնքված
«ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊԶԲ-2019/6/1-1» ծածկագրով պայմանագրի

Հավելված 2
«18» «Հոկտեմբեր» 2019թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ապրանքի											
Զ/Հ	միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում								
			մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	օկտեմբեր	նոյեմբեր
3	34111220/512	Ռեանիմիլի 2									
4	34111220/511	Գծային տիպի շտապօգնության մեքենա 2									
ԸՆԴԱՄԵՆԸ											
			103 550 000	103 550 000	103 550 000	103 550 000	103 550 000	103 550 000	103 550 000	103 550 000	103 550 000
			192 300 000	192 300 000	192 300 000	192 300 000	192 300 000	192 300 000	192 300 000	192 300 000	192 300 000
			295 850 000	295 850 000	295 850 000	295 850 000	295 850 000	295 850 000	295 850 000	295 850 000	295 850 000

ԳՆՈՐԴ

Առողջապահության նախարարություն

Ք.Երևան, Կառավարական տուն 3

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

կարգով

ՀՎՀՀ 0250771



ՎՃԱՏՈՂ

«Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ

Ք.Երևան, Դավթաշեն 2-րդ թաղ. 22. N55

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570058694070100

ՀՎՀՀ 01203143



ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՊԸՀՄԵԶՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ	քանակ
Ռեանիմոթի տիպ-2	Հտապօգնության մեքենան (մեանիմոթի տիպ) նախատեսված է շտապ օգնություն կարիքները բավարարելու համար:	3 հատ
	Մասնագրեր (ընդը տողերի համար ոչ պակաս կամ համարներ)	
	Զարգիչային տեսակը՝ բեկիկնային	
	Զարգիչի հզորություն՝ 300 էսժ (պտտմող)	
	Արտանետումների տատարա՝ EURO V	
	Փոխանցման տուփը՝ մեխանիկական, 6 աստիճան (5 +1)	
	Վառելիքի թաք՝ 80L	
	Քաշող կամուրջի տեսակը՝ Հեռուի (2x4)	
	Հենքի տիպը՝ ամբողջական մետաղային	
	Տրանսպորտային միջոցների արտաքին չափերը (մմ)	
	Երկարություն՝ 5341	
	Լայնություն՝ 2032 (առանց կողային հալելիների)	
	Բարձրություն՝ 2480	
	Անիվների հենք՝ 3300	
	Հտապօգնության մեքենային բժշկական խցիկի նկարը պետք է համապատասխանեն.	
	Երկարություն (Պատգարակի հարթության վրա բժշկական խցիկի հետևի պատի ներք մասից մինչև միջնապատ (խաչառն պատ))՝ 3050մմ	
	Լայնություն (հատակից 800մմ բարձրության վրա)՝ 1700մմ	
	Բարձրություն (հատակից մինչև առաստաղ՝ աշխատանքային գոտիներում)՝ 1760մմ	
	Ուղղու լայնություն (լարձից/ետևից)՝ 1736մմ/1720մմ	
	Նվազագույն բարձրությունը գետնից՝ 170մմ	
	Ծրարադաճման շրջան [մ]՝ 17	
	Անիվ՝ 15"	
	Անվարդեր՝ 215/70 R16 LT	
	Բեռնատարողություն [կգ]՝ 1500	
	Հիմնական կոնֆիգուրացիա	
	Վարորդի նստատեղի անվտանգության բարձիկ, ABS, լուսարձակներ՝ Home Safe ֆունկցիայի հետ, Արագ հստակ ֆունկցիա "Quick clear", հակառակ ռադար, կենտրոնական փական, դռան լույսերը, պատուհանների էլեկտրական ծածկոցներ էլեկտրական պատուհաններ, օդորսման համակարգը (առեցման և տաքացման) վարորդի և բժշկական խցիկի համար:	
	Արտաքին մաս	
	Զարգման պատուհանով առաջնային (սպիտակ) միջնապատի առկայություն	
	Զարգման և ետևի որների պատուհանների վրա կիսաթափանցիկ ապակու առկայություն	
	Արտամագր իրավիճակների համար նախատեսված երթի առկայություն // (Аварийный люк)	
	Դիտանցքի ձևը պետք է թույլ տա այն օգտագործել որպես արտակարգ իրավիճակի համար նախատեսված եր մեքենայի խցիկից, դիտանցքի չափը պետք է թույլատրի 500 x 700 մմ ուղանկյունու կրքը և բացվող տարածքը չպետք է պակաս լինի 0,4 մ-ից:	
	Դիտատիկ անվիվային կամարների առկայություն	
	Կողային բազմող դռան արմիքնապատ աստաղիճանի առկայություն // (Ступенька раздвижной боковой двери (с алюминиевым покрытием))	
	Ծալվող ետևի խարմիքնապատ աստիճանի առկայություն // Складная задняя ступенька (с алюминиевым покрытием)	
	Արտաքին ձևավորման և շտապ օգնության լոգոի (նամանակագրում է պատվիրատուի կետ) առկայություն	
	Լույս արտացոլող պիտակավորման առկայություն (նամանակագրում է պատվիրատուի կետ) // (Светоотражающая маркировка)	
	Ինտերիեր - ուղևորների խցիկ	
	2 տեղանոց, ապակաված անվտանգության գոտիներով փափուկ նստարանի առկայություն	
	Բժշկի համար նախատեսված անվտանգության գոտիով պրոտեկտ աթոռի առկայություն	
	Աջ կողմից անվտանգության գոտիով պթոնի առկայություն	
	Աջևի և կողային որների որնակների (пороги) առկայություն	
	Առատատիպ տնրագրված բռնակի առկայություն	

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԳԼՎԱՆՁՎՈՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՎԱՆ ՄԱՄՆԱԳՐԵՐԸ	քանակ
	Բոլոր տիպի բժշկական թափոնների համար նախատեսված միանգամյա օգտագործման սուպի, 3L, առկայություն Էլեկտրոն և չափազույգ, ջրամեկուսիչ կարերով, բժշկական հատման առկայություն Առատատալային ամրագծմամբ IV տիպի բռնիչի առկայություն - 1 հատ Արտակաղաղ իրավիճակների համար համախմբված մուրճի առկայություն - 1 հատ Կրակման, 2 հատ, տարրություն 5L, առկայություն Բազմաֆունկցիոնալ օդափոխիչի առկայություն Բժշկական սարքավորումների և պարագանների համար նախատեսված բազմաֆունկցիոնալ պահարանի առկայություն Բժշկական արձանի օգտագործվող բոլոր նյութերը, նետարայ կառույթը, պետք է լինեն դիմացկուն՝ վնասված և անխտանայն միջոցների նկատմամբ Թթվածնային վառարանի 2 արագ հանվող կետերով և մանոմետրի առկայություն Թթվածնային համակարգը (ներառում է թթվածնային բարձրներ (4 հատ 10 լիտր գազով (թթվածին), թթվածին դիմակ խորոլակներով, թթվածնային կարգավորիչի հավաքածու և խտմանը շնչ) Թթվածին բալանների և խորոլակների մատում պետք առկա լինի օդափոխության համակարգ Լուսավորություն Շտապօգնության մեքենաներում բժշկական խցում պետք է ապահովված լինի հետևյալ աշխատանքային լուսավորությունը Ընդհանուր լուսավորություն ոչ պակաս քան 100 լյուքս LED Աշխատանքային դաշտ 150 լյուքս LED Պատգարակի մակերևույթ 150 լյուքս LED Շտապօգնության մեքենաներում բժշկական խցում պետք է նախատեսված լինի լրացուցիչ լամպ որի լուսավորությունը 1000 լյուքս LED, լույսի դաշտի տրամագիծը, պատգարակի մակերևույթի վրա 200մմ Շտապօգնության մեքենայի ետևի և կողային դռները պետք է ունենան լրացուցիչ լուսավորվածություն 30 լյուքս LED Մեխանիզմներ և էլեկտրական Բժշկական խցիկի հովանքի անջատիչի առկայություն Մարտկոց 80 Աժ Լրացուցիչ մարտկոց 80 Աժ Էլեկտրական վառարաններ (կառավարվում են հիմնական հարթակից) (12V - 3 հատ, 220V - 3 հատ) 12-ից դեպի 220V ինվերտոր և կոմվերտոր (փոքրությունը 2 ԿVտ) Երկտունային ազդանշանային, արտաքին բարձրախոսի և բարձր ձայնային համակարգերի առկայություն Նշում՝ Մարտկոցների տարրուճակությունը և քանակը, ինչպես նաև գնեկարտորի առկայությունը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ Այլ պահանջներ Օդի արտոտումը խցիկում չեղելում ջերմության համակարգերի գործարկման ժամանակ համապատասխանում է GB18352.5-2013 Շտապօգնության մեքենայի ներքում արժույթի մակարդակը համապատասխանում է GB18352.5-2013 Ջեռուցման, օդափոխման և օդափոխության համակարգերը համապատասխանում են GB18352.5-2013 Բժշկական խցիկում օդի ջերմաստիճանը համապատասխանում է GB18352.5-2013 Բժշկական շտապօգնության մեքենային հատակի, առաստաղի, կողային պանելների ջերմանկուսագումը համապատասխանում են GB18352.5-2013 Նշում՝ Այլ պահանջների բաժինում նշված պահանջների համար արտադրողը տրամադրում է համապատասխան վկայագրեր Անվտանգության սարքավորումներ Պահեստային անիվ (ամբողջական չափ) - 1 հատ: Դյուրակիր լապտեր -1 հատ: Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ: Արտակարգ իրավիճակների հավաքածու վարորդի համար - 1 հավաքածու: Երկու անվտոյողների հավաքածու (ձեռնային և համակարգային), ինչպես նաև մեկ համակարգային չափի ձեռնային շղթաների հավաքածու Ստանդարտներ (ճիստաթյային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). GB18352.5-2013 չափորոշիչներով կարգավորվող շտապօգնության մեքենաներ Անվտանգության վերականգնող կազմակերպությունը (ԸՆկերությունը, որը գրավոր է մեքենայի դեպի շտապօգնության մեքենայի վերականգնության, ունի ISO 9001 վկայական: Այլ բնութագրեր պետք է տրամադրի նախագծային փաստաթղթեր մեքենայի դեպի շտապ օգնության մեքենաներ վերականգնության / տեղադրված խաիկների (պարագանների և սարքավորումների) վերաբերյալ: Մեքենայի երաշխիքը տարածվում է մեքենայի բոլոր հանգուցների և օգտագործվող հավաքածուների վրա, առնվազն 1 տարվա շահագործման ընթացքում: Երաշխիքը չի ներառում նորմալ մաշվածություն, սղակվածություն և մեքենայի ծանրաբեռնվածությունը և մասնագիտացված աշխատանքային ոչ արդիական շահագործումը:	

ԵՄ-ՎԱՆՈՒՄ	ՊԱՆԿ
	Արտադրողի կամ Մասնակիցի հայտարարությունը, որ պարմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ապրանքների (առաջարկվող մոդելները) պետք է արտադրվեն ոչ ուշ քան հարիս քաղաքում օրինակի 24 ամսվա ընթացքում: Պահեստումներով ապահովված ժամանակահատվածը՝ 4 (չորս) տարի: Արտադրողի կամ դիտորդության պետքից հետո: ԲՈՂՈՂԱՆ ԱՊՐԱՆՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳԱՆԿ 1. Պատվարակ 2. Լրացուցիչ պատվարակ (բժշկական ծախսեր) 3. ԷՍԳ, սարք 4. Պաշտպանության մոնիթոր 5. Պեմբերիկատոր 6. Դիտորդություն / շարժական թերթի արհեստական օդանավային տարր 7. Ներդրումն առնել 8. Վերադարձված արտադրանք 9. Առաջին օգնության պայուսակ Բոլոր բժշկական ապրանքներում ներառվում են աշխատանքի համար անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաներ և սարքավորումներ
	2. ԲՈՂՈՂԱՆ ԱՊՐԱՆՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳԱՆԿ ՆԱԿ ԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԱՄԱՆԱԿԱԾ Արտադրողի կամ դիտորդության պետքից հետո: Ավտոմոբիլային բնօրինակն անհրաժեշտ է ներկայացնել բոլոր սարքավորումների համար Պահեստումներով ապահովված ժամանակահատվածը՝ 4 (չորս) տարի: Արտադրողի կամ Մասնակցի հայտարարությունը, որ պարմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ապրանքների (առաջարկվող մոդելները) պետք է արտադրվեն ոչ ուշ քան հարիս քաղաքում օրինակի 24 ամսվա ընթացքում: Բոլոր բժշկական ապրանքներում ներառվում են աշխատանքի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել օգտագործողի ձեռնարկը և այլ ձեռնարկների մասնագիտացված հայտերն ընդգրկում է: Ավտոմոբիլային ապրանքակազմի, որը հնարավոր է օգտագործել (ֆեյնթեր) մեկ մարդով: Պատրաստված է բարձր ամրության պլաստիկ, առկա են անվտանգության ամրակներ: Բերում ներառում է 150 կգ: Բժշկական ծախսերի պատվարակ պատրաստված բրնձեղենից և պլաստիկից Հիմնական նպատակն է՝ տուժածների տարահանումը և տեղափոխումը հիվանդանոցից: Հիմնականում օգտագործվում են տալիս պատվարակ օգտագործել փրակարար ծառայությունների տարբեր տրանսպորտային միջոցներում: Երկու ամրակներն միջոցով ապահովվում են պատվարակի հատակ ֆիքսումը բացված վիճակում: Հիմնականում (սարքեր) առկայություն Բերում ներառում է 150 կգ: Պատվարակ կիրառելի է բոլոր տիպի եղանակային պայմաններում: Ծառժամակ (դուրսավոր) Ընդհանուր ցանցային և ներկայացված վերաբերակցվող մարտկոցի առկայություն Մարտկոցի առկայություն ԷՍԳ-ի գրանցում 12 ստանդարտ ուղիներով LCD մոնիթորի առկայություն Ուղիների միացում՝ ավտոմատ և մանուալ Ստուգիչ ագրանցումներ՝ ավտոմատ և մանուալ Ձեռնային տալիս՝ առկայություն Ձեռնային տալիս թուղթ 80մմ*20մմ Մնացում՝ 220Վ/ 50Հց ԱՐԱՄԱՆԱՐՈՒՄ: 1. Հիմնական մարտկոց 2. 6 կրծքավանդակի վերջույթների էլեկտրոդներ 3. 4 վերջույթային էլեկտրոդներ 5. 1 շիշ ԷՍԳ- գել 250մմ 6. 2 գլան թուղթ 50մմ
2.1 Պատվարակ	1 հատ
2.2 Լրացուցիչ պատվարակ (ծախսեր)	1 հատ
2.3 ԷՍԳ, սարք	1 հատ

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՊԼԱՆԵՏԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ Ստանդարտներ (ճիստադրության վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)) ISO 13485 կամ համարժեք Հիմնովի մոնիթորի պատկերում է կարդիոգրամները, արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճան, արյան մեջ թթվածնի հագեցումը (SpO2) և սրտի զարկի հաճախականությունը (HR): Մոնիթոր/Էկրան Էկրան՝ գույնավոր TFT էկրան, Էկրանի անկյունագիծ՝ 12.1": Միաժամանակ 5 կորի գույքատրում Մոնիտորի պիքսելներ՝ 800x600 Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն Մարտկոցի գործողության ժամանակը՝ 2 ժամ Մնուցում՝ 220V Մոնիթորինգի պարամետրերը ներառում են՝ EKG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի համաժամանակա հայտնաբերում և վերլուծություն Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային դիտելիություն Ներկառուցված տպիչի առկայություն Արևմտացիներ: Էլեկտրոնիկա ոչ պակաս քան 3 արտաձուլ NIBP մասնատված մեծահասակների համար NIBP մասնատված փոքրների համար Մեկնագրային էլեկտրոդ 30 հատ SpO2 բազմակիրառելի տպիչ Ստանդարտներ (ճիստադրության վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)) ISO 13485 կամ համարժեք Գյուրակիր մոդել Էկրանի առկայություն Ընդարձակ ձայնային և տեսողական հուշումներ օպերատորի համար Էներգիայի թիֆագ արտաձուլում առկայություն Ինքնավարություն առկայություն Սարքը կարող է օգտագործվել մեծահասակների և երեխաների համար Միազամյա օգտագործման տպիչների առկայություն Միազամյա օգտագործման տպիչներ՝ ոչ պակաս քան 100 հատ Ստանդարտներ (ճիստադրության վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)) ISO 13485 կամ համարժեք Տնչառական ռեժիմներ՝ VCV (S), PCV(S), V-SIMV, P-SIMV, BIPAP, CPAP ռեժիմների առկայություն Գունավոր էկրանի առկայություն Տնչառական ծավալը՝ 50-4000մլ Ներուլային առկայություն Զայնային ազդանշանների առկայություն Տնչառության համախառնություն՝ 1-150 հարված ժամում PEEP: առավելագույնը 0-50 Մարկոցի առկայություն Մնուցում՝ մարտկոցի և 220V Հիմնական կոնֆիգուրացիա՝ թթվածնային բարե, մեխանիկական շնչառական տուրբա, շնչառական խորովակ բժշկական սիրիկայից, դիմակների հավաքածու և այլ պարագաներ, որոնք ապահովում են արդի պատշաճ աշխատանք: Ստանդարտներ (ճիստադրության վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)) ISO 13485 կամ համարժեք Մեկ ներարկիչի համար նախատեսված Կիրառելի ներարկիչների ծավալները (տարբեր բրնձեր)՝ 5մլ, 10մլ, 20մլ, 30մլ, 50մլ	քանակ 1 հատ 1 հատ 1 հատ 1 հատ
2.4. Պացիենտի մոնիթոր		
2.5. Դեֆիբրիլատոր		
2.6 Գյուրակիր / շարժական թոքերի արհեստական օդափոխության սարք		
2.7 Ավտոմատ ներարկիչ		

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՊԲՀՎՆԶՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱԿՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ	քանակ
2.8 Վիրարժական արտածիչ	Մարտկոցի առկայություն Հոսքի արագությունը կադավորվող 0,1-ից մինչև 1200 մ/ժամ Հոսքի բայր 0,1 մ/ժամ Ավտոմատ ինժեղիայի տևողությունը 1 րոպեից մինչև 99 ժամ տիրություն IV կցորդի առկայություն Երկաթուղային (рельсовый) բռնակի առկայություն Մասնագրություններ (ճիստաթյալային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)) ԻՆՍՈ 13485 կամ համարժեք	1 հատ
	Հիմնական վիրարժական գործողությունների արտածիչ	
	Հոսքի արագությունը 18 l / րոպե	
	Հիմնական անջատիչի առկայություն	
	Ծավալը՝ 1000 մլ	
	Մուգում՝ 220-4 / 50-Հգ	
	Մասնագրություններ (ճիստաթյալային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն))	
	ԻՆՍՈ 13485 կամ համարժեք	
	Ապրանքի նկարագրություն	
	Բժշկական պայուսակ	
2.9 Առաջին օգնության պայուսակ	Հեշտ մարմին, դատարկ Դուրսի պատրաստված արխիվներով և նեյլոնից կամ համարժեք նյութերից ջրա և յուղա ղինացվուն Ներկառուցված գրպակներով և բաժիններով, որոնք հեշտացնում են աներաճկշտ նյութերի կրատումը: Պայուսակի պարունակության ցանկ Հեմոստատիկ ժգուր/ ոլորված երիզ Հեմոստատիկ լարան (ժգուր) Լամարի տիպի օգտագործվում է ժամանակավորապես վերացնել վերին և ստորին ծայրամասերում երակային կամ արտերիալ արյունահոսություն Կանեճացնելու համար: Կրկնակի ձգման դեպքում պիտանելությունը 500 ցիկ: Չափը՝ ոչ պակաս քան 25x1400մմ	1 հատ
	Մասնագրություններ (ճիստաթյալային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն))	
	ԻՆՈՒ 10993 կամ համարժեք	
	Բժշկական ոչ ստերիլ թանգիլև վիրակապ	
	Չափը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 5մ	
	Մասնագրություններ (ճիստաթյալային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն))	
	ԳՆՍՍ 1172 կամ համարժեք	
	Բժշկական ոչ ստերիլ թանգիլև վիրակապ	
	Չափը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 10մ	
	Մասնագրություններ (ճիստաթյալային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն))	
2.10 Մարտկոցի առկայություն	ԳՆՍՍ 1172 կամ համարժեք Բժշկական ոչ ստերիլ թանգիլև վիրակապ Չափը՝ ոչ պակաս քան 7մ x 14մ Մասնագրություններ (ճիստաթյալային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)) ԳՆՍՍ 1172 կամ համարժեք Բժշկական ստերիլ թանգիլև վիրակապ Չափը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 7մ Մասնագրություններ (ճիստաթյալային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)) ԳՆՍՍ 1172 կամ համարժեք Բժշկական ստերիլ թանգիլև վիրակապ	1 հատ
	Մասնագրություններ (ճիստաթյալային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն))	
	ԳՆՍՍ 1172 կամ համարժեք	
	Բժշկական ոչ ստերիլ թանգիլև վիրակապ	
	Չափը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 10մ	
	Մասնագրություններ (ճիստաթյալային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն))	
	ԳՆՍՍ 1172 կամ համարժեք	
	Բժշկական ստերիլ թանգիլև վիրակապ	
	Չափը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 7մ	
	Մասնագրություններ (ճիստաթյալային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն))	
2.11 Մարտկոցի առկայություն	ԳՆՍՍ 1172 կամ համարժեք	1 հատ
	Բժշկական ստերիլ թանգիլև վիրակապ	
2.12 Մարտկոցի առկայություն	Չափը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 10մ	2 հատ
	Բժշկական ստերիլ թանգիլև վիրակապ	

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՊԸՀՄՆԶՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ	քանակ
	Մասնագրություններ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)).	
	ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք	
	Բժշկական ստերիլ թանձիկի վիրակապ	
	Չափեր՝ ոչ պակաս քան 7մ x 14սմ	2հատ
	Մասնագրություններ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)).	
	ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք	
	Ստերիլ, անհատական բժշկական վիրակապական փաթեթ	1հատ
	Մասնագրություններ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)).	
	Հատուկ թանձիկի բարձիկներ բամբակյա տամպոնով, բաղկացած ֆիթակած (վիրակապի որևէ կողմից ամրացվող) և շարժական մասերից, շարժական մասը կարող է շարժվել վիրակապի ուղղությամբ:	
	Մասնագրություններ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)).	
	ԳՈՍՏ 1179 կամ համարժեք	
	Բժշկական ստերիլ թանձիկի անձնոցիկ	
	Չափերը՝ ոչ պակաս քան 16 x 14սմ, փաթեթավորված - 10 հատ/ տուփ	1հատ
	Մասնագրություններ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)).	
	ԳՈՍՏ 16427 կամ համարժեք	2հատ
	Բակտերիցիդ լեկտոլիսատ	
	Չափերը՝ ոչ պակաս քան 4սմ x 10սմ	
	Մասնագրություններ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)).	
	ISO 10993 or equivalent	
	Բակտերիցիդ լեկտոլիսատ	
	Չափերը՝ ոչ պակաս քան 1.9 սմ x 7.2սմ	10հատ
	Մասնագրություններ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)).	
	ISO 10993 or equivalent	
	Գլանալորված լեկտոլիսատ	
	Չափերը՝ ոչ պակաս քան 1 սմ x 250 սմ	1հատ
	Մասնագրություններ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)).	
	ISO 10993 or equivalent	
	Ախտահանիչ անձնոցիկներ ներարկման համար	
	Ստերիլ ալկիդոլային անձնոցիկներ: Օգտագործվում են շտապ բուժօգնության և ներարկման դաշտի մանրէազերծման համար: Խտությունը՝ 40-45, չափի ոչ պակաս քան 60 x 90 մմ:	10հատ
	Մասնագրություններ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)).	
	ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք	
	Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 2 մլ	2հատ
	Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 2 մլ, պատրաստված պատրաստի պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորում	
	Մասնագրություններ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)).	
	ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք	
	Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 5 մլ	2հատ
	Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 5 մլ, պատրաստված պատրաստի պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորում	
	Մասնագրություններ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)).	
	ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք	
	Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 10 մլ	
	Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 10 մլ, պատրաստված պատրաստի պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորումը	2հատ
	Մասնագրություններ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)).	
	ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք	

ԵՆՎԱՆՈՒՄ	ՊԸՀԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍԸՑԳԻՐԸ	բանակ
	Սթեղի միանգամյա օգտագործվող ներառիչ 20 մ	4 հատ
	Միանգամյա օգտագործվող ներառիչ 20 մ, պատրաստված պատրաստի արվարձանիկներից, պատրաստի՝ փակ ստեղի փաթեթավորումը	
	Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))	
	ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք	
	Հեմոստատիկ լարան (ժգրուտ) ներերակային ներարկման համար	1 հատ
	Ոչ Ստեղի, բազմակիրառվող	
	Ազատ վիճակում լարանի երկարությունը է՝ ստանդարտ 45° 2 սմ, ժապավենի լայնությունը՝ 2,5 սմ	
	Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))	
	ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք	
	Մամր եղակների ներառվածն համար միանգամյա օգտագործման (թիթեթ) կատար	1 հատ
	Թիթեթ կաթետերային սանդղ իրենից ներկայացնում է ճկուն, բարակ թափանցիկ թշկական արվարձանի բլորիկից պատրաստված խողովակ - որը ունի 300 մմ երկարություն և թույլ է տալիս մանիպուլյացիա կատարել փաստվածքների վայրից, նվազեցնելով սանդղ տեղահանման վտանգը և երակային պատահական վնասը: Ատեղի չափը՝ 19G	
	Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))	
	ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք	
	Հեմոստատիկ սեղմակ	1 հատ
	Երկարությունը ոչ պակաս քան 160 մմ, նախատեսված է անոթների սեղմելու համար:	
	Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))	
	ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք	
	Բժշկական պինգետ	1 հատ
	Անատոմիական պինգետները բաղկացած են երկու հարթակներից, որոնք եռանկյունի միացված են միմյան, աշխատանքի ընդացքում զալանավորում են: Թիթեթների աշխատանքային մասերում առկա են փոսիկներ որոնց օգնությամբ կրակը կարող է պահում են հյուսվածքները առանց նարանց վնասելու:	
	Անատոմիական պինգետները՝ վիրաբուժական աստիճանի չճանգրդվող արդյապատից (AISI 316L կամ համարժեք)	
	Պինգետի երկարություն՝ 250 մմ ± 10 մմ:	
	Սպունքի լայնությունը՝ 2,5 մմ	1 հատ
	Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))	
	ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք	
	Բժշկական մկրատ	
	Նույթ՝ վիրաբուժական աստիճանի չճանգրդվող արդյապատից (AISI 316L կամ համարժեք)	1 հատ
	Չափերը՝ ոչ պակաս քան 150մմ	
	Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))	
	ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք	
	Բժշկական սկալպել	1 հատ
	Վիրաբուժական նշտար միանգամյա օգտագործվող շեղով, պատրաստված վիրաբուժական չճանգրդվող պողպատից: Նշտարը պետք է մանրէազերծված է գամմա ճառագայթման միջոցով: Նշտարը անհատական փակույթ փաթեթավորված է:	
	Նույթ՝ չճանգրդվող արդյապատ	
	Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))	
	ԻՍՕ 7740 կամ համարժեք	
	Շալատեղ փայտյա	1 հատ
	Պատրաստված է բարձրորակ փայտից, եզերքը կտրագված, լավ հղկված:	
	Նույթ՝ փայտ	
	Չափեր՝ ոչ պակաս քան 100մմ	
	Անհատական փաթեթավորմամբ	2 զույգ
	Ստեղի վիրաբուժական ձևաձևեր	
	Չափեր՝ ոչ պակաս քան M	

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՊԼՀՎՆ-ԶՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆՏԵՐԸ		քանակ
5գույգ	Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)).		
	ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք		
	Ոչ Ստերիլ վիրաբույժական ձեռնոցներ		
	Զափսը՝ ոչ պակաս քան M		
	ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք		
1 հատ	Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)).		
	Այրյան ճնշման չափման մեխանիկական գործիք մեկ խորվակով: Տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 0-ից 300 մմ ս.ս.: Ճշգրիտ փակվանք, դանդաղ դեֆլացիայի մակարդակով: Տվիչ ներքին մուտավոր տրամագծով՝ 65 մմ: Կպչուն մանեխ մեծահասակների համար, լիպվող, ներքին օղակով:		
	Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)).		
	ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք		
	Հիպոթերմիկ փաթեթ՝ առաջին օգնության համար		
1 հատ	Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)).		
	Նյութը՝ ռետին		
	բազմաօգտագործվող		
	Զափսը՝ ոչ պակաս քան 23 x 13սմ		
	Փաթեթը ներառում է 1 տար / սառը բազմաօգտագործվող փաթեթ		
1 հատ	Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)).		
	ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք		
	Հեմոստատիկ ալյուրոգ		
	Հեմոստատիկ կոլագենի սպունդը հեմոստատիկ նյութ է, որը օժտված է ներծծվող (absorbent) և հալանալարի հատկություններով, ինչպես նաև խթանում է հյուսվածքների վերականգնումը		
	Զափսը՝ ոչ պակաս քան 9 x 9 սմ		
1 հատ	Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)).		
	ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք		
	Լեզվարմիչ		
	Լեզվարմիչ խրապային (with ratchet) մեխանիզմով և տարբեր ձևի ապուլեղով:		
	Նյութը՝ չճանդրող պողպատ		
1 հատ	Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)).		
	Երկարություն ոչ պակաս քան 170 մմ		
	Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)).		
	ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք		
	ԼՍԲԸՈՒ		
1 հատ	Վերակենդանացման ձեռքի սարք (ձեռքի սեղմման միջոցով թթվածին մատակարարման համար), ավտոկալացվող միաուղված փականով, համապատասխանեցված առաջնային օգնությանը, հնարավոր է միացնել ավտոմատ օդափոխության սարքին: Նախատեսված է մեծահասակների համար: Համալրված է 2 դիմակով:		
	Բոլոր բաղադրամասերը մանրեղակվում են մինչև 134° Ց		
	Բարձր՝ սփիլքին ոչ պակաս քան 1L: Ճնշումը՝ 30 սմ H2O		
	Արտահատներ		
	Բարձր՝ մանրեղակվող		
	Փական՝ մանրեղակվող		
	Օքսիդատիվ փական		
	PEP փական ադապտեր		
	2 վիճի դիմակ մեծահասակների համար		
	Խողովակի ճնշման վերադրժի համար		
	Պլաստիկ տրանսպորտային պատյան		
	Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)).		
	ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք		
	Էլեկտրական ջերմաստի		

ՄԱՎԱՆՈՒՄ	ՊԼՀՄՆ.ԶՎՈՂ ՏԵԽՆ.ԻՎԱԿԱՆ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ	քանակ
	Զգախիշը կատարվում են 10 փայրկանում: Նրա ծայրակարը ճկում է իսկ ունեցողություն է: Այն ջրակարուն է և պահպանում է վերջին չափումը:	
	Ստանդարտներ (Ֆաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)).	
	ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք	
	Անշարժացված բեկվայների հավաքածու	
	Բեկվայները՝ հատուկ ձևի թիթեղներ են, պատասխան (բազմակիրարարող) երկայնական և լայնական պերֆորացիայով, մոդելավորումը հեշտացնելու համար: Պարանոցի բեկվայը իրենից ներկայացնում էրկրմարմենտ կառուցվածք, որը կառավարվում է ինչպես բարձրությամբ լանպես էլ պարանոցի չափի: Պարանոցի բեկվայի ամրացում	
	Բեկվայայ նախատեսված մեծահասակների պարանոցի համար - 1 հատ	I հավաք ածու
	Բեկվայայ նախատեսված մեծահասակների ձեռքի համար - 2 հատ	
	Բեկվայայ նախատեսված մեծահասակների ոտքի համար - 2 հատ	
	Բեկվայայ նախատեսված երեխաների պարանոցի համար - 1 հատ	
	Բեկվայայ նախատեսված երեխաների ձեռքի համար - 2 հատ	
	Բեկվայայ նախատեսված երեխաների ոտքի համար - 2 հատ	
	Ստանդարտներ (Ֆաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)).	
	ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք	
	Բերանայանիչ	
	Հիվանդի բերանի փակումը կանխելու գործիք	
	Նյութը՝ թեմազոտող պողպատ	I հատ
	Երկարություն՝ ոչ պակաս քան 190մմ	
	Ստանդարտներ (Ֆաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)).	
	ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք	
	Դյուրակիտ թթվածնային բարձր, դիմակով	
	Կարող է օգտագործվել տանը արտակարգ իրավիճակներում:	
	Պետք է ունենալ դիմակ, մանոմետր և այլն	
	Ստանդարտներ (Ֆաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն)).	
	ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք	

ԱՆՎԱՆՈՒՄ		Քանակ
Գծային տիպի շտապօգնության մեքենա -2	ՊԸՎԱՆԶՎՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ, ՄԱՍԽԱԳՐԵՐԸ	7 հատ
	Հտապօգնության մեքենան (գծային տիպ) նախատեսված է շտապ օգնություն կարիքները բավարարելու համար:	
Մասնագրեր (բոլոր տողերի համար ոչ պակաս կամ համարներ)		
Ծարձիային սեւավոր՝ բնեզինային		
Ծարձիչի եզրություն՝ 300 Ն.սմ (պատկոր)		
Արտանետումների տանդարտ՝ EURO V		
Փոխանցման տուրի՝ մեխանիկական, 6 աստիճան (5 +1)		
Վառելիքի ռաք՝ 80l		
Բաշտի կանույրի տեսակը՝ Հեռևի (2x4)		
Հենքի տիպը՝ ամբողջական մետաղային		
Տրանսպորտային միջոցների արտաքին չափերը (մմ)		
Երկարություն՝ 5341		
Լայնություն՝ 2032 (առանց կողային հայելիների)		
Բարձրություն՝ 2480		
Անիվների հենք՝ 3300		
Հտապօգնության մեքենային բժշկական խցիկի ներքին չափերը պետք է համապատասխանեն.		
Երկարություն (Պատգարտային հարթության վրա բժշկական խցիկի հետևի պատի ներքի մասից մինչև միջնապատ (խաչաձև պատ))՝ 3050 մմ		
Լայնությունը (հաստակից 800մմ բարձրության վրա)՝ 1700մմ		
Բարձրությունը (հաստակից մինչև առաստաղ՝ աշխատանքային գրտիներում)՝ 1760մմ		
Ուղորդ. լայնություն [սրբևեղ/հատկից]՝ 1736մմ/1720մմ		
Նվազագույն բարձրությունը գետնից՝ 170մմ		
Երջարարձան շրջան [մ]՝ 17		
Անիվ՝ ոչ պակաս բան 15"		
Անվաղորդ՝ ոչ պակաս բան 215/70 R16 LT		
Բեռնատարողություն [կգ]՝ 1500		
Հիմնական կոնֆիգուրացիա		
«Կարողի նստատեղի անվտանգության բարձիկ, ABS, լուսարձակներ՝ Home Safe ֆունկցիայի հետ, Արագ հատակ ֆունկցիա "Quick clear", հավաքակ շաղար, կենտրոնական փական, դռան լույսերը, պատուհանների էլեկտրական ծածկոցներ էլեկտրական պատուհաններ, օդորակման համակարգը (սառեցման և տաքացման) վարորդի և բժշկական խցիկի համար:		
Արտաքին մաս		
Ծարձական պատուհանով առաջնային (սպիտակ) միջնապատի առկայություն		
Ծարձական և ետևի դռների պատուհանների վրա կրաթափայլեղիկ ապակու առկայություն		
Արտաակարգ իրավիճակների համար նախատեսված երթ առկայություն // (Аварийный люк)		
Դիտանցի ձեւը պետք է թույլ տա այն օգտագործել որպես արտակարգ իրավիճակի համար նախատեսված երթ մեքենայի խցիկից, դիտանցի չափը պետք է թույլատրի 500 x 700 մմ ուղանկուտու. երբ և բացվող տարածքը չպետք է պակաս լինի 0,4 մ-ից:		
Պլաստիկ անիվային կանարների առկայություն		
Կողային բազմիդ դռան արումինեպատ առաստիճանի առկայություն // (Ступенька раздвижной боковой двери (с алюминевым покрытием))		
Ծաղկող ետևիառումինեպատ առսիճանի առկայություն // Складная задняя ступенька (с алюминевым покрытием)		
Արտաքին ձևավորման և շտապ օգնության լոգոյի, (համանախնդիրում է պատվիրատուի հետ), առկայություն		
Լույս արտադրող պիտակավորման առկայություն (համանախնդիրում է պատվիրատուի հետ) // (Светоотражающая маркировка)		
Ինտերիեր - ուղևորների խցիկ		
2 տեղանոց, ապահովված անվտանգության գրտիներով փափուկ նստարանի առկայություն		
Բժշկի համար նախատեսված անվտանգության գրտիով պտտվող աթոռի առկայություն		
Աջ կողմից անվտանգության գրտիով աթոռի առկայություն		
Աջձևի և կողային դռների բռնակների (поручни) առկայություն		
Առաստաղից ամրագրված բռնակի առկայություն		
Բոլոր տիպի բժշկական թափոնների համար նախատեսված միանգամյա օգտագործման տուփի, 3L, առկայություն:		
Էլկազկող և չաղաղող, ջրամկուսիչ կարերով, բժշկական հատակի առկայություն		
Առաստաղային ամրագմամբ IV տիպի բռնիկի առկայություն - 1 հատ		
Արտակարգ իրավիճակների համար հանախնեված մուրճի առկայություն - 1 հատ		
Կրաքներին 2 հատ, տարորությունը 5L առկայություն		
Բազմաձևի տեղիումայ օդափոխիչի առկայություն		
Բժշկական արքարարումների և պարագանների համար նախատեսված բազմաֆունկցիոնալ պահարանի առկայություն		
Բժշկական տառնում օգտագործվող բոլոր նյութերը, նեռաղալ կանույրը, պետք է լինեն դիմագլուխ՝ վեզման և ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ		
Թթվածնային վախճանակի 2 արագ հանվող կետերով և մանոմետրի առկայություն		
Թթվածնային համակարգը (ներառում է թթվածնային բալոններ (4 հատ 10 լիտր գազով (թթվածին), թթվածնային դիմակ խորովակներով, թթվածնային կարգավորիչի հավաքածու, և խոնավեցմող շիշ)		

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՊԵՇՎԵՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԻՐԸ			բանակ
	Թեթև լույս աղբյուրների մասում պետք առկա լինի օդափոխության համակարգ			
Առավարչություն	Շտապօգնության մեքենաներում բժշկական խցում պետք է ապահովված լինի հետևյալ աշխատանքային լուսավորությունը			
	Ընդհանուր լուսավորություն ոչ պակաս քան 100 լյուքս LED			
	Աշխատանքային դաշտ 150 լյուքս LED			
	Պատգարակի մակերևույթ 150 լյուքս LED			
	Շտապօգնության մեքենաներում բժշկական խցում պետք է նախատեսված լինի լուսացուցիչ լամպ որի լուսավորությունը 1000 լյուքս LED, լույսի դաշտի տրամագիծը, պատգարակի մակերևույթի վրա, 200մմ			
	Շտապօգնության մեքենայի ետևի և կողային դռները պետք է ունենան լուսացուցիչ լուսավորվածություն 30 լյուքս LED			
	Մեքենակցական և էլեկտրական			
	Բժշկական խցիկի հովանքի անցատիչի առկայություն			
	Մարտկոց 80 Աժ			
	Լրացուցիչ մարտկոց 80 Աժ			
	Էլեկտրական վարորդակներ (վառակարկում են հիմնական հարթակից) (12V -3հատ, 220Վ - 3հատ)			
	12-ից դեպի 220Վ ինվերտոր և կոմպրեսոր (հզորությունը 2 ԿՎտ)			
	Երկտեղային ագրանչանային, արտաքին բարձրախոսի և բարձր ձայնի համակարգերի առկայություն			
	Նշում՝ Մարտկոցների տարորդակությունը և քանակը, ինչպես նաև գններատրի առկայությունը համապատասխանում է պատվերատուի հետ			
	Ելք պահանջներ			
	Օդի արտադուրը իջելում ցետուցման և օդափոխության համակարգերի գործարկման ժամանակ համապատասխանում է GB18352.5-2013			
	Շտապօգնության մեքենայի ներքում աղմուկի մակարդակը համապատասխանում է GB18352.5-2013			
	Ջեռուցման, օդորակման և օդափոխության համակարգերը համապատասխանում են GB18352.5-2013			
	Բժշկական խցիկում օդի փերմատիվները համապատասխանում է GB18352.5-2013			
	Բժշկական շտապօգնության մեքենային հատակի, արտադրի, կողային պանելների փերմատիվները համապատասխանում են GB18352.5-2013			
Նշում՝ Ելք պահանջների բաժինում նշված պահանջների համար արտադրողը տրամադրում է համապատասխան վկայագրեր:				
Անտոմոբիլային տարադիրություններ (ոչ պակաս կամ ավելի լավ):				
Պահեստային ակիվ (ամբողջական չափ) - 1 հատ: Պարտկոցի լայնությունը - 1 հատ: Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ: Արտադրող իրավիճակների հավաքածու վարորդի համար - 1 հավաքածու: Երկու անվտոյների հավաքածու (ձեռնարկի և համաձգմանի), ինչպես նաև մեկ համապատասխան չափի ձեռնարկի հավաքածու				
Մասնագրություն (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն):				
GB18352.5-2013 Կախորչներով կարգավորվող շտապօգնության մեքենաներ				
Անտոմոբիլային վերակառուցող կազմակերպություն (Հենդլերություն, որը գրավոր է մեքենայի դեպի շտապօգնության մեքենայի վերակառուցման), ունի ISO 9001 վկայական:				
Լիք ընկերությունը պետք է տրամադրի նախագծային փաստաթղթեր մեքենայի դեպի շտապ օգնության մեքենաներ վերակառուցման / տեղադրված հավելվածների (պարագաների և տարադիրությունների) վերաբերյալ:				
Մեքենայի երաշխիքը տարածվում է մեքենայի բոլոր հանգուցների և օգտագործվող հավաքածուների վրա, առնվազն 1 տարեկան շահագործման ընթացքում: Երաշխիքը չի ներառում նորմալ մաշվածություն, արգելափակում է մեքենայի ծանրաբեռնվածությունը և մասնագիտացված ավտոմեքենայի ոչ պրոֆեսիոնալ շահագործումը:				
Արտադրողի կամ Մասնակցի հայտարարությունը, որ պահանջարկի շրջանակներում մասնագրավող ապրանքները (առաջարկվող մոդելները) պետք է արտադրվեն ոչ ոչ քան հարյուր բացման օրվանից 24 ամսվա ընթացքում:				
Պահեստամասերով ապահովման ժամանակահատվածը՝ 4 (չորս) տարի:				
Արտադրողի կամ դիստրիբյուտորի ավտոբեռնարկ:				
Բժշկական տարադիրությունների ցանկ				
1. Պատգարակ				
2. Լրացուցիչ պատգարակ (ծավրոց)				
3. ԷՍԳ, արթք				
4. Պացիենտի մոնիտոր				
5. Վեֆերիլատոր				
6. Առաքին օգնության պայուսակ				
Բոլոր բժշկական տարադիրությունները ներառում են աշխատանքի համար անհրաժեշտ լուսացուցիչ պարագաներ և սարքավորումներ				
2. Բժշկական տարադիրությունների ցանկ ունի մեքենայի համար նախատեսված				
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր	Արտադրողի կամ դիստրիբյուտորի ավտոբեռնարկ: Ավտոբեռնարկի բնութագրի անհրաժեշտ է ներկայացնել բոլոր սարքավորումների համար			
	Պահեստամասերով ապահովման ժամանակահատվածը՝ 4 (չորս) տարի:			
	Արտադրողի կամ Մասնակցի հայտարարությունը, որ պահանջարկի շրջանակներում մասնագրավող ապրանքները (առաջարկվող մոդելները) պետք է արտադրվեն ոչ ոչ քան հարյուր բացման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում:			
	Բոլոր բժշկական տարադիրությունների համար, անհրաժեշտ է ներկայացնել օգտագործողի ձեռնարկը ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով, ինչպես նաև այդ ձեռնարկների մասնագիտացված խմբերի թարգմանություն:			
2.1 Պատգարակ	Ավտոմոտ պատգարակ, որը հնարավոր է օգտագործել (փելգնել և բարձրացնել) մեկ մարդով: Պատրաստված է բարձր ամրության պլոմբից, առկա են անվտանգության ամրակներ:			1 հատ
2.2 Լրացուցիչ	Բժշկական ծավրոց պատգարակ պատրաստված բրեզնտից և պլոմբից			1 հատ

ԱՆՎԱՆՈՒՄ պատգարակ (ծափող)	ՊԱՀԱՆՁՎՈՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ		բանակ
	Հիմնական նպատակն է՝ տուժածների տարիանումը և տեղափոխումը դժվար պայմանների դեպքում: Հարմարավետ չափերը հնարավորություն են տալիս պատգարակն օգտագործել փրկարար ծառայությունների տարբեր արանապորտային միջոցներում: Երկու ամրանների միջոցով ապահովվում են պատգարակի հստակ ֆիքսումը բացված վիճակում: Հիմնակների (տարբեր) առկայություն		
2.3 ԷՍԳ սարք	Բեռնում նախորդումը 150 կգ: Պատգարակը կիրառելի է բոլոր տիպի եղանակային պայմաններում:		
	Շարժական (դուրսակից)		
	Ընդհանուր զանգային և ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցի առկայություն		Ի հատ
	Մարտկոցի առկայություն		
	ԷՍԳ-ի գրանցում 12 ստանդարտ ուղիներով		
	LCD մոնիտորի առկայություն		
	Ուղիների միացում՝ ավտոմատ և մանուալ		
	Մուուգիս ագրանյանի՝ ավտոմատ և մանուալ		
	Ջերմային տալիս՝ առկայություն		
	Ջերմային տալիսի թուրք 80մմ*20մմ		
2.4 Պագիներ մոնիտոր	Մուուգում 220Վ/ 50Հզ		
	Արևատայներ:		
	1. Հիլանտի մարուխը		
	2. 6 կրծքավանդակի վերջույթների էլեկտրոդներ		
	3. 4 վերջույթային էլեկտրոդներ		
	5. 1 շիբ ԷՍԳ գեյ 250մմ		
	6. 2 գլան թուրք 50մմ		
	Ստանդարտներ (զիստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն))		
	ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք		
	Հիլանտի մոնիտորը պատկերում է կարդիոգրամները, արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճան, արյան մեջ թթվածնի հագեցումը (SpO2) և սրտի զարկի հաճախականություն (HR):		Ի հատ
2.5 Դեֆիբրիլատոր	Մոնիտոր/Էկրան		
	Էկրան՝ գունավոր TFT Էկրան, Էկրանի անկյունագիծ՝ ոչ պակաս քան 12.1": Միաժամանակ 5 կրի գույքադրում		
	Մոնիտորի պիքսելներ՝ 800x600		
	Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն		
	Մարտկոցի գործողության ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 2 ժամ		
	Մուուգում 220Վ		
	Մոնիտորից պարամետրերը ներառում են՝ EKG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի համաժամանակա հայտնաբերում և վերլուծություն		
	Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային դիտելիություն		
	Ներկառուցված տալիսի առկայություն		
	Արևատայներ:		
2.6 Առաջին օգնության պայուսակ	Էլեկտրոդի լսող ոչ պակաս քան 3 արտածում		
	NIBP մոնիտոր մեծահասակների համար		
	NIBP մոնիտոր փոքրների համար		
	Մեկանգամյա էլեկտրոդ 30 հատ		
	SpO2 բազմակիրառելի տիլի		
	Ստանդարտներ (զիստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն))		
	ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք		
	Դուրսվող մոդել		Ի հատ
	Էկրանի առկայություն		
	Ընդարձակ ձայնային և տեսողական հուշումներ օպերատորի համար		
2.6 Առաջին օգնության պայուսակ	Էներգիայի բիֆազ արտածման առկայություն		
	Ինքնակարգաբերման առկայություն		
	Սարքը կարող է օգտագործվել մեծահասակների և երեխաների համար		
	Միազամյա օգտագործման տիլիների առկայություն		
	Միազամյա օգտագործման տիլիներ՝ ոչ պակաս քան 100 հատ		
	Ստանդարտներ (զիստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն))		
	ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք		
	Անյարների նկարագրություն		
	Բժշկական պայուսակ		
	Հեշտ մարքիլը, դատարկ		
	Դուրիկն պատրաստված պոլիէթիլենից և ներմեղ կամ համարժեք նյութերից ջրա և լույսա դիմացկուն		
	Ներկառուցված գրապաններից և բաժիններից, որոնք հեշտացնում են անիմալիզացիոն նյութերի կիրառումը:		

ԵՆ-ԱՄՆ-ՈՒՄ	ՊԸՀ-ՀԱՆՔ-ԶԿՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ, ՄԱՍԽԱԿԱԿԱՆ, ՄԱՍԽԱԿԱԿԱՆ		բնակ
	Պարտական պարտականության գանկ Հեռախոսի, ժամ/ օրվա ընթացք Հեռախոսի լարան (ժամ) Է-մանքի տիպի օգտագործում է ժամանակավորապես վերացնել վերին և ստորին ծայրամասերում երակային կամ արտերիալ արդյունաբերություն կանգնեցնելու համար: Կրկնակի ճգնաժամ դեպքում պետականությունը 500 գիկ: Չափորոշիչը պահպանում է 25x1400մմ Մասնագրություններ (ժամանակավոր վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԻՍՈ 10993 կամ համարժեք Բժշկական ոչ ստերիլ թանգիլներ վիրակապ Չափորոշիչը պահպանում է 5մ x 5մ Մասնագրություններ (ժամանակավոր վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք Բժշկական ոչ ստերիլ թանգիլներ վիրակապ Չափորոշիչը պահպանում է 5մ x 10մ Մասնագրություններ (ժամանակավոր վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք Բժշկական ոչ ստերիլ թանգիլներ վիրակապ Չափորոշիչը պահպանում է 7մ x 14մ Մասնագրություններ (ժամանակավոր վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք Բժշկական ստերիլ թանգիլներ վիրակապ Չափորոշիչը պահպանում է 5մ x 7մ Մասնագրություններ (ժամանակավոր վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք Բժշկական ստերիլ թանգիլներ վիրակապ Չափորոշիչը պահպանում է 5մ x 10մ Մասնագրություններ (ժամանակավոր վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք Բժշկական ստերիլ թանգիլներ վիրակապ Չափորոշիչը պահպանում է 7մ x 14մ Մասնագրություններ (ժամանակավոր վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք Մտերի, անհատական բժշկական վիրակապական փաթեթ Մասնագրություններ (ժամանակավոր վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) Հատուկ թանգիլներ բարձրիկներ բանբանկա տանայնով, բաղկացած ֆիբրակա (վիրակապի որևէ կողմից ամրացվող) և շարժական մասեր կարող է շարժվել վիրակապի ուղղությամբ: Մասնագրություններ (ժամանակավոր վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԳՈՍՏ 1179 կամ համարժեք Բժշկական ստերիլ թանգիլներ անձնոցիկ Չափորոշիչը պահպանում է 16 x 14մ, փաթեթավորված - 10 հատ/ տուփ Մասնագրություններ (ժամանակավոր վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԳՈՍՏ 16427 կամ համարժեք Բակտերիցիդ լեկտոլազ Չափորոշիչը պահպանում է 4մ x 10մ Մասնագրություններ (ժամանակավոր վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԳՈՍՏ 16427 կամ համարժեք Բակտերիցիդ լեկտոլազ Չափորոշիչը պահպանում է 1.9 մ x 7.2մ Մասնագրություններ (ժամանակավոր վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԳՈՍՏ 16427 կամ համարժեք Գանալիկավոր լեկտոլազ Չափորոշիչը պահպանում է 1 մ x 250 մ Մասնագրություններ (ժամանակավոր վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԻՍՈ 10993 կամ համարժեք Վիրակապի անձնոցիկներ ներարկման համար Մտերի ակրիկային անձնոցիկներ: Օգտագործվում են շտապ բուժօգնության և ներարկության դաշտի մանրէազերծման համար: Խտությունը՝ 40-45, չափորոշիչը՝ 60 x 90 մմ:		1 հատ 1 հատ 1 հատ 1 հատ 1 հատ 1 հատ 2 հատ 2 հատ 1 հատ 1 հատ 2 հատ 10 հատ 1 հատ 10 հատ

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՊԸՀՆԸԶՎՈՐ ՏԵԽՆԻԿԱԳԱՐՆ, ՄԻՍՏԵԳՐԵՐԸ		բնակ
	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
2 հաստ	ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք		
	Մթերի միանգամյա օգտագործվող ներառվիչ 2 մ		
	Միանգամյա օգտագործվող ներառվիչ 2 մ, պատրաստված պարտատի պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորում		
2 հաստ	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
	ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք		
	Մթերի միանգամյա օգտագործվող ներառվիչ 5 մ		
2 հաստ	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
	Մթերի միանգամյա օգտագործվող ներառվիչ 5 մ, պատրաստված պարտատի պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորում		
	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
4 հաստ	ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք		
	Մթերի միանգամյա օգտագործվող ներառվիչ 10 մ		
	Միանգամյա օգտագործվող ներառվիչ 10 մ, պատրաստված պարտատի պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորում		
1 հաստ	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
	ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք		
	Մթերի միանգամյա օգտագործվող ներառվիչ 20 մ		
1 հաստ	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
	ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք		
	Հնմոտատիկ խրամ (ժգուռ) ներերակային ներառվման համար		
1 հաստ	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
	ՌԵ Ստերիլ, բազմակիրառվող		
	Ազատ վիճակում խրամի երկարությունը է՝ ստանդարտ 45 ⁰ , 2 սմ, ժապավենի լայնությունը՝ 2,5 սմ		
1 հաստ	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
	ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք		
	Մամր երակների ներառվման համար միանգամյա օգտագործման (թիթեռ) կատևոր		
1 հաստ	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
	Թիթեռ կաթետերային ստեղծ իրենից ներկայացնում է ճկուն, բարակ թափանցիկ բժշկական արիվինիլ բյուրիից պատրաստված խողովակ , որը ունի 300 մմ երկարություն և թույլ է տալիս մանիպուլյացիա կատարել վնասվածքների վայրից, նվազեցնելով ստեղծի տեղահանման վտանգը և երակային պատահական վնասը: Ասեղի չափը՝ 19G		
	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
1 հաստ	ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք		
	Հնմոտատիկ սեղմակ		
	Երկարությունը ոչ պակաս քան 160 մմ, նախատեսված է անոթները սկսելու համար:		
1 հաստ	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
	ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք		
	Բժշկական պինգետ		
1 հաստ	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
	Անատոմիական պինգետները բաղկացած են երկու հարթակներից, որոնք եռակցման միասին, աշխատանքի ընդգրկում զգալիորեն բնութագրում են: Թիթեռների աշխատանքային մասերում առկա են փոսիկներ որոնց օգնությամբ նրանք նրդոն պահում են հյուսվածքները առանց նարմազ վնասելու:		
	Անատոմիական պինգետները՝ վիրաբուժական աստիճանի չհանգուցվող պողպատից (AISI 316L կամ համարժեք)		
1 հաստ	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
	Սպունքի լայնությունը 2,5 մմ		
	ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք		
1 հաստ	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
	Բժշկական մկրատ		
	Նյութը՝ վիրաբուժական աստիճանի չհանգուցվող պողպատից (AISI 316L կամ համարժեք)		
1 հաստ	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
	Զախները՝ ոչ պակաս քան 150 մմ		
	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
1 հաստ	ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք		
	Բժշկական սկալպել		
	Վիրաբուժական նշտար միանգամյա օգտագործվող շերտով, պատրաստված վիրաբուժական չմանգուցվող պողպատից: Նշտարը պետք է զանազան ճառագայթման միջոցով: Նշտարը անհատական վակուում փաթեթավորված է:		
10 հաստ	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
	ԻՍՕ 7740 կամ համարժեք		
	Զպտուկ փայտյա		
10 հաստ	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
	Պատրաստված է բարձրորակ փայտից, եզրերը կտրագլած, լավ հիլված:		
	Նյութ՝ փայտ		
10 հաստ	Մասնագրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ))		
	Զախիս՝ ոչ պակաս քան 100 մմ		
	Զախիս՝ ոչ պակաս քան 100 մմ		

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	դԱՀՀԸԻԶՎԻՐՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ	քանակ	
	Անհատական փաթեթորմամբ Մտերի վիրաբուժական ձեռնոցներ Զափա՝ ոչ պակաս քան M Մասնադրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք Ոչ Մտերի վիրաբուժական ձեռնոցներ Զափա՝ ոչ պակաս քան M Մասնադրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք Արյան ճնշման չափման մեխանիկական գործիք մանրբաժանային ֆունկցիոնալությամբ Արյան ճնշման չափման մեխանիկական գործիք մեկ խողովակով: Տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 0-ից 300 մմ ս.ս.: Ճշգրիտ փակվող, դանդաղ դեֆլյացիայի մակարդակով: Տվյալ ներքին մոտավոր տրամագծով՝ 65 մմ: Կախույն մանեթա մեծահասակների համար, լվացվող, նեյլոնե օղակով: Մասնադրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք Հիպոթերմիկ փաթեթ՝ առաջին օգնության համար Նյութը՝ ռետին Խազմագույքործվող Զափա՝ ոչ պակաս քան 23 x 13սմ Փաթեթը ներառում է 1 տաք / սառը բազմագույքործվող փաթեթ Մասնադրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք Հնմոտատիկ ապրունակ Հնմոտատիկ կրկազնիկ ապրունակը հնմոտատիկ կյուրթ է, որը օժտված է ներծծվող (absorbent) և հալանատարիկ հատկություններով, ինչպես նաև խթանում է հյուսվածքների վերականգնումը Զափա՝ ոչ պակաս քան 9 x 9 սմ Մասնադրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք Լեզվաբժիշկ Լեզվաբժիշկ խրատային (with ratchet) մեխանիզմով և տարբեր ձևի սպունգերով: Նյութը՝ չճանգոտող պողպատ Երկարությունը ոչ պակաս քան 170 սմ Մասնադրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք ԱՄԲՈՒՄ Վերականգնման ձեռքի սարք (ձեռքի սերմնան միջոցով թթվածնի մատակարարման համար), ավտոկալվացվող միատուրված փակմով, համապատասխանեցված առաջնային օգնության, հնարավոր է միազնե ավտոմատ օդափոխության սարքին: Նախատեսված է մեծահասակների համար: Համարված է 2 դիմակով: Բոլոր բաղադրամասերը մանրէազերծվում են մինչև 134° Ց Բայրն՝ սիլիկոնե ոչ պակաս քան 11: Ճնշումը՝ 30 սմ H2O Անհատությունը Բայրն՝ մանրէազերծվող Փակված՝ մանրէազերծվող Օքսոդատոր փակված PEP փակված ադապտեր 2 վիճի դիմակ մեծահասակների համար Խողովակի ճնշման վերադարձի համար Պլաստիկ տրանսպորտային պատյան Մասնադրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք Էլեկտրական ջերմաստի Զափանիշը կատարվում են 10 վայրկյանում: Նրա ծայրակայր ճկում է իսկ ունեցաատ լինելը հակաաղբղնային է: Այն ջրակայուն է և պահպանում է վերջին չափումը: Ձերմատոյճան՝ ոչ պակաս քան 32-42,9° Ց Մասնադրությունը (Փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք Անշարժացման ռեկվալաների հավաքածու	2գույգ	
			5գույգ
			1հատ
			1հատ
			4հատ
			1հատ
			1հատ
			1

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՊԵՇԱԿԱՆ ԶՎԱՐՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻՆՏԵՐԻՆԵՐ	բանակ հավաքածու
	բեկավարները՝ հատուկ ձևի թիթեղներ են, պատանան (թագմակիրություն) երկայնական և լայնական պերֆորացիայով, մոդելավորումը հեշտացնելու համար: Պարանոցի բեկավար իրենից ներկայացնում երկուսուկես կառուցվածք, որը կառավարվում է ինչպես բարձրությամբ, յանպես էլ պարանոցի չափի: Պարանոցի բեկավարի ամրացում կատարվում է տեքստիլ ամրակների միջոցով: բեկավար նախատեսված մեծահասակների պարանոցի համար - 1 հատ բեկավար նախատեսված մեծահասակների ձեռքի համար - 2 հատ բեկավար նախատեսված մեծահասակների ոտքի համար - 2 հատ բեկավար նախատեսված երեխաների պարանոցի համար - 1 հատ բեկավար նախատեսված երեխաների ձեռքի համար - 2 հատ բեկավար նախատեսված երեխաների ոտքի համար - 2 հատ Մասնադրամներ (փաստաթղթային վկայագրեր պատճեն). ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք Բերանալայնիչ Հիմանի ընդունի փակումը կանխելու գործիք Նյութը՝ թժանգրտող պողպատ Երկարություն՝ ոչ պակաս քան 190մմ Մասնադրամներ (փաստաթղթային վկայագրեր պատճեն). ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք Գլուխակի թթվամեղին բայուն, դիմակով Կարող է օգտագործվել տանը արտակարգ իրավիճակներում: Պեկոք է ունենալ յիմակ, մանոմետր և այլն Մասնադրամներ (փաստաթղթային վկայագրեր պատճեն). ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք	1 հատ
	1 հատ	1 հատ