

ք.Երևան

25-ը ապրիլի 2024թ.

Ժամը 15³⁵

Մասնակցում էին՝

նախագահ՝

- << ԱԱԾ ՌԲՎ ատամնաբուժական բաժանմունքի պետ, Կ. Մարտիրոսյանը,

անդամներ.

- << ԱԱԾ ՌԲՎ դեղատան պետ, Ա.Գալումյանը,

- << ԱԱԾ ՌԲՎ բժիշկ- դեղագետ Շ. Աճեմյանը,

- << ԱԱԾ ՌԲՎ բժիշկ-լաբորանտ Մ.Հարությունյանը,

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ - << ԱԱԾ Տնտվ 6-րդ բաժանմունքի օպերատոր՝ Հ.Օհանյանը

1. << ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ >> ծածկագրով ընթացակարգի պարզաբանման՝ հարցադրման մասին.

(Կ. Մարտիրոսյան)

1.1. 23-04-2024թ-ին ժամը 11:33:16-ին մասնակցի կողմից ներկայացվել է հարցում հետևյալ բովանդակությամբ.

Հարցադրում N 1

Խնդրում ենք պարզաբանել և կատարել փոփոխություն 4-րդ և 5-րդ չափաբաժինների տեխնիկական չափորոշիչների մասով՝ 1" <<Մետաղական հենք՝ հաստությունը 7սմ>>: Համասարքի որ հատվածի մասին է խոսքը՝ օրինակ ընդհանուր համասարքի հատակի մասը կամ բազկաթռոփի հենքի մասին է խոսքը կամ հենակի:Խնդրում ենք պարզաբանել: 2" Ձեր կողմից ընդունելի կլինի արդյոք կերամիկական թթամանով համալրված սարքը:Խնդրում ենք պարզաբանել ի՞նչ է նշանակում թթամանի ֆիքսման հզորություն -30N: 3" <<Լույսը հալոգեն ուժեղ և թույլ ռեժիմով>> այս տեխնիկական չափորոշիչը համարվում է ավելի հին տեխնոլոգիա, հավելյալ ծանրաբեռնվածություն համասարքի հիմնական տպասալի համար՝ ծախսելով ավելի շատ էներգիա:Խնդրում ենք քննարկել և կատարել տեխնիկական բնութագրի փոփոխություն՝ փոխարինելով այն <<լույսը հալոգեն կամ LED՝ ուժեղ և թույլ ռեժիմով>>: 4" <<Ասիստենտի վահանակի էլ՝ հզորությունը -15N>> խնդրում ենք պարզաբանել: 5" 4-րդ չափաբաժնի և 5-րդ չափաբաժնի մեջ առկա են անհամապատասխանություններ, օրինակ 4-րդ չափաբաժնում գրված է <<ոչ պակաս>> չափորոշիչով , իսկ 5-րդում՝ <<ոչ պակաս>> մասին խոսք չկա:

Պարզաբանում N 1

Հարգելի Մասնակից/ներ՝ ի պատասխան Ձեր հարցադրումների հայտնում ենք, որ << ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ >> ծածկագրով ընթացակարգի հրավերում, մասնավորապես N 4 և N 5 չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում գնահատող հանձնաժողովը որոշեց կատարել փոփոխություններ:

Ընդունվել է որոշում. Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

Հանձնաժողովի նախագահ՝ _____

Անդամներ՝ _____

Քարտուղար՝ _____

Կ. Մարտիրոսյան

Ա.Գալումյան

Շ. Աճեմյան

Մ.Հարությունյան

Հ.Օհանյան

Протокол N 2
Заседания оценочной комиссии процедуры под кодом
<<< ԱԱԾ-ՈՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ>

г. Ереван

25-е апреля 2024г.

15³⁵ часов

Участвовали:

Председатель оценочной комиссии:

- начальник стоматологического отделения ВМУ СНБ РА К. Мартиросян

члены.

-начальник аптеки ВМУ СНБ РА, А. Галумян

- врач – провизор ВМУ СНБ РА, Ш. Аджемян

- врач- лаборант ВМУ СНБ РА, М. Арутюнян

Секретарь комиссии: оператор 6-го отделения ХозУ СНБ РА - Оганян Е.

1. О запросе-разъяснении процедуры под кодом <<< ԱԱԾ-ՈՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ>

(К. Мартиросян)

1.1. 23.04.24 года в 11:33:16 со стороны участника был представлен запрос с нижеследующим содержанием:

Запрос N 1

Пожалуйста, уточните и внесите изменения в части технических стандартах по лотам 4 и 5 : 1. "Металлическая основа толщина 7 см". О какой части установки идет речь, например, о нижней части общей установки или о подлокотнике или спинке кресла? Пожалуйста, уточните. 2. Приемлемо ли для вас устройство, оснащенное керамической плевательницей? Пожалуйста, уточните, что означает фиксирующая мощность плевательницы-30N. 3. "Свет галогенный в сильном и слабом режиме" этот технический стандарт считается более старой технологией, дополнительная нагрузка для основного печатающего устройства установки, расходуя больше энергии.Пожалуйста, обсудите и внесите изменения в технических стандартах , заменив ее на "свет галогенный или LED с сильным и слабым режимом". 4. "Электронная мощность панели ассистента-15N", пожалуйста, поясните. 5. По лотам 4 и 5 есть несоответствия, например , по лоту 4 написано по стандарту "не менее", а по лоту 5 нет о "не менее" ни слова.

Разъяснение N 1

«Уважаемый участник (участники) в ответ на Ваш запрос разъяснением, что оценочная комиссия приняла решение внести изменения в техническом описании в приглашении, в частности по лотам N 4 и N 5 процедуры под кодом <<< ԱԱԾ-ՈՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ>».


Принято решение: за: 4, против: 0

Председатель комиссии



К. Мартиросян

Члены



А. Галумян



Ш. Аджемян



М. Арутюнян

Секретарь



Е.Оганян

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2024 թվականի ապրիլի 25-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը << ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ>

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կարիքների համար բժշկական սարքավորումներ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված << ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2024 թվականի ապրիլի 23-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2024 թվականի ապրիլի 25-ին տրամադրված պարզաբանումը՝

1.1. 23-04-2024թ-ին ժամը 11:33:16-ին մասնակցի կողմից ներկայացվել է հարցում հետևյալ բովանդակությամբ.

Հարցադրում N 1

հնդրում ենք պարզաբանել և կատարել փոփոխություն 4-րդ և 5-րդ չափաբաժինների տեխնիկական չափորոշիչների մասով՝ 1" <<Մետաղական հենք՝ հաստությունը 7սմ>>: Համասարքի որ հատվածի մասին է խոսքը՝ օրինակ ընդհանուր համասարքի հատակի մասը կամ բազկաթողի հենքի մասին է խոսքը կամ հենակի:հնդրում ենք պարզաբանել: 2" Ձեր կողմից ընդունե՞լի կլինի արդյոք կերամիկական թթամանով համալրված սարքը:հնդրում ենք պարզաբանել ի՞նչ է նշանակում թթամանի ֆիքսման հզորություն -30N: 3" <<Լույսը հալոգեն ուժեղ և թույլ ուժեղմով>> այս տեխնիկական չափորոշիչը համարվում է ավելի հին տեխնոլոգիա, հավելյալ ծանրաբեռնվածություն համասարքի հիմնական տպասալի համար՝ ծախսելով ավելի շատ էներգիա:հնդրում ենք քննարկել և կատարել տեխնիկական բնութագրի փոփոխություն՝ փոխարինելով այն <<լույսը հալոգեն կամ LED՝ ուժեղ և թույլ ուժեղմով>>: 4" <<Ասիստենտի վահանակի էլ՝ հզորությունը -15N>> խնդրում ենք պարզաբանել: 5" 4-րդ չափաբաժին և 5-րդ չափաբաժին մեջ առկա են անհամապատասխանություններ, օրինակ 4-րդ չափաբաժնում գրված է <<ոչ պակաս>> չափորոշիչով , իսկ 5-րդում՝ <<ոչ պակաս>> մասին խոսք չկա:

Պարզաբանում N 1

Հարգելի Մասնակից/ներ՝ ի պատասխան Ձեր հարցադրումների հայտնում ենք, որ ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ ծածկագրով ընթացակարգի հրավերում, մասնավորապես N 4 և N 5 չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում գնահատող հանձնաժողովը որոշեց կատարել փոփոխություններ:

Հեռախոս՝ 015-579-599:

Էլեկտրոնային փոստ՝ tvh@sns.am:

<< ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ>

ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 25-го апреля 2024года
и публикуется

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры <<< ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ>

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом <<< ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ>, организованной с целью приобретения медицинские оборудования для нужд Службы национальной безопасности РА, ниже представляет запросы, полученные 23.04.2024г. и предоставленные 25.04.2024г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

1.1. 23.04.24 года в 11:33:16 со стороны участника был представлен запрос с нижеследующим содержанием:

Запрос N 1

Пожалуйста, уточните и внесите изменения в части технических стандартах по лотам 4 и 5 : 1. "Металлическая основа толщина 7 см". О какой части установки идет речь, например, о нижней части общей установки или о подлокотнике или спинке кресла? Пожалуйста, уточните. 2. Приемлемо ли для вас устройство, оснащенное керамической плевательницей? Пожалуйста, уточните, что означает фиксирующая мощность плевательницы-30N. 3. "Свет галогенный в сильном и слабом режиме" этот технический стандарт считается более старой технологией, дополнительная нагрузка для основного печатающего устройства установки, расходуя больше энергии.Пожалуйста, обсудите и внесите изменения в технических стандартах , заменив ее на "свет галогенный или LED с сильным и слабым режимом". 4. "Электронная мощность панели ассистента-15N", пожалуйста, поясните. 5. По лотам 4 и 5 есть несоответствия, например , по лоту 4 написано по стандарту "не менее", а по лоту 5 нет о "не менее" ни слова.

Разъяснение N 1

«Уважаемый участник (участники) в ответ на Ваш запрос разъяснением, что оценочная комиссия приняла решение внести изменения в техническом описании в приглашении, в частности по лотам N 4 и N 5 процедуры под кодом <<< ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ>.

Телефон: 015-579-599.

Электронная почта: tvh@sns.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом <<< ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ>

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2024 թվականի ապրիլի 25-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը < ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ >

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կարիքների համար բժշկական սարքավորումներ
ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված < ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ >
ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով
հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ
նկարագրությունը՝

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

տեխնիկական բնութագրի փոփոխություն

Փոփոխության նկարագրություն՝ < ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ >

ծածկագրով ընթացակարգի հրավերում կատարվել են փոփոխություններ, կցվում է:

Փոփոխության հիմնավորում <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել
< ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ > ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի
քարտուղար Հ. Օհանյանին:

Հեռախոս՝ 015-579-599:

Էլեկտրոնային փոստ՝ tvh@sns.am:

ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ ծածկագրով գնման ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողով

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в приглашение

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2. от 25-го апреля 2024года

и публикуется

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры <<< ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ>

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом <<< ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ>, организованной с целью приобретения медицинские оборудования для нужд Службы национальной безопасности РА ниже представляет причины изменения, внесенного в приглашение по тому же коду, и краткое описание внесенных изменений:

Причина возникновения изменения № 1

изменения в техническом описании

Описание изменения:

<в приглашении процедуры под кодом <<< ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ> были внесены изменения>.

Обоснование изменения: Согласно Закона Республики Армения "О закупках".

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Е. Оганяну под кодом <<< ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ>

Телефон: 015-579-599.

Электронная почта: tvh@sns.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом <<< ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-բժշկական-սարքավորումներ>.