

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

<p>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания</p>		
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»	
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор	
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-134/24	
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը/ Наименование приобретаемого товара	«Լաբորատոր սարքեր» / "Лабораторные приборы "	
Նիստի անցկացման վայրը Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус	
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	14.08.2024թ. ժամը 15:00/ 14.08.2024г. в 15:00 ч.	
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու և հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին / О предоставлении разъяснений и внесении изменений в приглашение	
<p>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании</p>		
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Ա. Ղազարյան / А. Казарян	ԳԲ պետ / Начальник ОЗ
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Ա. Խաչատրյան / А. Хачатрян	ՔԱ պետ / Начальник ХЦ
	Ա. Փարսիլյան / А. Парсисян	ՔԱ պետի տեղակալ / Заместитель начальника ХЦ
	Վ. Մանուկյան / В. Манукян	ԳԲ առաջատար մասնագետ / Ведущий специалист ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Ա. Ղազարյան / А. Казарян	ԳԸԲ մասնագետ / Специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ/ Другая информация		
<p>3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ/ Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения</p>		
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և պարզաբանումներ / Полученные запросы и разъяснения	<p>Ս.թ օգոստոսի 9 և 12-ին ստացվել են հարցումներ, որտեղ խնդրում են պարզաբանել՝ Հարցադրում N 1- 3-րդ չափաբաժնով պահանջվող լաբորատոր պարագաներ լվացող սարքի համար, համաձայն տեխ բնութագրի, պահանջվում է տեսակի հաստատման հավաստագրի առկայություն: Տեղեկացնում ենք, որ տեսակի հաստատումը կատարվում է չափիչ - ստուգիչ գործիքների, սարքեր և սարքավորումների համար: Խնդրում է վերանայել պահանջը: Հարցադրում N 2- 3-րդ չափաբաժնով պահանջվող Stelco DS սերիան ունի տարբեր մոդելներ: Խնդրում է հստակեցնել, կամ նշել պարամետրեր: Հարցադրում N 3- Հրավերի 5-րդ չափաբաժնում նշված Գազերի որոշման անալիզատորի որպես սնուցման աղբյուր նշված է «Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ AA մարտկոցներ 4 հատ: (6-8 ժամից) - հիմնական հավաքածու, մարտկոցից (12-18 ժամից): Խնդրում է պարզաբանել արդյո՞ք ընդունելի է գազի անալիզատորի սնուցումը միայն վերալիցքավորվող մարտկոցից, ինչը 4 ժամ լիցքավորումից հետո ապահովում է մինչև 24 ժամ աշխատանք: Հարցադրում N 4- Քանի որ գազի անալիզատորների բոլոր տվիչներն ունեն աշխատանքային ռեսուրս և օգտագործման ընթացքում, որոշ ժամանակ հետո դրանք խափանվում են, ուստի խնդրում է պարզաբանել արդյո՞ք պարտադիր է, որպեսզի գազի վերլուծիչի էլեկտրի վրա լինի ցուցում, որի շնորհիվ նախապես հասկանալի կլինի, որ տվիչների աշխատանքային ռեսուրսը մոտ է սպառման և այն ենթակա է փոխարինման: 9 և 12 августа этого года поступил запрос, где просит уточнить</p> <p>Запрос №1- Согласно техническому заданию на устройство для мойки лабораторного оборудования, предусмотренное лотом 3, необходим сертификат об утверждении типа. Сообщаем Вам, что одобрение типа осуществляется на измерительные и поверочные приборы, устройства и оборудование. Просит пересмотреть требование.</p> <p>Запрос №2- Серия Stelco DS, необходимая для 3-й лоты, имеет разные модели. Просит уточнить или указать параметры.</p> <p>Запрос №3- В лоте 5 приглашения в качестве источника питания для анализатора определения газов указано «источник питания: батарейки типа AA 4 шт. (от 6-8 часов) - базовый комплект, батарейки (от 12-18 часов). Просит уточнить, допустимо ли питание газоанализатора только от аккумуляторной батареи, которая обеспечивает до 24 часов работы после 4 часов зарядки.</p> <p>Запрос №4- Поскольку все датчики в газоанализаторах имеют рабочий ресурс и во время использования через некоторое время выходят из строя, поэтому просьба уточнить,</p>	

обязательно ли, чтобы на экране такого газоанализатора была индикация, благодаря которой будет заранее понятно, что рабочий ресурс датчиков близок к разрядке и подлежит замене.

Գնահատող հանձնաժողովը տրամադրեց պարզաբանում հարցմանը ի պատասխան

Պարզաբանում N1- Լաբորատոր պարագաներ լվացող սարքի համար տեսակի հաստատման հավաստագրի կարիք չկա, քանզի չի հանդիսանում չափիչ-ստուգիչ գործիք:

Պարզաբանում N2- Stelco DS սերիայի մոդելները նախատեսված են բժշկական պարագաների նախաստերիլիզացման և ախտահանման համար: Ապրանքները պետք է լինեն Miele PG 8583 տեսակի կամ համարժեք սարքավորում GW3060BXC:

Պարզաբանում N3- Ընդունելի չէ՝ խնդիրը ոչ թե լիցքավորումից հետո երկար աշխատանքի ապահովումն է, այլ որպեսզի սարքը ունենա 2 իրարից անկախ սնուցման աղբյուր:

Պարզաբանում N4- Ընդունելի է՝ որպեսզի գազի վերլուծիչի էկրանի վրա լինի ցուցում, տվիչների աշխատանքային ռեսուրսի վերաբերյալ:

Оценочная комиссия предоставила разъяснения в ответ на запрос,

Разъяснений 1 - Сертификат одобрения типа для мойки лабораторного оборудования не требуется, так как она не является измерительно-поверочным прибором.

Разъяснений 2 - Stelco DS модели серии предназначены для предстерилизации и дезинфекции предметов медицинского назначения. Товары должны быть тип Miele PG 8583 или эквивалентное оборудование GW3060BXC.

Разъяснение № 3- Неприемлемо, проблема не в том, чтобы обеспечить длительную работу после зарядки, а в том, чтобы устройство имело два независимых источника питания.

Разъяснение № 4- Допустимо чтобы на экране газоанализатора отображалась индикация рабочего ресурса датчиков.

Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏԸՀ տնօրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց սրացված գրությունների բովանդակությունը:

Գնահատող հանձնաժողովը ևս մեկ անգամ վերանայեց գնման ընթացակարգի հայտարարության, հրավերի տեքստերը և հիմք ընդունելով պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից սրացված ծառայողական գրությունը որոշեց՝ թիվ 3 չափաբաժնի գնման առարկայի հրավերի տեքստի տեխնիկական բնութագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝

Տեսակը- Miele PG 8583 կամ GW3060BXC կամ GW0160 կամ Stelco DS: Նախատեսված է քիմիական անոթները լվանալու համար, 2 տեսակի կոմպլեկտացիայով: Ներառյալ կարգաբերում, փորձարկում, ուսուցում, մեթոդիկա, ծրագրային ապահովում, որակի սերտիֆիկատ, պետ/ստուգում: Լրացված լվանալու պարագաներով: Տեսակի հաստատման հավաստագրի առկայություն, գործառնական հրահանգ հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով- *փոխարինել*

Տեսակը- Miele PG 8583 կամ GW3060BXC : Նախատեսված է քիմիական անոթները լվանալու համար, 2 տեսակի կոմպլեկտացիայով: Ներառյալ կարգաբերում, փորձարկում, ուսուցում, մեթոդիկա, ծրագրային ապահովում, որակի սերտիֆիկատ, պետ/ստուգում: Լրացված լվանալու պարագաներով: Գործառնական հրահանգ հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ նշանակել փոփոխված հրավերի հրապարակման հաջորդող օրվանից հաշված 12-րդ օրացուցային օրը՝ ժամը 15:00 (26.08.2024թ.):

Внеочередное заседание созвано по поручению ЗГДОВ ЗАО «АЭК». Членам комиссии было представлено содержание письма, полученного от участника.

Оценочная комиссия еще раз пересмотрела текст приглашения закупки и на основании служебных записок, полученных ответственным подразделением решила, внести следующее изменение в техническом характеристике текста приглашения предмета закупки лота № 3:

«Тип Miele PG 8583 или GW3060BXC или GW0160 или Stelco DS. Для мойки химических сосудов. С 2-мя типами комплектации. Конфигурация, тестирование, обучение, методология, программное обеспечение, сертификат качества, супервайзер/инспекция. В комплекте с моющими принадлежностями. Наличие сертификата об утверждении типа, инструкция по эксплуатации на армянском или русском языке.» *заменить на*

«Тип Miele PG 8583 или GW3060BXC. Для мойки химических сосудов. С 2-мя типами комплектации. Конфигурация, тестирование, обучение, методология, программное обеспечение, сертификат качества, супервайзер/инспекция. В комплекте с моющими принадлежностями. Инструкция по эксплуатации на армянском или русском языке.»

Крайний срок подачи заявок - 12-ый календарный день 15:00ч со следующего дня опубликования измененного приглашения (26.08.2024г).

Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений


4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии


Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու և հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին / О предоставлении разъяснений и внесении изменений в приглашение
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվանից հաշված/ Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения	10-րդ օրացուցային օրը, ժամը 15:00 (19.08.2024թ.) 12-ый календарный день, 15:00ч. (26.08.2024г.)
Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания	Էլեկտրոնային աճուրդն ամփոփելուն հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 15:00 Рабочий день, следующий за подведением итогов электронного аукциона в 15:00
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0	


Հանձնաժողովը նախագահող՝
Председатель комиссии


Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии


Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь

 **Ա. Ղազարյան / А. Казарян**

 **Ա. Խաչատրյան / А. Хачатрян**

 **Ա. Փարսիլյան / А. Парсилян**

 **Վ. Մանուկյան / В. Манукян**

 **Ա. Ղազարյան / А. Казарян**