

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии  
№ 2.2 от 17-го апреля 2026 года  
и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры **CHD-НВМАРDzB-2026/01**

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **CHD-НВМАРDzB-2026/01**, организованной с целью приобретения **лабораторного оборудования** для нужд фонда «Дорожный департамент», ниже представляет запросы относительно приглашения по тому же коду полученные 15-го и 16-го апреля 2026г. и предоставленные 17.04.2026г. по ним разъяснения:

**Запрос №1:** По лоту № 17 конкурса под кодом **CHD-НВМАРDzB-2026/01** Вами требуется представить документы, подтверждающие соответствие стандарту ГОСТ Р 58406.2-2020. Принимая во внимание, что ГОСТ Р 58406.2-2020 является стандартом применения, а технические условия для сеток определяются стандартом ГОСТ 3826-82, просим разъяснить: будет ли для Вас приемлемым, если предлагаемая продукция будет соответствовать требованиям ГОСТ 3826-82 и при этом будет применима в рамках стандарта ГОСТ Р 58406.2-2020?

**Разъяснение №1:** В техническом задании лота № 17 приглашения к участию в тендере под кодом **CHD-НВМАРDzB-2026/01**, в качестве нормативных документов, устанавливающих требования к ситам, указаны стандарты ГОСТ Р 58406.2-2020 и ГОСТ ISO 3310-1. Стандарт ГОСТ 3826-82 утратил свою актуальность и не применяется для испытаний, предусмотренных ГОСТ Р 58406.2-2020.

Согласно требованиям стандарта ГОСТ Р 58406.2-2020, для проведения испытаний должны применяться сита, соответствующие стандартам ГОСТ Р 51568 и ISO 3310-1. Данные стандарты являются действующими и применимыми в данной области.

Таким образом, техническое задание лота № 17 приглашения к участию в тендере под кодом **CHD-НВМАРDzB-2026/01** составлено корректно, а замечание относительно ГОСТ 3826-82 является необоснованным.

**Запрос №2:** Изучив Техническое задание к лоту № 18, установленному приглашением к данной процедуре закупки, выражаем свое возражение относительно содержащегося в нем метрологического несоответствия, которое нарушает объективность процесса закупки.

Обоснование возражения:

Противоречие стандарту ГОСТ 33078-2014: Пунктом 9 Технического задания требуется соответствие оборудования стандарту ГОСТ 33078-2014. Однако установленное в пункте 8 требование допустимой абсолютной погрешности  $\pm 0,005$  для «Переносного прибора для измерения коэффициента сцепления» не соответствует положениям указанного стандарта. Методология, установленная ГОСТ 33078-2014 для подобных переносных приборов, предусматривает предел абсолютной погрешности  $\pm 0,05$ .

Метрологическая невыполнимость: Для портативных (переносных) измерительных приборов данного класса показатель  $\pm 0,005$  технически нереализуем и не является стандартизированным критерием. Этот показатель в десять раз превышает физические и метрологические возможности лучших существующих мировых аналогов. Наличие такого требования в Техническом задании является очевидной технической ошибкой (например, наличие лишнего нуля после запятой).

Ограничение конкуренции: Поскольку на рынке не существует переносного оборудования, обеспечивающего точность  $\pm 0,005$ , сохранение указанного требования приведет к тому, что ни один участник не сможет предложить соответствующий товар. Это противоречит законодательству о закупках, ограничивая честную конкуренцию и устанавливая невыполнимые условия.

Исходя из вышеизложенного, просим:

Пересмотреть пункт 8 Технического задания и заменить показатель допустимой абсолютной погрешности  $\pm 0,005$  на технически возможный и соответствующий ГОСТ 33078-2014 показатель  $\pm 0,05$ .

В установленном порядке внести изменения в Техническое задание, обеспечив соответствие процесса закупки законодательству РА и техническим стандартам.

**Разъяснение №2:** В пункте 8 технического задания лота № 18 конкурса под кодом **CHD-HBMAPDzB-2026/01** была допущена техническая ошибка, а именно: установленные пределы допустимой абсолютной погрешности вместо  $\pm 0,005$  должны составлять  $\pm 0,05$ .

**Запрос №3:** Уважаемый заказчик, по лоту № 6 вместо предусмотренных техническими требованиями USB-интерфейса и USB-накопителя приемлем ли вариант передачи данных через Wi-Fi, который обеспечивает передачу данных измерений на смартфон, планшет или компьютер?

**Разъяснение №3:** В технических требованиях к лоту №6 конкурса под кодом **CHD-HBMAPDzB-2026/01** предусмотрено наличие USB-интерфейса и возможность использования USB-носителя. Данное условие остается неизменным, согласно требованиям утвержденного технического задания

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии под кодом **CHD-HBMAPDzB-2026/01** **Маргарите Егиан**.

Телефон: 010 54 21 76

Электронная почта: [procurement@armroad.am](mailto:procurement@armroad.am)

Заказчик: ФОНД «ДОРОЖНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ»

*В случае каких-либо расхождений между русской и армянской версиями официальная армянская версия будет иметь приоритетное значение.*