

Արձանագրություն N 5

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կենդանաբուժական սարքավորումների (ներառյալ պարագաներ) ձեռքբերման «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի արտահերթ նիստի Протокол № 5

Заседание комиссии по процедуре закупки с кодом « ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159» для нужд мэрии города Ереван по покупке по приобретению ветеринарного оборудования (включая принадлежности)

Ք. Երևան

Դ. Երևան

Նիստի անցկացման վայրը՝

Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենք (ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1), 128 սենյակ օրը՝ 23.04.2026թ.

Ժամը՝ 14:00

Место проведения заседания.

Административное здание мэрии Еревана (г. Ереван ул. Аргишти 1), комната 128

день: 23.04.2026

время: 14:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Գ. Ավետիսյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Լ. Մովսիսյան, Հ. Հարությունյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Լ. Աղաջանյան

Участвовали

Председатель комиссии:

Գ. Аветисян

Члены комиссии:

Լ. Мовсисян, А. Арутюнян

Секретарь комиссии:

Լ. Агаджанян

1. «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում 22.04.2026թ. ստացված հարցման և 23.04.2026թ. դրա վերաբերյալ պարզաբանում տրամադրելու մասին

О запросе, полученном 22.04.2026г. и предоставлении разъяснений по нему 23.04.2026г. в рамках процедуры закупки с кодом « ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159»

(Գ. Ավետիսյան, Գ. Аветисян)

1.1 Ընդունել ի գիտություն, որ 22.04.2026թ. էլեկտրոնային աճուրդի eauction.armeps.am էլեկտրոնային հարթակում «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացվել է հարցում, որին ի պատասխան գնահատող հանձնաժողովի կողմից տրվել է պարզաբանում 23.04.2026թ.-ին: Ստորև ներկայացվում է հարցումների և պարզաբանումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

Հարցադրում 1.

Հարգելի գործընկեր, Խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցին, որը վերաբերվում են 4-րդ չափաբաժնին: Տեխնիկազգրում գրված է «Quick Spin»

կարճատև արագ պտտման ֆունկցիայով (Pulse կոճակի միջոցով): Տարբեր արտադրողների մոտ կարճատև արագ պտտման ֆունկցիան տարբեր անվանում ունեցող կոճակով է նշվում օրինակ՝ Short spin կոճակով, որը նույնպես կարճատև արագ պտտման ֆունկցիա է, արդյոք պատվիատուի կողմից դա դիտարկվում է որպես համարժեք բնութագիր?

Հարցադրում 2

Հարգելի գործընկեր, խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցերին որոնք վերաբերվում են 4-րդ չափաբաժնին: 1) խնդրում ենք նշել ցենտրիֆուգի արագության դիապազոնը 2) խնդրում ենք նշել ռոտորի տեսակը և ինչ տեսակի փորձանոթներ են օգտագործվելու, փորձանոթների ծավալները: 3) խնդրում ենք հարվերում կատարել համապատասխան փոփոխությունները:

Запрос 1:

Уважаемый коллега, пожалуйста, уточните следующий вопрос относительно 4-й дозы. В технической спецификации указано «Quick Spin» с функцией кратковременного быстрого вращения (с помощью кнопки «Pulse»). Разные производители указывают функцию кратковременного быстрого вращения с помощью кнопки с разными названиями, например, кнопка «Short spin», которая также является функцией кратковременного быстрого вращения. Считается ли это эквивалентной спецификацией со стороны получателя гранта?

Запрос 2:

Уважаемый коллега, пожалуйста, уточните следующие вопросы, касающиеся 4-й дозы: 1) Укажите диапазон скоростей центрифуги. 2) Укажите тип ротора и тип используемых пробирок, а также их объемы. 3) Внесите соответствующие изменения в процедуру. Уважаемый коллега, пожалуйста, уточните следующие вопросы, касающиеся 4-й дозы: 1) Укажите диапазон скоростей центрифуги. 2) Укажите тип ротора и тип используемых пробирок, а также их объемы. 3) Внесите соответствующие изменения в процедуру.

Պարզաբանում 1.

Տարբեր արտադրողների մոտ նույն ֆունկցիան ներկայացված է այլ անվանումով (օրինակ՝ «Short spin»), բայց եթե այն ապահովում է նույն՝ կարճատև արագ պտտման հնարավորությունը, դա կարող է դիտարկվել որպես համարժեք բնութագիր՝ պայմանով, որ տվյալ ֆունկցիան ամբողջությամբ համապատասխանում է պահանջվող տեխնիկական էությանը:

Պարզաբանում 2.

Ցենտրիֆուգի արագության դիապազոնը 1500-6000 պտույտ/րոպե: Համատեղելի փորձանոթների ծավալները 5 մլ: Սարքը համարված է ֆիքսված անկյան (fixed-angle) ռոտորով:

Разъяснение 1.

Разные производители представляют одну и ту же функцию под разными названиями (например, «Короткое вращение»), но если она обеспечивает одинаковую возможность кратковременного быстрого вращения, это можно считать эквивалентной характеристикой при условии, что функция полностью соответствует требуемой технической сущности

Разъяснение 2.

Диапазон скорости центрифуги составляет 1500-6000 об/мин. Совместимый объем пробирок — 5 мл. Прибор оснащен ротором с фиксированным углом поворота.

1.2 Հաշտապահել հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարության տեքստը:
1.2 Утвердить текст объявления о разъяснении приглашения.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 3, դեմ – 0:

Принято решение: за – 3, против – 0.

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Председатель комиссии



Գ. Ավետիսյան
Г. Аветисян

Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии




Լ. Մովսիսյան
Л. Мовсисян



Հ. Հարությունյան
А. Арутюнян

Քարտուղար՝
Секретарь комиссии



Լ. Աղաջանյան
Л. Агаджанян