

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 30.08.2021г. и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения

"О закупках"

Код процедуры **ВМАРDzBHVKAК-2021-02**

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **ВМАРDzBHVKAК-2021-02**, организованной с целью приобретения **ПЦР тестов для выявления вируса SARS-COV-2** для нужд ГНО «Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний» МЗ РА ниже представляет запрос, полученный относительно приглашения 27.08.2021г. и предоставленное на него 30.08.2021г. разъяснение:

Вопрос 1. Уважаемая оценочная комиссия, в технической характеристике лота № 1 открытого конкурса под кодом ВМАРDzBHVKAК-2021-02 указано «наличие сертификата качества ISO13485 11/22/2016»

Прошу разъяснить:

1. Что означают цифры 11/22/2016, возможно это просто ошибка (опечатка) ?
2. Не достаточно ли наличие сертификата ISO13485 ?

Прошу также указать фирмы и модели роторных и плашечных приборов, которые будут использоваться при применении приобретаемых тестов.

Разъяснени 1.

Наличие ISO13458 достаточно, 11/22/2016 дата данного сертификата, которую указывать необязательно.

В лаборатории используются следующие: роторные - Rotor Gene Q(6000) и плашечные - Bio-Rad CFX96, DT Prime приборы.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю оценочной комиссии С.Папикян.

Телефон: **012-80-80-83 (6014)**

Электронная почта: **procurement@ncdc.am**

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **ВМАРDzBHVKAК-2021-02**