

ք. Երևան

17.10.2019թ. Ժամը 14:30

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ, գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳԱՊ)՝

ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԹԱՎ Պ, Դ և ԲՍ ապահովման բաժնի պետ Ա.Նազարյանը,

գնահատողներ՝

ՀՀ ՁՈՒ ՈՐՎ ՆՏԱ րաժանմունքի պետ ք/ծ փոխգնդապետ Վ.Վահանյանը,

ՀՀ ՊՆ ՎՀՄԲԿ բոլշկ Գ.Անտոնյանը,

ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԹԱՎ Պ, Դ և ԲՍԱ բաժնի գլխավոր մասնագետ Հ.Ավետիսյանը,

Գնումները համակարգող՝

ՀՀ պաշտպանության նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ Մ.Ամիրյանը:

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/14» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին.

(Մ.Ամիրյան)

1. Մասնակցի՝ գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերով պահանջվող (նախատեսված) որակավորման պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերի առկայության և դրանց գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխանության, Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ներկայացված համապատասխան տեղեկատվության քննարկման և ընտրված մասնակցին հայտարարելու մասին.

2. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

1. Մասնակցի՝ գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերով պահանջվող (նախատեսված) որակավորման պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերի առկայության և դրանց գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխանության, Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ներկայացված համապատասխան տեղեկատվության քննարկման և ընտրված մասնակցին հայտարարելու մասին

(Մ.Ամիրյան)

1.1 Քանի որ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 27.09.2019թ.-ին տրամադրած՝ ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 43-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված հարցման մասին տեղեկատվության համաձայն «Դիմավանտ» ՄՊԸ-ն հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց հարկային պարտավորություններ չի ունեցել, ուստի գնահատող հանձնաժողովը որոշեց մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը համարել իրականությանը համապատասխանող:

25.09.2019թ. ին գնումների համակարգող Մ.Ամիրյանը www.armeps.am համակարգի միջոցով ծանուցեց 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցին հրավերով սահմանված ժամկետում և կարգով /3 աշխատանքային օրվա ընթացքում/ ներկայացնել ընթացակարգի հրավերի 2-րդ մասի՝ ընթացակարգի հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը՝ m.amiryan@mail.am էլեկտրոնային հասցեին: Սահմանված ժամկետում մասնակիցը ուղարկել է վերը նշված փաստաթղթերը:

Մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերում առկա էին անհամապատասխանություններ հրավերի պայմաններին, մասնավորապես.

– «Դիմավանտ» ՄՊԸ-ի կողմից չի ներկայացվել ընթացակարգի հրավերի 2-րդ մասի՝ ընթացակարգի հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ կետով նախատեսված՝ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագրի պատճենները, ինչպես նաև այդ պայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) ուղարկմանը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստման քննարկման արտադրված (սկանավորված) տարբերակը:

Ինչպես նաև ներկայացված տեխնիկական բնութագրում.

Հրավերով ներկայացված տեխնիկական բնութագրի պահանջներ	Մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրի պահանջներ
Բարձր հաճախականության ռենտգենյան սնող միավորը պետք է ապահովի առնվազն 650մԱ անոդային հոսանք	Բարձր հաճախականության ռենտգենյան սնող միավորը ապահովում է 800մԱ անոդային հոսանք
Կոլիմատորը պետք է ապահովի նկարահանվող դաշտի լուսադիոդային կարգավորվող ցուցանշում՝ առնվազն 100-150 էլյուս լուսավորմամբ	Կոլիմատորը ապահովում է նկարահանվող դաշտի լուսադիոդային կարգավորվող ցուցանշում՝ մինչև 160 էլյուս և ավելի լուսավորում
Ճառագայթի պատուհանի և կոլիմատորի գումարային զտումը պետք է համարժեք լինի 1.5մմ. Այլ. Կոլիմատորում լրացուցիչ տեղակայված զտիչը 1.0մմ.Այլ.	Ճառագայթի պատուհանի և կոլիմատորի գումարային զտումը 2.9մմ. Այլ. Կոլիմատորում լրացուցիչ տեղակայված զտիչը 2.0մմ.Այլ.
Նկարահանման հորիզոնական սեղանի դեկան Bucky միավորով պետք է ազատորեն տեղաշարժվի առնվազն 4 ուղղություններով ապահովելով ռենտգեննկարահանում առանց սեղանի վրա հետազոտվողի լրացուցիչ դիրքավորման: Դեկայի արտաքին չափերը առնվազն՝ Ե/200*Լ/70սմ.	Նկարահանման հորիզոնական սեղանի դեկան Bucky միավորով ազատորեն տեղաշարժվում է 6 ուղղություններով ապահովելով ռենտգեննկարահանում առանց սեղանի վրա հետազոտվողի լրացուցիչ դիրքավորման: Դեկայի արտաքին չափերը՝ Ե/220*Լ/75սմ.
Սեղանի բարձրությունը՝ 71 +/- 2սմ.:	Սեղանի բարձրությունը կառավարվող՝ 56.5-85.0սմ.:
Օպերատորի կոնսոլը 50կՎտ. հզորության սահմաններում	Օպերատորի կոնսոլը 68կՎտ. Հզորությամբ գեներատոր
Անոդային հոսանքի ընտրության տիրույթը առնվազն 50-650մԱ: մԱկրկ. ի ընտրության տիրույթը առնվազն 0.5-600մԱկրկ.:	Անոդային հոսանքի ընտրության տիրույթը առնվազն 10-800մԱ: մԱկրկ.-ի ընտրության տիրույթը 0.1-640 մԱկրկ.:

Էլեկտրասնուցումը՝ եռաֆազ ստանդարտ էլեկտրացանցից, 380+/-10%, 50Հց.	Էլեկտրասնուցումը՝ եռաֆազ ստանդարտ էլեկտրացանցից, 400VAC, 50Հց.
Յանցից սպառող հզորությունը ոչ ավելի քան 35կՎԱ.:	Յանցից սպառող հզորությունը 68կՎԱ.:
Առավելագույն արտադրողականությունը առնվազն՝ 35x43 սմ. ֆորմատով թաղանթների՝ 50 թ/ժամ. 25x30 սմ. ֆորմատով թաղանթների՝ 65 թ/ժամ. 26x36 սմ. ֆորմատով թաղանթների՝ 75 թ/ժամ. 20x25 սմ. ֆորմատով թաղանթների՝ 90 թ/ժամ.	Առավելագույն արտադրողականությունը՝ - 35x43 սմ. ֆորմատով թաղանթների՝ 80 թ/ժամ. - 25x30 սմ. ֆորմատով թաղանթների՝ 100 թ/ժամ. - 26x36 սմ. ֆորմատով թաղանթների՝ 100 թ/ժամ. - 20x25 սմ. ֆորմատով թաղանթների՝ 100 թ/ժամ.
Փիքսելի չափերը ոչ ավելի քան՝ 85.0 մկմ. (300 dpi)	Փիքսելի չափերը՝ 50.0 մկմ. (508 dpi)
Առավելագույն լուծանելիությունը առնվազն՝ 35x43 սմ. ֆորմատով թաղանթների՝ 4160x5000 փիքս. 25x30 սմ. ֆորմատով թաղանթների՝ 4210x2970 փիքս. 26x36 սմ. ֆորմատով թաղանթների՝ 2925x2330 փիքս.	Առավելագույն լուծանելիությունը՝ - 35x43 սմ. ֆորմատով թաղանթների՝ 7040x8560 փիքս. - 25x30 սմ. ֆորմատով թաղանթների՝ 6032x5012 փիքս. - 26x36 սմ. ֆորմատով թաղանթների՝ 7200x5080 փիքս.
Գորշ սանդղակը առնվազն՝ 12 բիտ.	Գորշ սանդղակը՝ 14 բիտ.
Առավելագույն խտությունը (Dmax) առնվազն՝ 3.0	Առավելագույն խտությունը (Dmax)՝ 3.3
Հիշողության ծավալը առնվազն՝ 1 Գբ.	Հիշողության ծավալը՝ 1 Գբ.
Արտաքին չափերը ոչ ավելի քան՝ 530x590x370 մմ	Արտաքին չափերը՝ 61x63x89.3 սմ
Քաշը ոչ ավելի քան 35կգ.:	Քաշը 104կգ.:

Համաձայն հայտը նախագծող անձի կողմից «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/14» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին ներկայացված մասնագիտական եզրակացության «Դիմանալ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրի և հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրի չափորոշիչների համեմատ առկա տարբերությունների վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացություն ստանալու վերաբերյալ հարցում է կատարվել ՀՀ ՊՆ ԿԿՀՀ ճառագայթային ախտորոշման բաժանմունքի պետին: Համեմատության արդյունքում պարզվել է, որ ներկայացված ցուցանիշները հիմնականում առավել են հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի պահանջներից, ընդունելի են և կարող են համարվել համարժեք: Ներկայացված տվյալներով առաջարկվող գեներատորը պահանջվածից ավելի հզոր է՝ ինչը և ապահովում է հեղուկացման համակարգի առավել բարձր ցուցանիշներ: Հրավերով պահանջված տվյալը նախատեսված էր տեղադրելու սեղանի վրա ինչի պարճառով սահմանվել էին կոմպակտ չափեր: Առաջարկված տվյալը նախատեսված է գեներատորի տեղադրվելու համար, չի պահանջում լրացուցիչ կահույքի առկայություն, տեխնիկական և ֆունկցիոնալ առումով գերազանցում է հրավերով պահանջված տվյալի ցուցանիշներին, առավել ժամանակակից է և ապահովում է տվյալագրության ավելի բարձր կեդրայնություն (պատկերի ավելի բարձր որակ), ինչով և պայմանավորված է նրա ավելի մեծ չափերն ու քաշը: Առաջարկված տվյալի տեխնիկական բնութագրերը ապահովում են ՌԲ վարչության պահանջարկի կատարումը, ընդունելի են և կարող են համարվել համարժեք:

Ներկայացված առաջարկում նշված է սարքի սնուցումը 400 VAC ցանցից, առանց լարման հնարավոր տարանջատման սահմանի /հրավերով պահանջված 380 +/-10 % VAC/, որի արդյունքում հնարավոր չէ գնահատել թե արդյոք առաջարկվող սարքը էլեկտրասնուցման ցանցում լարման տարանջատման արդյունքում կպահպանի աշխատանկությունը:

Ելնելով վերոգրյալից առաջարկում են մասնակցից պահանջել հստակեցնել էլեկտրասնուցման ցանցում լարման 380 +/-10 % VAC տարանջատման ժամանակ առաջարկվող թվային ռենտգեն ախտորոշման համալիրի բաղկացուցիչ մասերի աշխատանքի հնարավորությունը:

11.10.2019թ. Հիմք ընդունելով հայտը նախագծող անձի կողմից գնահատող հանձնաժողովին ներկայացված մասնագիտական ելույթակցությունը և ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 47-րդ կետով՝ հանձնաժողովը որոշեց երեք աշխատանքային օրով կանցնել նիստը և գնումների համակարգողը ծանուցեց «Դիմանալ» ՍՊԸ-ին մինչև կանցնման ժամկետի ավարտը /14.10.2019թ.-16.10.2019թ./ շտկել վերը նշված անհամապատասխանությունները:

Մասնակցից սահմանված ժամկետում և կարգով ներկայացրել է պահանջվող փաստաթղթերը:

1.2 17.10.2019թ. հիմք ընդունելով հանձնաժողովի անդամների կողմից ներկայացված գնահատման թերթիկները՝ հանձնաժողովը որոշեց «Դիմանալ» ՍՊԸ-ի հրավերով նախատեսված չափորոշիչները գնահատել «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/14» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխանող, վերջինիս հայտարարել ընտրված /հաղթող/ մասնակցի՝ սույն ընթացակարգի 1-ին չափաբաժնի մասով, և անգործության ժամկետի ավարտից հետո պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել:

1.3 Հանձնաժողովը որոշեց հաստատել «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/14» ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը և հրապարակել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

(Մ.Ամիրյան)

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/14» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքների ամփոփման նպատակով հանձնաժողովի նիստը հրավիրել ոչ ուշ քան գնման պայմանագիր կնքվելու, իսկ չկնքվելու դեպքում այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվա ժամը 17:10-ին, ՀՀ ՊՆ կոթառնախմբի կազմակերպման ղեկավարամենտի ԳՓՁ վարչության նիստերի դահլիճում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:


Գնահատող (ԳԱՊ)

Գնահատող

Գնահատող

Գնահատող

Գնումները համակարգող



Ա.Նազարյան

Վ.Վահանյան

Գ.Անտոնյան

Հ.Ավետիսյան

Մ.Ամիրյան