

Արձանագրություն N 2

«Հանրապետությունում հեմոդիալիզի ծառայության արդիականացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԷԱԾԱՊՁԲ-2025/64/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ Արսեն Բաբայան
Հանձնաժողովի անդամներ Վահան Վահանյան, Արթուր Գևորգյան,
Հայկ Խուրշուդյան,
Հանձնաժողովի քարտուղար Արմինե Գալուստյան

1. Գնման ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

(Ա. Բաբայան)

Ընդունել ի գիտություն, որ 27.10.2025թ. հրապարակվել է հրավեր էլեկտրոնային աճուրդ համակարգում: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2025 թվականի նոյեմբերի 12-ին, ժամը 12:00-ին, իսկ հակադարձ աճուրդի մեկնարկը՝ 2025 թվականի նոյեմբերի 13-ին ժամը 12:00-ից: 2025 թվականի նոյեմբերի 14-ին ժամը 10:00-ին գնահատող հանձնաժողովը հրավիրել է նիստ՝ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը բացելու նպատակով:

Հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Կազմակերպության հասցե, հեռախոս, էլ. հասցե	Կազմակերպության ՀՎՀՀ
1	«Պրոֆտեստ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Մարգարյան 6/1, 093 14 55 96, Tendersproftest@gmail.com , proftestllc@gmail.com	00120301
2	«Իվաֆարմ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Գ. Շերամի 92/3, 098 44 88 56, Ivapharm89@gmail.com	08625799
3	«Նալֆալի Ֆարմ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Օհանովի փող 15/1, 010 74 42 12, natalipharm@bk.ru	01222567
4	«ԱՐ.ՄԵԴՏԵԽՆԻԿԱ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Մ. Հերացի 7, 010 56 99 99 armedtechnicall@gmail.com	02604367
5	«Էյ Էյ Ինժեներինգ» ՍՊԸ	ք. Երևան, 16 թաղ., 38 շ., բն 16, 094 32 73 25, aaengineeringllc@gmail.com	01326546
6	«Անիմեդ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Ռոստոմյան 13/81շ, բն. 94, 041 55 16 16 animedllc@mail.ru	09221601
7	«Մեդպրո» ՍՊԸ	ք. Երևան, Սևանի 116, 098 21 95 95, info@medpro.am	02626144

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2. Հրավերի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին

(Ա. Բաբայան)

Հրավերի վերաբերյալ 30.10.2025թ ստացվել են հարցումներ, որին 31.10.2025թ Համակարգով տրամադրվել են պարզաբանումներ (ներկայացվում են ստորև).

Հարցադրում N 1

Բարև Ձեզ. հարգելի պարավիրապու խնդրում ենք պարզաբանել Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն Հայաստանում? Սպասարկման գործառույթները լիովին կարող ենք կատարել սերտիֆիկացված մասնագետներով, արդյոք անհրաժեշտ է՝ իրավաբանորեն գրանցված կենտրոնի առկայությունը

Պարզաբանում N 1

Հարգելի գործընկեր Հրավերի տեխնիկական բնութագրում հստակ սահմանված է որ «Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն Հայաստանում»: Սպասարկման կենտրոնը պետք է լինի իրավաբանորեն գրանցված՝ հանդիսանա մատակարար կազմակերպության կառուցվածքային միավոր, կամ լինի առանձին իրավաբանական անձ: Սպասարկման կենտրոնը պետք է ունենա հեմոդիալիզի սարքավորումների սպասարկում իրականացնող ոչ պակաս քան 2 հավաստագրված ինժեներ:

Հարցադրում N 2

Հարգելի գործընկեր, Համաձայն ՀՀ ԱՆ ԷԱԾԱՊՁԲ-2025/64/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ չափաբաժիններով նախատեսվում է ձեռք բերել փարբեր արտադրողականությամբ ջրի մաքրման կայաններ: Նշված չափաբաժինների համար ճիշտ գնային առաջարկ փախու համար անհրաժեշտ է հասկանել թե որտեղ են տեղադրվելու ջրի մաքրման կայանները: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ խնդրում եմ տրամադրել այն բժշկական կենտրոնների հատկագծերը, որոնք արդեն պատրաստ են տեղադրման համար և որտեղ նախատեսվում է տեղադրել ջրի մաքրման կայանները ու դիալիզի սարքավորումները:

Պարզաբանում N 2

Հարգելի գործընկեր Ջրի մաքրման կայանների և հեմոդիալիզի սարքերի տեղադրման վայրերն ու քանակները ներկայացված են հրավերում առանձին աղյուսակով: Ջրի մաքրման կայանները տեղադրվելու են համապատասխան բժշկական կենտրոններում՝ հեմոդիալիզի սրահի հարակից սենյակում, կամ սրահի փակ գտնվող նկուղային հարկում:

Հրավերի վերաբերյալ 03.11.2025թ ստացվել են հարցումներ, որին 05.11.2025թ Համակարգով տրամադրվել են պարզաբանումներ (ներկայացվում են ստորև).

Հարցադրում N 1

«Գունավոր թվային էկրանի առկայություն» խնդրում ենք հստակեցնել՝ արդյո՞ք սարքավորումը պետք է կառավարվի սենսորային (touchscreen) էկրանի միջոցով, թե բավարար է, որ այն ունենա պարզապես գունավոր էկրան, առանց սենսորային կառավարման: Եթե պահանջվում է միայն գունավոր էկրանի առկայություն, խնդրում ենք նշել էկրանի նվազագույն տեխնիկական պարամետրերը (օր.՝ չափս, տեսակը, լուծաչափը, լուսավորությունը և այլն): Նշում ենք, որ փվյալ պահանջը չափազանց կարևոր է, քանի որ վերջին սերնդի սարքավորումները հազեցած են բացառապես սենսորային էկրաններով, իսկ սովորական գունավոր էկրան ունեցող սարքավորումները համարվում են հին սերնդի մոդելներ, որոնք մինչ օրս արտադրվում են հիմնականում ցածր տեխնոլոգիական մակարդակ ունեցող շուկաների համար:

Պարզաբանում N 1

Հարգելի գործընկեր

Սարքավորման թվային էկրանի պարտադիր սենսորային լինելու պահանջ հրավերում առկա չէ: Հրավերով սահմանված պահանջին համապատասխանում էն թե սենսորային թե ոչ սենսորային գունավոր թվային էկրաններով սարքավորումները: Պահանջված գունավոր թվային էկրանի չափսի, տեսակի, լուծաչափի և լուսավորության չափանիշներ ևս հրավերի տեխնիկական բնութագրով սահմանված չեն:

Հարցադրում N 2

«KT/V շարունակական մոնիտորինգի հնարավորության առկայություն» Արդյոք սարքավորումը պետք է ունենա փվյալ ֆունկցիան մատակարարման պահին, թե պետք է հնարավորություն ունենա փվյալ ֆունկցիայի ավելացման հետագայում:

Պարզաբանում N 2

Հարգելի գործընկեր

Մատակարարվող սարքավորումները պետք է մատակարարման պահին ունենան «KT/V շարունակական մոնիտորինգ իրականացնելու հնարավորություն»:

Հարցադրում N 3

«Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն Հայաստանում» խնդրում ենք հստակեցնել՝ ինչ է համարվելու սպասարկման կենտրոն: Արդյո՞ք կան որոշակի պահանջներ շենքային պայմանների, սարքավորումների կամ գործիքների նկատմամբ: Արդյո՞ք պետք չէ որ սպասարկման կենտրոնը հազեցած լինի ջրի մաքրման կայանով՝ սարքավորումների փորձարկման և կարգաբերման նպատակով:

Պարզաբանում N 3

Սպասարկման կենտրոնը պետք է լինի իրավաբանորեն գրանցված՝ հանդիսանա մատակարար կազմակերպության կառուցվածքային միավոր, կամ լինի առանձին իրավաբանական անձ: Սպասարկման

կենտրոնը պետք է ունենա հեմոդիալիզի սարքավորումների սպասարկում իրականացնող ոչ պակաս քան 2 հավասարազրկված ինժեներ: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ փարբեր արտադրողների կողմից արտադրված սարքավորումների վերանորոգման և սպասարկման համար կարող են պահանջվել փարբեր չափիչ սարքեր և գործիքակազմ՝ հրավերով սահմանված չեն պահանջներ շենքային պայմանների, սարքավորումների կամ գործիքների, ինչպես նաև ջրի մաքրման կայանով հագեցված լինելու նկատմամբ:

Հարցադրում N 4

«Նստվածքային ֆիլտրման և մետաղների հեռացման ավտոմատ զտիչ: Ոչ պակաս քան 1665 կապույտ, ոչ պակաս քան 2 հատ, մեկ ֆիլտրի լրացման ծավալը ոչ պակաս քան 90 լիտր, ֆիլտրի ազատ ծավալը ոչ պակաս քան 40% կամ առաջարկվող սարքի հզորությանը համապատասխան համարժեք այլ զտիչ» «Փափկեցման ավտոմատ ֆիլտր: Ոչ պակաս, քան 1465 ոչ պակաս քան 2 հատ, յուրաքանչյուր ֆիլտրում խեփի ծավալը ոչ պակաս քան 70լ կամ առաջարկվող սարքի հզորությանը համապատասխան համարժեք այլ զտիչ» «Դեքլորացման ածխածնային ավտոմատ ֆիլտր: Ոչ պակաս քան 1665 կապույտ ոչ պակաս քան 2 հատ, յուրաքանչյուր զտիչում զտման միջավայրի ծավալը ոչ պակաս քան 70լ կամ առաջարկվող սարքի հզորությանը համապատասխան համարժեք այլ զտիչ» Քանի որ պահանջում արդեն նշված են զտիչների նվազագույն պահանջները, ապա անհրաժեշտ է բացառել «սարքի հզորությանը համապատասխան համարժեք այլ զտիչ» ձևակերպումը: Զտիչի ընտրությունը կախված է միայն սարքի հզորությունից. կան մի շարք այլ գործոններ, որոնց համալիր գնահատման արդյունքում տեղադրվում են համապատասխան զտիչներ: Կարևորում ենք, որ զտիչների օպերիմալ ընտրությունը պետք է հիմնված լինի Հայաստանում արդեն տեղադրված ջրի մաքրման կայանների փորձի վրա: Բոլոր արտադրողները չեն հաշվի առնում տեղադրման վայրի առանձնահատկությունները՝ ինչպիսիք են մուրքային ջրի բնութագրերը, բարձրությունը ծովի մակարդակից, մթնոլորտային ճնշումը և այլն:

Պարզաբանում N 4

Չափաբաժին 4, 5 և 6

Հրավերի տեխնիկական բնութագրով բոլոր երեք չափաբաժինների համար սահմանված է ջրի մաքրման կայանի նվազագույն արտադրողականության պահանջ, որից ելնելով յուրաքանչյուր չափաբաժին համար նկարագրվել են համապատասխան ֆիլտրեր: «...կամ առաջարկվող սարքի հզորությանը համապատասխան համարժեք այլ զտիչ» արտահայտությունը սահմանված է հրավերով պահանջված նվազագույն արտադրողականությունից ավելի բարձր արտադրողականությամբ սարքեր մատակարարելու դեպքում սարքավորման պատշաճ աշխատանքն ապահովելու համար:

Հարցադրում N 5

«Ֆիլտրերի տեղակայումը փարբեր կառույցների վրա՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ»– Խնդրում ենք պարզաբանել ինչ նկատի ունեք:

Պարզաբանում N 5

«Ֆիլտրերի տեղակայումը փարբեր կառույցների վրա՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ» պահանջը նշանակում է, որ ֆիլտրերը պետք է տեղադրվեն ոչ թե հատկին, այլ իրենց չափսերին և ծանրությանը համապատասխան պատվանդանների վրա:

Հարցադրում N 6

«Ջրամատակարարման ներքին համակարգ՝ օգտագործելով PEX կամ ՋՄԿ արտադրողի կողմից գրավոր հաստատված թույլատրելի խողովակներ» Խնդրում ենք տրամադրել այլ տիպի ընդունելի խողովակների մոդելները, հաշվի առնելով որ PEX խողովակները հիմնականում չեն արտադրվում ՋՄԿ արտադրողների կողմից և չեն կարող կամ թույլատրվել կամ էլ արգելվել իրենց կողմից:

Պարզաբանում N 6

«Ջրամատակարարման ներքին համակարգ՝ օգտագործելով PEX կամ ՋՄԿ արտադրողի կողմից գրավոր հաստատված թույլատրելի խողովակներ» պահանջը նշանակում է, որ Ջրամատակարարման ներքին համակարգը պետք է կառուցվի կամ PEX խողովակներից, կամ ցանկացած այլ խողովակներից, որոնք ըստ

ջրի մաքրման կայանն արտադրող ընկերության՝ թույլատրելի են առաջարկվող սարքավորման հետ կիրառելու դեպի հեմոդիալիզի սարքավորումներ մաքրված ջուր մատակարարելու համար:

Հարցադրում N 7

Գործող և նոր կենտրոններում ջրի մաքրման կայանների տեղադրման կարգի վերաբերյալ Քանի որ ջրի մաքրման կայանները նախատեսվում է տեղադրել ինչպես նոր, այնպես էլ արդեն գործող բժշկական կենտրոններում, խնդրում ենք հստակեցնել հետևյալ հարցերը. • Ինչպես և ինչ ժամկետներում պետք է իրականացվի գործող կենտրոններում արդեն տեղադրված կայանների ապամոնիթինգը և նոր համակարգերի տեղադրումը: • Եթե ապամոնիթինգի աշխատանքները չեն իրականացվելու մատակարարի կողմից, խնդրում ենք հստակեցնել՝ ինչ ժամկետ է նախատեսվում մատակարարի կողմից նոր համակարգերի տեղադրման և փորձարկման (commissioning) աշխատանքների կատարման համար: • Խնդրում ենք նաև տրամադրել այն տարածքների հատակագծերը (պլանները), որտեղ նախատեսվում է կայանների տեղադրումն ու ջրամատակարարման ցանցի կառուցումը: Հաշվի առնելով, որ գործող կենտրոններում ծառայությունների երկարատև դադարեցումը անթույլատրելի է, խնդրում ենք ապահովել փվյալ հարցի հստակեցումը՝ աշխատանքների իրականացման հերթականությունը, ժամանակացույցը և պատասխանատվության բաշխումը պարզ սահմանելու նպատակով:

Պարզաբանում N 7

Ջրի մաքրման կայանների գերակշռող մասը տեղադրվելու են նոր տարածքներում, որտեղ չեն լինելու խոչընդոտներ մատակարարների կողմից կայանների տեղադրման և փորձարկման համար: Արդեն իսկ գործող կենտրոններում (թվով 4) տեղադրված կայանների ապամոնիթինգը իրականացվելու է համապատասխան ԲԿ-ների կողմից: Ժամանակացույցը կկազմվի համապատասխան ֆինանսական միջոցներ հատկացնելուց հետո պայմանագրերը ուժի մեջ դնելուց:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

3. Տվյալներ՝ բացված յուրաքանչյուր ծրարում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին

(Ա. Բաբայան)

Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտում առկա են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը, բացառությամբ «Էյ Էյ Ինժեներինգ» ՍՊԸ, մասնավորապես հայտում բացակայում է հայտի ապահովումը, որը շտկման ենթակա չէ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

4. Տվյալներ՝ ծրարների կազմման և ներկայացման հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին

(Ա. Բաբայան)

Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերում արձանագրվել են մի շարք անհամապատասխանություններ, մասնավորապես,

➤ «Նապալի Ֆարմ» ՍՊԸ

Հարգելի մասնակից:

«ՀՀ ԱՆ ԷԱԾԱՊՁԲ-2025/64/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ուսումնասիրելով Ձեր կողմից ներկայացված մասնակցության հայտը, արձանագրել է մի շարք անհամապատասխանություններ, որոնք ենթակա են շտկման: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 41-րդ կետի պահանջները խնդրում ենք մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել Ձեր կողմից ներկայացված հայտը՝ մասնավորապես շտկել և ներկայացնել Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը (տեխնիկական բնութագիրը)՝ առաջարկած ապրանքի համար նշել հստակ ֆիրմային անվանումը, ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը՝ ուղեկցող փաստաթղթերին համապատասխան, առանց թարգմանության, ինչպես նաև ներկայացնել տեխնիկական բնութագրի հստակ չափանիշները, բացառելով «կամ», «համարժեք»,

«ոչ ավել», «ոչ պակաս», «պետք է» և նմանապիպ այլ երկակի մեկնաբանվող արտահայտությունները: Նշված չափաբաժնի համար նշել հստակ երաշխիքային ժամկետը, ինչպես նաև հրավերի տեխնիկական բնութագրի բոլոր «լրացուցիչ պահանջներ» բաժնի մեջ պահանջվող արտադրողի հավաստումները, բացառելով «կամ», «համարժեք» և նմանապիպ այլ երկակի մեկնաբանվող արտահայտությունները, ինչպես նաև հստակեցնել նոր, չօգտագործված լինելու հանգամանքը: Միաժամանակ հարկ եմ համարում նշել, որ առաջարկվող ապրանքի մեկից ավելի մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ ներկայացնելու դեպքում անհրաժեշտ է հստակ ներկայացնել դրանցից յուրաքանչյուրի տեխնիկական բնութագրերը: Շտկված տարբերակները ներբեռնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգ:

➤ «Պրոֆտեստ» ՍՊԸ

Հարգելի մասնակից:

«ՀՀ ԱՆ ԷԱԾԱՊԶԲ-2025/64/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ուսումնասիրելով Ձեր կողմից ներկայացված մասնակցության հայտը, արձանագրել է մի շարք անհամապատասխանություններ, որոնք ենթակա են շտկման: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 41-րդ կետի պահանջները խնդրում ենք մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել Ձեր կողմից ներկայացված հայտը՝ մասնավորապես 1,3,5 չափաբաժիններով շտկել և ներկայացնել Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը (տեխնիկական բնութագրերը)՝ առաջարկած ապրանքների համար նշել հստակ ֆիրմային անվանումը, ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը՝ ուղեկցող փաստաթղթերին համապատասխան, առանց թարգմանության, ինչպես նաև ներկայացնել տեխնիկական բնութագրի հստակ չափանիշները, բացառելով «կամ», «համարժեք», «ոչ ավել», «ոչ պակաս», «պետք է» և նմանապիպ այլ երկակի մեկնաբանվող արտահայտությունները: Նշված չափաբաժինների համար նշել հստակ երաշխիքային ժամկետը, ինչպես նաև հրավերի տեխնիկական բնութագրի բոլոր «լրացուցիչ պահանջներ» բաժնի մեջ պահանջվող արտադրողի հավաստումները, բացառելով «կամ», «համարժեք» և նմանապիպ այլ երկակի մեկնաբանվող արտահայտությունները, ինչպես նաև հստակեցնել նոր, չօգտագործված լինելու հանգամանքը: Շտկված տարբերակները ներբեռնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

13.11.2025թ.

Հանձնաժողովը որոշեց՝

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (Կարգ) 41-րդ կետով՝ կասեցնել նիստը մեկ աշխատանքային օրով և համակարգով ծանուցել մասնակցին՝ շտկելու արձանագրված անհամապատասխանությունը:

Ղեկավարվելով Կարգի 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետը՝ մերժել «Էյ Էյ Ինժեներիինգ» ՍՊԸ հայտը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Ընդունել ի գիտություն՝

Մասնակիցը սահմանված ժամկետում էլեկտրոնային աճուրդ համակարգով ներկայացրել է շտկման փաստաթղթերը: Ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերի պահանջներին:

26.11.2025թ.

Հանձնաժողովը որոշեց՝

«Պրոֆտեստ» և «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված հայտերը գնահատել բավարար:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

5. Մասնակիցների առաջարկված գների մասին

(Ա. Բաբայան)

Մասնակիցների կողմից ներկայացված վերջնական գները 13.11.2025թ.-ին կայացած հակադարձ աճուրդից հետո ներկայացվում են ստորև.

Զ/հ	գնման առարկայի անվանումը	քանակը	նախահաշվային գին		մասնակիցների անվանումը	մասնակիցների գնային առաջարկները						կարգավի ճակը	
						Նախնական առաջարկ			վերջին առաջարկ				
						առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	ընդհանուր	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	ընդհանուր		Միավորի գինը
1	Հեմոդիալիզի սարքավորում	132	6,400,000	848,800,000	«Պրոֆպեստ» ՍՊԸ	848760000	0%	848760000	3700000000	0%	370,000,000	2,803,030.30	
					«Իվաֆարմ» ՍՊԸ	848799994	0%	848799994	401514000	0%	401,514,000	3,041,772.73	
					«Նաուրայի Ֆարմ» ՍՊԸ	848600000	0%	848600000	641514000	0%	641,514,000	4,859,954.55	
					«ԱՐ.ՄԵՂՏԵՆ ՆԻԿԱ» ՍՊԸ	848800000	0%	848800000	691514000	0%	691,514,000	5,238,742.42	
2	Հեմոդիալիզի բազկաթուղ	140	960,000	134,400,000	«Էյ Էյ Ինժեներինգ» ՍՊԸ	134400000	0%	134400000	650000000	0%	65,000,000	464,285.71	Մերժված
					«Նաուրայի Ֆարմ» ՍՊԸ	135000000	0%	135000000	685000000	0%	68,500,000	489,285.71	
					«Պրոֆպեստ» ՍՊԸ	112000000	20%	134400000	800000000	20%	96,000,000	685,714.29	
					«Իվաֆարմ» ՍՊԸ	134399994	0%	134399994	836400000	0%	83,640,000	597,428.57	
3	Բիկարբոնատա յին խառնիչ	16	11,200,000	179,200,000	«Անիմեդ» ՍՊԸ	134347360	0%	134347360	885500000	0%	88,550,000	632,500.00	
					«Սեդպրո» ՍՊԸ	134300000	0%	134300000	134300000	0%	134,300,000	959,285.71	
					«Պրոֆպեստ» ՍՊԸ	149280000	20%	179136000	900000000	20%	108,000,000	6,750,000	
					«Իվաֆարմ» ՍՊԸ	179199994	0%	179199994	98507200	0%	98,507,200	6,156,700	
4	Զրի մաքրման կայան (ԶՄԿ) հեմոդիալիզի սարքավորում	8	28,800,000	230,400,000	«ԱՐ.ՄԵՂՏԵՆ ՆԻԿԱ» ՍՊԸ	179200000	0%	179200000	1792000000	0%	179,200,000	11,200,000	
					«Պրոֆպեստ» ՍՊԸ	192000000	20%	230400000	1050000000	20%	126,000,000	15,750,000	
					«Իվաֆարմ» ՍՊԸ	191999995	20%	230399994	108081000	20%	129,697,200	16,212,150	

	երի համար 700 լ / ժամ արդարորդակ անույթյամբ					«Նադալի Ֆարմ» ՍՊԸ	191900000	20%	230280000	128081000	20%	153,697,200	19,212,150	
5	Զրի մաքրման կայան (ԶՄԿ) հենդիլիլի սարքավորումն երի համար 1200 լ / ժամ արդարորդակ անույթյամբ	3	53,600,000	160,800,000		«Պրոֆիլեստ» ՍՊԸ	133980000	20%	160776000	48000000	20%	57,600,000	19,200,000	
						«Նադալի Ֆարմ» ՍՊԸ	133990000	20%	160788000	56000000	20%	67,200,000	22,400,000	
						«Իվաֆարմ» ՍՊԸ	133999995	20%	160799994	88660200	20%	106,392,240	35,464,080	
						«ԱՐ.ՄԵԴՏԵՆ ՆԻԿԱ» ՍՊԸ	161000000	0%	161000000	161000000	0%	161,000,000	53,666,667	Մերժված
6	Զրի մաքրման կայան (ԶՄԿ) հենդիլիլի սարքավորումն երի համար 1500 լ / ժամ արդարորդակ անույթյամբ	3	60,800,000	182,400,000		«Նադալի Ֆարմ» ՍՊԸ	151990000	20%	182388000	63500000	20%	76,200,000	25,400,000	
						«Իվաֆարմ» ՍՊԸ	151999995	20%	182399994	83480200	20%	100,176,240	33,392,080	
						«Պրոֆիլեստ» ՍՊԸ	151980000	20%	182376000	85000000	20%	102,000,000	34,000,000	
						«ԱՐ.ՄԵԴՏԵՆ ՆԻԿԱ» ՍՊԸ	183000000	0%	183000000	183000000	0%	183,000,000	61,000,000	Մերժված

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

6. Ընտրված մասնակիցներ որոշելու մասին

(Ա. Բաբայան)

26.11.2025թ.

Որոշվեց. «ՀՀ ԱՆ ԷԱԾԱՊՁԲ-2025/64/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակիցներ ճանաչել

➤ «Պրոֆտեստ» ՍՊԸ՝ 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ չափաբաժիններով

➤ «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ՝ 6-րդ չափաբաժնով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

7. Ընթացակարգի ամփոփման մասին

(Ա. Բաբայան)

Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 18.05.2017թ. թիվ 534-Ն որոշման պահանջները և մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը՝

Որոշվեց.

«ՀՀ ԱՆ ԷԱԾԱՊՁԲ-2025/64/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգը ամփոփել, կնքել պայմանագրեր «Պրոֆտեստ» ՍՊԸ-ի հետ՝ 661,600,000 ՀՀ դրամ և «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ-ի հետ 76,200,000 ՀՀ դրամ պայմանագրային գնով:

Ընթացակարգը 2-րդ չափաբաժնով հայտարարել չկայացած՝ ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 18.05.2017թ. թիվ 534-Ն որոշման 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետով և հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը:

Հիմք ընդունելով Օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետը՝ «ՀՀ ԱՆ ԷԱԾԱՊՁԲ-2025/64/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի համար անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարության տեքստը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:


Հանձնաժողովի

նախագահ՝




Ա. Բաբայան


անդամներ՝



Վ. Վահանյան




Ա. Գևորգյան



Տ. Խուրշուդյան

քարտուղար՝



Ա. Գալուսյան