

«ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-20-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի  
հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«\_19\_» «հունիսի» 2019թ.  
ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Լ.Դանիելյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Է.Միրոյան, Ա.Հակոբյան, Կ.Մկրտչյան, Մ.Գրիգորյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ա.Հարությունյան

Բացակայում էին՝

1. «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-20-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտերի  
գնահատման մասին

1.1 ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 44-րդ կետի համաձայն ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կողմից էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացվել է հարցման մասին տեղեկատվությունը առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակիցների մասով, ինչպես նաև սահմանված ժամկետում մասնակիցների կողմից ներկայացվել են պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը:

1.2 ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 46-րդ կետի համաձայն, հանձնաժողովի գնահատմանն է ներկայացվել կոմիտեից ստացված տեղեկատվությունը և առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները՝ սահմանված ժամկետում գնահատելու համար:

1.3 Հայտերի գնահատման արդյունքում, բոլոր մասնակիցների փաստաթղթերը գնահատվել են բավարար, բացառությամբ «Մեղիտեք» /N1, 2, 3-րդ չափաբաժիններ/ և «Դիասերվ» /N10-րդ չափաբաժին/ ՍՊ ընկերությունների կողմից ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի, մասնավորապես՝

- «Մեղիտեք» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված՝ թիվ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ չափաբաժինների մասով «Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.2-ի տեխնիկական բնութագրերում չեն հստակեցվել այն տեխնիկական չափորոշիչները, որոնց համար հրավերով սահմանվել էին տիրույթներ՝ «պետք է լինի», «ոչ ավել, քան», «ոչ պակաս, քան», «առնվազն»: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Մեղիտեք» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել են կոնկրետ ապրանքային նշաններ, արտադրողների անվանումներ և ծագման երկրներ, ուստի դրանք պետք է ունենան հստակ և հրավերով սահմանված նվազագույն պահանջներին համապատասխանող չափորոշիչներ, որոնց ճշգրտությունը հիմք ընդունելով կնքվում է գնման պայմանագիր:
- «Դիասերվ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված թիվ 10-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.2-ի տեխնիկական բնութագիրը լիարժեք չէ, մասնավորապես բացակայում է նշում՝ «Հատուկ քսուք ծորակների» քանակը հրավերով սահմանված է՝ 1 հատ, սակայն մասնակցի կողմից քանակ նշված չէ:

1.4 Հանձնաժողովի կողմից նշված ընկերությունների որակավորման փաստաթղթերում արձանագրված անհամապատասխանությունները մանրամասն ներկայացված են Հավելված N1-ով:

1.5 «Մեդիտեք» ՍՊ և «Դիասերվ» ՍՊ ընկերությունները ծանուցվել են ՀՀ կառավարության N526-Ն որոշման 47-րդ կետի համաձայն, այն է՝ առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակցի կողմից տրամադրված որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում, հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ արձանագրվելու դեպքում, հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրն էլեկտրոնային եղանակով ծանուցում է առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակցին՝ առաջարկելով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

## Հավելված 1

### <<Մեդիտեք>> ՍՊ ընկերություն

Չափաբաժին N1 /Հիվանդների կարդիոմոնիտորինգային համակարգ/

Առաջարկված ապրանքների տեխնիկական բնութագրի համապատասխանությունը գնահատելու համար օգտագործվել է մասնակցի ներկայացրած տեխնիկական բնութագիրը և մոդելի հիման վրա համացանցից ներբեռնված՝ առաջարկված սարքի օգտագործողի ձեռնարկը: Մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրի մեջ առկա են մի շարք անհամապատասխանություններ: Անհամապատասխանություններից որոշները գնահատող հանձնաժողովի կողմից գնահատվում են որպես ոչ էական, կլինիկական նշանակություն չունեցող: Որոշ բնութագրիչներ կարիք ունեն շտկման: Կից աղյուսակում ներկայացնում ենք բոլոր անհամապատասխանությունները:

| N | Պահանջվող տեխնիկական բնութագրիչ                                         | Մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրիչ                       | Օգտագործողի ձեռնարկում նշված տեխնիկական բնութագրիչ                                      | Մեկնաբանություն                                                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Մեկ հապաղումը / ուշացումը՝ $\leq 20\text{ms}$                           | Մեկ հապաղումը / ուշացումը՝ $\leq 20\text{ms}$                           | --                                                                                      | Խնդրում ենք ճշգրտել կոնկրետ թիվը                                                                                                   |
| 2 | Հակա-էլեկտրոշոկային աստիճանը՝ EУФ (RESP), SpO2, NIBP, IBP, TEMP, CO2 CF | Հակա-էլեկտրոշոկային աստիճանը՝ EУФ (RESP), SpO2, NIBP, IBP, TEMP, CO2 CF | Հակա-էլեկտրոշոկային աստիճանը՝ EУФ (RESP), SpO2, NIBP, IBP, TEMP - CF<br><b>CO2 - BF</b> | Խնդրում ենք հաստատել, որ CO2 մոնիտորինգի համար պաշտպանության հակա-էլեկտրոշոկային աստիճանը համապատասխանում է CF դասին, այլ ոչ թե BF |
| 3 | Մարտկոց՝ վերալիցքավորվող 3.6A/Hr 7.4V Li կամ համարժեք մարտկոց:          | Մարտկոց՝ վերալիցքավորվող 3.6A/Hr 7.4V Li                                | Մարտկոց՝ վերալիցքավորվող <b>2.5A/Hr 11.1V Li-ion</b>                                    | Խնդրում ենք ճշգրտել բնութագրիչը                                                                                                    |
| 4 | Դիֆերենցիալ մուտքային իմպեդանս՝ $\sim 5\text{M}\Omega$                  | Դիֆերենցիալ մուտքային իմպեդանս՝ $> 5\text{M}\Omega$                     | --                                                                                      | Խնդրում ենք ճշգրտել կոնկրետ թիվը                                                                                                   |
| 5 | Էլեկտրոդների չեզոքացման պոտենցիալ՝ $\pm 300\text{mV}$                   | Էլեկտրոդների չեզոքացման պոտենցիալ՝ $\pm 500\text{mV}$                   | Էլեկտրոդների չեզոքացման պոտենցիալ՝ <b>500mV</b>                                         | Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել                                                                                           |



|    |                                                                                                            |                                                                                |                                                    |                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 6  | Միջին արտահոսք՝ <10սԱ                                                                                      | Միջին արտահոսք՝ <1սԱ                                                           |                                                    | Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել |
| 7  | Բազային վերականգնում՝ <3վրկ. դեֆիբրիլյացիայից հետո                                                         | Բազային վերականգնում՝ <5վրկ. դեֆիբրիլյացիայից հետո                             | Բազային վերականգնում՝ <5վրկ. դեֆիբրիլյացիայից հետո | Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել |
| 8  | Հիմնական իմպեդանսի տիրույթ՝ 0.1 ~ 2.5 kΩ                                                                   | Հիմնական իմպեդանսի տիրույթ՝ 0.2 ~ 2.5 kΩ                                       | --                                                 | Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել |
| 9  | Չափման ինտերվալը AUTO ռեժիմում՝ 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480,760 Min                           | Չափման ինտերվալը AUTO ռեժիմում՝ 1,2,2.5,3,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480 Min | --                                                 | Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել |
| 10 | Ահազանգման ձևը երեխաների ռեժիմում ոչ պակաս քան՝<br>SYS: 40 ~270mmHg<br>DIA: 10~150mmHg<br>MEAN: 20~165mmHg | Երեխաների ռեժիմում՝<br>SYS: 25 ~240mmHg<br>DIA: 10~200mmHg<br>MEAN: 15~215mmHg |                                                    | Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել |
| 11 | Ակտուալիզացիայի ինտերվալը՝ մոտ 1վրկ.                                                                       | Ակտուալիզացիայի ինտերվալը՝ մոտ 1վրկ.                                           | --                                                 | Խնդրում ենք ճշգրտել կոնկրետ թիվը         |
| 12 | Հստակություն՝ ± 2 bpm                                                                                      | Հստակություն՝ ± 3 bpm                                                          | Հստակություն՝ ± 3 bpm                              | Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել |
| 13 | Ակտուալիզացիայի ինտերվալը՝ մոտ 1վրկ.                                                                       | Ակտուալիզացիայի ինտերվալը՝ մոտ 1վրկ.                                           | --                                                 | Խնդրում ենք ճշգրտել կոնկրետ թիվը         |
| 14 | Ժամանակի միջինացված հաստատունը՝ <10վրկ.                                                                    | Ժամանակի միջինացված հաստատունը՝ <10վրկ.                                        | --                                                 | Խնդրում ենք ճշգրտել կոնկրետ թիվը         |
| 15 | Մակնշում՝ ART, PA0000CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2                                                            | Մակնշում՝ ART                                                                  | --                                                 | Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել |
| 16 | Չափման և ահազանգման տիրույթը՝ Ոչ պակաս, քան՝ ART: -50~350mmHg                                              | Չափման և ահազանգման տիրույթը՝ ART: -50~300mmHg                                 | Չափման և ահազանգման տիրույթը՝ ART: -50~300mmHg     | Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել |
| 17 | Ակտուալիզացիայի ինտերվալը՝ մոտ 1վրկ.                                                                       | Ակտուալիզացիայի ինտերվալը՝ մոտ 1վրկ.                                           | --                                                 | Խնդրում ենք ճշգրտել կոնկրետ թիվը         |
| 18 | Չափման տիրույթը՝ Ոչ պակաս, քան՝ CO2: 0~150mmHg                                                             | Չափման տիրույթը՝ CO2: 0~20%mmHg                                                | --                                                 | Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել |

|    |                                                                                |                                                                                                         |    |                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
|    | INSCO2: 0~150mmHg                                                              | INSCO2:<br><b>0~20%mmHg</b>                                                                             |    |                                             |
| 19 | Հստակությունը՝ $\pm 2\text{mmHg}$ ,<br>0~40mmHg                                | Հստակությունը՝<br>$\pm 0,1\%$ -<br><b>0,5%mmHg,</b><br><b>0~40mmHg</b><br>$\pm 0,3\%$                   | -- | Անհամապատասխանություն,<br>խնդրում ենք շտկել |
| 20 | Կողմնային հոսքի<br>ուշացման ժամանակը՝ ոչ<br>ավել, քան 2~3վրկ.                  | Կողմնային հոսքի<br>ուշացման<br>ժամանակը՝<br>5.5վրկ.                                                     |    | Անհամապատասխանություն,<br>խնդրում ենք շտկել |
| 21 | Ազդանշանային տիրույթը՝<br>Ոչ պակաս, քան<br>CO2: 0~150mmHg<br>INSCO2: 0~150mmHg | Ազդանշանային<br>տիրույթը՝ Ոչ<br>պակաս, քան<br><b>CO2: 0~99mmHg</b><br><b>INSCO2:</b><br><b>0~99mmHg</b> | -- | Անհամապատասխանություն,<br>խնդրում ենք շտկել |
| 22 | Շնչարգելության<br>ազդանշանի ուշացումը՝<br>Ոչ ավել, քան՝ AwRR:<br>10~60վրկ      | Շնչարգելության<br>ազդանշանի<br>ուշացումը՝<br>AwRR: 10~40վրկ                                             |    | Անհամապատասխանություն,<br>խնդրում ենք շտկել |

#### Չափաբաժին N2 /Պերֆուզիոն պոմպ/

Առաջարկված ապրանքների տեխնիկական բնութագրի համապատասխանությունը գնահատելու համար օգտագործվել է մասնակցի ներկայացրած տեխնիկական բնութագիրը: Մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրի մեջ առկա են մի քանի անհամապատասխանություններ: Որոշ բնութագրիչներ կարիք ունեն շտկման: Կից աղյուսակում ներկայացնում ենք բոլոր անհամապատասխանությունները:

| N | Պահանջվող տեխնիկական բնութագրիչ         | Մասնակցի կողմից<br>ներկայացված տեխնիկական<br>բնութագրիչ | Մեկնաբանություն                              |
|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | Օկլյուզիոն ճնշման առնվազն 9<br>մակարդակ | Օկլյուզիոն ճնշման 3<br>մակարդակ                         | Անհամապատասխանությ<br>ուն, խնդրում ենք շտկել |
| 2 | KVO՝ կարգավորվող, 1ml/h -10ml/h.        | KVO՝ կարգավորվող,<br>0.1ml/h -1.0ml/h.                  | Անհամապատասխանությ<br>ուն, խնդրում ենք շտկել |

#### Չափաբաժին N3 / Կապնոգրաֆիայի մոնիտոր /

Առաջարկված ապրանքների տեխնիկական բնութագրի համապատասխանությունը գնահատելու համար օգտագործվել է մասնակցի ներկայացրած տեխնիկական բնութագիրը: Մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրի մեջ առկա են մի շարք անհամապատասխանություններ: Որոշ բնութագրիչներ կարիք ունեն շտկման: Կից աղյուսակում ներկայացնում ենք բոլոր անհամապատասխանությունները:

| N | Պահանջվող տեխնիկական բնութագրիչ                      | Մասնակցի կողմից<br>ներկայացված<br>տեխնիկական բնութագրիչ | Մեկնաբանություն                             |
|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Պոմպի հոսքի արագությունը ոչ պակաս,<br>քան՝ 75մլ/րոպե | Պոմպի հոսքի<br>արագությունը 50մլ/րոպե                   | Անհամապատասխանություն,<br>խնդրում ենք շտկել |




|   |                                                                  |                                                   |                                          |
|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2 | Մրտի զարկերի հաճախականության տիրույթը ոչ պակաս, քան՝ 18 – 255գ/ր | Մրտի զարկերի հաճախականության տիրույթը 30 – 300գ/ր | Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել |
|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների և քարտուղարի անունները և ստորագրությունները


Հանձնաժողովի


Նախագահ՝


 \_\_\_\_\_ Լ.Դանիելյան

Անդամներ՝


 \_\_\_\_\_ Է.Միքոյան

 \_\_\_\_\_ Ա.Հակոբյան

 \_\_\_\_\_ Գ.Մկրտչյան

 \_\_\_\_\_ Մ.Գրիգորյան

Քարտուղար՝

 \_\_\_\_\_ Ա.Հարությունյան