

**«ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-22 -ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի
հանձնաժողովի նիստի**

« 19 » «հունիսի» 2019թ.
Ժամը՝ 12:00

ք. Երևան

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Լ.Դանիելյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Է.Միրոյան, Ա.Հակոբյան, Կ.Մկրտչյան, Մ.Գրիգորյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ա.Հարությունյան

Բացակայում էին՝

1. «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-22-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտերի գնահատման մասին

1.1 ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 44-րդ կետի համաձայն ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կողմից էլեկտրոնային փուտի միջոցով ստացվել է հարցման մասին տեղեկատվությունը առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակիցների մասով, ինչպես նաև սահմանված ժամկետում մասնակիցների կողմից ներկայացվել են պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը:

1.2 ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 46-րդ կետի համաձայն, հանձնաժողովի գնահատմանն է ներկայացվել կոմիտեից ստացված տեղեկատվությունը և առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները՝ սահմանված ժամկետում գնահատելու համար:

1.3 Հայտերի գնահատման արդյունքում, բոլոր մասնակիցների փաստաթղթերը գնահատվել են բավարար, բացառությամբ «Մեդիտեք» /N1, 2, 3, 17-րդ չափաբաժիններ/ և «Պրոֆտեստ» /N6,7-րդ չափաբաժիններ/ ՍՊ ընկերությունների կողմից ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի, մասնավորապես՝ հանձնաժողովի կողմից նշված ընկերությունների որակավորման փաստաթղթերում արձանագրված անհամապատասխանությունները մանրամասն ներկայացված են Հավելված N1-ով:

Հավելված 1

<<Մեդիտեք>> ՍՊ ընկերություն

Չափաբաժին N1 /Պերֆուզիոն պոմպ/

1-ին չափաբաժնով առաջարկված ապրանքների տեխնիկական բնութագրի համապատասխանությունը գնահատելու համար օգտագործվել է մասնակցի ներկայացրած տեխնիկական բնութագիրը: Մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրի մեջ առկա են մի քանի անհամապատասխանություններ: Որոշ բնութագրիչներ կարիք ունեն շտկման: Կից աղյուսակում ներկայացնում ենք բոլոր անհամապատասխանությունները:

#	Պահանջվող տեխնիկական բնութագրիչ	Մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրիչ	Մեկնաբանություն
1	Օկլյուզիոն ճնշման առնվազն 9 մակարդակ	Օկլյուզիոն ճնշման 3 մակարդակ	Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել
2	KVO՝ կարգավորվող, 1ml/h - 10ml/h.	KVO՝ կարգավորվող, 0.1ml/h - 1.0ml/h.	Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել

Չափաբաժին N2 / Կապնոգրաֆիայի մոնիտոր /

2-րդ չափաբաժնով առաջարկված ապրանքների տեխնիկական բնութագրի համապատասխանությունը գնահատելու համար օգտագործվել է մասնակցի ներկայացրած տեխնիկական բնութագիրը: Մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրի մեջ առկա են մի շարք անհամապատասխանություններ: Որոշ բնութագրիչներ կարիք ունեն շտկման: Կից աղյուսակում ներկայացնում ենք բոլոր անհամապատասխանությունները:

#	Պահանջվող տեխնիկական բնութագրիչ	Մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրիչ	Մեկնաբանություն

1	Պոմպի հոսքի արագությունը ոչ պակաս, քան 75մ/րոպե	Պոմպի հոսքի արագությունը 50մ/րոպե	Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել
2	Սրտի զարկերի հաճախականության տիրույթը ոչ պակաս, քան 18 – 255գ/ր	Սրտի զարկերի հաճախականության տիրույթը 30 – 300գ/ր	Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել

Չափաբաժին N3 /Էլեկտրասրտագրության սարք (ԷՍԳ)/

3-րդ չափաբաժնով առաջարկված ապրանքների տեխնիկական բնութագրի համապատասխանությունը գնահատելու համար օգտագործվել է մասնակցի ներկայացրած տեխնիկական բնութագիրը: Մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրի մեջ առկա են մի շարք անհամապատասխանություններ: Որոշ բնութագրիչներ կարիք ունեն շտկման: Կից աղյուսակում ներկայացնում ենք բոլոր անհամապատասխանությունները:

#	Պահանջվող տեխնիկական բնութագրիչ	Մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրիչ	Մեկնաբանություն
1	Արտաձման ԿԱԲՆԵՐԱ ստանդարտի պարտադիր համապատասխանություն	Արտաձման ԿԱԲՆԵՐԱ ստանդարտի պարտադիր համապատասխանություն - այս բնութագրիչը բացակայում է	Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել
2	RS -232 առկայություն	RS -232 առկայություն -այս բնութագրիչը բացակայում է	Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել
3	Թրոմբոլիզիսի ցուցանիշները որոշելու ծրագիր	Թրոմբոլիզիսի ցուցանիշները որոշելու ծրագիր-այս բնութագրիչը բացակայում է	Անհամապատասխանություն, խնդրում ենք շտկել

17-րդ չափաբաժնում Օդի վերաշրջանադրիչ/օդային ախտահանիչ

17-րդ չափաբաժնիում բացակայում է «Պարտադիր պայման է ապրանքի չօգտագործված լինելը» նախադասությունը:

<<Պրոֆտեստ>> ՍՊ ընկերություն

6-րդ և 7-րդ չափաբաժիններում Թթվածնային սարքավորումների հավաքածու 1,

Թթվածնային սարքավորումների հավաքածու 2 ապրաքային նշանաբ, արտադրողի անվանում և ծագման երկիրը հստակեցված չէ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

1.4 «Մեդիտեք» ՍՊ և «Պրոֆտեստ» ՍՊ ընկերությունները ծանուցվել են ՀՀ կառավարության N526-Ն որոշման 47-րդ կետի համաձայն, այն է՝ առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակցի կողմից տրամադրված որակավորման չափանիշները հիմնավորող հրավերով նախատեսված փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում, հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ արձանագրվելու դեպքում, հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրն Էլեկտրոնային եղանակով ծանուցում է առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակցին՝ առաջարկելով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների և քարտուղարի անունները և ստորագրությունները

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամներ՝

Քարտուղար՝

Լ.Դանիելյան

Է.Միրոյան

Ա.Հակոբյան

Կ.Մկրտչյան

Մ.Գրիգորյան

Գ.Ադամյան