



Արձանագրություն 3
«Չարենցավանի բժշկական կենտրոն» ՊՓԲԸ
ԿՄ ՉԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2024/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, Երիտասարդության 8

28.03.2024թ

| | |
|------------------------|--------------------|
| Գնումների | Աիրա Ալվազյան |
| Հայտերի բացող կազմ՝ | |
| Բացող 1 | Ջարինե Մկրտումյան |
| Բացող 2 | Լևոն Վարդանյան |
| Հայտերը գնահատող կազմ | |
| Գնահատման պատասխանատու | Վարդուհի Մարգարյան |
| գնահատող անդամ | Արմեն Ասոյան |
| գնահատող անդամ | Լուսինե Յոյյան |
| գնահատող անդամ | Գոհար Ապրեսյան |

ՀՀ կառավարության 04 մայիսի 2017 թվականի թիվ 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ»-ի /այսուհետև՝ Կարգ/ 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, գնահատող հանձնաժողովի նիստը համարվում է իրավագործ և հայտարարվում է բացված:

Հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին՝

| Հրավերի հրապարակման ամսաթիվը | Հայտերի բացման ամսաթիվը | Հայտեր ներկայացրած մասնակիցներ | Մասնակիցների տվյալները | Իրական շահառուների մասին տեղեկատվություն | Գնման ընթացակարգի Մասնակցի գնահատման արդյունքները | Ներկայացված հայտերի համապատասխանությունը հրավերի տեքստին | Ներկայացված հարցումներ, պարզաբանումներ և/կամ բողոքներ |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|---|
| 06.03.2024 | 13.03.2024 17:45 | Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ | ք.Երևան, Կոմիտասի 65/141շ ՀՎՀՀ 00842845 tenders@margpharma.com 095246449 | https://www.e-register.am/am/companies/1324202/declaration/32c64328-77dc-434d-825d-93c553012ad1 | Շտկման ենթակա | Շտկման ենթակա | Չեն եղել |
| | | Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ | Ք.Երևան Չելյովի 48/27: ՀՎՀՀ 05021614: analiz-med.arm@mail.ru | https://www.e-register.am/am/companies/1321234/declaration/5affd5c7-c066-4e88-ace5-700415950496 | Շտկման ենթակա | Շտկման ենթակա | Չեն եղել |

Հանձնաժողովը որոշեց բանակցությունների մասին՝

| Բանակցությունների հիմք՝ | Չափաբաժիններ՝ | Մասնակիցներ՝ | Շտկման բովանդակությունը՝ | Շտկում ներկայացնելու կարգը՝ | Շտկում ներկայացրած մասնակիցներ՝ |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|----------------|--|---|--|
| Հավելված 11 շտկում | (3) Մարդու զարկերակային/երակային արյան մեջ գազերի և էլեկտրոլիտների որոշման շարժական վերլուծիչ | Անալիզ Մեդ ՍՊԸ | <p>Հրավերի տեքստում առկա տվյալների համաձայն՝</p> <p>Սշխատանքի մեթոդը չոր մեկանգամյա օգտագործման քարթրիջներ, առանց լվացող դիտման, ներկայացված տվյալներով աշխատանքի համար անհրաժեշտ է չոր սենտրային քարթրիջ, հեղուկ ռեագենտների քարթրիջ բազմակի օգտագործման միացնելուց հետո 45-60օր պիտանելության ժամկետով: Այսինքն պահանջվող սարքի բնութագրով սարքը չպետք է պահանջի ոչ մի այլ լրացուցիչ ռեագենտ, պետք է կատարի մեկ հետազոտությունը միայն մեկ չոր սենտրային քարթրիջով, իսկ մասնակցի կողմից առաջարկվող սարքին անհրաժեշտ են նաև այլ հեղուկ ռեագենտներ, որոնք պետք է պարբերաբար փոխարինվի:</p> <p>Չափելի պարամետրերի որոշման առավելագույն և նվազագույն տիրույթները պետք է համապատասխանի՝ pCO2 (5.0-25.0), ներկայացված սարքի տվյալներով pCO2 (10-15.0), pO2 (5.0-720.0) ներկայացված սարքի տվյալներով pO2 (10-700.0): cK+(1.0-12.0մմոլ/լ) ներկայացվածով cK+(1.6-11.5մմոլ/լ), cCl-(50.0-200.00մմոլ/լ) ներկայացվածով cCl-(65.0-140.00մմոլ/լ): cCa2+(0.25-5.0մմոլ/լ) ներկայացված տվյալներով cCa2+(0.25-3.0մմոլ/լ):</p> | <p>Շտկված հավելվածը ներկայացնել legesgnumner@gmail.com հասցենին, սույն արձանագրությունը ստանալուց հետո 1 /մեկ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում:</p> | <p>Մասնակցի կողմից ներկայացված հավելված 11-ը ներկայացվել է ոչ պատշաճ՝ հաստատված չէ կնիքով և/կամ ստորագրությամբ</p> |
| | <p>Լսողության ստուգման համակարգ</p> <p>Արթրոսկոպիկ վիրահատական համակարգ</p> | Մարգ-Ֆարմացիա | <p>Ներկայացված հավելված 11 ում առկա չեն ապրանքների՝ ֆիրմային անվանումը ապրանքային նշանը մոդելը արտադրողի անվանումը</p> | <p>Մասնակցի կողմից ներկայացված հավելված 11-ը ներկայացվել է պատշաճ: Համապատասխանում է հրավերով սահմանված</p> | |

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին՝

1 Լսողության ստուգման համակարգ

| Մասնակցի անվանումը՝ | Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկը առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Մասնակցի ներկայացրած գնային ներառյալ ԱԱՀ | Մասնակցի գրադեցրած տեղը |
|---------------------|--|-----|--|-------------------------|
| Մարգ-Ֆարմացիա | 3 230 000 | 0,0 | 3 230 000 | 1 |


2 Արթրոսկոպիկ վիրահատական համակարգ

| Մասնակցի անվանումը՝ | Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկը առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Մասնակցի ներկայացրած գնային ներառյալ ԱԱՀ | Մասնակցի գրադեցրած տեղը |
|---------------------|--|-----|--|-------------------------|
| Մարգ-Ֆարմացիա | 12 300 000 | | 12 300 000 | 1 |

| Մասնակցի անվանումը՝ | Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկը առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Մասնակցի ներկայացրած գնային ներառյալ ԱԱՀ | Մասնակցի գրադեցրած տեղը |
|---------------------|--|-----------|--|-------------------------|
| Մարգ-Ֆարմացիա | 2 900 000 | 0,0 | 2 900 000 | 1 |
| Անայիգ Մեդ ՄՊԸ | 2 665 000 | 533 000,0 | 3 198 000 | |

Հանձնաժողովը որոշեց կնքվելիք պայմանագրի մասին՝

| Անգործության սկիզբ և ավարտ | Պայմանագրի նախագծի ծանուցման օր |
|--|--|
| Միակ մասնակցի դեպքում անգործության ժամկետը չի կիրառվում: Մեկից ավել մասնակցի դեպքում սույն հայտարարության հրապարակմանը հաջորդող օրվանից 10-րդ օրացուցային օրը: | Անգործության ժամկետի կիրառելիության դեպքում, վերջինիս ավարտից հետո, 4-րդ աշխատանքային օրը: |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|---|
| Գնումների համակարգող | Աիդա Այվազյան |  |
| Հայտերի բացող կազմ՝ | | |
| Բացող 1 | Ջարինե Մկրտումյան | |
| Բացող 2 | Լևոն Վարդանյան | |
| Հայտերը գնահատող կազմ՝ | | |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Գնահատման սլառափնանատու (ԳԱՊ) | Վարդուհի Մարգարյան | |
| գնահատող անդամ | Արմեն Ասոյան | |
| գնահատող անդամ | Լուսինե Յոյցյան | |
| գնահատող անդամ | Գոհար Ասրեսյան | |