

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար պետական պատվերով ստենտավորման ծառայությունների մատուցման նպատակով կազմակերպված «ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հունվարի 21-ին կնքված N «ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
չափա - բաժնի համարը	անվանումը	չափ-միավորը	քանակը ¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
3	Կորոնար ուղղորդիչ /1	հատ		10		350,000	Կորոնար 0,014" կորոնար ուղղորդիչ: Ներքին միջուկը կազմված է 304V տեսակի պողպատից, հյուսված ծայրով: Ռենտգենկոնտրաստ ծայրի երկարությունը՝ 3սմ: Դիստալ մասը և ծայրի շապիկը պատված է պոլիմերային ծածկույթով: Հիդրոֆիլ ծածկույթ պոլիմեր ծածկույթի վրայից: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և դիստալ ռենտգենկոնտրաստ ծայրի պահանջվող ձևերն են՝ ուղիղ, J-ձև: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և ծայրի պահանջվող կոշտություններն են՝ 1,5գ, 2,7գ, 4,1գ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և կորոնար ուղղորդիչի պահանջվող երկարություններն են՝ 190սմ, 300 սմ: Ֆորմատ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար պարտադիր է արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Պետք է լինի	Կորոնար 0,014" կորոնար ուղղորդիչ: Ներքին միջուկը կազմված է 304V տեսակի պողպատից, հյուսված ծայրով: Ռենտգենկոնտրաստ ծայրի երկարությունը՝ 3սմ: Դիստալ մասը և ծայրի շապիկը պատված է պոլիմերային ծածկույթով: Հիդրոֆիլ ծածկույթ պոլիմեր ծածկույթի վրայից: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և դիստալ ռենտգենկոնտրաստ ծայրի պահանջվող ձևերն են՝ ուղիղ, J-ձև: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և ծայրի պահանջվող կոշտություններն են՝ 1,5գ, 2,7գ, 4,1գ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և կորոնար ուղղորդիչի պահանջվող երկարություններն են՝ 190սմ, 300 սմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայական ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար պարտադիր է արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:	առկայությունը: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
4	Երկարացուցիչ բարձր հոսքի/1	հատ		200		115,908	Երկարացուցիչ բարձր հոսքի՝ 800psi ճնշման համար նախատեսված երակային համակարգի երկարացուցիչ: 1.5մլ 100սմ ծավալով, ներսի դիամետրը 1.5մմ, արտաքինը՝ 3.0մմ: Կախված վիրահատության առնձնահատկությունից երկարացուցիչի պահանջվող երկարություններն են՝ 15սմ, 30սմ, 60սմ, 90սմ, 150սմ: Ֆորմատ՝ հատ: EN ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:	Երկարացուցիչ բարձր հոսքի՝ 800psi ճնշման համար նախատեսված երակային համակարգի երկարացուցիչ: 1.5մլ 100սմ ծավալով, ներսի դիամետրը 1.5մմ, արտաքինը՝ 3.0մմ: Կախված վիրահատության առնձնահատկությունից երկարացուցիչի պահանջվող երկարություններն են՝ 15սմ, 30սմ, 60սմ, 90սմ, 150սմ: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակին հետ կներկայացվի ISO 13485 որակի սերտիֆիկատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը առկա է: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
8	Զարկերակ կարող գործիք/1	հատ		20		1,300,000	Զարկերակը կարող գործիք - Սարքն օգտագործվում է զարկերակի հետ արագ, անվտանգ եւ հուսալի մեխանիկական հեմեստազի համար: Իրենից ներկայացնում է լրիվությամբ բիոդեգրացվող ակտիվ փակող համակարգ, որի կազմում կան՝ ինտրաարտերիալ խարիսխ, թել, կոլագեն: Անոթի ներքին պատին ֆիքսված հեմոստատիկ խարիսխը լրիվությամբ ներծծվում է	Զարկերակը կարող գործիք - Սարքն օգտագործվում է զարկերակի հետ արագ, անվտանգ եւ հուսալի մեխանիկական հեմեստազի համար: Իրենից ներկայացնում է լրիվությամբ բիոդեգրացվող ակտիվ փակող համակարգ, որի կազմում կան՝ ինտրաարտերիալ խարիսխ, թել, կոլագեն: Անոթի ներքին պատին ֆիքսված հեմոստատիկ խարիսխը

							մինչև 90 օրվա ընթացքում: Զարկերակը կարող գործիքի չափսը՝ 6Fr: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը:	լրիվությամբ ներծծվում է մինչև 90 օրվա ընթացքում: Զարկերակը կարող գործիքի չափսը՝ 6Fr: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին կունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը:
13	Ինտրոդյուսեր ֆեմորալ 6Fr/1	հատ		50		511,500	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրոդյուսեր կոմպլեկտ ֆեմորալ 6Fr- պարունակում է՝ ինտրոդյուսեր 10սմ ծայրի երկարությամբ, 0.038" տրամագծով վայեր, 18 G ասեղով: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը:	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրոդյուսեր կոմպլեկտ ֆեմորալ 6Fr- պարունակում է՝ ինտրոդյուսեր 10սմ ծայրի երկարությամբ, 0.038" տրամագծով վայեր, 18 G ասեղով: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականների առկայությունը: Նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ է: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին կունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը:
14	Ինտրոդյուսեր ռադիալ 6Fr/1	հատ		300		3,069,000	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրոդյուսեր տրանսադիալ կոմպլեկտ 6Fr- Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ:	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրոդյուսեր տրանսադիալ կոմպլեկտ 6Fr- Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը

							Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից ինտրոդյուսերի ծայրի երկարության պահանջվող չափսերն են՝ 7սմ, 10սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և բարդությունից մինի վայերի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.018" 0.021"0.025"՝ 45սմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից մուտքի ասեղի պահանջվող չափերն են՝ 20G, 21G, 22G: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:	արյունատար անոթի մեջ: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից ինտրոդյուսերի ծայրի երկարության պահանջվող չափսերն են՝ 7սմ, 10սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և բարդությունից մինի վայերի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.018" 0.021"0.025"՝ 45սմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից մուտքի ասեղի պահանջվող չափերն են՝ 20G, 21G, 22G: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ է: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին կունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
15	Թրոմբոասպիրացին կաթետեր/1	հատ	20	2,346,000	Ասպիրացին կաթետեր, դիստալ չափը ոչ ավել, քան՝ 1.7մմ, պրոքսիմալ չափը ոչ ավել, քան՝ 1.4մմ, քաշող մակերեսը դիստալ մասում ոչ պակաս, քան՝ 0.79մմ քառ., պրոքսիմալ հատվածում ոչ պակաս, քան՝ 0.95մմ քառ. մուտքի պրոֆիլը ոչ ավել, քան՝ 0.019", հիդրոֆիլիկ ծածկույթ՝ ոչ պակաս, քան 40սմ, աշխատող սեզմենտը ոչ ավել, քան՝ RX= 23սմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման	Ասպիրացին կաթետեր, դիստալ չափը՝ 1.7մմ, պրոքսիմալ չափը՝ 1.4մմ, քաշող մակերեսը դիստալ մասում՝ 0.79մմ քառ., պրոքսիմալ հատվածում՝ 0.95մմ քառ. մուտքի պրոֆիլը՝ 0.019", հիդրոֆիլիկ ծածկույթ՝ 40սմ, աշխատող սեզմենտը՝ RX= 23սմ: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ է: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման		

						կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը:	կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին կունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը:
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը			16.12.2016թ. «Գնումների մասին»ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետ				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	
						x	
...							
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				23.11.2018թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵			1	28.11.2018թ.			
			...				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման		
			1	01.12.2018թ.	04.12.2018թ.		
			...				
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Զափաբաժին 1							
1	«ԻՄՊԼԱՆՏՄԵՆ» ՍՊԸ	-	1,375,000.00	-	-	-	1,375,000.00
Զափաբաժին 2							
1	«ԻՄՊԼԱՆՏՄԵՆ» ՍՊԸ	-	2,835,000.00	-	-	-	2,835,000.00
Զափաբաժին 3							
1	«ՊՐՈՖՏԵՍ» ՍՊԸ	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
Զափաբաժին 4							
1	«Ա.Կոստանյան և Ընկերներ» ՍՊԸ	-	115,800.00	-	-	-	115,800.00
Զափաբաժին 7							
1	«Զորաշեն» ՍՊԸ	-	1,478,000.00	-	-	-	1,478,000.00
2	«ԼԱԷԿԱ» ՍՊԸ	-	1,729,000.00	-	-	-	1,729,000.00
Զափաբաժին 8							
1	«ԼԱԷԿԱ» ՍՊԸ	-	1,300,000.00	-	-	-	1,300,000.00
Զափաբաժին 9							
1	«ԼԱԷԿԱ» ՍՊԸ	-	365,000.00	-	-	-	365,000.00
Զափաբաժին 10							
1	«ԼԱԷԿԱ» ՍՊԸ	-	2,370,000.00	-	-	-	2,370,000.00
Զափաբաժին 11							
1	«ԼԱԷԿԱ» ՍՊԸ	-	4,095,000.00	-	-	-	4,095,000.00
Զափաբաժին 12							
1	«ԼԱԷԿԱ» ՍՊԸ	-	1,980,000.00	-	-	-	1,980,000.00
Զափաբաժին 13							

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

1	«ԼԱԷԿԱ» ՍՊԸ	-	475,000.00	-	-	-	475,000.00			
Զափաբաժին 14										
1	«ԼԱԷԿԱ» ՍՊԸ	-	2,850,000.00	-	-	-	2,850,000.00			
Զափաբաժին 15										
1	«ԼԱԷԿԱ» ՍՊԸ	-	1,940,000.00	-	-	-	1,940,000.00			
Զափաբաժին 16										
1	«Զորաշեն» ՍՊԸ	-	3,478,000.00	-	-	-	3,478,000.00			
2	«ԻՄՊԼԱՆՏՄԵԴ» ՍՊԸ	-	3,620,000.00	-	-	-	3,620,000.00			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Զափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը և պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				15.01.2019թ./չափաբաժին 3, 4, 8, 13,14,15/						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				-			-			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				16.01.2019թ./ չափաբաժին 3, 4, 8, 13,14,15/						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				17.01.2019թ./ չափաբաժիններ 3, 4,/ 18.01.2019թ./չափաբաժիններ 8, 13,14,15/						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				21.01.2019թ.- ./ չափաբաժիններ 3, 4, 8, 13,14,15/						
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰			
8,13,14,15	«ԼԱԷԿԱ»ՍՊԸ	ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-1	21.01.2019թ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու ղեկավարվում 15.12.2019թ.	0	-	6565000			
3	«Պրոֆտեստ» ՍՊԸ	ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-2	21.01.2019թ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու ղեկավարվում 15.12.2019թ.	0	-	350000			
4	«Ա. Կոստանյան և ընկերներ» ՍՊԸ	ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-3	21.01.2019թ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու ղեկավարվում 15.12.2019թ.	0	-	115800			

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
8,13,14,15	«ԼԱԷԿԱ»ՍՊԸ	ք. Երևան, Վ. Համբարձումյան 3-18	laeka@web.am	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 15700 02271710100	00058539
3	«Պրոֆտեստ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Արաբկիր 41փ. 12/3	PROFTESTLLC@gmail.com	«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ 220290123490000	00120301
4	«Ա.Կոստանյան և ընկերներ» ՍՊԸ	Ք.Երևան Արշակունյաց 42, բն 19	hqmedsarmenia@mail.ru	«Արարատբանկ» ԲԲԸ h/h1510004696770100	00443565
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: N6 չափաբաժինը հայտարարվել է չկայացած 37-րդ հոդվածի 1ին մասի 3-րդ կետի՝ ոչ մի հայտ չի ներկայացվել: N 5,9,10,11,12 չափաբաժինները հայտարարվել են չկայացած ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքները քննող անձի 24.12.2018թ. թիվ ԳԲԽ-ԷՍ-2018/120 որոշմամբ:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		23.11.2018թ. հրավերը, իսկ 28.11.2018թ. հրավերի փոփոխությունը հրապարակվել է www.procurement.am և www.eauction.armeps.am կայքերում:			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		-			
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		-			
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Մերի Կարապետյան		011-621-000(249)		marketingysmu5@gmail.com	

Պատվիրատու՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: