

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2021 թվականի նոյեմբերի 02-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԿՖԲԳՀԻ-ԳՀ-ԱՊՁԲ 2021/5»

«Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար
«Բժշկական Սարքավորումներ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԿՖԲԳՀԻ-ԳՀ-ԱՊՁԲ
2021/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն
ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 31.10.2021թ.ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ
02.11.2021թ.ին տրամադրված պարզաբանումները՝

Հարցադրում N 1:

Հարգելի՛ գործընկեր, 5 ռդ չափաբաժնով պահանջվող սարքավորման համար կա դրված
հետևյալ պահանջը՝

"Թափահարման արագությունը " ոչ պակաս քան 8 տեսակի կարգավորվող արագություն"

Խնդրում եմ պարզաբանել արագության ի՞նչ տեսակների մասին է խոսքը:

Նշեք խնդրում եմ պահանջվող առնվազն 8 արագությունների տեսակները:

Պարզաբանում N 1:

Հարգելի մասնակից, 8 տեսակի կարգավորվող արագություն՝ յուրաքանչյուրը 400-700 ր/պտ:

Հարցադրում N 2:

Հարգելի՛ գործընկեր, 2-ից 5-րդ չափաբաժինների համար կա ISO 13485 սրտիֆիկատի
պահանջ:

Խնդրում եմ պարզաբանել պահանջը պարտադիր՞ է բոլոր 4 սարքավորումների (2րդ-ից 5րդ
չափաբաժինների) համար: Եթե կան չափաբաժիններ, որոնց համար ներկայացված պահանջը
պարտադիր չէ, խնդրում եմ նշել դրանք:

Պարզաբանում N 2:

Հարգելի մասնակից, հայտնում ենք, որ Ցանկում նշված յուրաքանչյուր վերլուծիչ պետք է
ունենա ISO 13485 ստանդատի սերտիֆիկատ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող
եք դիմել «ԿՖԲԳՀԻ-ԳՀ-ԱՊՁԲ 2021/5» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գրիգոր
Ավետիսյանին:

Հեռախոս՝ 044 99 33 31

Էլ. Փոստ՝ smartbidcons@gmail.com

«ԿՖԲԳՀԻ-ԳՀ-ԱՊՁԲ 2021/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով