

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի  
2019 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է  
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-14-ԵՊԲՀ»

«Երևանի Միխրթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-14-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2019 թվականի փետրվարի 11-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2019 թվականի փետրվարի 12-ին տրամադրված պարզաբանումը՝

**Հարցադրում N 1:** Հարգելի հանձնաժողով, չափաբաժին 24-ին համապատասխան մեր կողմից առաջարկվող ապրանքի գրանույլները ունեն ցիլինդրիկ կառուցվածք (որը հանգեցնում է աբսորբերում օպտիմալ բաշխման և կլանման ծավալի մեծացման), չափսերը՝ 8.0 մմ-ից ավել բացակայում են, 4.75-8.0 մմ ոչ պակաս 2%, 2.36-4.74 մմ ոչ պակաս 85%-ից, 0.42- 2.35 մմ 10%-ից պակաս, 0.42 մմ 0.3%-ից պակաս, չի պարունակում փոշի, CO2-ի կլանման ունակությունը ոչ պակաս 141լ/կգ: Չանգվածային բաղադրությունը Ca հիդրօքսիդ 96%-ից ոչ պակաս, Na հիդրօքսիդ 3%-ից ոչ պակաս, PH ինդիկատոր 1%-ից քիչ: Տվյալները նշված են չոր զանգվածի համար: Աբսորբերը պարունակում է 13-17% ջուր: Գունային ինդիկատոր՝ սպիտակ- մանուշակագույն, որակյալ, եվրոպական (Մեծ Բրիտանիա՝ Intersurgical) արտադրության: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում համարժեքության վերաբերյալ:

**Պարզաբանում N 1:** 24-րդ չափաբաժնում ԵՊԲՀ-ի կողմից պահանջվող և Մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի ներկայացված ցուցանիշները համարժեք են:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տատյանա Միրզոյանին:

Հեռախոս՝ 060 651 471

Էլ. փոստ՝ [procurement.ysmu2@gmail.com](mailto:procurement.ysmu2@gmail.com)


«ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-14-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

Նախագահ՝




Լ. Դանիելյան

Անդամներ՝



Է. Միրզոյան



Կ. Մկրտչյան