

**Արձանագրություն N 6**  
**«ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի արտահերթ նիստի**

ք. Երևան

26.02.2020թ.  
 Ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Կ. Բաբինյանը,

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Գ. Անտոնյանը, Տ. Սարգսյանը, Ա. Խառատյանը, Զ. Գեղեկյանը

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ. Մուրադյանը

1. «ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում 26.02.2020 թվականին ներկայացված հարցմանը պարզաբանում պատասխանելու վերաբերյալ

-----  
 (Կ. Բաբինյան)

Պարզաբանման պահանջի տեքստ հ 1.



Բիռքիմիական անալիզատոր

Անալիզատորի բնութագրում պահանջվում է. <<Ոչ պակաս քան 3000 թեստի հիշողություն>>: Խնդրում ենք հաստատել, որ նկատի է ունեցվել **թեստի արդյունքների** հիշողությունը, այլ ոչ թե թեստի պրոտոկոլների հիշողությունը: Այստեղ պետք է տարանջատել ծրագրավորվող թեստերի (պրոտոկոլների) քանակը՝ մինչև մի քանի հարյուր հատ, թեստերի արդյունքների քանակից՝ մինչև մի քանի հազար հատ: Այսպսով խնդրում եմ հաստատել, որ սարքի բնութագրում նկատի եք ունեցել հետևյալ պահանջը. << Ոչ պակաս քան 3000 թեստի արդյունքների հիշողություն>>:

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Ի պատասխան գնման ընթացակարգի վերաբերյալ կատարված պարզաբանման՝ տեղեկացնում եմ, որ 3-րդ չափաբաժնում «Ոչ պակաս քան 3000 թեստի հիշողություն» չափանիշը վերաբեվում է թեստի արդյունքների հիշողությունը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի		
Նախագահ՝		Կ. Բաբինյան
Անդամներ՝		Գ. Անտոնյան
		Տ. Սարգսյան
		Ա. Խառատյան
		Զ. Գեղեկյան
Քարտուղար՝		Գ. Մուրադյան