

Արձանագրություն N 3

ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/76 ծածկագրով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին ենթակետով  
Էլեկտրոնային աճուրդ գնման գործընթացով լաբորատոր սարքավորումների գնման ընթացակարգի գնահատող  
հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

22.04.2024թ.

ժ. 11:00

Մասնակցում էին հանձնաժողովի՝  
Նախագահ՝ Ա. Մկրտչյան  
Անդամներ՝ Ա. Հակոբյան, Լ. Ալոյան  
Քարտուղար՝ Մ. Ավագյան

Էլեկտրոնային աճուրդի եղանակով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացված հարցումների վերաբերյալ

-----  
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Մկրտչյան

Պատասխանել էլեկտրոնային աճուրդի եղանակով գնման ընթացակարգի չափաբաժինների վերաբերյալ  
ստացված հարցումներին:

Հարցադրում N 1

Հարգելի գործընկեր, Խնդրում եմ տրամադրել պարզաբանում տվյալ մրցույթի 1-ին չափաբաժնի հետևյալ  
հարցադրումների համար: 1. Աղմուկի Մակարդակը առնվազն 50 դԲ(A) գրառումը արդյոք սխալմաբ է գրվել և  
իրականում պիտի՞ գրվեր առավելագույնը 50 դԲ(A) և եթե այո, ապա ընդունելի է Աղմուկի Մակարդակը <55 դԲ(A)  
տարբերակը: 2. Ընդունելի կլինի արդյոք ընտրող՝ Angle տարբերակը: 3. Էլեկտրական Պահանջներ առնվազն 230 V,  
50/60 Հց գրառումը նույնպես սխալմունք է և իրականում պիտի՞ գրվեր Էլեկտրական Պահանջներ առավելագույնը  
230 V, 50/60 Հց: Նախապես շնորհակալ եմք:

Պարզաբանում N 1

Հարգելի մասնակից, ի պատասխան Ձեր հարցման տեղեկացնում եմ, որ 1. Աղմուկի Մակարդակը <55 դԲ  
2. Ընտրող՝ Angle տարբերակը Ընդունելի է 3. Էլեկտրական Պահանջներ առավելագույնը 230 V, 50/60 Հց

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողով՝

\_\_\_\_\_  
 Ա. Մկրտչյան

\_\_\_\_\_  
 Ա. Հակոբյան

\_\_\_\_\_  
 Լ. Ալոյան

\_\_\_\_\_  
 Մ. Ավագյան