

Արձանագրություն N 3

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կենդանաբուժական սարքավորումների (ներառյալ պարագաներ) ձեռքբերման «ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

Протокол № 3

Приобретение ветеринарного оборудования (включая принадлежности) для нужд мэрии Еревана на заседании комиссии по процедуре закупки под кодовым названием «ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159»

ք. Երևան

13.04.2026թ ժամը՝ 14:00

գ. Երևան

13.04.2026 время: 14:00

Նիստի անցկացման վայրը՝

Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենք (ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1), 128 սենյակ

Место проведения сессии:

Административное здание мэрии Еревана (Ереван, улица Аргиштии 1), ком. 128

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Գ. Ավետիսյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Լ. Մովսիսյան, Հ. Հարությունյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Լ. Աղաջանյան

Участовали

Председатель заседания:

Г. Аветисян

Члены комиссии:

Л. Мовсисян, А. Арутюнян

Секретарь комиссии:

Л. Агаджанян

1. «ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում 11.04.2026թ. ստացված հարցադրման և դրա վերաբերյալ պարզաբանում տրամադրելու մասին
О запросе, полученном 11.04.2026 г. в рамках процедуры закупки с кодом «ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159», и о предоставлении разъяснений по нему

(Գ. Ավետիսյան, Գ. Ավետիսյան)

1.1 Ընդունել ի գիտություն, որ 11.04.2026թ. eauction.armeps.am էլեկտրոնային աճուրդի հարթակում «ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացվել է հարցադրում, որին ի պատասխան գնահատող հանձնաժողովի կողմից տրվել է պարզաբանում: Ստորև ներկայացվում է հարցադրման և դրա վերաբերյալ տրված պարզաբանման մասին տեղեկատվությունը:

1.1 Принять к сведению, что 11.04.2026 г. на электронной платформе электронного аукциона eauction.armeps.am в рамках процедуры закупки с кодом «ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159» был получен запрос, на который оценочной комиссией было дано разъяснение. Ниже представлена информация по запросу и предоставленному разъяснению.

Հարցադրում 1.

«Բարև Ձեզ: Հարցումը վերաբերվում է 1-ին չափաբաժնին՝ կենդանաբուժական շարժական ռենտգեն սարքին: Ի պատասխան Ձեր տված պարզաբանման տեղեկացնում եմ, որ միայն ծրագրային ապահովման VET լինելը բավարար չէ համակարգը կոչել անասաբուժական/կենդանաբուժական: СЕ սերտիֆիկատով է որոշվում նաև, որ համակարգը բժշկական նշանակության է, թե անասնաբուժական, այսինքն սերտիֆիկացման համար պահանջները տարբեր են: Գոյություն ունեն հենց անասնաբուժական նշանակության ռենտգեններ համապատասխան սերտիֆիկատներով: Արդյո՞ք ճիշտ է ձեռք բերել բժշկական նշանակության սարք և, օրինակ, դետեկտորի չպաշտպանված լինելու պատճառով կատուն ճանկերով վնասի թանկարժեք դետեկտորը:

Запрос 1:

«Здравствуйте. Запрос касается лота №1 — мобильного ветеринарного рентгеновского аппарата. В ответ на предоставленное Вами разъяснение сообщаю, что наличие только программного обеспечения VET Line недостаточно для того, чтобы считать систему ветеринарной. Также по сертификату СЕ определяется, имеет ли система медицинское или ветеринарное назначение, то есть требования к сертификации различаются. Существуют рентгеновские аппараты именно ветеринарного назначения с соответствующими сертификатами. Правильно ли

приобретать оборудование медицинского назначения, если, например, из-за отсутствия защиты детектора кошки может повредить дорогостоящий детектор когтями?»

Պարզաբանում 1.

Ի պատասխան հարցմանը տեղեկացնում եմ, որ նախորդ հարցադրման ձևակերպումից կարելի էր ենթադրել, թե անասնաբուժական (VET) ռենտգեն սարքավորումների ձեռքբերումը կարող է որոշակի բարդություններ առաջացնել, մենք դիտարկել էինք նաև այլընտրանքային տարբերակ: Մասնավորապես՝ հարցում էիք կատարել՝ արդյոք հնարավոր է կիրառել մարդաբուժական ռենտգեն սարքավորում՝ համապատասխան հարմարեցված անասնաբուժական ծրագրային ապահովմամբ:

Տեղեկացնում եմ, որ որպես այլընտրանքային լուծում՝ այդ տարբերակը մեզ համար նույնպես ընդունելի է: Միևնույն ժամանակ ցանկանում եմք ընդգծել, որ մեր առաջնահերթությունը մնում է հենց մասնագիտացված անասնաբուժական ռենտգեն սարքավորումը, և նախընտրելի է դիտարկել համապատասխան առաջարկներ այդ ուղղությամբ:

Разъяснение 1.

«В ответ на запрос сообщаем, что из формулировки предыдущего запроса можно было предположить, что приобретение ветеринарного (VET) рентгеновского оборудования может вызвать определённые сложности, в связи с чем нами также рассматривался альтернативный вариант. В частности, Вами был задан вопрос о возможности применения медицинского (для людей) рентгеновского оборудования с соответствующим адаптированным ветеринарным программным обеспечением.





Сообщаем, что в качестве альтернативного решения данный вариант также является для нас приемлемым. Вместе с тем хотим подчеркнуть, что нашим приоритетом остаётся именно специализированное ветеринарное рентгеновское оборудование, и предпочтительно рассматривать соответствующие предложения в данном направлении.»

1.2 Հաստատել հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարության տեքստը:

1.2 Утвердить текст объявления о разъяснении приглашения.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 3, դեմ – 0:

Принято решение: за – 3, против – 0.

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Председатель комиссии		Գ. Ավետիսյան Г. Аветисян
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Члены комиссии		Լ. Մովսիսյան Л. Мовсисян
		Հ. Հարությունյան А. Арутюнян
Քարտուղար՝ Секретарь комиссии		Լ. Աղաջանյան Л. Агаджанян