

# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՔՆՆՈՂ ԱՆՁ

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### ԲՈՂՈՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

**Բողոքի ծածկագիրը և ամսաթիվը՝** ԳԲԲԱ-ԼՕ-2021/88, 27.09.2021թ.

**Բողոք բերող անձ՝** «Դավիթ Թումանյան Գագիկի» Ա/Ձ

**Պատվիրատու՝** ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

**Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը՝** «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/33» գնանշման հարցում

**Գնման առարկան՝** բժշկական սարքի ձեռքբերում

**Բողոքի պահանջը՝** պարտավորեցնել «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/33» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին դադարեցնել՝ «Դավիթ Թումանյան Գագիկի» Ա/Ձ-ի հայտը անվաբարար գնահատելու և մերժելու մասին որոշումը:

**ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՔՆՆՈՂ ԱՆՁ՝ Լ. ՕՀԱՆՅԱՆ**

**ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝ Ռ. ՄԿՐՏՉՅԱՆ**

**Նիստերին կարելի է առցանց հետևել <https://www.e-gov.am/gnumner/> հղումով.**

Տեղեկացնում ենք, որ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝

- 50-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին՝ մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացնելով համանման բողոք: Նույն հոդվածի համաձայն՝ բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից,

- 51-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացված բողոքն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը՝ նույն օրենքի 50-րդ հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված հայտարարությունը հրապարակվելու օրվանից մինչև բողոքարկման վերաբերյալ ընդունված որոշման՝ տեղեկագրում հրապարակման օրը ներառյալ:

Բողոք բերող՝ «ԴԱՎԻԹ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ» Ա/Ձ  
Հասցե՝ ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, ք. Եղեգնաձոր, Մոմիկի փ. 30/2  
հեռ: (+374) 94-64-20-33  
Էլ. փոստ՝ Liongroup-lion@yandex.ru

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Բազրևանյի 5

**Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան՝**

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար բժշկական սարքի  
ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/33» ծածկագրով  
գնանշման հարցման ընթացակարգ

**Բողոք**

**• Գործի հակիրճ նկարագրությունը և բողոքի փաստերը.**

- ✓ ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար բժշկական սարքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/33» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգ /այսուհետև նաև՝ Ընթացակարգ/:
- ✓ Վերը նշված ընթացակարգին մասնակցության հայտ է ներկայացրել նաև «ԴԱՎԻԹ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ» Ա/Ձ-ն /այսուհետև նաև՝ Ա/Ձ/:
- ✓ Ընթացակարգի տեխնիկական բնութագիր գնման-ժամանակացույցով նախատեսվել է հետևյալը.

Գնման առարկայի					
Ձ/հ	CPV անվանումը	անվանումը	տեխնիկական բնութագիր	մակնիշը	արտադրողի անվանումը

1	սեղանի վրա դրվող ցեբտրիֆուգներ	սեղանի վրա դրվող ցեբտրիֆուգ	<p>Լարորատոր ցենտրիֆուգ՝ ոչ պակաս քան 12 փորձանոթի համար, Միկրոպրոցեսոր, հեղուկ բյուրեղային (ՀՔ) էկրան, Կափարիչի փակումը՝ էլեկտրական կամ մեխանիկական, որը արգելափակու է աշխատանքի ընթացքում կափարիչի բացելու հնարավորությունը:</p> <p><b>Անհավասարակշռության հայտնաբերման և անջատման համակարգի առկայություն, աշխատանքի ընթացքում՝ հովացման համակարգի առկայություն,</b></p> <p>Ծրագրավորված և իրական արժեքների անըդիստ ցուցադրում վահանակի միջոցով, Ցենտրիֆուգման արագության տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 200-5500 պտ/ր., արագության կարգավորումը՝ ոչ ավել քան 50 պտ/ր. աճով</p> <p>Օգտագործվող փորձանոթների տեսակները անվազվ՝ 4տեսակ (15 մլ, 10 մլ, 5 մլ, 2 մլ), Լրակազմը պետք է պարունակի նաև անկյունային ոտոր անվազվ 2 ներդիրներով՝ 12x15 մլ և 12x5 մլ, էլեկտրասնուցումը՝ ստանդարտ թաղաքային ցանցից 220~±10% Վ, 50 Հց: Քաշը՝ ոչ ավել քան 30 կգ:</p>		
---	--------------------------------	-----------------------------	---	--	--

✓ ԱՁ-ի կողմից 15.09.2021թ. Հավելված 1.1-ով ներկայացվել է առաջարկվող ապրանքի հետևյալ ամբողջական նկարագիրը.

Գնման առարկայի			
Ձ/հ	մակնիշ	Արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիր
1	սեղանի վրա դրվող ցեբտրիֆուգներ		<p>Լարորատոր ցենտրիֆուգ՝ ոչ պակաս քան 12 փորձանոթի համար, Միկրոպրոցեսոր, հեղուկ բյուրեղային (ՀՔ) էկրան, Կափարիչի փակումը՝ էլեկտրական կամ մեխանիկական, որը արգելափակու է աշխատանքի ընթացքում կափարիչի բացելու հնարավորությունը: Անհավասարակշռության հայտնաբերման և անջատման համակարգի առկայություն, աշխատանքի ընթացքում՝ հովացման համակարգի առկայություն, Ծրագրավորված և իրական արժեքների անըդիստ ցուցադրում վահանակի միջոցով, Ցենտրիֆուգման արագության տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 200-5500 պտ/ր., արագության կարգավորումը՝ ոչ ավել քան 50 պտ/ր. աճով</p> <p>Օգտագործվող փորձանոթների տեսակները անվազվ՝ 4տեսակ (15 մլ, 10 մլ, 5 մլ, 2 մլ), Լրակազմը պետք է պարունակի նաև անկյունային ոտոր անվազվ 2 ներդիրներով՝ 12x15 մլ և 12x5 մլ,</p>

2

		<p>էլեկտրասնուցումը՝ ստանդարտ թաղաքային ցանցից 220~±10% Վ, 50 Հց: Քաշը՝ ոչ ավել քան 30 կգ:</p>
--	--	--

✓ Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 17.09.2021թ. ծանուցման համաձայն՝ Ընթացակարգով «ԴԱՎԻԹ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ» ԱՁ-ի կողմից ներկայացված հայտում կան անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ, մասնավորապես՝

«Սեղանի վրա դրվող ցենտրիֆուգ ապրանքատեսակի մասով Դավիթ Թումանյան Գագիկի ԱՁ-ի կողմից հայտով ներկայացված՝ գնանշման հարցմանը մասնակցելու առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում (Հավելված N1.1)-ում, «արտադրողի անվանումը» սյունակում, բացակայում է առաջարկվող ապրանքի արտադրողի անվանման մասին տեղեկատվությունը, բացի այդ՝ «մակնիշը» սյունակում նշված է «սեղանի վրա դրվող ցեբտրիֆուգ», այնինչ անհրաժեշտ է նշել ընթացակարգի հրավերով պահանջվող՝ առաջարկվող ապրանքի մակնիշի մասին տեղեկատվությունը, ինչպես նաև «տեխնիկական բնութագիրը» սյունակում նշված «Կափարիչի փակումը՝ էլեկտրական կամ մեխանիկական, որը արգելափակում է աշխատանքի ընթացքում կափարիչի բացելու հնարավորությունը» հատվածում անհրաժեշտ է հստակեցնել Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքը՝ բացառելով «կամ» բառը:

Ելնելով վերոգրյալից և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ գնահատող հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով որոշեց կասեցնել հայտերի գնահատման նիստը՝ առաջարկելով Ձեզ սույն ծանուցումը ստանալուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել վերոնշյալ անհամապատասխանությունը:

Շտկված փաստաթուղթը սահմանված կարգով անհրաժեշտ է ուղարկել սույն ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բարտուղար՝ Լ. Թազայանի էլեկտրոնային փոստին՝ Ltazayan@mail.am հասցեով»

✓ ԱՁ-ի կողմից 22.09.2021թ. Հավելված 1.1-ով ներկայացվել է առաջարկվող ապրանքի հետևյալ ամբողջական նկարագիրը.

Առաջարկվող ապրանքի			
Ձ/հ	մակնիշը	Արտադրողի	տեխնիկական բնութագիր

		անվանումը	
1	սեղանի վրա դրվող ցերտորիֆոզներ  TD6M	HUNAN CENLEE SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD  HUNAN KENCHENG INSTRUMENTS EQUIPMENT CO., LTD  BIORIDGE LTD	<p>Լաբորատոր ցենտրիֆուգ՝ ոչ պակաս քան 12 փորձանոթի համար, Միկրոպրոցեսոր, հեղուկ բյուրեղային (ՀՐ) էկրան, Կափարիչի փակումը՝ էլեկտրական կամ մեխանիկական, որը արգելափակու է աշխատանքի ընթացքում կափարիչի բացելու հնարավորությունը: <b>Ունի օդափոխվող համակարգ, որը նախատեսված է շահագործման ընթացքում ջերմաստիճանը չբարձրանալու համար:</b></p> <p>Աշխատանքի ընթացքում վահանակի միջոցով իրական արժեքների ցուցադրում: During its running, it display its running actual values՝.</p> <p>Ցենտրիֆուգման արագության տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 200-5500 պտ/ր., արագության կարգավորումը՝ ոչ ավել քան 50 պտ/ր. անով</p> <p>Օգտագործվող փորձանոթների տեսակները անվազել՝ 4տեսակ (15 մլ, 10 մլ, 5 մլ, 2 մլ),</p> <p>Լրակազմը պետք է պարունակի նաև անկոնային ոտոր անվազել 2 ներդիրներով՝ 12x15 մլ և 12x5 մլ,</p> <p>էլեկտրասնուցումը՝ ստանդարտ բաղաբային ցանցից 220+/-10% Վ, 50 Հց:</p> <p>Քաշը՝ ոչ ավել քան 30 կգ:</p>

✓ Արդյունքում Հնչացակարգի գնահատող հանձնաժողովը որոշել է «ԴԱՎԻԹ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ» Ա/Ջ-ի հայտը գնահատել անբավարար և մերժել:

• **Բողոքի իրավական հիմքերը և հիմնավորումները.**

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաև՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ գնումների գործընթացը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա.

2) **պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակիցների շրջանակի ընդլայնում և նրանց միջև մրցակցության խրախուսում:**

Օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի **գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունք:**

Օրենքի 51-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացված բողոքն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը՝ սույն օրենքի 50-րդ հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված հայտարարությունը հրապարակվելու օրվանից մինչև բողոքի քննության արդյունքներով ընդունված որոշման՝ ուժի մեջ մտնելու օրը:

Ինչպես արդեն նշել ենք, ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար բժշկական սարքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/33» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգին մասնակցության հայտ է ներկայացրել նաև «ԴԱՎԻԹ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ» Ա/Ջ-ն:

Հնչացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 17.09.2021թ. ծանուցման համաձայն՝ Հնչացակարգով «ԴԱՎԻԹ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ» Ա/Ջ-ի կողմից ներկայացված հայտում կան անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ, մասնավորապես՝

«Սեղանի վրա դրվող ցենտրիֆուգ պարանքատեսակի մասով՝ Դավիթ Թումանյան Գագիկի ԱՋ-ի կողմից հայտով ներկայացված՝ գնանշման հարցմանը մասնակցելու առաջարկվող պարանքի ամբողջական նկարագրում (Հավելված N1.1)-ում, «արտադրողի անվանումը» սյունակում, բացակայում է առաջարկվող պարանքի արտադրողի անվանման մասին տեղեկատվությունը, բացի այդ՝ «մակնիշը» սյունակում նշված է «սեղանի վրա դրվող ցերտորիֆուգ», այնինչ անհրաժեշտ է նշել ընթացակարգի հրավերով պահանջվող՝ առաջարկվող պարանքի մակնիշի մասին տեղեկատվությունը, ինչպես նաև «տեխնիկական բնութագիրը» սյունակում նշված «Կափարիչի փակումը՝ էլեկտրական կամ մեխանիկական, որը արգելափակում է աշխատանքի ընթացքում կափարիչի բացելու հնարավորությունը» հատվածում անհրաժեշտ է հստակեցնել ձեր կողմից առաջարկվող պարանքը՝ բացատրելով «կամ» բառը:

Ելնելով վերոգրյալից և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ գնահատող հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով որոշեց կասեցնել հայտերի գնահատման նիստը՝ առաջարկելով ձեզ սույն ծանուցումը ստանալուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել վերոնշյալ անհամապատասխանությունը:

Շտկված փաստաթուղթը սահմանված կարգով անհրաժեշտ է ուղարկել սույն ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Լ. Թազայանի էլեկտրոնային փոստին՝ [L.tazayan@mil.am](mailto:L.tazayan@mil.am) հասցեով:

Ա/Ջ-ի կողմից 22.09.2021թ. Հավելված 1.1-ով ներկայացվել է առաջարկվող սարքի հետևյալ ամբողջական նկարագիրը.

Առաջարկվող սարքի

Ձ/հ	մակնիշը	Արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիր
1	սեղանի վրա դրվող ցեքտրիֆուգներ TD6M	HUNAN CENLEE SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD  HUNAN KENCHENG INSTRUMENTS EQUIPMENT CO., LTD  BIORIDGE LTD	<p>Լարրատոր ցենտրիֆուգ՝ ոչ պակաս քան 12 փորձանոթի համար, Միկրոպրոցեսոր, հեղուկ քյուբրեյային (&lt;F) էկրան, Կազմարիչի փակումը՝ էլեկտրական կամ մեխանիկական, որը արգելափակու է աշխատանքի ընթացքում կափարիչի բացելու հնարավորությունը: <b>Ունի օդափոխվող համակարգ, որը նախատեսված է շահագործման ընթացքում ջերմաստիճանը չբարձրանալու համար:</b> Աշխատանքի ընթացքում վահանակի միջոցով իրական արժեքների ցուցադրում։ During its running, it display its running actual values՝. Ցենտրիֆուգման արագության տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 200-5500 պտ/ր., արագության կարգավորումը՝ ոչ ավել քան 50 պտ/ր. աճով Օգտագործվող փորձանոթների տեսակները անվազել՝ 4տեսակ (15 մլ, 10 մլ, 5 մլ, 2 մլ), Լրակազմը պետք է պարունակի նաև անկյունային ոտորտ անվազել 2 ներդիրներով 12x15 մլ և 12x5 մլ, էլեկտրասնուցումը՝ ստանդարտ քաղաքային ցանցից 220+/-10% Վ, 50 Հց: Քաշը՝ ոչ ավել քան 30 կգ:</p>

Արդյունքում Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը որոշել է «ԴԱՎԻԹ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ» Ա/Ձ-ի հայտը գնահատել անբավարար և մերժել/արձանագրությունը կցվում է/:

Տվյալ պարագայում «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/33» ծածկագրով գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովը «ԴԱՎԻԹ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ» Ա/Ձ-ի հայտը անբավարար գնահատելով և մերժելով՝ խախտել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածով երաշխավորված մասնակցության իրավունքի սահմանափակմանը:

Մասնավորապես՝ «ԴԱՎԻԹ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ» Ա/Ձ-ի կողմից 22.09.2021թ. Հավելված 1.1-ով ներկայացվել է առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում ներկայացված առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրում նշելով հետևյալը՝ «Ունի օդափոխվող համակարգ, որը նախատեսված է շահագործման ընթացքում ջերմաստիճանը չբարձրանալու համար» լիովին համապատասխանում է

հրավերի տեխնիկական բնութագիր գնման-ժամանակացույցով նշված «Անհավասարակշռության հայտնաբերման և անջարման համակարգի անկալություն, աշխատանքի ընթացքում՝ հովացման համակարգի անկալություն»:

Գնահատող հանձնաժողովի կողմից անտեսվել է վերը նշված փաստական հանգամանքը և որոշում է կայացվել «ԴԱՎԻԹ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ» Ա/Ձ-ի հայտը գնահատել անբավարար և մերժել, մինչդեռ Ա/Ձ-ի կողմից սահմանված ժամկետում կատարվել է անհամապատասխանությունների շտկումը և ուղարկվել Ընթացակարգի քարտուղարի էլ: հասցեին:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 50-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 1-ին կետի «ա» ենթակետի համաձայն՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը իրավունք ունի պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ ընդունելու հետևյալ որոշումները:

- ա. արգելելու կատարել որոշակի գործողություններ և ընդունել որոշումներ.
- բ. պարտավորեցնելու ընդունել համապատասխան որոշումներ, ներառյալ՝ չկայացած հայտարարելու գնման ընթացակարգը, բացառությամբ պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու մասին որոշման:

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՄ՝

Պարտավորեցնել «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/33» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին դադարեցնել՝ «ԴԱՎԻԹ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ» Ա/Ձ-ի հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու մասին որոշումը:

Առդիր՝ 8 թերթ:

Հարգանքով՝

«ԴԱՎԻԹ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ» Ա/Ձ՝



25.09.2021թ.