

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրերի մասին

<<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների, քիմիական նյութերի, դեղորայքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի ապրիլի 02-ին կնքված N <<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-7>>, 2019 թվականի ապրիլի 03-ին կնքված N <<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-1>>, <<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-2>>, <<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-6>>, 2019 թվականի ապրիլի 04-ին կնքված N <<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-3>>, <<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-4>>, <<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-5>>, <<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-8>> պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի							
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը ՀՀ դրամ		պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	
1	Էլեկսիս Հեպատիտ C վիրուսի նկատմամբ հայտնաբերման թեստ-հավաքածու	հատ	100	100	22,407,000	22,407,000	Էլեկսիս և Կորաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Հեպատիտ C վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու, (Elecys Anti-HCV): Օրիգինալ: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխիմիումինեսցենտային նալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:
2	Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու	հատ	103	103	7,693,070	7,693,070	Էլեկսիս և Կորաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու, (Elecys HBsAg): Օրիգինալ: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխիմիումինեսցենտային նալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C ջերմաստիճանում:

							Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: HBsAg G2 Elecsys cobas e 100, Roche Diagnostics, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն:
3	Էլեկսիս HIV ՄԻԱՎ 1/2 կոմբի PT վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների և HIV 1 ՄԻԱՎ հակաձինի որոշման թեսթ-հավաքածու	հատ	103	103	15,855,820	15,855,820	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս HIV 1/2 կոմբի (Elecsys HIV 1/2 combi PT) վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների և HIV 1 ՄԻԱՎ հակաձինի որոշման թեսթ-հավաքածու: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս HIV 1/2 կոմբի (Elecsys HIV 1/2 combi PT) վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների և HIV 1 ՄԻԱՎ հակաձինի որոշման թեսթ-հավաքածու: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic: HIV combi PT Elecsys cobas e 100, Roche Diagnostics, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն:
4	Ֆիբրինոգենի որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	29	29	7,532,460	7,532,460	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված հեղուկ Ֆիբրինոգեն թեստ հավաքածու /STA Liquid Fib/: Օրիգինալ: Մեթոդը՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա, չափման մեթոդ՝ ըստ Կլաուսի, չափման միջակայքը 0.9-12 գ/լ: Ֆորմատ՝ 960 թեստ, եթե չափումները կատարվի Start 4 սարքի վրա օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standart operation procedure) փաստաթուղթ: Հեղուկ-պատրաստի օգտագործման ռեագենտ Start 4 անալիզատորի համար, ծավալը՝ 12 x 4 մլ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Ռեագենտը բացելուց հետո՝ 2-8 աստիճան պահպանման պայմաններում, հնարավոր է օգտագործել 2 ամիս: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված հեղուկ Ֆիբրինոգեն թեստ հավաքածու /STA Liquid Fib/: Օրիգինալ: Մեթոդը՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա, չափման մեթոդ՝ ըստ Կլաուսի, չափման միջակայքը 0.9-12 գ/լ: Ֆորմատ՝ 960 թեստ, եթե չափումները կատարվի Start 4 սարքի վրա օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standart operation procedure) փաստաթուղթ: Հեղուկ-պատրաստի օգտագործման ռեագենտ Start 4 անալիզատորի համար, ծավալը՝ 12x4 մլ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Ռեագենտը բացելուց հետո՝ 2-8 աստիճան պահպանման պայմաններում, հնարավոր է օգտագործել 2 ամիս: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին

							պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար՝ ISO, GMP, CE Mark կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է:	պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001 և ISO 13485: STA LIQUID FIB, Diagnostica Stago, Ֆրանսիա:
5	Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ միջին չափի (M)	զույգ	197500	197500	5,451,000	5,451,000	Ձեռնոցներ զննման լատեքսից ՝ ոչ ստերիլ, միջին չափի (M): Ֆորմատ-զույգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթավորումը տուփում 50 զույգ կամ համարժեք: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդը:	Ձեռնոցներ զննման լատեքսից ՝ ոչ ստերիլ, միջին չափի (M): Ֆորմատ-զույգ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթավորումը տուփում 50 զույգ: Հանձնելու պահին կունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդը: Շահայ Սանշոր Մեդիքլ Ինսթրումենթս Քո ՍՊԸ, Թաիլանդ:
6	Թաղանթներ նախատեսված DRAYSTAR 5XXX մոդելների բժշկական պատկերահանման սարքերի համար	հատ	65	65	9,605,700	9,605,700	Թաղանթներ DT5B տեսակի կամ համարժեք նախատեսված AGFA DRAYSTAR 5XXX մոդելների բժշկական պատկերահանման սարքերի համար և պարտադիր պետք է համատեղելի լինեն AGFA DRAYSTAR 5XXX բժշկական պատկերահանման սարքերի հետ: Ջերմազգայուն, բժշկական գորշ սանդղակի պատկերների տպագրության համար: Ոչ ավելի, քան՝ 170մկր. հաստությամբ կապտավուն հստակ հիմքի վրա: Առավելագույն խտությունը՝ 3.1: Պետք է ցերեկային լույսի ամբողջ սպեկտրի նկատմամբ լինի անտարբեր: Ֆորմատ՝ 1 տուփում - 100 էջ (թաղանթ)/հատ: Պետք է պահպանի բոլոր աշխատանքային բնութագրերը արտադրության օրվանից 24 ամիս: Տպագրած բժշկական պատկերները պետք է պահպանվեն 20 տարվա ընթացքում: Մատակարարման համար պետք է հնարավոր լինեն հետևյալ չափերը՝ 20x25սմ; 25x30սմ, 28x35սմ, 35x35սմ, 35x43սմ, ըստ պատվիրատուի պահանջի: Առաջարկվող տարբերակները չպետք է նախատեսեն շահագործվող հարակից սարքերի վերածրագրավորումներ, վերակարգաբերումներ կամ փոխարինումներ: Պետք է լինի նոր,	Թաղանթներ DT5B տեսակի նախատեսված AGFA DRAYSTAR 5XXX մոդելների բժշկական պատկերահանման սարքերի համար և պարտադիր համատեղելի են AGFA DRAYSTAR 5XXX բժշկական պատկերահանման սարքերի հետ: Ջերմազգայուն, բժշկական գորշ սանդղակի պատկերների տպագրության համար: 170մկր. հաստությամբ կապտավուն հստակ հիմքի վրա: Խտությունը՝ 3.1: Գերեկային լույսի ամբողջ սպեկտրի նկատմամբ անտարբեր է: Ֆորմատ՝ 1 տուփում - 100 էջ (թաղանթ)/հատ: Պահպանում է բոլոր աշխատանքային բնութագրերը արտադրության օրվանից 24 ամիս: Տպագրած բժշկական պատկերները պահպանվում են 20 տարվա ընթացքում: Մատակարարման համար հնարավոր են հետևյալ չափերը՝ 20x25սմ, 25x30սմ, 28x35սմ, 35x35սմ, 35x43սմ, ըստ պատվիրատուի պահանջի: Առաջարկվող տարբերակները չեն նախատեսում շահագործվող հարակից սարքերի վերածրագրավորումներ, վերակարգաբերումներ կամ փոխարինումներ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային

							չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդը:	փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ունի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդը: Թերմոժապավեն Agfa DT5B, Ագֆա, Բելգիա:
7	Ախտորոշիչ կաթետեր/4	հատ	675	675	5,278,500	5,278,500	Ախտորոշիչ կաթետեր՝ ինվազիվ պրոցեդուրաների համար: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող չափն է՝ 4Fr (4fr-19մ/վրկ և 23մ/վրկ անցունակությամբ): Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող տեսակներն են՝ AL-1, AL-2, AL-3, AR-1, AR-2, AR-3, AR-JP, JL3.5, JL-4.0, JL-4.0, JL-5.0, JR-3.5, JR-4.0, JR-5.0, MP-2.5, MP-3.0, MP-3.5, MP-4.0, ST, IM, IM-Round tip, IM-Short tip, IM-JP type, BP-JL, BP-JR, PIG, PIG-Small, PIG-145°, PIG-155°, PIG-Round 155°, Tiger տեսակի՝ ունիվերսալ, սրտի աջ և ձախ անոթների ճյուղերի համար՝ ռադիալ և ֆեմորալ մոտեցման դեպքերում: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը,	Ախտորոշիչ կաթետեր՝ ինվազիվ պրոցեդուրաների համար: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող չափն է՝ 4Fr (4fr-19մ/վրկ և 23մ/վրկ անցունակությամբ): Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող տեսակներն են՝ AL-1, AL-2, AL-3, AR-1, AR-2, AR-3, AR-JP, JL3.5, JL-4.0, JL-4.0, JL-5.0, JR-3.5, JR-4.0, JR-5.0, MP-2.5, MP-3.0, MP-3.5, MP-4.0, ST, IM, IM-Round tip, IM-Short tip, IM-JP type, BP-JL, BP-JR, PIG, PIG-Small, PIG-145°, PIG-155°, PIG-Round 155°, Tiger տեսակի՝ ունիվերսալ, սրտի աջ և ձախ անոթների ճյուղերի համար՝ ռադիալ և ֆեմորալ մոտեցման դեպքերում: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին կունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Outlook, Terumo, Բելգիա:

							արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	
8	Ախտորոշիչ-ուղղորդիչ/2	հատ	1300	1300	7,150,000	7,150,000	Ախտորոշիչ-ուղղորդիչ - Չժանգոտվող պողպատից՝ պատված պոլիտետրաֆլուորոէթիլենով: Արտաքին պատումը հատուկ նյութով, որն ապահովում է սահունությունը: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0,018; 0,021; 0,025; 0,035; 0,038, պահանջվող երկարություններն են՝ 150 սմ; 175 սմ; 260 սմ: Կախված վիրահատության ժամանակ ռադիալ կամ ֆեմորալ միջամտությունների տեսակներից և անոթի տեսակից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տեսակներն են՝ ուղիղ կամ J-ձև: Կախված վիրահատվող անոթի բարդության և գտնվելու տեղի, ախտորոշիչ-ուղղորդիչի յուրաքանչյուր երկարություն ունի իր ծայրի չափը, և գերձկուն ծայրի պահանջվող չափերն են՝ 3 -25 սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և վիրահատության բարդությունից ուղղորդիչների պահանջվող տեսակներն են ֆիքսված և չֆիքսված: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն	Ախտորոշիչ-ուղղորդիչ - Չժանգոտվող պողպատից՝ պատված պոլիտետրաֆլուորոէթիլենով: Արտաքին պատումը հատուկ նյութով, որն ապահովում է սահունությունը: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0,018; 0,021; 0,025; 0,035; 0,038, պահանջվող երկարություններն են՝ 150 սմ; 175 սմ; 260 սմ: Կախված վիրահատության ժամանակ ռադիալ կամ ֆեմորալ միջամտությունների տեսակներից և անոթի տեսակից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տեսակներն են՝ ուղիղ կամ J-ձև: Կախված վիրահատվող անոթի բարդության և գտնվելու տեղի, ախտորոշիչ-ուղղորդիչի յուրաքանչյուր երկարություն ունի իր ծայրի չափը, և գերձկուն ծայրի պահանջվող չափերն են՝ 3-25 սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և վիրահատության բարդությունից ուղղորդիչների պահանջվող տեսակներն են ֆիքսված և չֆիքսված: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Այն նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ունի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ

							իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էքզիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Cordis EMERALD, Johnson&Johnson/ Cardinal Health, ԱՄՆ, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Մեքսիկա, Իռլանդիա:
9	Նատրիումի քլորիդ 9մգ/մլ, 200մլ	հատ	50000	50000	7,500,000	7,500,000	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 200մլ, պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանելիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը, առանձին դեպքերում, այն է՝ հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, դեղի սպառման համար սահմանված պիտանելիության կարճ ժամկետները, դեղը հանձման պահին կարող է ունենալ դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Նատրիումի քլորիդ լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 200մլ, պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին կունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանելիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին կունենան դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը, առանձին դեպքերում, այն է՝ հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, դեղի սպառման համար սահմանված պիտանելիության կարճ ժամկետները, դեղը հանձման պահին կարող է ունենալ դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Նատրիումի քլորիդ, <<Լիկվոր>> ՓԲԸ, Հայաստանի Հանրապետություն:
10	Յոպրոմիդ 769մգ/մլ,	հատ	400	400	6,000,000	6,000,000	Յոպրոմիդ iopromide լուծույթ	Յոպրոմիդ iopromide լուծույթ

	100մլ						ներարկման լուծույթ ներարկման 769մգ/մլ (370մգ յոդ/մլ), 100մլ ապակե սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանելիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը, առանձին դեպքերում, այն է՝ հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, դեղի սպառման համար սահմանված պիտանելիության կարճ ժամկետները, դեղը հանձման պահին կարող է ունենալ դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	ներարկման 769մգ/մլ (370մգ յոդ/մլ), 100մլ ապակե սրվակ: Նոր է, չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին ունեն առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանելիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին ունեն դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը, առանձին դեպքերում, այն է՝ հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, դեղի սպառման համար սահմանված պիտանելիության կարճ ժամկետները, դեղը հանձման պահին ունի դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ultravist 370mg/100ml, Բայեր, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն:
11	Ապիկեկտոմիայի վարժանքի մոդել	լրակազմ	77	77	5,359,200	5,359,200	Ապիկեկտոմիա իրականացնելու վարժանքի ֆանտոմ, (Օրիգինալ) որը պարունակում է պերիապիկալ ռեզորբցիայով 6 ատամներ: Մոդելի աջ կողմում՝ 3 ատամներ (11,24,26), 3 ատամ (35,36,44)՝ մոդելի ձախ կողմում: Իրենից ներկայացնում է պլաստիկ սպիտակ հիմքի վրա ռեզինե լորձաթաղանթով պատված մոդել, որը պարունակում է վերը նշված ատամները: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված:	Apicoectomy Practice Model (SUG1009-T-SP), Nissin Ապիկեկտոմիա իրականացնելու վարժանքի ֆանտոմ, (Օրիգինալ), որը պարունակում է պերիապիկալ ռեզորբցիայով 6 ատամներ: Մոդելի աջ կողմում՝ 3 ատամներ (11, 24, 26), 3 ատամ (35, 36, 44)՝ մոդելի ձախ կողմում: Իրենից ներկայացնում է պլաստիկ սպիտակ հիմքի վրա ռեզինե լորձաթաղանթով պատված մոդել, որը պարունակում է վերը նշված ատամները: Ապրանքը օգտագործված չէ: Apicoectomy Practice Model (SUG1009-T-SP), Nissin Dental Products

							Inc.. Ճապոնիա:
12	Ռետենցված ատամների հեռացման մոդել	հատ	100	100	6,960,000	6,960,000	Ռետենցված (չծկտած) և կիսառետենցված (կիսածկտած) իմաստության ատամների հեռացման համար նախատեսված վարժանքի մոդել է: Հատուկ վարժանքի մոդել է, որը պլաստիկ սպիտակ հիմքի վրա ռեզինե լորձաթաղանթով է, ունի 4 հատված՝ ատամներ (38, 48) ռետենցված և կիսառետենցված վիճակում, ինչպես նաև 37-րդ ատամը՝ լիարժեք ծկտած: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Impacted Tooth Extraction Model (SUG1010-T-SP), Nissin Ռետենցված (չծկտած) և կիսառետենցված (կիսածկտած) իմաստության ատամների հեռացման համար նախատեսված վարժանքի մոդել է: Հատուկ վարժանքի մոդել է, որը պլաստիկ սպիտակ հիմքի վրա ռեզինե լորձաթաղանթով է, ունի 4 հատված՝ ատամներ (38, 48) ռետենցված և կիսառետենցված վիճակում, ինչպես նաև 37-րդ ատամը՝ լիարժեք ծկտած: Ապրանքը օգտագործված չէ: Impacted Tooth Extraction Model (SUG1010-T-SP), Nissin Dental Products Inc.. Ճապոնիա:
13	Էնդոդոնտիկ ատամի մոդել	հատ	1120	1120	8,064,000	8,064,000	NISSIN ֆիրմայի PRO2001-UL-SP-FEM ծնոտների մոդելներին համապատասխանող պլաստմասե ատամներ(օրիգինալ)՝ կակղանի խողոցով և արմատախողովակներով: Կակղանի պատերը կարմիր գույնի են, իսկ պսակը և արմատները սպիտակ (բնական գույնի): Այս ատամները ձգվում են պտտականների միջոցով PRO2001-UL-SP-FEM ծնոտների մոդելների վրա: Անհրաժեշտ է վերին ծնոտի աղորիքներ (մոլյարներ) 26-րդ, 16-րդ, ստորին ծնոտի աղորիք (մոլյար) 46-րդ ատամներից յուրաքանչյուրից 200 հատ և վերին ծնոտի առաջին նախաաղորիքներ (պրեմոլյարներ) 14-րդ, 24-րդ ատամներից յուրաքանչյուրից 260 հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: ISO 9001 կամ համարժեք որակի սերտիֆիկատի արկայությունը պարտադիր է: Endodontic Tooth Model (A12A-200), Nissin NISSIN ֆիրմայի PRO2001-UL-SP-FEM ծնոտների մոդելներին համապատասխանող պլաստմասե ատամներ (օրիգինալ)՝ կակղանի խողոցով և արմատախողովակներով: Կակղանի պատերը կարմիր գույնի են, իսկ պսակը և արմատները սպիտակ (բնական գույնի): Այս ատամները ձգվում են պտտականների միջոցով PRO2001-UL-SP-FEM ծնոտների մոդելների վրա: Անհրաժեշտ է վերին ծնոտի աղորիքներ (մոլյարներ) 26-րդ, 16-րդ, ստորին ծնոտի աղորիք (մոլյար) 46-րդ ատամներից յուրաքանչյուրից 200 հատ և վերին ծնոտի առաջին նախաաղորիքներ (պրեմոլյարներ) 14- րդ, 24-րդ ատամներից յուրաքանչյուրից 260 հատ: Ապրանքը օգտագործված չէ: Արտադրող ընկերությունն ունի ISO 9001 սերտիֆիկատ: Endodontic Tooth Model (A12A-200), Nissin Dental Products Inc.. Ճապոնիա:
14	Արմատի խողովակի մոդել	հատ	1200	1200	10,080,000	10,080,000	Ակրիլե ատամների էնդոդոնտիկ մոդելները /հատով ատամներ/ կիրառվում են կակղանի խողոցի բացման, արմատախողովակի Root Canal Model (S3 Series), Nissin Ակրիլե ատամների էնդոդոնտիկ մոդելները /հատով ատամներ/ կիրառվում են կակղանի խողոցի

							մեխանիկական մշակման, երկարության չափման և արմատախողովակի լցավորման համար: Այս ակրիլե ատամների էնդոդոնտիկ մոդելները ունեն կակղանի խոռոչ և արմատային խողովակներ թափանցիկ բլուկի ներսում, որի գագաթին կցված է ատամի պսակը: Կակղանի պատերը ներկված են կարմիր, որպեսզի տեսանելի լինի ֆայլերի դիրքը աշխատանքի ժամանակ: Ակրիլե ատամների էնդոդոնտիկ մոդելների տեսակներն են՝ վերին առաջին նախաաղորիք (պրեմոլյար)՝ անհրաժեշտ է 600 հատ, Վերին առաջին աղորիք(մոլյար)՝ անհրաժեշտ է 600 հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված:	բացման, արմատախողովակի մեխանիկական մշակման, երկարության չափման և արմատախողովակի լցավորման համար: Այս ակրիլե ատամների էնդոդոնտիկ մոդելները ունեն կակղանի խոռոչ և արմատային խողովակներ թափանցիկ բլուկի ներսում, որի գագաթին կցված է ատամի պսակը: Կակղանի պատերը ներկված են կարմիր, որպեսզի տեսանելի լինի ֆայլերի դիրքը աշխատանքի ժամանակ: Ակրիլե ատամների էնդոդոնտիկ մոդելների տեսակներն են՝ վերին առաջին նախաաղորիք (պրեմոլյար)՝ անհրաժեշտ է 600 հատ: Վերին առաջին աղորիք (մոլյար)՝ անհրաժեշտ է 600 հատ: Ապրանքը օգտագործված չէ: Root Canal Model (S3 Series), Nissin Dental Products Inc.. Ճապոնիա:
15	Պլաստմասե ատամներ PRO2001-UL-SP-FEM-32 ծնոտի մոդելի համար	լրակազմ	100	100	6,804,000	6,804,000	Պլաստմասե ատամների հավաքածու (մշտական կցվածքի) (օրիգինալ), որոնք ֆիքսվում են NISSIN ֆիրմայի PRO2001-UL-SP-FEM-32 ծնոտի մոդելի վրա պտուտակներով, նախատեսված են հղկելու, տարբեր խոռոչների ձևավորման և լցավորման համար: Ատամները բնական գույնի են: Տուփը պարունակում է 32 ատամ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: ISO 9001 կամ համարժեք որակի սերտիֆիկատի արկայությունը պարտադիր է:	Simple Root Tooth Model (Permanent Tooth) (A5A-200), Nissin Պլաստմասե ատամների հավաքածու (մշտական կցվածքի) (օրիգինալ), որոնք ֆիքսվում են NISSIN ֆիրմայի PRO2001-UL-SP-FEM-32 ծնոտի մոդելի վրա պտուտակներով, նախատեսված են հղկելու, տարբեր խոռոչների ձևավորման և լցավորման համար: Ատամները բնական գույնի են: Տուփը պարունակում է 32 ատամ: Ապրանքը օգտագործված չէ: Արտադրող ընկերությունն ունի ISO 9001 սերտիֆիկատ: Simple Root Tooth Model (Permanent Tooth) (A5A-200), Nissin Dental Products Inc.. Ճապոնիա:

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը			<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3)-րդ կետ			
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման						
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
				X		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը			2019 թվականի մարտի 01			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը			1	2019 թվականի մարտի 04		

								
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցադրման ստացման		Պարզաբանման	
			1					
								
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գին						
		ՀՀ դրամ						
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր		
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	
Չափաբաժին 1								
1	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ	18,672,500	18,672,500	3,734,500	3,734,500	22,407,000	22,407,000	
Չափաբաժին 2								
1	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ	6,410,891.67	6,410,891.67	1,282,178.33	1,282,178.33	7,693,070	7,693,070	
Չափաբաժին 3								
1	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ	13,213,183.33	13,213,183.33	2,642,636.67	2,642,636.67	15,855,820	15,855,820	
Չափաբաժին 4								
1	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ	6,277,050	6,277,050	1,255,410	1,255,410	7,532,460	7,532,460	
Չափաբաժին 5								
1	<<ՍԱՎ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ	5,885,500	5,885,500	0	0	5,885,500	5,885,500	
2	<<Նատալի Ֆարմ>> ՍՊԸ	4,575,416.667	4,575,416.667	915,083.333	915,083.333	5,490,500	5,490,500	
3	<<ԼԵՅԿՈ>> ՍՊԸ և <<ՎԼԱԴ-ՖԱՐՄ>> ՍՊԸ կոնսորցիում	4,509,583.33	4,509,583.33	901,916.67	901,916.67	5,411,500	5,411,500	
Չափաբաժին 6								
1	<<Օնմեր>> ՍՊԸ	7,895,875	7,895,875	7,895,875	7,895,875	9,475,050	9,475,050	
2	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ	9,997,000	9,997,000	9,997,000	9,997,000	9,997,000	9,997,000	
Չափաբաժին 7								
1	<<Լաէկա>> ՀԶ ՍՊԸ	5,265,000	5,265,000	0	0	5,265,000	5,265,000	
Չափաբաժին 8								
1	<<Ար-Մեդիկա>> ՍՊԸ	7,072,000	7,072,000	0	0	7,072,000	7,072,000	
Չափաբաժին 9								
1	<<Լիկվոր>> ՓԲԸ	5,350,000	5,350,000	1,070,000	1,070,000	6,420,000	6,420,000	
2	<<Արֆարմացիա>> ՓԲԸ	5,500,000	5,500,000	1,100,000	1,100,000	6,600,000	6,600,000	
Չափաբաժին 10								
1	<<Օնմեր>> ՍՊԸ	5,968,000	5,968,000	0	0	5,968,000	5,968,000	
Չափաբաժին 11								
1	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ	4,312,000	4,312,000	862,400	862,400	5,174,400	5,174,400	
Չափաբաժին 12								
1	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ	5,600,000	5,600,000	1,120,000	1,120,000	6,720,000	6,720,000	
Չափաբաժին 13								
1	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ	6,384,000	6,384,000	1,276,800	1,276,800	7,660,800	7,660,800	
Չափաբաժին 14								
1	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ	7,920,000	7,920,000	1,584,000	1,584,000	9,504,000	9,504,000	

Չափաբաժին 15										
1	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ	5,490,000	5,490,000	1,098,000	1,098,000	6,588,000	6,588,000			
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
2/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
.....										
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր <<ՍԱՎ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում՝ ներառված բոլոր փաստաթղթերը հաստատված չեն եղել էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ: Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 32-րդ կետի 12)-րդ ենթակետի, 40-րդ կետի 4)-րդ ենթակետի դրույթներով՝ հանձնաժողովը որոշել է մերժել <<ՍԱՎ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը:						
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				2019 թվականի մարտի 21						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				2019 թվականի մարտի 21			2019 թվականի մարտի 26			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝				2019 թվականի մարտի 29						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				2019 թվականի մարտի 29՝ թիվ 7 չափաբաժին, 2019 թվականի ապրիլի 01՝ թիվ 6, 9, 10 չափաբաժիններ, 2019 թվականի ապրիլի 02՝ թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15 չափաբաժիններ, 2019 թվականի ապրիլի 03՝ թիվ 8 չափաբաժին						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				2019 թվականի ապրիլի 02՝ թիվ 7 չափաբաժին, 2019 թվականի ապրիլի 03՝ 6, 9, 10 չափաբաժիններ, 2019 թվականի ապրիլի 04՝ թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15						
2/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով				Ընդհանուր
10	<<Օնմեդ>> ՍՊԸ	<<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-1>>	03.04.2019թ.	20.12.2019թ.	-	5968000		5968000		

6	<<Օնմեդ>> ՍՊԸ	<<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-2>>	03.04.2019թ.	20.12.2019թ.	-	9475050	9475050
1, 2, 3	<<Կոնցեռն-Էներգումաշ>> ՓԲԸ	<<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-3>>	04.04.2019թ.	20.12.2019թ.	-	45955890	45955890
4, 11-15	<<Կոնցեռն-Էներգումաշ>> ՓԲԸ	<<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-4>>	04.04.2019թ.	20.12.2019թ.	-	43179660	43179660
8	<<Ար-Մեդիկա>> ՍՊԸ	<<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-5>>	04.04.2019թ.	20.12.2019թ.	-	7072000	7072000
9	<<Լիկվոր>> ՓԲԸ	<<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-6>>	03.04.2019թ.	20.12.2019թ.	-	6420000	6420000
7	<<Լաեկա>> ՀՁ ՍՊԸ	<<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-7>>	02.04.2019թ.	20.12.2019թ.	-	5265000	5265000
5	<<ԼԵՅԿՈ>> ՍՊԸ և <<ՎԼԱԴ-ՖԱՐՄ>> ՍՊԸ կոնսորցիում	<<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-7-ԵՊԲՀ-8>>	04.04.2019թ.	20.12.2019թ.	-	5411500	5411500

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)
10	<<Օնմեդ>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Այգեճոր 74, բն. 4, 055-33-33-30	vardazarian@gmail.com	2052222086831001	00162745
6	<<Օնմեդ>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Այգեճոր 74, բն. 4, 055-33-33-30	vardazarian@gmail.com	2052222086831001	00162745
1, 2, 3	<<Կոնցեռն-Էներգումաշ>> ՓԲԸ	ք. Երևան, Արզումանյան 32-10, 010-20-97-77	lawyer@c-e.am	217002182558001	01210095
4, 11-15	<<Կոնցեռն-Էներգումաշ>> ՓԲԸ	ք. Երևան, Արզումանյան 32-10, 010-20-97-77	lawyer@c-e.am	217002182558001	01210095
8	<<Ար-Մեդիկա>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Լենինգրադյան 23/11, 92 տարածք, 010-38-01-81	armedica2010@gmail.com	1570023018670100	01268548
9	<<Լիկվոր>> ՓԲԸ	ք. Երևան, Քոչինյան 7/9, 060-37-88-06	marketing@liqvor.com	2050022101151001	01201697
7	<<Լաեկա>> ՀՁ ՍՊԸ	ք. Երևան, Վ. Համբարձումյան 3-18, 091-76-59-25	laekatenders@gmail.com	1570002271710100	00058539
5	<<ԼԵՅԿՈ>> ՍՊԸ և <<ՎԼԱԴ-ՖԱՐՄ>> ՍՊԸ կոնսորցիում	ք. Երևան, Ֆուլիկի 27/14, 010-35-03-03	info@leykoalex.am	205002215023	01224924

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այլ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	Չկան	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Պավել Գաբրելյան	011-62-10-50	marketing.ysmu10@gmail.com

Պատվիրատու՝ <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամ